

LOTTO 9				GRUPPO BIOIMPIANTI	PERMEDICA	MICROPORT	ADLER ORTHO	Waldner
				K-MOD CHIARIMENTI	GKS PRIME FLEX	EVOLUTION	GENUS	Triathlon primo impianto
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 21 di cui:		RISPOSTA: L'INSERTO PERMETTE L'articolarià a pivot mediale. Ok approvato				<b>ESCLUSA</b>
1A)	gamma di misure. 1 punto numero di taglie inferiore a 7; 3 punti da 7 a 8 compreso; 5 punti maggiore di 9 compreso	5	Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili	9 taglie, 5 punti	9 taglie. 5 punti	12 misure comprehensive di "stature". Riportato nel dettagli prodotti ma non nella scheda tecnica, 5 punti	7 standard e 6 minus, 5 punti	
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema	9	Verrà apprezzata l'ergonomicità dell'impianto cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze (mobilizzazione, usura, altro)	9, piena corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze	9, piena corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze	9, piena corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze	9, piena corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze	
1c)	modularità e varietà di accoppiamenti; 3, sufficiente numero di accoppiamenti. 5, discreto numero di accoppiamenti. 7, elevato numero di accoppiamenti.	7	Verrà apprezzato il maggior numero di accoppiamenti possibili e la loro adattabilità alle caratteristiche anatomiche del paziente.	5, discreto numero di accoppiamenti, adattabili alle caratteristiche anatomiche del paziente (6 taglie tibiali)	7, elevato numero di accoppiamenti, adattabili alle caratteristiche anatomiche del paziente (10 taglie tibiali)	7, elevato numero di accoppiamenti, adattabili alle caratteristiche anatomiche del paziente (tibiali 8 + 3 plus)	7, elevato numero di accoppiamenti, adattabili alle caratteristiche anatomiche del paziente (9 taglie tibiali + 1 plus)	
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 10 di cui						
2A)	confezionamento esterno	5	Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto	5, la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità	4, scatola ricoperta in cellophane; necessario tagliare il cellophane con le forbici, perché apertura senza invito	5, la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità	4, confez. in plastica; necessaria la forbice per aprire le scatole, sigillate da scotch.	
2b)	confezionamento interno	5	Verranno apprezzate maggiormente i prodotti che garantiranno il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni.	3, GLI INSERTI SON OCONFEZIONATI IN doppia busta di carta, la prima busta durante l'apertura si rompe facilmente se non si fa attenzione la busta sterile puo' cadere	5, la protesi garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni	5, la protesi garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni	3, 6 etichette (si staccano e si appiccicano tra loro, molto difficile recuperarle )	
3	STRUMENTARIO	MAX 14 di cui						
3a)	facilità e versatilità	10	Versatilità e praticità dello strumentario: sarà apprezzato maggiormente lo strumentario che garantisce, in maniera ottimale, la precisione della tecnica	10, strumentario versatile	10, strumentario versatile	10, strumentario versatile	10, strumentario versatile	
3b)	ergonomicità del kit	4	Verrà apprezzato maggiormente il Kit che garantisce la miglior praticità, sicurezza e	4, strumentario ergonomico	4, strumentario ergonomico	4, strumentario ergonomico	4, strumentario ergonomico	

*[Handwritten signatures and initials]*

4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 12 di cui					
4 a)	documentazione scientifica	3	Ricerca scientifica: verranno apprezzate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto (es: dimostrazione dell'efficacia degli elementi finiti, risultati di efficacia a breve termine, studi istologici etc.)	0 bibliografia insufficiente	1, mediocre bibliografia (numero di lavori scientifici modesti)	3, buone dimostrazioni tecniche di efficacia e buoni studi a livello di bibliografia	3, buone dimostrazioni tecniche di efficacia e buoni studi a livello di bibliografia
4 b)	follow up	9	Follow up clinico e indice di sopravvivenza dell'impianto. Nell'offerta tecnica dovranno essere esplicitati sia i dati da cui si ricavi l'indice di sopravvivenza dell'impianto, sia la rivista scientifica su cui sono stati pubblicati. Verrà attribuito un punteggio maggiore ai	0 follow up non valutabile e revisione non disponibile	6 numero di impianti modesto,	9, follow up significativo e lungo, con buona percentuale di sopravvivenza	6 numero di impianti modesto, follow up breve. Protesi recente e quindi scarso numero di impianti
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 13 di cui					
5a)		9	La ditta dovrà descrivere il servizio indicando i seguenti elementi: rete dei depositi e logistica, tempi di ripristino del deposito, recapiti telefonici ed e-mail del Servizio, reperibilità notturna e festiva, numerosità e qualifica del personale, disponibilità in sala, supporto tecnico e formativo sull'utilizzo dei dispositivi. Saranno inoltre maggiormente apprezzate le	6, pochi recapiti, non indicata la reperibilità, non specificata la qualifica del personale	6, supporto tecnico e formativo scarso, audit non specificati	9, ben specificati tutti i requisiti richiesti	5, non dichiarata qualifica del personale, no reperibilità, supporto tecnico e formativo scarso
5b)		4	Disponibilità a consentire la restituzione della protesi senza pretendere alcun compenso e/o indennizzo, nel caso in cui in corso della seduta operatoria si dovesse casualmente verificare l'apertura della confezione di materiale sterile e non, senza	4, dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4, dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4, dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4, dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica
				51	61	70	60





