

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI MAMMOGRAFI, SERVIZI CONNESSI, DISPOSITIVI E SERVIZI ACCESSORI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO.

**VERBALE DEL 28/10/2019
PROVA PRATICA SULLA WORKSTATION DI REFERTAZIONE CON CONTESTUALE VALUTAZIONE DELLE IMMAGINI CLINICHE**

Il giorno 28 del mese di ottobre dell'anno 2019, alle ore 09:00 presso la sede di Azienda Zero, è presente la Commissione Giudicatrice in composizione plenaria:

Presidente:

Dr.ssa Stefania Montemezzi, Direttore UOC RADIOLOGIA BT - AOUI Verona

Componenti:

Dr Paolo Sartori, Direttore UOC Radiologia - AULSS 3 Serenissima

Dr.ssa Barbara Pellegrini, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - UOC Radiologia BT - AOUI Verona

Dr.ssa Lara Gallo, Dirigente Fisico – UOSD Fisica Sanitaria - AULSS 2 Marca Trevigiana

Ing. Alan Pettenà, Ingegnere Clinico - UOC Servizi Tecnici - AULSS 4 Veneto Orientale

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla dott.ssa Chiara Sinigaglia, dipendente dell'U.O.C. CRAV.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione avvia le attività di prova pratica delle workstations e di valutazione della qualità delle immagini caricate in data 25.10.2019, secondo il seguente ordine:

1. ore 9.30 – 10.20 ditta *Technologic srl* (specialists presenti sigg.ri Enrico Tedesco, Massimo Marcello e Cristina Gatto) workstation mod. EyeRad;
2. ore 10.20 – 11.10 ditta *Siemens healthcare srl* (specialists presenti sigg.ri Silvia Fruttero e Daniele Sciancalepore) workstation mod. EyeRad 2.0;
3. ore 11.10 – 12.00 ditta *GMM spa* (specialist presente sig. Paolo Uglietti e Francesco Gigante) workstation mod. Giotto RWSM;
4. ore 12.00 – 12.50 ditta *G.E.Medical Systems Italia spa* (specialists presenti sigg.ri Federico Maitan e Silvia Guidoboni) workstation mod. HPZ440 software Seno Iris;
5. ore 12.50 – 13.00 ditta *Fujifilm Italia spa* (specialists presenti sigg.ri Martina Ester Bianchi e Marco Costa) workstation mod. Bellus 2;

Le deleghe dei rappresentanti che hanno presenziato sono acquisite agli atti della UOC Crav.

Le ditte a turno presentano le funzionalità del proprio strumento ai componenti della Commissione Giudicatrice e successivamente le immagini oggetto di specifica valutazione secondo il protocollo di prova Allegato C.4.5 – *Qualità dell'immagine clinica in tomosintesi*.

La Commissione, terminata l'attività di esame dettagliato delle diverse immagini, si confronta in merito alla valutazione delle stesse e i due specialisti in radiologia assegnano uno score condiviso secondo la scala Likert prevista dal Protocollo sopra menzionato, riportato nel file Allegato A al presente verbale.

Si evidenzia che i casi presentati dalla ditta Siemens non sono identificati secondo le tipologie previste dal Disciplinare di gara; inoltre risulta evidente un solo caso di microcalcificazioni (ne erano richiesti due) mentre in un altro caso è stata inserita una proiezione mediolaterale anziché la medio laterale obliqua richiesta.



La Commissione sospende le operazioni alle ore 15.00 e aggiorna la successiva seduta al giorno 04.11.2019.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE:



I COMPONENTI:



Il Segretario verbalizzante

