

Medtronic

Medtronic Italia S.p.A.
Via Varesina, 162
20156 Milano
Tel. +39 02 24137.1
Fax +39 02 241381

Spettabile
U.O.C CRAV di Azienda Zero

pec: protocollo.azero@pecveneto.it

Milano, 24 Settembre 2018
Prot.n.ITT0015353/18GA

Oggetto: Risposta in merito all'AVVISO DI CONSULTAZIONE DI MERCATO finalizzato alla raccolta di informazioni per il perfezionamento della documentazione di gara per la FORNITURA DI DISPOSITIVI PER ELETTROFISIOLOGIA (CATETERI ABLATORI E DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA) occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto. Consultazione preliminare di mercato finalizzata alla raccolta di informazioni per una più compiuta conoscenza del mercato.

La scrivente MEDTRONIC ITALIA S.p.A. con sede a Milano, Via Varesina 162, numero fax 02.241381, PEC (posta elettronica certificata): medtronicitalia.gare@legalmail.it , Codice Fiscale e Partita IVA n. 09238800156, codice attività: 51462, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano – al n. 09238800156 – REA (Repertorio Economico Amministrativo) al n. 1275682 - Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette territorialmente competente: Milano – Settore Grandi Contributi - Via Manin 27, nella persona del Procuratore PATRIZIA ZARANTONIELLO nato a MILANO (MI), il 26/01/1958 e residente a Milano in Via Val Lagarina 26 , codice fiscale: : ZRNPRZ58A66F205S, nominato con Atto N. 13.888 del 10/ 06/2016 n. 13.673 banca d'appoggio BANK OF AMERICA N.A. – Via Manzoni, 5 - 20121 MILANO – A.B.I. 03380 C.A.B. 01600 C/C 12510016 Codice IBAN IT07A0338001600000012510016 Codice CIN: A, e a seguito della pubblicazione dell'Avviso di "Consultazione di Mercato" e relativa Vs. comunicazione del 18 Settembre 2018:

CHIEDE

1. nel pieno rispetto del principio di "*favor participationis*" e di libera concorrenza così come previsti e richiamati dalla presente "Indagine di mercato", di prevedere l'applicazione del "*principio di equivalenza*" (ex art. 68 del D.lgs. 50/2016) nella *lex specialis* di gara.

A tal proposito e nel pieno spirito di dialogo attivato dalla Spett. Le Stazione Appaltante siamo di seguito ad evidenziare le seguenti caratteristiche tecniche "*funzionalmente equivalenti*" rispetto alle specifiche riportate.

In maniera più ampia si riporta apposita tabella sinottica – specifica per i lotti evidenziati – redatta al fine di agevolare un confronto tra le caratteristiche rinvenute all'interno del capitolato tecnico e quelle "*equivalenti*" presenti nel prodotto offerto.

1/4

Consapevoli dell'ampia discrezionalità riconosciuta alla Vostra Spettabile Commissione/Stazione appaltante, evidenziamo:

| | |
|--|--|
| <p><u>Lotto 13</u></p> <p><i>“CATETERI NON IRRIGATI, MONODIREZIONALI PER MAPPAGGIO ED ABLAZIONE A RADIOFREQUENZA CON PUNTA 4mm”</i></p> | <p>Il diametro di 6F, orientabile con apposito manipolo a pistone se inseriti tra le caratteristiche essenziali rischiano di limitare la partecipazione a pochi operatori economici.</p> <p>Pertanto siamo a proporre che tali indicazioni sia inserite tra le caratteristiche valutative (pertanto non essenziali).</p> <p>Prevedere che la punta in metallo nobile possa ritenersi equivalente alla “punta in platino-iridio” prevista nella bozza di capitolato.</p> |
| <p><u>Lotto 14</u></p> <p><i>“CATETERI NON IRRIGATI, BIDIREZIONALI PER MAPPAGGIO ED ABLAZIONE A RADIOFREQUENZA CON PUNTA 4mm E CONTROLLO TEMPERATURA CON TERMOCOPPIA”</i></p> | <p>Prevedere che la punta in metallo nobile possa ritenersi equivalente alla “punta in platino-iridio” prevista nella bozza di capitolato.</p> |
| <p><u>Lotto. N 17</u></p> <p><i>“CATETERI NON IRRIGATI, BIDIREZIONALI PER MAPPAGGIO ED ABLAZIONE A RADIOFREQUENZA CON PUNTA 8 mm”</i></p> | <p>Prevedere che la punta in metallo nobile possa ritenersi equivalente alla “punta in platino-iridio” prevista nella bozza di capitolato.</p> |
| <p><u>Lotto N 21</u></p> <p><i>“CATETERE PER CRIOABLAZIONE A PALLONE PER IL TRATTAMENTO DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE”</i></p> | <p>Nell'ottica della continua innovazione tecnologica, si segnala la disponibilità di un nuovo catetere mappante circolare a raggio fisso da 25 mm oltre ai cateteri previsti nella bozza di capitolato, per il sistema over the wire per crioablazione per trattamento della fibrillazione atriale, composto da pallone diametro 23 e 28 mm, munito di cateteri mappanti circolari a raggio fisso 15, 20 e 25 mm e introduttori orientabili dedicati.</p> |
| <p><u>Lotto N 27</u></p> <p><i>“ELETTROCATETERI QUADRIPOLOARI A CURVATURA FISSA PER MAPPAGGIO E</i></p> | <p>La specifica “Woven Dacron” se inserita tra le caratteristiche essenziali rischia di limitare la partecipazione a pochi operatori economici.</p> |

| | |
|--|--|
| STIMOLAZIONE ENDOCAVITARIA IN “WOVEN DACRON” | Pertanto siamo a proporre che tale indicazione sia inserita tra le caratteristiche valutative (pertanto non essenziali). |
| <u>Lotto N 28</u> “ELETTROCATETERI BIPOLARI PER STIMOLAZIONE ENDOCAVITARIA TEMPORANEA IN “WOVEN DACRON” | La specifica “ Woven Dacron ” se inserita tra le caratteristiche essenziali rischia di limitare la partecipazione a pochi operatori economici. Pertanto siamo a proporre che tale indicazione sia inserita tra le caratteristiche valutative (pertanto non essenziali). |
| <u>Lotto N 31</u> “ELETTROCATETERI VENTIPOLARI A CURVA VARIABILE PER MAPPAGGIO CONTEMPORANEO DEL SENO CORONARICO E DELL’ATRIO DESTRO E PER STIMOLAZIONE ENDOCAVITARIA” | La distanza tra i dieci elettrodi distali e quelli prossimali di circa 6 cm se inserita tra le caratteristiche essenziali rischia di limitare la partecipazione a pochi operatori economici. Pertanto siamo a proporre che tale indicazione sia inserita tra le caratteristiche valutative (pertanto non essenziali). |
| <u>Lotto N 32</u> “ELETTROCATETERI VENTIPOLARI A CURVA VARIABILE PER MAPPAGGIO AD ALTA DENSITA’ E PER STIMOLAZIONE ENDOCAVITARIA” | La distanza interelettrodica stretta per mappaggio ad alta densità se inserita tra le caratteristiche essenziali rischia di limitare la partecipazione a pochi operatori economici. Pertanto siamo a proporre che tale indicazione sia inserita tra le caratteristiche valutative (pertanto non essenziali). |
| <u>Lotto 33</u> “ELETTROCATETERI DECAPOLARI A CURVATURA VARIABILE PER MAPPAGGIO E STIMOLAZIONE ENDOCAVITARIA” | Le dimensioni 4 o 5 Fr e i diversi raggi di curvatura se inseriti tra le caratteristiche essenziali rischiano di limitare la partecipazione a pochi operatori economici. Pertanto siamo a proporre che tali indicazioni sia inserite tra le caratteristiche valutative (pertanto non essenziali). |
| <u>Lotto 35</u> “ELETTROCATETERI DECAPOLARI A CURVATURA FISSA PER MAPPAGGIO E STIMOLAZIONE ENDOCAVITARIA” | La caratteristica “ diversi raggi di curvatura ” se inserita tra le caratteristiche essenziali rischia di limitare la partecipazione a pochi operatori economici. |

| | |
|---|--|
| | Pertanto siamo a proporre che tale indicazione sia inserita tra le caratteristiche valutative (pertanto non essenziali). |
| <p><u>Lotto 37</u></p> <p><i>“ELETTROCATETERI VENTIPOLARI A CURVATURA VARIABILE PER MAPPAGGIO E STIMOLAZIONE ENDOCAVITARIA DELL’ANELLO TRICUSPIDALICO”</i></p> | <p>La spaziatura 2-8-2 se inserita tra le caratteristiche essenziali rischia di limitare la partecipazione a pochi operatori economici.</p> <p>Pertanto siamo a proporre che tale indicazione sia inserita tra le caratteristiche valutative (pertanto non essenziali).</p> |

- Consapevoli dell’ampia discrezionalità riconosciuta alla Vostra Spettabile Commissione, cogliamo l’occasione per portare alla Vostra cortese attenzione, nell’ottica di mettere a conoscenza la Spett. Le Stazione Appaltante, in linea con i principi della continua evoluzione tecnologica, la disponibilità sul mercato di un **sistema il mappaggio cardiaco non invasivo**, dotato di un giacchetto monouso con 252 elettrodi in grado di ricostruire mappe elettrofisiologiche biatriali e biventricolari, compatibile con tomografia assiale computerizzata (TAC).
- Si comunica infine tramite la presente che l’Ing Enrico Ceoldo, l’Ing. Giovanni Pensa e l’Ing. Roberto Gricia, per conto della ditta Medtronic, presenzieranno all’incontro pubblico tra le ditte interessate, convocato per il giorno 27/09/2018, alle ore 15.15.

In fede,


MEDTRONIC ITALIA S.p.A.
 Un Procuratore
PATRIZIA ZARANTONIELLO

Cognome.....ZARANTONIELLO.....
Nome.....PATRIZIA.....
nato il.....26/01/1958.....
(atto n.....286.....1s.....A) R5
a.....MILANO.....)
Cittadinanza.....ITALIANA.....
Residenza.....MILANO.....
Via.....VAL LAGARINA N. 26.....
Stato civile.....
Professione.....IMPIEGATA.....
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura.....1,60.....
Capelli.....CASTANI.....
Occhi.....CASTANI.....
Segni particolari.....



Firma del titolare

Milano

18/07/2013

Impronta del dito
indice sinistro

IL SINDACO

Raspa Maria

Euro 5,42

Data di scadenza 26/01/2024



AU 6226839

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
MILANO

CARTA D'IDENTITA'

N° AU 6226839

DI

ZARANTONIELLO

PATRIZIA