

Gara d'appalto mediante procedura aperta telematica per la fornitura triennale, suddivisa in lotti, di dispositivi ad ultrasuoni e radiofrequenza per emostasi vasale, in fabbisogno alle Aziende sanitarie della Regione del Veneto e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento- APSS..

Deliberazioni del Direttore Generale n. 266 del 07.06.2019 - Nomina della Commissione Giudicatrice.

VERBALE
1° SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
DEL 11.06.2019

Il giorno 11 giugno 2019 presso la sede della U.O.C. CRAV – Azienda Zero, Passaggio Gaudenzio n. 1, Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice in intestazione, per la valutazione tecnica ed economica e l'attribuzione del relativo punteggio, ex art. 7 del disciplinare di gara, per la gara indetta con deliberazione n.59 del 15.02.2019.

La Commissione, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 266 del 07.06.2019, risulta così composta:

Presidente: Dott. Michele Amenta - Direttore UOC Urologia - Azienda ULSS 4 Veneto Orientale;
Componenti: Dott. Enzo Mammano - Dirigente Medico UOC Chirurgia - Azienda ULSS 6 Euganea;
Ing. Anna Gelisio - Dirigente Ingegnere - UOC HTA - UOS Ingegneria Clinica.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da personale in servizio presso l'U.O.C. CRAV – Azienda Zero.

Le ditte partecipanti sono le seguenti:

1. Applied Medical Distribution Europe B.V. - con sede legale in Amersfoort (Paesi Bassi) - Filiale Italiana con sede amministrativa a Milano, che dichiara di partecipare per i lotti n.2 e 4;
2. B.Braun Milano SPA, con sede legale, che dichiara di partecipare per i lotti 2 e 4;
3. Johnson & Johnson Medical S.p.A con sede legale a Pomezia – Roma, che dichiara di partecipare per i lotti 1, 2 e 4;
4. Medtronic Italia S.p.A, con sede legale a Milano, che dichiara di partecipare per i lotti 1,2 e 4;
5. Movi S.p.A con sede a Milano, che dichiara di partecipare al lotto 1;
6. Olympus Italia S.p.A, con sede a Segrate (MI), che dichiara di partecipare ai lotti 1,3 e 4.

La Commissione Giudicatrice preso atto della documentazione tecnica scaricata dal personale dell'UOC CRAV, come previsto dall'art.10 del disciplinare di gara, avvia i lavori, verificando la corrispondenza ai requisiti minimi previsti per i 4 lotti di partecipazione.

Lotto 1:

La ditta Johnson e Johnson Medical presenta il prodotto Harmonic Ace + 7;
la ditta Medtronic Italia presenta il prodotto Sonicision;
La ditta Movi presenta il prodotto Lotus;
La ditta Olympus Italia presenta il prodotto Sonic Beat.

Le ditte Johnson & Johnson Medical, Olympus Italia, Medtronic Italia presentano prodotti conformi ai requisiti minimi richiesti nel capitolato tecnico; per quanto riguarda la ditta Movi la commissione non trova nella documentazione tecnica i riferimenti al requisito secondo cui *i sistemi devono essere in grado di sigillare vasi e fasci di tessuto almeno fino a 5 mm di diametro*. Conseguentemente propone di interpellare la ditta per avere indicazione in merito.

Inoltre la ditta Movi e la ditta Olympus presenta steli di calibro 5,5 mm e non da 5 mm. La commissione si riserva di verificarne la funzionalità in sede di prove pratiche, considerata la tolleranza del diametro.

Lotto 2:

La ditta Johnson e Johnson Medical presenta il prodotto Enseal;
la ditta Medtronic Italia presenta il prodotto Ligasure;
La ditta B. Braun Milano presenta il prodotto Caiman

La ditta Applied Medical System presenta il prodotto Voyant.

Le ditte Applied Medical, B.Braun Milano, Johnson & Johnson Medical, Medtronic Italia presentano prodotti conformi ai requisiti minimi richiesti nel capitolato tecnico.

Lotto 3

Partecipa la sola ditta Olympus Italia con il prodotto Thunderbeat. La ditta presenta steli di calibro 5,5 mm e non da 5 mm. La commissione si riserva di verificarne la funzionalità in sede di prove pratiche, considerata la tolleranza del diametro.

Lotto 4

La ditta Johnson e Johnson Medical presenta il prodotto Harmonic Focus;

la ditta Medtronic Italia presenta il prodotto Ligasure;

La ditta Olympus Italia presenta il prodotto Thunderbeat.

La ditta B. Braun Milano presenta il prodotto Caiman

La ditta Applied Medical System presenta il prodotto Voyant.

Le ditte Applied Medical, Johnson & Johnson Medical, Medtronic Italia presentano prodotti conformi ai requisiti minimi richiesti nel capitolato tecnico.

La ditta B.Braun Milano presenta uno strumento a stelo con impugnatura a pistola e non a forbice, allegando a tal proposito una dichiarazione di equivalenza. La commissione si riserva di verificarne la funzionalità in sede di prove pratiche.

Al termine della fase di verifica di idoneità dei prodotti, la commissione rileva la necessità di procedere alle prove dei sistemi, che verranno concluse entro il mese di agosto, per poi completare le valutazioni tecniche e consentire l'aggiudicazione entro il mese di settembre.

Le prove verranno svolte presso i presidi dell'Azienda Ulss 6 Euganea e dell'Azienda Ulss 4 Veneto Orientale, previo contatto con le ditte partecipanti.

La Commissione alle ore 13:00 conclude le operazioni odierne.

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente:

Dott. Michele Amenta

Componenti:

Dott. Enzo Mammano

Ing. Anna Gelisio

Segretario verbalizzante:

Luca Zuffellato

