

Gara d'appalto mediante procedura aperta telematica per la fornitura triennale, suddivisa in lotti, di dispositivi ad ultrasuoni e radiofrequenza per emostasi vasale, in fabbisogno alle Aziende sanitarie della Regione del Veneto e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento- APSS..

Deliberazioni del Direttore Generale n. 266 del 07.06.2019 - Nomina della Commissione Giudicatrice.

VERBALE
II° SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
DEL 24.09.2019

Il giorno 24 settembre 2019 presso la sede della U.O.C. CRAV – Azienda Zero, Passaggio Gaudenzio n. 1, Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice in intestazione, per la valutazione tecnica ed economica e l'attribuzione del relativo punteggio, ex art. 7 del disciplinare di gara, per la gara indetta con deliberazione n.59 del 15.02.2019.

La Commissione, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 266 del 07.06.2019, risulta così composta:

Presidente: Dott. Michele Amenta - Direttore UOC Urologia - Azienda ULSS 4 Veneto Orientale;
Componenti: Dott. Enzo Mammano - Dirigente Medico UOC Chirurgia - Azienda ULSS 6 Euganea;
Ing. Anna Gelisio - Dirigente Ingegnere - UOC HTA - UOS Ingegneria Clinica.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da personale in servizio presso l'U.O.C. CRAV – Azienda Zero.

A seguito dell'incontro svoltosi in data 11.06.2019, la commissione riprende i lavori di valutazione qualitativa.

La Commissione Giudicatrice si confronta su alcune prove effettuate alla data odierna per i lotti 1, 2 e 3, e analizza collegialmente le osservazioni e valutazioni emerse. Gli specialisti evidenziano che non tutte le prove sono state svolte e quindi necessitano di ulteriore tempo per ultimarle. Tale ritardo è dovuto sia a difficoltà legate all'attività interna operatoria, sia a fattori esterni ed in particolare al contestuale periodo estivo durante il quale le ditte erano chiuse e poco disponibili.

La commissione quindi prende atto delle giustificazioni presentate dalla ditta Movi in data 20.06.2019, partecipante al lotto 1, a seguito richiesta di chiarimento da parte della stazione appaltante in relazione al requisito minimo richiesto e precisamente in merito al fatto che *"i sistemi sono in grado di sigillare vasi e fasci di tessuti almeno fino a 5 mm di diametro"*. Le giustificazioni presentate sono state accolte e i prodotti ritenuti idonei anche dall'analisi e prova della campionatura presentata.

Inoltre era stato rilevato che le ditte Movi e Olympus Italia presentavano steli di calibro 5,5 mm e non da 5 mm; la commissione si era riservata di verificarne la funzionalità in sede di prove pratiche, considerata la tolleranza del diametro. A seguito delle prove effettuate i prodotti possono essere considerati idonei.

Per quanto concerne il lotto n.4 (forbici) relativamente a tutte le ditte partecipanti, la commissione ritiene opportuno che le prove vengano effettuate anche presso l'Unità operative di Senologia dello IOV di Padova, in quanto rappresentativa per la tipologia di specialità operatoria.

Conseguentemente la commissione prosegue con le operazioni di analisi della documentazione presentata.


La Commissione alle ore 13:00 conclude le operazioni odierne.

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente:

Dott. Michele Amenta

Componenti:



Dott. Enzo Mammano

Enzo Mammano

Ing. Anna Gelisio

Anna Gelisio

Segretario verbalizzante:

Luca Zuffellato

Luca Zuffellato