



REGIONE DEL VENETO

Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR – C.R.A.V.

Procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura suddivisa in lotti, mediante accordo quadro, di sistemi per la misurazione della glicemia in ambito ospedaliero per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto

CHIARIMENTI al 04.10.2017

Quesito 1

Buongiorno, con la presente chiediamo i seguenti chiarimenti:

1. riguardo i criteri di aggiudicazione del Lotto n. 2 , elemento di valutazione A: Disponibilità di diverse profondità di puntura del device, chiediamo quanto segue:
 - Per “Numero delle profondità delle punture disponibili per singolo device” intendete più referenze con uguale Gauge ma profondità diverse ?
 - Per “oppure gamma di device con diversi Gauge” intendete più referenze con diversi Gauge e diverse profondità ?
 - In considerazione della proposta alternativa indicata, chiediamo di specificare maggiormente come verranno attribuiti i 25 punti di questo elemento per chiarire se un singolo device verrà valorizzato ugualmente o meno rispetto una gamma di device.
2. In considerazione della richiesta di una lancetta destinata a soggetti adulti, chiediamo se sia corretta la Vs. richiesta di “lancette pari o superiori a 28 G”, in quanto misure superiori (Es. 30G) sono quasi esclusivamente ad uso pediatrico.

Risposta 1

Punto 1: saranno valutati device che prevedono con lo stesso gauge diverse profondità di puntura e anche device che hanno set di lancette con diverso gauge.

In merito all'attribuzione del punteggio si conferma quanto già espressamente indicato nella documentazione di gara.

Punto 2: a prescindere dall'età del paziente il gauge dovrà essere 28 o superiore (29,30,31, ecc).

Quesito 2

Si richiede di specificare quale/i parametri relativi al dato non possono essere modificabili. In particolare si richiede se è accettabile uno strumento dove non c'è la possibilità di cancellare una singola misurazione alla volta oppure dove non è possibile anche cancellare tutti i dati in memoria

Risposta 2

Nulla deve poter essere modificato e non solo l'ultima misurazione.

Quesito 3

Buongiorno, a causa della difficile interpretazione delle risposte del 12/09/17, ai nostri chiarimenti, si chiede di poter fare un dialogo tecnico al fine di chiarire tutti gli aspetti necessari per rispondere adeguatamente alla procedura in oggetto.

Risposta 3

In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute si conferma quanto già dettagliatamente risposto e pubblicato in data 12.09.2017.