

Medtronic

Medtronic Italia S.p.A.

Via Varesina, 162

20156 Milano

Tel. +39 02 24137.1

Fax +39 02 241381

Spettabile
U.O.C. CRAV
Azienda Zero
Passaggio Gaudenzio, 1
35131 PADOVA PD

Prot. ITV0009282

Mirandola, 12.03.2019

OGGETTO: "Per U.O.C. CRAV – Osservazioni bozza capitolato Aghi e Siringhe.

La scrivente MEDTRONIC ITALIA S.p.A. con sede a Milano, Via Varesina 162, numero fax 02.241381, PEC (posta elettronica certificata): medtronicitalia.gare@legalmail.it , Codice Fiscale e Partita IVA n. 09238800156, codice attività: 51462, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano – al n. 09238800156 – REA (Repertorio Economico Amministrativo) al n. 1275682 - Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette territorialmente competente: Milano – Settore Grandi Contributi - Via Manin 27, nella persona del Procuratore MATTEO TRAVERSO, nato a MILANO (MI), il 08/12/1974 e residente a MILANO (MI) in Via Giacomo Watt, 4 codice fiscale: TRVMTF74T08F205T, nominato con Atto del 13/03/2015 n. 11.355, banca d'appoggio BANK OF AMERICA N.A. – Via Manzoni, 5 - 20121 MILANO – A.B.I. 03380 C.A.B. 01600 C/C 12510016 Codice IBAN IT07A0338001600000012510016 Codice CIN: A, con la presente comunica di essere interessata a partecipare alla "consultazione preliminare di mercato" relativa alla fornitura in oggetto e di formulare le seguenti osservazioni in merito ai documenti pubblicati sul Vs. sito aziendale:

- **Lotto 10:** si richiede, al fine di aumentare la pluralità delle offerte, se è possibile togliere il dispositivo di sicurezza tra le caratteristiche essenziali degli aghi-fistola per tecnica ad ago singolo;

Si richiede inoltre, se possibile, inserire un ulteriore lotto per gli aghi fistola per dialisi flessibili e non metallici eventualmente descritto come sotto riportato.

AGO FISTOLA PER DIALISI FLESSIBILE NON METALLICO

- confezionato singolarmente in modo tale che si possa mantenere la sterilità fino all'apertura;
- cannula in materiale flessibile, montata su un mandrino d'acciaio facilmente sfilabile
- sistema di presa antiscivolo;
- colore riferito alla misura dell'ago;
- Latex free e preferibilmente esenti da ftalati o laddove presenti, la loro presenza deve essere riportata in etichetta/confezione
- Dotato di valvola antireflusso

Sono richieste le seguenti tipologie:

15 G

16 G

Lunghezza ago: nel range da 30 mm circa a 38 mm circa

Si allegano schede tecniche.

Si precisa che i nominativi dei rappresentanti della ns. azienda che presenzieranno all'incontro pubblico del 19.03.19 sono i seguenti:

- MIRCO MONARI – Regional Sales Manager
- MARZIA MARTONI – Renal Access Sales Specialist

Restiamo a disposizione e, ringraziandoVi per l'attenzione, con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Medtronic Italia S.p.A
Un procuratore
MATTEO TRAVERSO