

Azienda Zero - Prot. n. 0005128/2019 - E - 07/03/2019

Buonasera,

in merito alla procedura in oggetto siamo a presentare le seguenti osservazioni:

- 1) Relativamente al confezionamento secondario indicato a pag. 4, viene riportato che in tale confezionamento deve essere presente il codice colore. Chiediamo conferma che tale dicitura riguardi sono gli aghi e non le siringhe. Se confermato anche sul confezionamento delle siringhe (con ago ovviamente) sarebbe molto restrittivo per la concorrenza;
- 2) Relativamente al Vs. lotto n. 2, non è indicato che debbano essere con dispositivo di sicurezza. Visto che il lotto n. 1 comprende le misure dal 18G al 26G ed il lotto 2 dal 27G al 30G, sembrerebbe che anche quest'ultimi debbano essere con dispositivo di sicurezza;
- 3) Relativamente al Vs. lotto n. 4, a nostro avviso sarebbe opportuno dividere in due lotti ben distinti la voce A e la voce B. La voce A infatti comprende delle misure più tradizionali mentre la voce B riguarda misure "speciali". Questo per favorire la più ampia partecipazione delle aziende;
- 4) Relativamente al Vs. lotto n. 19, osserviamo che sono richieste siringhe di sicurezza da 2/3ml e da 5ml. Confermate che nel fabbisogno regionale non debbano essere previste anche siringhe di sicurezza da 10ml e da 20ml?
- 5) Relativamente al Vs. lotto n. 22, a nostro avviso sarebbe opportuno dividere in due lotti ben distinti le voci A e B (siringhe da insulina standard) e le voci C e D (siringhe da insulina con dispositivo di sicurezza). Questo per favorire la più ampia partecipazione delle aziende;
- 6) Relativamente al Vs. lotto n. 23 sono richieste siringhe con cono luer lock esclusivamente per utilizzo su pompa. Confermate che nel fabbisogno regionale non debbano essere previste anche siringhe con cono luer lock non destinate all'utilizzo su pompa?

Cogliamo l'occasione per comunicare il nominativo del nostro rappresentante di zona che sarà presente il giorno 19/03/2019 alle ore 10 presso la vostra sede ovvero il Sig. Andrea Rossi nato a Vicenza il 28/01/1958.

Restando a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Nacatur International S.r.l.

Ufficio Gare

[img: <http://static.avast.com/emails/avast-mail-stamp.png> - Avast logo]

Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.  
[www.avast.com](http://www.avast.com)