

Padova, 12.03.2019

Spett.le  
**AZIENDA ZERO**  
**U.O.C. CRAV**

**protocollo.azero@pecveneto.it**

**Prot. N. 48/19/GC/ez**

**Oggetto: OSSERVAZIONI BOZZA CAPITOLATO AGHI E SIRINGHE.**

Con riferimento alla bozza di capitolato pubblicata sul Vs. profilo, siamo con la presente ad elencare le ns. osservazioni:

- Il capitolato indica a pena di esclusione che tutti i dispositivi devono essere Ftalati Free. Nelle specifiche dei singoli lotti (Es. Lotto 3 e Lotto 4) è indicato DEHP Free. Sugeriamo di considerare la specifica Ftalati Free.
- Riguardo il Lotto 4 è indicata lunghezza del prolunga 20 cm circa. Considerando l'indicazione "circa" chiediamo di confermare la possibilità di presentare una prolunga di lunghezza 30 cm che corrisponde alla maggior parte dei dispositivi in commercio.
- Riguardo il Lotto 4 chiediamo di valutare la possibilità di scorporare il Sublotto B, in quanto la differenza della caratteristiche tecniche può precludere la partecipazione all'intero lotto.
- Riguardo il Loto 22 chiediamo di valutare la possibilità di scorporare il Sublotto C e Sublotto D , in quanto la differenza della caratteristiche tecniche può precludere la partecipazione all'intero lotto.

Contestualmente confermiamo la partecipazione all'incontro del 19.03.2019 alle ore 10,00 alla quale saranno presenti i Sigg. Bonotto Andrea e Zambonin Elisabetta.

Certi del Vs. accoglimento, porgiamo cordiali saluti.

**CHEMIL S.R.L.**

Giorgio Cognolato – Amm. Deleg.

