

Spettabile
 AZIENDA REGIONE ZERO U.O.C. CRAV
 Passaggio Gaudenzio Luigi, 1
 35131 Padova PD

Oggetto: Consultazione preliminare di mercato AGHI E SIRINGHE

Gentilissimi Sigg.,

in merito alla consultazione preliminare indicata in oggetto la scrivente suggerisce le seguenti integrazioni/modifiche :

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

A. PER I LOTTI :

LOTTO 9 Aghi fistola per dialisi con dispositivo di sicurezza

LOTTO 10 Aghi-fistola per tecnica "ad ago singolo" con dispositivo di sicurezza

LOTTO 11 Aghi-fistola per tecnica di venipuntura ad occhiello (Botton-hole) e relativo dispositivo di tunnellizzazione

1) Ago in acciaio inox, levigato ad ultrasuoni

La levigatura ad ultrasuoni è un'acquisizione tecnologica atta a consentire un miglior comfort del paziente in fase di puntura. Questa particolare lavorazione dell'ago consente al paziente di avvertire minor dolore durante la bucatatura della fistola. In aggiunta, l'estrazione dell'ago a fine dialisi viene facilitata e, grazie alla miglior levigatura, vengono scongiurate possibili lacerazioni dei vasi o della cute del paziente.

La levigatura ad ultrasuoni consente, inoltre una maggiore facilità di utilizzo del dispositivo da parte del personale sanitario.

Le modifiche suggerite sono volte a garantire:

- 1) la più elevata qualità dei prodotti;
- 2) la più elevata sicurezza al paziente;
- 3) la migliore utilizzabilità per l'operatore

=====

B. PER I LOTTI :

LOTTO 9 Aghi fistola per dialisi con dispositivo di sicurezza

LOTTO 11 Aghi-fistola per tecnica di venipuntura ad occhiello ("Botton-hole") e relativo dispositivo di tunnellizzazione

2) Idoneo Sistema di Sicurezza

Si chiede di precisare che per *idoneo sistema di sicurezza* si debba intendere **un sistema di sicurezza solidale ed integrato al dispositivo**. A tal fine si chiede la modifica della definizione come indicato.

C. Per il LOTTO 10 Aghi-fistola per tecnica "ad ago singolo" con dispositivo di sicurezza

Per quanto a ns conoscenza, non esiste sul mercato un ago singolo dotato di un sistema di sicurezza. Si chiede pertanto di rimuovere, all'interno del Lotto in questione, la dicitura **CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA**



CARATTERISTICHE PREMIANTI

A. PER IL LOTTO 9 Aghi fistola per dialisi con dispositivo di sicurezza

1) Tipologie di sistemi di sicurezza

In merito al sistema di sicurezza, proponiamo le seguenti integrazioni:

- 1) più di una tipologia di sistemi di sicurezza;
- 2) Caratteristiche del sistema sicurezza: attivazione intuitiva, semplicità delle manovre operative, chiarezza e intensità del click uditivo di chiusura

2) Lunghezza Ago da 25mm a 30 mm

- 1) Lunghezza Ago: almeno due misure nel range da 25 a 30 mm con tolleranza +/- 2 mm
- 2) Lunghezza Tubo: almeno due misure nel range da 15 a 30 chiediamo che siano inserite tra le caratteristiche **premianti e non essenziali**

In attesa ricevere un Vs gradito riscontro e ringraziandoVi per la cortese attenzione, porgiamo cordiali saluti.

NIPRO MEDICAL EUROPE N.V.
MILAN BRANCH
Il Procuratore Speciale
Stefano Soravati

