

Benefis s.r.l.

Sede Legale • Direzione • Uffici

Via Gualco 14 • 16165 Genova

Deposito

Via Di Sponda Nuova 47 • 16165 Genova

Capitale Sociale € 1.000.000

C.F. P.I. e Iscr. Reg. Impr. GE n. 02790240101

T. [+39] 010.8467911

F. [+39] 010.8467939

www.benefis-medical.it

info@benefis-medical.it

Spett.le

AZIENDA ZERO

Passaggio Gaudenzio Luigi, 1

35131 PADOVA

Genova, 13.3.2019

Rif. ns. prot. SP/cg 1350/19

OGGETTO: Osservazioni sul lotto 23 della bozza capitolato aghi e siringhe

A rettifica della nostra PEC precedente del 11/03/2019, nella quale comunicavamo di non avere osservazioni, Vi preghiamo, invece, per quanto concerne le siringhe da infusione ed irrigazione con cono luer lock per utilizzo su pompa siringa - lotto 23, di considerare che:

- Benefis e' stata aggiudicataria del lotto 23 della gara regionale Aghi per uso medico indetta con Bando 2010/S 251-386018 del 28/12/2010;
- Benefis non e' risultata aggiudicataria del lotto 30 della successiva gara regionale Aghi e siringhe indetta con Bando 2014/S 217-383455 dell'11/11/2014;
- Nonostante la mancata aggiudicazione dell'ultima gara della regione Veneto, Benefis e' attualmente la maggiore fornitrice delle siringhe da pompa nelle strutture ospedaliere venete che hanno preferito continuare ad utilizzare le nostre siringhe.

Ciò premesso rileviamo che per il lotto n. 23, diversamente da quanto contenuto nel medesimo capitolo delle due precedenti gare regionali sopra citate, la bozza ora inviata richiede alcune dichiarazioni/specificazioni aggiuntive.

In merito a ciò, osserviamo che da parte nostra, nulla osta al riferimento alla norma UNI EN ISO 7886-2 :1998 nonché al riferimento alla compatibilità con le pompe a siringa in uso presso le Aziende Sanitarie Regionali.

Non riteniamo invece che possa essere inserito negli atti di gara il capoverso: *"la Ditta deve specificare l'indice di regolazione con ogni marca di pompa di cui sia certificata la compatibilità"*.

La normativa in vigore infatti si limita a riferimenti alle caratteristiche dimensionali di siringhe ai fini della compatibilità con le pompe a siringa. Essa non fa né potrebbe fare alcun riferimento a marche specifiche. Ogni diversa interpretazione della normativa sarebbe infatti evidentemente in contrasto con i principi in materia di libertà della concorrenza. Pertanto, è da ritenersi sufficiente ed esaustiva una autodichiarazione da parte del fornitore delle siringhe da pompa, il quale certifichi, sotto propria responsabilità, la compatibilità del proprio prodotto con le pompe a siringa in uso presso le Aziende Ospedaliere della Regione Veneto.

È auspicabile, quindi, che, come già descritto nella bozza di capitolato da Voi presentata, la siringa da pompa sia:

- certificata secondo la norma UNI EN ISO 7886 – 2 : 1998;
- compatibile con le pompe a siringhe in uso presso le Vs. strutture sanitarie

e che, a comprova di ciò, SIA SUFFICIENTE LA PRESENTAZIONE DI UNA AUTOCERTIFICAZIONE DA PARTE DEL FORNITORE.

Distinti saluti.

BENEFIS S.r.l.

L'Amministratore Delegato

Dott.sa Stefania Pica

