

**SPETT.LE
AZIENDA ZERO
UOC CRAV
PROTOCOLLO.AZERO@-PECVENETO.**

Latina, 13 Marzo 2019

OGGETTO: "PER U.O.C. CRAV – osservazioni bozza capitolato Aghi e Siringhe"

Spett.le Amministrazione,

Il sottoscritto, **ALBERTO VALENTI NIN**, nato a Barcellona (Spagna) il 10 Dicembre 1957, Domiciliato per la carica presso la sede legale della Smiths Medical Italia S.r.l., a Latina Scalo (LT), Via della Stazione, 2. -
- Codice Fiscale VLN LRT 57T10 Z131N, nella sua qualità di **CONSIGLIERE** di **SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l.**, con sede legale e sociale in Latina Scalo (LT), via della Stazione n. 2, iscritta al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di Latina, numero di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02154270595, R.E.A. n. 149995, dipendente dall'Ufficio delle Imposte Dirette – Agenzia delle Entrate – Ufficio di Latina, Viale Le Corbusier angolo Via Amerigo Vespucci s.n.c., 04100 LATINA, Capitale Sociale Euro 1.100.000,00 interamente versato, in riferimento all'oggetto,

PRESENTA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI:

Lotto 1 / Lotto 2:

- si chiede di confermare che il confezionamento di 100 unità per scatola è da intendersi come confezionamento secondario (scatole) per facilitare lo stoccaggio nei magazzini e non come confezionamento minimo di vendita.
- Per aumentare la competitività tra aziende e tenendo in considerazione che 26G è preferibilmente pediatrica, si chiede di spostare tale misura dal lotto 1 al lotto 2

Lotto 25:

- Si chiede di confermare che le siringhe da emogas richieste siano siringhe senza ago, poiché viene descritto gauge e lunghezza dell'ago nelle specifiche tecniche.

Lotto 26:

- Si chiede anche di confermare che la misura "13mm" del lotto 26 sublotto A sia un refuso, e si volesse invece far riferimento ad una misura in "mm". Inoltre per aumentare la competitività tra le aziende si chiede di specificare quale sia la tolleranza del "circa" nella lunghezza dell'ago. Nello specifico la nostra azienda ha nel suo range di prodotti siringhe da emogas con ago da 16mm, per cui si chiede di tenere conto di una tolleranza del 30% o di modificare la misura "13mm" in "15mm".

Si dichiara inoltre che i referenti aziendali che presenzieranno il giorno 19 Marzo alle ore 10, presso la Vostra sede, saranno 2 tra i seguenti indicati:

DOTT. ANDREA RACCAGNI
DOTT.SSA GFRANCESCA VADALA'
DOTT.SSA CHIARA MARZANA

In fede,

SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l.
Alberto Valenti Nin
Consigliere
(Documento firmato digitalmente)