

Fresenius Medical Care Italia S.p.A.

Società con unico socio soggetta a direzione
e coordinamento di Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA.
Sede Legale e Amministrativa
Via Crema, 8
26020 - Palazzo Pignano (CR)
Telefono 0039 0373 - 9741
Telefax 0039 0373 - 974201

Spettabile
U.O.C. CRAV
AZIENDA ZERO
Passaggio Gaudenzio, 1
35131 PADOVA

24 Gennaio 2018
Prot. 63/2018 GZ/mc

**OGGETTO: OSSERVAZIONI CONSULTAZIONE DI MERCATO GARA DIALISI
PERITONEALE REGIONE VENETO.**

Con riferimento alla consultazione di mercato indicata in oggetto di seguito le ns. osservazioni alla bozza del capitolato pubblicato:

- 1) A pag.2 si cita che ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 50/2016, per i soli 1 e 2, ogni Azienda Sanitaria stipulerà un contratto di Accordo Quadro.
Si chiede con quale % si stipulerà tale accordo con i singoli aggiudicatari oppure se tali % non sono previste dal presente capitolato.
- 2) A pag.3 per il lotto n.3 dovranno essere forniti, all'interno del prezzo unitario offerto, le singole sacche di icodestrina e il servizio domiciliare nei confronti del paziente.
Si chiede conferma che il servizio domiciliare inteso come consegna del materiale venga effettuato dalla Ditta aggiudicataria per tutti i pazienti in trattamento con icodestrina e non solo per i pazienti che utilizzano il sistema dell'aggiudicatario.
- 3) A pag 4 tra i materiali inclusi nella fornitura si richiede l'adattatore in titanio.
Si chiede se è assolutamente obbligatorio offrire un adattatore in titanio oppure se è possibile offrire un adattatore equivalente dal punto di vista funzionale.
- 4) A pag. 4 per il lotto 1 tra le caratteristiche minime, a pena di esclusione, vengono richieste sacche di soluzione dializzante con glucosio in comparti separati per la componente acida e basica. Queste tipologie di sacche presuppongono l'utilizzo esclusivamente di soluzioni dializzanti con ph finale neutro o fisiologico dopo ricostituzione/miscelazione.
Si chiede conferma se anche le soluzioni contenente tampone lattato devono essere a ph neutro o fisiologico come le soluzioni con tampone bicarbonato puro o bicarbonato + lattato come riportato dal capitolato.

Iscrizione al Registro Nazionale dei Produttori di pile ed accumulatori n° IT 09090P00001639

Iscrizione al Registro Nazionale RAEE n° IT 08020000000732

Capitale Sociale: Euro 18.147.300

C.C.I.A.A. Cremona 122302

C.F.-U.R.I. 09291850155

P. I.V.A. 00931170195

- 5) A pag. 6 per il lotto 2 tra le caratteristiche minime, a pena di esclusione, vengono richieste sacche di soluzione dializzante con glucosio in compartimenti separati per la componente acida e basica. Queste tipologie di sacche presuppongono l'utilizzo esclusivamente di soluzioni dializzanti con pH finale neutro o fisiologico dopo ricostituzione/miscelazione.
Si chiede conferma se anche le soluzioni contenente tampone lattato devono essere a pH neutro o fisiologico come le soluzioni con tampone bicarbonato puro o bicarbonato + lattato come riportato dal capitolato.
- 6) Alla luce degli innumerevoli servizi richiesti dal capitolato **si chiede di indicare la base d'asta per i trattamenti CAPD e APD**
- 7) Aspetti migliorativi: **si chiede se eventuali migliorie non previste dal capitolato verranno valutate dal punto di vista qualitativo.**
- 8) A pag 6 per il lotto 2 tra le caratteristiche minime delle apparecchiature, a pena di esclusione, è richiesta la patient's card per la programmazione della prescrizione.
Si chiede conferma tra i requisiti minimi della presenza della card paziente per la programmazione della prescrizione dialitica e per mantenere in memoria i dati del trattamento in caso di problemi di trasmissione o connessione telematica.

Cordiali saluti.



Dott. Giuseppe Zampollo
Business Area Manager