

Procedura aperta telematica per la fornitura in accordo quadro di sistemi diagnostici per l'analisi delle proteine mediante elettroforesi capillare, su gel di agarosio e immunofissazione per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto.

VERBALE DEL 25/06/2019

SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE

Il giorno 25/06/2019, alle ore 09:45 presso la sede dell'UOC CRAV, Passaggio Gaudenzio 1, Padova, si è riunita la Commissione Aggiudicatrice, inerente la gara d'appalto in oggetto.

La Commissione, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 270 del 07/06/2019, risulta così composta:

Presidente:

- Dott. Davide Giavarina – Direttore UOC Laboratorio Analisi – Azienda ULSS 8 Berica;

Componenti:

- Dott.ssa Gabriella Righetti – Dirigente Biologo UOC Laboratorio Analisi - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona;
- Dott.ssa Sara Altinier – Dirigente Biologo UOC Medicina di Laboratorio - Azienda Ospedaliera di Padova.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da personale in servizio presso l'UOC CRAV.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione procede alla lettura della Documentazione di Gara, con particolare riferimento alle caratteristiche indispensabili e preferenziali inerenti il presente appalto.

La Commissione prende quindi atto delle risultanze della seduta riservata di apertura delle buste amministrative, effettuata dal Seggio di Gara in data 02/05/2019, nonché delle risultanze della seduta riservata del 09/05/2019 di conclusione del procedimento di soccorso istruttorio, come da Verbali di pari data agli atti dell'UOC CRAV e pubblicati sul profilo del committente, dai quali si evince che entro il termine previsto dal Bando di Gara sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

1) SEBIA ITALIA S.r.l.

2) MEDICAL SYSTEMS S.p.A.

Il Presidente e i componenti della Commissione dichiarano di aver già provveduto a rendere apposite dichiarazioni ai sensi del DPR 447/2000, agli atti della UOC CRAV, attestanti l'insussistenza di cause di astensione, incompatibilità o conflitto di interessi fra loro stessi e i partecipanti alla procedura in questione, in conformità a quanto previsto dall'art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalla restante normativa vigente.

La Commissione, con l'assistenza del personale dell'UOC CRAV, procede all'apertura telematica e al download della documentazione tecnica presentata dai concorrenti.

La Commissione inizia la disamina della documentazione di cui sopra.

La Ditta SEBIA ITALIA S.r.l. offre: 9 strumenti Capillarys 3 Tera, 22 strumenti Capillarys 3 Octa, 15 strumenti Hydrasys 2 scan Focusing 1202, 10 strumenti ASSIST, completi di tutti i reagenti, calibratori, controlli, materiali di consumo, accessori, componenti hardware e software, nonché del servizio di assistenza tecnica del interfacciamento ai LIS di laboratorio necessari al corretto funzionamento, secondo le specifiche indicate negli atti di gara.

La Ditta MEDICAL SYSTEMS S.p.A. offre: 22 strumenti V8 Fast, 18 strumenti V8 standard, 22 sistemi composti da n. 1 SAS 3 e n. 1 SAS 4, completi di tutti i reagenti, calibratori, controlli, materiali di consumo, accessori, componenti hardware e software, nonché del servizio di assistenza tecnica del interfacciamento ai LIS di laboratorio necessari al corretto funzionamento, secondo le specifiche indicate negli atti di gara.



La Commissione rileva che le offerte tecniche presentate da entrambi i concorrenti soddisfano le caratteristiche indispensabili previste dagli atti di gara a pena di esclusione.

La Commissione procede quindi alla valutazione delle caratteristiche preferenziali richieste ai fini dell'assegnazione del punteggio tecnico.

I punteggi assegnati dalla Commissione e le relative motivazioni sono riportati nell'Allegato 1 al presente Verbale di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Non avendo nessuno dei concorrenti conseguito un punteggio tecnico complessivo pari al massimo previsto dal Disciplinare di Gara (70 punti), la Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi tecnici assegnati secondo la formula indicata all'art. 8 del Disciplinare medesimo.


I punteggi complessivi riparametrati sono i seguenti:

- SEBIA ITALIA S.r.l. Punti 70.


- MEDICAL SYSTEMS S.p.A. Punti 45,26

Alle ore 12.30 il Presidente sospende la seduta e riconvoca la Commissione in data odierna alle ore ... presso la sede dell'UOC CRAV in Passaggio Gaudenzio 1, Padova.

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

