

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN ACCORDO QUADRO DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER L'ANALISI DELLE PROTEINE MEDIANTE ELETTROFORESI CAPILLARE, SU GEL DI AGAROSIO E IMMUNOFISSAZIONE PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO – RISPOSTE AI QUESITI

Quesito n. 1

In riferimento alle Vs richieste , ci permettiamo di segnalare che le seguenti caratteristiche indispensabili , rif. pagina 8 -9 del Capitolato Tecnico “Presenza di un Middleware gestionale , Campionatore automatico da provetta chiusa (strumentazione in elettroforesi capillare) e Sistema di facile e veloce gestione per l'esecuzione di immunofissazioni su gel di Agarosio che consenta di effettuare su un'unica strumentazione tutte le fasi analitiche (deposizione, migrazione, stratificazione, colorazione, essiccamento (sistema separativo in gel d'agarosio)”, per quanto di nostra conoscenza, identificano chiaramente oltre ad uno specifico (ed unico) fornitore anche la tipologia di strumentazioni che verrebbero offerte e precludono la nostra partecipazione alla gara in questione. Alla luce di quanto sopra, pertanto, se confermato, si chiede l'eliminazione delle caratteristiche minime sopracitate.

Risposta n. 1

Si vedano le nuove versioni del Capitolato Tecnico e del Disciplinare di Gara come modificati con Deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 22/03/2019.

Quesito n. 2

Con riferimento, inoltre, ai requisiti a punteggio, rif. pag. 28-29 del “Disciplinare di Gara” si chiede se i relativi punteggi delle singole caratteristiche tecniche verranno espressi mediante modalità ON/OFF oppure mediante proporzionalità? Se verrà utilizzata la modalità di proporzionalità del punteggio, si chiede inoltre, quali criteri oggettivi verranno utilizzati dalla Commissione Tecnica di Valutazione?

Risposta n. 2

Si vedano le nuove versioni del Capitolato Tecnico e del Disciplinare di Gara come modificati con Deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 22/03/2019.

Quesito n. 3

Nei requisiti, rif. pag. 28 del “Disciplinare di Gara” è presente la voce “Consolidamento di tutte le metodiche richieste su un unico strumento (elettroforesi sierica, Immunotyping, dosaggio CDT, HbA1c, emoglobine patologiche) e modalità delle stesse”. Si chiede se, in presenza di strumentazioni con caratteristiche di consolidamento diverse, verrà valutato il sistema e progetto nella sua totalità o necessariamente il singolo strumento

Risposta n. 3

Si precisa che verrà valutato il consolidamento su un'unica strumentazione.

Quesito n. 4

Sempre fra i requisiti a punteggio, rif. pag. 29 del “Disciplinare di Gara” è presente “CDT : Rilevabilità automatica della frazione asialo-transferrina, possibilità di rilevazioni varianti genetiche della transferrina” si chiede, a seguito della standardizzazione della misurazione della CDT (vedere IFCC approved HPLC reference measurement procedure for the alcohol consumption biomarker carbohydrate-deficient transferrin (CDT): Its validation and use. François Schellenberg, Jos Wielders, Raymond Anton, Vincenza Bianchi, Jean Deenmamode, Cas Weykamp, John Whitfield, Jan-Olof Jeppsson, Anders Helander Clin Chim Acta, 2017 Feb; 465:91-100) già secondo le raccomandazioni IFCC dove l'indice di abuso alcolico è dato esclusivamente dal valore della frazione DisialoTransferrina, di modificare tale requisito poiché la rilevabilità della asialo – transferrina risulta un dosaggio non menzionato nelle raccomandazioni WG-CDT dell'IFCC.

Risposta n. 4

Si vedano le nuove versioni del Capitolato Tecnico e del Disciplinare di Gara come modificati con Deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 22/03/2019.

Quesito n. 5

Vostro Riferimento: Art. 2 – Caratteristiche indispensabili richieste, voce “Campionatore automatico da provetta primaria chiusa”. Si richiede di confermare che la caratteristica minima “Campionatore automatico da provetta primaria chiusa” sia applicabile esclusivamente alle sole metodiche che prevedono l'utilizzo di campione di sangue e non di siero.

Risposta n. 5

Si vedano le nuove versioni del Capitolato Tecnico e del Disciplinare di Gara come modificati con Deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 22/03/2019.

Quesito n. 6

Vostro Riferimento: Art. 2 - Caratteristiche indispensabili richieste, voce “Separazione delle proteine urinarie con fornitura di sistema in grado di effettuare elettroforesi urinaria (con traccianti elettroforetici distinti tra diverse tipologie di proteinuria)”. Si richiede di specificare se la caratteristica minima “Separazione delle proteine urinarie con fornitura di sistema in grado di effettuare elettroforesi urinaria (con traccianti elettroforetici distinti tra diverse tipologie di proteinuria)”, si riferisca a separazione per peso molecolare oppure no.

Risposta n. 6

Si vedano le nuove versioni del Capitolato Tecnico e del Disciplinare di Gara come modificati con Deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 22/03/2019.

Quesito n. 7

Vostro Riferimento: Tabella 1 di pag. 12 del Capitolato Tecnico (colonna Sedute settimanali). Si richiede di confermare, per quanto attiene alle sedute analitiche settimanali dei test in gel di agarosio, se la frequenza di 5 giorni alla settimana sia da riferirsi ad una numerosità di test/anno maggiore di 1.000.

Risposta n. 7

Si precisa che, per quanto attiene alle sedute analitiche settimanali dei test in gel di agarosio, la frequenza di 5 giorni alla settimana è da riferirsi ad una numerosità di test/anno maggiore di 1.000.

Quesito n. 8

Vostro Riferimento: Allegato C3 – Modulo Offerta Economica (Schemi 1, 2.1, 2.2 e 3) e pag. 3 del Capitolato Tecnico. Si richiede di confermare che nell'importo complessivo a base d'asta fissato in euro 5.400.000,00, NON rientra il valore dei “Test Opzionali” fissato in ulteriori euro 813.000,00.

Risposta n. 8

Si conferma che nell'importo complessivo a base d'asta fissato in € 5.400.000,00 non rientra il valore dei “Test Opzionali” fissato in ulteriori € 813.000,00.

Quesito n. 9

Si richiede inoltre, al fine di proporre la miglior soluzione possibile, in considerazione della numerosità dei centri interessati e del relativo pannello analitico di esami, di concedere una proroga della scadenza indicata, di almeno 10/15 giorni di calendario.

Risposta n. 9

Il termine di presentazione delle offerte è stato posticipato al giorno 08/04/2019 alle ore 15:00.