



Spett.le: **AZIENDA ZERO**
Passaggio Gaudenzio,1
35131 PADOVA

c.a. **Dr.ssa Sandra Zuzzi –U.O.C. CRAV**

OGGETTO: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO RELATIVA - PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA SUDDIVISA IN LOTTI, DI SISTEMI PER DIALISI PERITONEALE DOMICILIARE CONTINUA (CAPD), DIALISI AUTOMATIZZATA (APD) E SACCHE IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO.

Il sottoscritto **Dott. Francesco Caselli** nato a Modena (MO) il 08/01/1974 C.F. CSLFNC74A08 F257X, domiciliato per la carica presso la sede societaria, in qualità di Amministratore Delegato della Società **Spindial S.p.A.**, C.F. e P. IVA 02141870341, con sede in Strada Nazionale, 18 – 43044 Lemignano di Collecchio (Parma),

con riferimento a quanto in oggetto si sottopongono le seguenti osservazioni:

- Relativamente al **lotto 1 CAPD** vengono richieste **a pena esclusione** sacche di soluzione dializzante con un contenuto di calcio di almeno 1,25 mmol/L e 1,75 mmol/L. Considerato il fatto che non è possibile stabilire a priori e con esattezza le necessità del paziente si chiede che tale requisito sia considerato come preferenziale e non a pena esclusione, allo scopo di rendere meno restrittiva la partecipazione di aziende e consentirne una più ampia partecipazione. Inoltre, sempre **a pena esclusione**, vengono richieste sacche di soluzione dializzante con volume di infusione da 2 litri e 2,5 litri. Allo scopo di rendere meno restrittiva la partecipazione di aziende e consentirne una più ampia partecipazione, si chiede di modificare la richiesta con “*sacche di soluzione dializzante con volume di infusione da 2 litri e/o 2,5 litri*”.
- Relativamente al **lotto 2 APD** vengono richieste sacche di soluzione dializzante con un contenuto di calcio di almeno 1,25 mmol/L e 1,75 mmol/L **a pena esclusione**. Considerato il fatto che non è possibile stabilire a priori e con esattezza le necessità del paziente si chiede che tale requisito sia considerato come preferenziale e non a pena esclusione, allo scopo di rendere meno restrittiva la partecipazione di aziende e consentirne una più ampia partecipazione.
- Relativamente al **lotto 2 APD** nelle caratteristiche minime **a pena di esclusione** delle apparecchiature viene richiesto “*Volume totale di trattamento giornaliero da 10 ad almeno 25 litri*” allo scopo di rendere meno restrittiva la partecipazione di aziende e consentirne una più ampia partecipazione, si chiede di rendere idonea un’apparecchiatura in grado di erogare un volume totale giornaliero di almeno 20 litri.

Spindial S.p.A. Socio Unico
L’Amministratore Delegato
Dott. Francesco Caselli

SPINDIAL SPA UNICO SOCIO
Strada Nazionale 18 - Loc. Lemignano
43044 COLLECCHIO (PR)
Tel. 0521 339611 - Fax 0521 339600
Partita Iva 02141870341