

Gara d'appalto a mezzo procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura, mediante accordo quadro, di protesi di anca e cementi in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, di cui al decreto di indizione n. 161 del 12.9.2017 e decreti di modifica parziale n. 186 del 3.11.2017 e n.217 del 28.12.2017.

Deliberazioni del Direttore Generale n. 103 del 12.3.2019 e n. 149 del 29.3.2019 - Nomina della Commissione Giudicatrice.

**VERBALE
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
DEL 6.11.2019**

Presso il Centro Sanitario Polifunzionale - Via Marconi n.19 - in Monselice (PD), in data odierna a partire dalle ore 9.00, è stata convocata la Commissione Giudicatrice in interstazione, per la valutazione tecnica ed economica e l'attribuzione del relativo punteggio, ex art. 7 del disciplinare di gara, per la gara indetta con Decreto n. 161 del 12.9.2017 e decreti di modifica parziale n. 186 del 3.11.2017 e n.217 del 28.12.2017.

La Commissione, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 149 del 29.3.2019, risulta così composta:

- Dr. Gian Paolo Ferrari, Direttore U.O.C. Ortopedia e Traumatologia P.O. Chioggia (VE) - AULSS 3 Serenissima, con funzioni di Presidente;
- Dr. Vincenzo Furfaro, Direttore U.O.C. Ortopedia e Traumatologia P.O. Valdagno (VI) - AULSS 8 Berica;
- Dr. Claudio Melchior, Direttore U.O.C. Ortopedia e Traumatologia P.O. di Conegliano (TV) - AULSS 2 Marca Trevigiana;
- Dr.ssa Mariella Cogo, Dirigente Farmacista - AULSS 6 Euganea;
- Dr.ssa Antonella Filippin, Dirigente Farmacista - AULSS 7 Pedemontana.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da personale in servizio presso l'U.O.C. CRAV - Azienda Zero.

La Commissione procede all'apertura ed analisi della campionatura presentata dalle società partecipanti alla gara per i lotti n.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20 e 24.

La Commissione rileva che, per il lotto n.9, le ditte Adler Ortho S.r.l. e Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. hanno presentato dei prodotti non conformi a quanto richiesto, poiché non sono presenti le misure idonee ad un impianto di endoprotesi con testa monoblocco, così come rilevato anche dall'analisi della documentazione tecnica.

Per i restanti lotti la Commissione riscontra che la campionatura presentata è conforme ai requisiti minimi richiesti.

La Commissione successivamente prosegue nell'attività di valutazione, formulando i giudizi relativi ai lotti n.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20 e 24, riportati nei prospetti allegati.

La Commissione delega l'U.O.C. CRAV alla riparametrazione dei punteggi qualitativi relativi ai suddetti lotti, al download delle offerte economiche e alla proposta di assegnazione dei punteggi relativi al prezzo, stante il carattere non discrezionale di dette operazioni.

La Commissione conclude i lavori alle ore 14.40. Il Presidente fissa la successiva riunione per il giorno 15.11.2019.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE:

I COMPONENTI:

The image shows three handwritten signatures on horizontal lines. The top signature is the largest and most prominent, followed by two smaller signatures below it.

Paola Cogo

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

[Signature]

LOTTO 1

1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 21	ADLER		B.BRAUN		BIOMEDIKA		EXACHTEC		EXAMEDICAL
			Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio
1A)	gamma di misure	5	Discreta varietà di taglie	3	Buona varietà di taglie	4	Discreta varietà di taglie	3	Discreta varietà di taglie	3	Discreta varietà di taglie
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema: verrà apprezzata l'ergonomicità, cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze.	11	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Ottima corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Presenza di inserto con vitamina E.	11	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze.
1c)	versatilità:	5	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	3	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	3	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	3	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	3	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 12									
2A)	confezionamento esterno:	6	Difficoltà apertura, necessarie forbici	5	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto
2b)	confezionamento interno:	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento
3	STRUMENTARIO	MAX 18									
3a)	facilità	7	Strumentario facile da utilizzare	7	Strumentario facile da utilizzare	7	Strumentario facile da utilizzare	7	Strumentario facile da utilizzare	7	Strumentario facile da utilizzare
3b)	versatilità	7	Strumentario idoneo ad entrambi gli accessi	7	Strumentario idoneo ad entrambi gli accessi	7	Strumentario idoneo ad entrambi gli accessi	7	Strumentario idoneo ad entrambi gli accessi	7	Strumentario idoneo ad entrambi gli accessi
3c)	ergonomicità del kit	4	Strumento pratico, sicuro e intuitivo nel suo utilizzo	4	Strumento pratico, sicuro e intuitivo nel suo utilizzo	4	Strumento pratico, sicuro e intuitivo nel suo utilizzo	4	Strumento pratico, sicuro e intuitivo nel suo utilizzo	4	Strumento pratico, sicuro e intuitivo nel suo utilizzo
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 10									
4a)	documentazione scientifica	4	Documentazione numerosa ma generica.	2	Documentazione insufficiente	0	Documentazione limitata ma pertinente	3	Documentazione numerosa ma generica.	2	Documentazione insufficiente
4b)	follow up	6	Follow up sufficiente rilevabile da registro	4	Follow up sufficiente. Non esplicitata rivista scientifica	3	Follow up sufficiente con rivista esplicitata	4	Follow up sufficiente rilevabile da registro	4	Follow up sufficiente rilevabile da registro
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 9									
5a)		6	La ditta fornisce un buon servizio di assistenza pur non dichiarando una reperibilità notturna e festiva.	5	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva; non dichiara di effettuare audit semestrali, controllo scadenza e corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici.	3	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. Non fornisce numerosità e qualifica del personale. Non dichiara di effettuare audit semestrali, controllo scadenza	3	La ditta non dichiara una rete di deposito logistica e la disponibilità ad effettuare audit semestrali.	5	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. Non fornisce numerosità e qualifica del personale.
5b)		3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesienza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesienza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesienza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesienza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesienza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.
TOTALE				59		57		59		60	

David Adler *Ann. P. P. P.* *Alu* *UP Cap*

LOTTO 1

1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 21	LIMA		MATHYS		MEDACTA		ORTHOLAB		PERMEDICA	
			Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato
1A)	gamma di misure	5	Discreta varietà di taglie	3	Discreta varietà di taglie	3	Discreta varietà di taglie	3	Buona varietà di taglie	4	Ottima varietà di taglie	5
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema: verrà apprezzata l'ergonomicità, cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze.	11	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Ottima corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Presenza di inserto con vitamina E.	11	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Ottima corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Presenza di inserto con vitamina E.	11	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Priva di spillina antilussante nel cotile.	9	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Ottima corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Presenza di inserto con vitamina E.	11
1c)	versatilità:	5	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	3	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	3	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	3	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	3	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	3
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 12										
2A)	confezionamento esterno:	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Difficoltà apertura, necessarie forbici	5	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6
2b)	confezionamento interno:	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	doppia busta può provocare, all'atto dell'apertura, la caduta della protesi.	5	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6
3	STRUMENTARIO	MAX 18										
3a)	facilità	7	Strumentario facile da utilizzare	7	Strumentario facile da utilizzare	7	Strumentario facile da utilizzare	7	Strumentario facile da utilizzare	7	Strumentario facile da utilizzare	7
3b)	versatilità	7	Strumentario non adatto in modo ottimale all'accesso mininvasivo	4	Strumentario non adatto in modo ottimale all'accesso mininvasivo	4	Strumentario idoneo ad entrambi gli accessi	7	Strumentario non adatto in modo ottimale all'accesso mininvasivo	4	Strumentario idoneo ad entrambi gli accessi	7
3c)	ergonomicità del kit	4	Strumento pratico, sicuro e intuitivo nel suo utilizzo	4	Strumento pratico, sicuro e intuitivo nel suo utilizzo	4	Strumento pratico, sicuro e intuitivo nel suo utilizzo	4	Strumento pratico, sicuro e intuitivo nel suo utilizzo	4	Strumento pratico, sicuro e intuitivo nel suo utilizzo	4
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 10										
4a)	documentazione scientifica	4	Documentazione generosa non sempre pertinente	2	Documentazione non sempre pertinente	2	Documentazione non sempre pertinente	2	Documentazione non presentata	0	Documentazione scarsa	1
4b)	follow up	6	Follow up completo. Esplicitata rivista scientifica	6	Follow up completo. Esplicitata rivista scientifica	6	Follow up sufficiente con rivista esplicitata	4	Non valutabile	0	Follow up scarso, rivista non esplicitata	2
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 9										
5a)		6	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva; non dichiara di effettuare audit semestrali, corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici.	4	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. La ditta non dichiara una rete di deposito logistica e la disponibilità ad effettuare audit semestrali.	4	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. La ditta non dichiara una rete di deposito logistica e la disponibilità ad effettuare audit semestrali.	4	La ditta soddisfa tutti i criteri richiesti.	6	La ditta non dichiara una rete di deposito logistica, la disponibilità ad effettuare audit semestrali e i controlli scadenze.	4
5b)		3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesi senza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesi senza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesi senza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesi senza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesi senza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	3
TOTALE				59		59		59		50		59

Antonio Nobile

Antonio Palumbo - Cap

LOTTO 1

CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:		MAX 21		SAMO		SMITH		WALDNER	
1A)	gamma di misure	5	Discreta varietà di taglie	3	Ottima varietà di taglie	5	Ottima varietà di taglie	5	
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema: verrà apprezzata l'ergonomicità, cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze.	11	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Scarsa varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Priva di modularità dello stelo (angolo cervico-diaffissario fisso).	9	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze.	10	
1 c)	versatilità:	5	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	3	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	3	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	3	
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 12							
2A)	confezionamento esterno:	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	
2b)	confezionamento interno:	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	
3	STRUMENTARIO	MAX 18							
3a)	facilità	7	Strumentario facile da utilizzare	7	Strumentario facile da utilizzare	7	Strumentario facile da utilizzare	7	
3b)	versatilità	7	Strumentario non adatto in modo ottimale all'accesso minivasivo	4	Strumentario idoneo ad entrambi gli accessi	7	Strumentario non adatto in modo ottimale all'accesso minivasivo	4	
3c)	ergonomicità del kit	4	Strumento pratico, sicuro e intuitivo nel suo utilizzo	4	Strumento pratico, sicuro e intuitivo nel suo utilizzo	4	Strumento pratico, sicuro e intuitivo nel suo utilizzo	4	
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 10							
4 a)	documentazione scientifica	4	Documentazione scarsa	1	Documentazione pertinente ed esaustiva	4	Documentazione pertinente ed esaustiva	4	
4 b)	follow up	6	Non valutabile	0	Follow up completo. Esplicitata rivista scientifica	6	Follow up completo. Esplicitata rivista scientifica	6	
5		MAX 9							
5a)		6	La ditta non dichiara una rete di deposito logistica.	5,5	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. Non dichiara i recapiti telefonici.	4	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. Non dichiara di effettuare audit semestrali.	4	
5b)		3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesi senza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesi senza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesi senza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	3	
TOTALE				51,5		65		62	

Donatella Bellini
Annalisa Ferraro
Waldner
SMITH
SAMO

LOTTO 2

			3d		ADLER		B.BRAUN		EXACHTEC		GRUPPO BIOIMPIANTI	
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 21	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato
1A)	gamma di misure	5	Sufficiente varietà di taglie	2	Discreta varietà di taglie	3	Buona varietà di taglie	4	Buona varietà di taglie	4	Discreta varietà di taglie	3
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema: verrà apprezzata l'ergonomicità, cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze.	11	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Ottima corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Presenza di inserto con vitamina E.	11	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Ottima corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Presenza di inserto con vitamina E.	11
1c)	versatilità:	5	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	3	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	3	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	3	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	3	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	3
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 12										
2A)	confezionamento esterno:	6	Difficoltà nell'apertura, necessario rompere la scatola	3	Difficoltà apertura, necessarie forbici	5	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6
2b)	confezionamento interno:	6	Il confezionamento interno in tripla busta può provocare la caduta della protesi	5	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6
3	STRUMENTARIO	MAX 18										
3a)	facilità	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7
3b)	versatilità	7	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia minivasivo	7	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia minivasivo	7	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia minivasivo	7	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia minivasivo	7	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia minivasivo	7
3C)	ergonomicità del kit	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 10										
4a)	documentazione scientifica	4	Documentazione numerosa ma generica	1	Documentazione numerosa ma generica.	1	Documentazione insufficiente	0	Documentazione numerosa ma generica.	1	Documentazione limitata ma pertinente	3
4b)	follow up	6	Follow up sufficiente con rivista esplicitata	4	Follow up presente ma incompleto	2	Follow up sufficiente. Non esplicitata rivista scientifica	3	Follow up sufficiente rilevabile da registro	4	Non valutabile	0
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 9										
5a)		6	La ditta fornisce un buon servizio di assistenza. Dichiara di non effettuare audit semestrali.	5	La ditta fornisce un buon servizio di assistenza pur non dichiarando una reperibilità notturna e festiva.	5	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva; non dichiara di effettuare audit semestrali, controllo scadenza e corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici.	3	La ditta non dichiara una rete di deposito logistica e la disponibilità ad effettuare audit semestrali.	5	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva.	4
5b)		3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesienza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesienza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesienza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesienza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesienza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	3
TOTALE				54		56		57		60		57

San Paolo Ferraro

ferri

Antonio Kelle

UP

Cp

LOTTO 2

			MATHYS		MEDACTA		MICROPORT		ORTHOLAB		PERMEDICA	
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 21	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato
1A)	gamma di misure	5	Discreta varietà di taglie	3	Discreta varietà di taglie	3	Discreta varietà di taglie	3	Discreta varietà di taglie	3	Discreta varietà di taglie	3
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema: verrà apprezzata l'ergonomia, cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze.	11	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Ottima corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. Presenza di inserto con vitamina E.	11	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. Priva di spillina antilussante nel cotile.	9	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Ottima corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. Presenza di inserto con vitamina E.	11
1c)	versatilità:	5	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	3	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	3	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	3	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	3	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	3
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 12										
2A)	confezionamento esterno:	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Difficoltà apertura, necessarie forbici	5	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6
2b)	confezionamento interno:	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno in doppia busta può provocare, all'atto dell'apertura, la caduta della protesi.	5	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6
3	STRUMENTARIO	MAX 18										
3a)	facilità	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7
3b)	versatilità	7	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia minivasivo	7	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia minivasivo	7	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia minivasivo	7	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia minivasivo	7	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia minivasivo	7
3C)	ergonomia del kit	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 10										
4 a)	documentazione scientifica	4	Documentazione non sempre pertinente	2	Documentazione non sempre pertinente	2	Documentazione insufficiente	0	Documentazione non presentata	0	Documentazione insufficiente	0
4 b)	follow up	6	Follow up completo. Esplicitata rivista scientifica	6	Follow up sufficiente con rivista esplicitata	4	Follow up sufficiente con registro esplicitato	4	Non valutabile	0	Follow up scarso, rivista non esplicitata	1
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 9										
5a)		6	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. La ditta non dichiara una rete di deposito logistica e la disponibilità ad effettuare audit semestrali.	4	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. La ditta non dichiara una rete di deposito logistica e la disponibilità ad effettuare audit semestrali.	4	La ditta soddisfa tutti i criteri richiesti.	6	La ditta soddisfa tutti i criteri richiesti.	6	La ditta non dichiara una rete di deposito logistica, la disponibilità ad effettuare audit semestrali e i controlli scadenze.	4
5b)		3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	3
TOTALE				62		59		59		52		55

San Paolo


Open

Antonio

AP

Coop

CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:		MAX 21	Giudizio	SMITH	WALDNER
1A)	gamma di misure	5	Ottima varietà di taglie	5	Buona varietà di taglie
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema: verrà apprezzata l'ergonomia, cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze.	11	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze.
1c)	versatilità:	5	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	3	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 12			
2A)	confezionamento esterno:	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto
2b)	confezionamento interno:	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento
3	STRUMENTARIO	MAX 18			
3a)	facilità	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo
3b)	versatilità	7	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia minivasivo	7	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia minivasivo
3c)	ergonomia del kit	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 10			
4a)	documentazione scientifica	4	Documentazione pertinente ed esaustiva	4	Documentazione pertinente ed esaustiva
4b)	follow up	6	Follow up completo. Esplicitata rivista scientifica	6	Follow up completo. Esplicitata rivista scientifica
5		MAX 9			
5a)		6	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. Non dichiara i recapiti telefonici.	4	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. Non dichiara di effettuare audit semestrali.
5b)		3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesi/chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesi/chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.
TOTALE				65	64








LOTTO 3

1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 21	ADLER		BIOMEDIKA		INTRAUMA		LIMA	
			Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato
1A)	gamma di misure	5	Discreta varietà di taglie	3	Buona varietà di taglie	4	Sufficiente varietà di taglie	2	Sufficiente varietà di taglie	2
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema: verrà apprezzata l'ergonomicità, cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze.	11	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Priva di spillina antilussante nel cotile.	9	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Ottima corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Presenza di inserto con vitamina E.	11
1c)	versatilità:	5	Lo stelo anatomico garantisce l'impianto anche con tecniche minivasive	5	Lo stelo anatomico garantisce l'impianto anche con tecniche minivasive	5	Lo stelo anatomico garantisce l'impianto anche con tecniche minivasive	5	Lo stelo anatomico garantisce l'impianto anche con tecniche minivasive	5
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 12								
2A)	confezionamento esterno:	6	Difficoltà apertura, necessarie forbici	5	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6
2b)	confezionamento interno:	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6
3	STRUMENTARIO	MAX 18								
3a)	facilità	7	Facile e semplice utilizzo	7	Strumentario facile da utilizzare	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7
3b)	versatilità	7	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia mininvasivo	7	Strumentario idoneo ad entrambi gli accessi	7	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia mininvasivo	7	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia mininvasivo	7
3C)	ergonomicità del kit	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Strumento pratico, sicuro e intuitivo nel suo utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 10								
4 a)	documentazione scientifica	4	Documentazione numerosa ma generica.	2	Documentazione limitata e generica	1	Documentazione numerosa ma generica.	2	Documentazione numerosa ma generica.	2
4 b)	follow up	6	Follow up presente ma incompleto	2	Follow up sufficiente con rivista esplicitata	4	Follow up presente ma incompleto	2	Follow up completo. Esplicitata rivista scientifica	6
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 9								
5a)		6	La ditta fornisce un buon servizio di assistenza pur non dichiarando una reperibilità notturna e festiva.	5	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. Non fornisce numerosità e qualifica del personale. Non dichiara di effettuare audit semestrali, controllo scadenza	3	La ditta non dichiara una rete di deposito logistica e la disponibilità ad effettuare audit semestrali.	5	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva; non dichiara di effettuare audit semestrali, corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici.	4
5b)		3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesienza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesienza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesienza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesienza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	3
TOTALE				59		60		58		63

Antonio Neri *Cooper* *San Paolo Firenze* *Jim* *UP*

CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:		MAX 21		MEDACTA		ORTHOLAB		WALDNER	
1	1A)	gamma di misure	5	Buona varietà di taglie	4	Ottima varietà di taglie	5	Discreta varietà di taglie	3
1b)		caratteristiche dell'impianto/sistema: verrà apprezzata l'ergonomia, cioè la forma ed il materiale approntato che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze.	11	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Buona varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. Priva di spallina antiusante nel cotile.	9	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze.	10
2	2A)	confezionamento esterno:	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Difficoltà apertura, necessarie forbici	5	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6
2b)		confezionamento interno:	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno in doppia busta può provocare, all'atto dell'apertura, la caduta della protesi.	5	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6
3	3)	STRUMENTARIO	MAX 18						
3a)	3a)	facilità	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7
3b)	3b)	versatilità	7	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia mininvasivo	7	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia mininvasivo	7	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia mininvasivo	7
3c)	3c)	ergonomia del kit	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4
4	4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 10						
4a)	4a)	documentazione scientifica	4	Documentazione limitata ma pertinente	3	Documentazione insufficiente	0	Documentazione pertinente ed esaustiva	4
4b)	4b)	follow up	6	Follow up sufficiente con rivista esplicata	4	Non valutabile	0	Follow up completo. Esplicitata rivista scientifica	6
5			MAX 9						
5a)	5a)		6	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. La ditta non dichiara una rete di deposito logistica e la disponibilità ad effettuare audit semestrali.	4	La ditta soddisfa tutti i criteri richiesti.	6	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. Non dichiara di effettuare audit semestrali.	4
5b)	5b)		3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesi, per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesi, per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesi, per un numero massimo di tre volte.	3
TOTALE									



LOTTO 4

1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 21	ADLER		IMPLANTCAST		INTRAUMA		LIMA		MEDACTA	
			Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato
1A)	gamma di misure	5	Discreta varietà di taglie	3	Buona varietà di taglie	4	Sufficiente varietà di taglie	2	Sufficiente varietà di taglie	2	Buona varietà di taglie	4
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema: verrà apprezzata l'ergonomicità, cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze.	11	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Priva di spillina antilussante nel cotile.	9	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Ottima corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Presenza di inserto con vitamina E.	11	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze.	10
1c)	versatilità:	5	Lo stelo anatomico garantisce l'impianto anche con tecniche minivasive	5	Lo stelo anatomico garantisce l'impianto anche con tecniche minivasive	5	Lo stelo anatomico garantisce l'impianto anche con tecniche minivasive	5	Lo stelo anatomico garantisce l'impianto anche con tecniche minivasive	5	Lo stelo anatomico garantisce l'impianto anche con tecniche minivasive	5
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 12										
2A)	confezionamento esterno:	6	Difficoltà apertura, necessarie forbici	5	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6
2b)	confezionamento interno:	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6
3	STRUMENTARIO	MAX 18										
3a)	facilità	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7
3b)	versatilità	7	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia mininvasivo	7	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia mininvasivo	7	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia mininvasivo	7	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia mininvasivo	7	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia mininvasivo	7
3C)	ergonomicità del kit	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 10										
4a)	documentazione scientifica	4	Documentazione numerosa ma generica.	2	Documentazione insufficiente	0	Documentazione numerosa ma generica	2	Documentazione numerosa ma generica	2	Documentazione limitata ma pertinente	3
4b)	follow up	6	Follow up presente ma incompleto	2	Non valutabile	0	Follow up presente ma incompleto	2	Follow up completo. Esplicitata rivista scientifica	6	Follow up sufficiente con rivista esplicitata	4
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 9										
5a)		6	La ditta fornisce un buon servizio di assistenza pur non dichiarando una reperibilità notturna e festiva.	5	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva.	4	La ditta non dichiara una rete di deposito logistica e la disponibilità ad effettuare audit semestrali.	5	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva; non dichiara di effettuare audit semestrali, corsi di formazione in	4	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. La ditta non dichiara una rete di deposito logistica e la disponibilità ad effettuare audit	4
5b)		3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	3
TOTALE				59		56		58		63		63

Antonio Melli

San Paolo Ferrara

Coop. Ofu

AA

WALDNER		ORTHOLAB		TOTALE	
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 21	Giudizio	5	gamma di misure
1A)		5	Ottima varietà di taglie	5	
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema: verrà apprezzata l'ergonomia, cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze.	11	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. Privata di spallina antilussante nel cotile.	9	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze.
1 c)	versatilità:	5	Lo stelo anatomico garantisce l'impianto anche con tecniche minivasive	5	Lo stelo anatomico garantisce l'impianto anche con tecniche minivasive
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 12			
2A)	confezionamento esterno:	6	Difficoltà apertura, necessarie forbici	5	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto
2b)	confezionamento interno:	6	Il confezionamento interno in doppia busta può provocare, all'atto dell'apertura, la caduta della protesi.	5	Il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento
3	STRUMENTARIO	MAX 18			
3a)	facilità	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo
3b)	versatilità	7	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia minivasivo	7	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia minivasivo
3c)	ergonomia del kit	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 10			
4 a)	documentazione scientifica	4	Documentazione insufficiente	0	Documentazione pertinente ed esaustiva
4 b)	follow up	6	Non valutabile	0	Follow up completo. Esplicitata rivista scientifica
5		MAX 9			
5a)		6	La ditta soddisfa tutti i criteri richiesti.	6	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. Non dichiara di effettuare audit semestrali.
5b)	SERVIZIO DI ASSISTENZA	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesi, per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesi, per un numero massimo di tre volte.
TOTALE				56	
				65	

Handwritten signatures and notes:
 - Top right: "Dante Neri"
 - Middle right: "G. M. Ruffini"
 - Middle left: "Waldner"
 - Bottom left: "Coop Oltre"
 - A large handwritten "56" is also present near the top left of the table.

		ADLER		LIMA		
	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 21	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato
1	gamma di misure	5	Ottima varietà di taglie	5	Ottima varietà di taglie	5
1A)	caratteristiche dell'impianto/sistema: verrà apprezzata l'ergonomicità, cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze.	11	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Ottima corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. Presenza di inserto con vitamina E.	11
1 c)	versatilità:	5	Lo stelo anatomico modulare garantisce l'impianto anche con tecniche mininvasive	5	Lo stelo anatomico modulare garantisce l'impianto anche con tecniche mininvasive	5
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 12				
2A)	confezionamento esterno:	6	Difficoltà apertura, necessarie forbici	5	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6
2b)	confezionamento interno:	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6
3	STRUMENTARIO	MAX 18				
3a)	facilità	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7
3b)	versatilità	7	Ottimo per gli accessi standard, meno indicato per i mininvasivi	4	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia mininvasivo	7
3C)	ergonomicità del kit	4	intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 10				
4 a)	documentazione scientifica	4	Documentazione numerosa ma generica.	2	Valida documentazione.	4
4 b)	follow up	6	Follow up sufficiente rilevabile da registro	4	Follow up completo. Esplicitata rivista scientifica	6
5		MAX 9				
5a)	SERVIZIO DI ASSISTENZA	6	La ditta fornisce un buon servizio di assistenza pur non dichiarando una reperibilità notturna e festiva.	5	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva; non dichiara di effettuare audit semestrali, corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici.	4
5b)		3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	3
TOTALE				60		68

Davidio Pulini

San Paolo Ferraro

Sp. J. J.

W.D.

LOTTO 6

		ADLER		LIMA		
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 21	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato
1A)	gamma di misure	5	Ottima varietà di taglie	5	Ottima varietà di taglie	5
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema: verrà apprezzata l'ergonomicità, cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze.	11	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Ottima corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Presenza di inserto con vitamina E.	11
1c)	versatilità:	5	Lo stelo anatomico modulare garantisce l'impianto anche con tecniche minivasive	5	Lo stelo anatomico modulare garantisce l'impianto anche con tecniche minivasive	5
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 12				
2A)	confezionamento esterno:	6	Difficoltà apertura, necessarie forbici	5	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6
2b)	confezionamento interno:	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6
3	STRUMENTARIO	MAX 18				
3a)	facilità	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7
3b)	versatilità	7	Ottimo per gli accessi standard, meno indicato per i minivasivi	4	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia minivasivo	7
3C)	ergonomicità del kit	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 10				
4 a)	documentazione scientifica	4	Documentazione numerosa ma generica.	2	Valida documentazione.	4
4 b)	follow up	6	Follow up sufficiente rilevabile da registro	4	Follow up completo. Esplicitata rivista scientifica	6
5		MAX 9				
5a)	SERVIZIO DI ASSISTENZA	6	La ditta fornisce un buon servizio di assistenza pur non dichiarando una reperibilità notturna e festiva.	5	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva; non dichiara di effettuare audit semestrali, corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici.	4
5b)		3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	3
TOTALE				60		68

Giudizio

Sim. Polo Ferr. Cap. Oster

UP

LOTTO 7

1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 21	3D SYSTEM		ADLER		LIMA		MICROPORT		PERMEDICA	
			Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato
1A)	gamma di misure	5	Buona varietà di taglie	4	Ottima varietà di taglie	5	Buona varietà di taglie	4	Buona varietà di taglie	4	Ottima varietà di taglie	5
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema: verrà apprezzata l'ergonomicità, cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze.	11	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Ottima corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. Presenza di inserto con vitamina E.	11	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Ottima corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. Presenza di inserto con vitamina E.	11
1c)	versatilità:	5	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	3	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	3	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	3	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	3	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	3
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 12										
2A)	confezionamento esterno:	6	Difficoltà nell'apertura, necessario rompere la scatola	3	Difficoltà apertura, necessarie forbici	5	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6
2b)	confezionamento interno:	6	Il confezionamento interno in tripla busta può provocare la caduta della protesi	5	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6
3	STRUMENTARIO	MAX 18										
3a)	facilità	7	Facile e semplice utilizzo	7	Strumentario facile da utilizzare	7	Strumentario facile da utilizzare	7	Facile e semplice utilizzo	7	Strumentario facile da utilizzare	7
3b)	versatilità	7	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia minivasivo	7	Strumentario idoneo ad entrambi gli accessi	7	Strumentario non adatto in modo ottimale all'accesso minivasivo anteriore	4	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia minivasivo	7	Strumentario idoneo ad entrambi gli accessi	7
3C)	ergonomicità del kit	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Strumento pratico, sicuro e intuitivo nel suo utilizzo	4	Strumento pratico, sicuro e intuitivo nel suo utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Strumento pratico, sicuro e intuitivo nel suo utilizzo	4
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 10										
4a)	documentazione scientifica	4	Documentazione numerosa ma generica.	2	Documentazione numerosa ma generica.	2	Documentazione numerosa ma generica.	2	Documentazione pertinente ed esaustiva	4	Documentazione insufficiente	0
4b)	follow up	6	Follow up sufficiente con rivista esplicitata	4	Follow up sufficiente rilevabile da registro	4	Follow up completo. Esplicitata rivista scientifica	6	Follow up sufficiente con registro esplicitato	4	Follow up scarso, rivista non esplicitata	1
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 9										
5a)		6	La ditta fornisce un buon servizio di assistenza. Dichiarata di non effettuare audit semestrali.	5	La ditta fornisce un buon servizio di assistenza pur non dichiarando una reperibilità notturna e festiva.	5	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva; non dichiara di effettuare audit semestrali, corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici.	4	La ditta soddisfa tutti i criteri richiesti.	6	La ditta non dichiara una rete di deposito logistica, la disponibilità ad effettuare audit semestrali e i controlli scadenze.	4
5b)		3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	3
TOTALE				57		61		60		64		57

Handwritten signatures and initials:
 - Signature: *Antonio Nelli*
 - Signature: *Simone P. Fucini*
 - Initial: *Cap*
 - Initial: *ofc*
 - Initial: *W*

LOTTO 8

			3D SYSTEM		ADLER		LIMA		MICROPORT		PERMEDICA	
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 21	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato
1A)	gamma di misure	5	Buona varietà di taglie	4	Ottima varietà di taglie	5	Buona varietà di taglie	4	Buona varietà di taglie	4	Ottima varietà di taglie	5
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema: verrà apprezzata l'ergonomia, cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze.	11	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Ottima corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. Presenza di inserto con vitamina E.	11	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Ottima corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. Presenza di inserto con vitamina E.	11
1c)	versatilità:	5	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	3	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	3	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	3	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	3	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	3
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 12										
2A)	confezionamento esterno:	6	Difficoltà nell'apertura, necessario rompere la scatola	3	Difficoltà apertura, necessarie forbici	5	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6
2b)	confezionamento interno:	6	Il confezionamento interno in tripla busta può provocare la caduta della protesi	5	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6
3	STRUMENTARIO	MAX 18										
3a)	facilità	7	Facile e semplice utilizzo	7	Strumentario facile da utilizzare	7	Strumentario facile da utilizzare	7	Facile e semplice utilizzo	7	Strumentario facile da utilizzare	7
3b)	versatilità	7	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia mininvasivo	7	Strumentario idoneo ad entrambi gli accessi	7	Strumentario non adatto in modo ottimale all'accesso mininvasivo anteriore	4	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia mininvasivo	7	Strumentario idoneo ad entrambi gli accessi	7
3C)	ergonomia del kit	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Strumento pratico, sicuro e intuitivo nel suo utilizzo	4	Strumento pratico, sicuro e intuitivo nel suo utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Strumento pratico, sicuro e intuitivo nel suo utilizzo	4
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 10										
4a)	documentazione scientifica	4	Documentazione numerosa ma generica.	2	Documentazione numerosa ma generica.	2	Documentazione numerosa ma generica.	2	Documentazione pertinente ed esaustiva	4	Documentazione insufficiente	0
4b)	follow up	6	Follow up sufficiente con rivista esplicitata	4	Follow up sufficiente rilevabile da registro	4	Follow up completo. Esplicitata rivista scientifica	6	Follow up sufficiente con registro esplicitato	4	Follow up scarso, rivista non esplicitata	2
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 9										
5a)		6	La ditta fornisce un buon servizio di assistenza. Dichiarata di non effettuare audit semestrali.	5	La ditta fornisce un buon servizio di assistenza pur non dichiarando una reperibilità notturna e festiva.	5	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva; non dichiara di effettuare audit semestrali, corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici.	4	La ditta soddisfa tutti i criteri richiesti.	6	La ditta non dichiara una rete di deposito logistica, la disponibilità ad effettuare audit semestrali e i controlli scadenze.	4
5b)		3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesi senza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	3
TOTALE				57		61		60		64		58

Gianni P. F.

Cap. S. M.

Dario M.

SANO						TOTALE	
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 21	Giudizio assegnato	2			
1A)	gamma di misure	5	Sufficiente varietà di taglie				
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema: verrà apprezzata l'ergonomia, cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze.	11	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Scarsa varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze.	9			
1 c)	versatilità:	5	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche mininvasive	3			
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 12					
2A)	confezionamento esterno:	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6			
2b)	confezionamento interno:	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6			
3	STRUMENTARIO	MAX 18					
3a)	facilità	7	Strumentario facile da utilizzare	7			
3b)	versatilità	7	Strumentario non adatto in modo ottimale all'accesso mininvasivo anteriore	4			
3c)	ergonomia del kit	4	strumento pratico, sicuro e intuitivo nel suo utilizzo	4			
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 10					
4 a)	documentazione scientifica	4	Documentazione sufficiente	2			
4 b)	follow up	6	Non valutabile	0			
5		MAX 9					
5a)		6	La ditta non dichiara una rete di deposito logistica.	5,5			
5b)		3	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesi, per un numero massimo di tre volte.	3			
							51,5

Jim P. ...

Donato ...

UPE

open

Coop

LOTTO 9

			ADLER		LIMA		MATHYS		MEDACTA	
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 24	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato
1A)	gamma di misure	6			Sufficiente varietà di taglie	3	Discreta varietà di taglie	4	Ottima varietà di taglie	6
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema: verrà apprezzata l'ergonomicità, cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze.	12	NON CONFORME		Adeguate tipo di finitura per stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. No off set. Non rilevabile sistema di estrazione	8	Adeguate tipo di finitura per stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Si off set. Presente sistema di estrazione	12	Adeguate tipo di finitura per stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Si off set. Non rilevabile sistema di estrazione	10
1c)	versatilità:	6			Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 12								
2A)	confezionamento esterno:	6			Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6
2b)	confezionamento interno:	6			il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6
3	STRUMENTARIO	MAX 18								
3a)	facilità	7			Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7
3b)	versatilità	7			Strumentario idoneo solo all'accesso standard	4	Strumentario idoneo ad entrambi gli accessi	7	Strumentario idoneo ad entrambi gli accessi	7
3c)	ergonomicità del kit	4			Strumento pratico, sicuro e intuitivo nel suo utilizzo	4	Strumento pratico, sicuro e intuitivo nel suo utilizzo	4	Strumento pratico, sicuro e intuitivo nel suo utilizzo	4
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 10								
4a)	documentazione scientifica	6			Documentazione numerosa ma generica.	2	Documentazione numerosa ma generica.	2	Documentazione non presentata	0
4b)	follow up	4			Follow up scarso, rivista non esplicitata	1	Follow up sufficiente rilevabile da registro	2	Non valutabile	0
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 6								
5a)		4			La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva; non dichiara di effettuare audit semestrali, corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici.	3	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. La ditta non dichiara una rete di deposito logistica e la disponibilità ad effettuare audit semestrali.	2	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. La ditta non dichiara una rete di deposito logistica e la disponibilità ad effettuare audit semestrali.	2
5b)		2			La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesisenza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesisenza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesisenza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	2
TOTALE						50		58		54

Le ditte Adler Ortho srl e Waldner Teconologie medicali srl sono escluse in quanto non presentano misure idonee ad un impianto di endoprotesi con testa monoblocco

Anna Paola Fucini

ofen

Capo

Dario Nobile

UP

LOTTO 9

Punteggio assegnato		Punteggio assegnato		Punteggio assegnato	
1	MAX 24	Giudizio	assegnato	Giudizio	assegnato
1A)	gamma di misure	6	6	5	5
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema: verrà apprezzata l'ergonomia, cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze.	12	12	10	10
1c)	versatilità:	6	4	4	4
2	MAX 12	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche mininvasive	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche mininvasive	4
2A)	confezionamento esterno:	6	6	6	6
2b)	confezionamento interno:	6	6	6	6
3	MAX 18	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7
3a)	facilità	7	7	7	7
3b)	versatilità	7	7	7	7
3c)	ergonomia del kit	4	4	4	4
4	MAX 10				
4a)	documentazione scientifica	6	0	1	1
4b)	follow up	4	0	0	0
5	MAX 6				
5a)	La ditta non dichiara una rete di deposito logistica, la disponibilità ad effettuare audit semestrali e i controlli scadenze.	4	3	3	3
5b)	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza, per un numero massimo di tre volte.	2	2	2	2
TOTALE			57		55

Le ditte Adler Ortho srl e Waldner Tecnologie medicali srl s

Adler Ortho
Waldner
Cap. Officio
Giudizio assegnato

LOTTO 10

			LIMA		MATHYS		PERMEDICA		SMITH	
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 24	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato
1A)	gamma di misure	6	Discreta varietà di taglie	4	Discreta varietà di taglie	4	Buona varietà di taglie	5	Ottima varietà di taglie	6
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema: verrà apprezzata l'ergonomicità, cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze.	12	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Si off set. Non rilevabile sistema di estrazione	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Si off set. Presente sistema di estrazione	12	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Si off set. Presente sistema di estrazione	12	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Si off set. Presente sistema di estrazione	12
1 c)	versatilità:	6	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 12								
2A)	confezionamento esterno:	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6
2b)	confezionamento interno:	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6
3	STRUMENTARIO	MAX 18								
3a)	facilità	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7
3b)	versatilità	7	Strumentario idoneo solo all'accesso standard	4	Strumentario idoneo ad entrambi gli accessi	7	Strumentario idoneo ad entrambi gli accessi	7	Strumentario idoneo ad entrambi gli accessi	7
3C)	ergonomicità del kit	4	Strumento pratico, sicuro e intuitivo nel suo utilizzo	4	Strumento pratico, sicuro e intuitivo nel suo utilizzo	4	Strumento pratico, sicuro e intuitivo nel suo utilizzo	4	Strumento pratico, sicuro e intuitivo nel suo utilizzo	4
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 10								
4 a)	documentazione scientifica	6	Documentazione numerosa ma generica.	2	Documentazione numerosa ma generica.	2	Documentazione non presentata	0	Documentazione numerosa ma generica.	2
4 b)	follow up	4	Non valutabile	0	Follow up sufficiente rilevabile da registro	2	Non valutabile	0	Follow up buono rilevabile da registro	3
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 6								
5a)		4	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva; non dichiara di effettuare audit semestrali, corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici.	3	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. La ditta non dichiara una rete di deposito logistica e la disponibilità ad effettuare audit semestrali.	2	La ditta non dichiara una rete di deposito logistica, la disponibilità ad effettuare audit semestrali e i controlli scadenze.	3	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. Non dichiara i recapiti telefonici.	3
5b)		2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesienza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesienza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesienza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesienza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	2
TOTALE				52		58		56		62

Antonio... *Cap...* *...*

LOTTO 11

			ADLER		BIOMEDIKA		EXACHTEC		GRUPPO BIOCPIANTI		IMPLANTCAST		INTRAUMA		JOHNSON		J-TECH	
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 24	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato
1A)	gamma di misure	6	Sufficiente varietà di taglie	3	Sufficiente varietà di taglie	3	Discreta varietà di taglie	4	Discreta varietà di taglie	4	Discreta varietà di taglie	4	Discreta varietà di taglie	4	Buona varietà di taglie	5	Discreta varietà di taglie	4
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema: verrà apprezzata l'ergonomicità, cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze.	12	Adeguate tipo di finitura per stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. No off set. Provvista del sistema di estrazione	10	Adeguate tipo di finitura per stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. No off set. Provvista del sistema di estrazione	10	Adeguate tipo di finitura per stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Si off set. Rilevabile sistema di estrazione	10	Adeguate tipo di finitura per stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Si off set. Rilevabile sistema di estrazione	12	Adeguate tipo di finitura per stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Si off set. Rilevabile sistema di estrazione	12	Adeguate tipo di finitura per stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. No off set. Provvista del sistema di estrazione	10	Adeguate tipo di finitura per stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Si off set. Non rilevabile sistema di estrazione	10	Adeguate tipo di finitura per stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Si off set. Rilevabile sistema di estrazione	12
1c)	versatilità:	6	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 12																
2A)	confezionamento esterno:	6	Difficoltà apertura, necessarie forbici	5	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6
2b)	confezionamento interno:	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6
3	STRUMENTARIO	MAX 18																
3a)	facilità	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7
3b)	versatilità	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7
3C)	ergonomicità del kit	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 10																
4 a)	documentazione scientifica	6	Documentazione numerosa ma generica.	2	Documentazione limitata ma pertinente	3	Documentazione numerosa ma generica.	2	Documentazione insufficiente	0	Documentazione insufficiente	0	Documentazione insufficiente	0	Documentazione insufficiente	0	Documentazione buona e pertinente	6
4 b)	follow up	4	Follow up rilevabile da registro	2	Follow up non rilevabile	0	Follow up rilevabile da registro	2	Follow up non rilevabile	0	Follow up non rilevabile	0	Follow up non rilevabile	0	Follow up non rilevabile	0	Follow up rilevabile da registro	2
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 6																
5a)	SERVIZIO DI ASSISTENZA	4	La ditta fornisce un buon servizio di assistenza pur non dichiarando una reperibilità notturna e festiva.	3	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. Non fornisce numerosità e qualifica del personale. Non dichiara di effettuare audit semestrali, controllo scadenza	2	La ditta non dichiara una rete di deposito logistica e la disponibilità ad effettuare audit semestrali.	3	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva.	3	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva.	2	La ditta non dichiara una rete di deposito logistica e la disponibilità ad effettuare audit semestrali.	3	La ditta dichiara la reperibilità solo festiva.	3	La ditta non ha una reperibilità mobile.	3
5b)		2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	2
TOTALE				55		54		57		55		54		53		54		63

Am. Paolo Ferraro *Cap. Ofen* *Dario Kehl* *ME*

		WALDNER			
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI: MAX 24	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	
1A)	gamma di misure	6	3	Buona varietà di taglie	5
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema: verrà apprezzata l'ergonomicità, cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze.	12	10	Adeguate tipo di finitura per stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Si off set. Non rilevabile sistema di estrazione	10
1 c)	versatilità:	6	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4
2	CONFEZIONAMENTO MAX 12				
2A)	confezionamento esterno:	6	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6
2b)	confezionamento interno:	6	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6
3	STRUMENTARIO MAX 18				
3a)	facilità	7	7	Facile e semplice utilizzo	7
3b)	versatilità	7	7	Strumentario idoneo ad entrambi gli accessi	7
3C)	ergonomicità del kit	4	4	Strumento pratico, sicuro e intuitivo nel suo utilizzo	4
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA MAX 10				
4 a)	documentazione scientifica	6	0	Documentazione generica.	1
4 b)	follow up	4	2	Follow up rilevabile da registro	2
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA MAX 6				
5a)	SERVIZIO DI ASSISTENZA	4	3	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. Non dichiara di effettuare audit semestrali.	3
5b)		2	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2
TOTALE		54			57

Jim Parki Ferran. Cap

Stavros Kiki *UP* *ofur*

LOTTO 12

1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 24	ADLER		B.BRAUN		EXACHTEC		GRUPPO BIOIMPIANTI		IMPLANTCAST		JOHNSON	
			Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato
1A)	gamma di misure	6	Sufficiente varietà di taglie	3	Sufficiente varietà di taglie	3	Discreta varietà di taglie	4	Discreta varietà di taglie	4	Sufficiente varietà di taglie	3	Buona varietà di taglie	5
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema: verrà apprezzata l'ergonomicità, cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze.	12	Adeguate tipo di finitura per stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Si off set. Provvista del sistema di estrazione	12	Adeguate tipo di finitura per stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Si off set. Provvista del sistema di estrazione	12	Adeguate tipo di finitura per stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Si off set. Provvista del sistema di estrazione	12	Adeguate tipo di finitura per stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Si off set. Provvista del sistema di estrazione	12	Adeguate tipo di finitura per stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Si off set. Provvista del sistema di estrazione	12	Adeguate tipo di finitura per stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Si off set. Provvista del sistema di estrazione	12
1c)	versatilità:	6	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	6	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 12												
2A)	confezionamento esterno:	6	Difficoltà apertura, necessarie forbici	5	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6
2b)	confezionamento interno:	6	Il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	Il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	Il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	Il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	Il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	Il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6
3	STRUMENTARIO	MAX 18												
3a)	facilità	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7
3b)	versatilità	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7
3C)	ergonomicità del kit	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 10												
4 a)	documentazione scientifica	6	Documentazione numerosa ma generica.	2	Documentazione sufficiente e pertinente.	4	Documentazione numerosa ma generica.	2	Documentazione insufficiente	0	Documentazione insufficiente	0	Documentazione sufficiente	3
4 b)	follow up	4	Follow up rilevabile da registro	3	Follow up sufficiente	2	Follow up rilevabile da registro	3	Follow up non rilevabile	0	Follow up non rilevabile	0	Follow up non rilevabile	0
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 6												
5a)	SERVIZIO DI ASSISTENZA	4	La ditta fornisce un buon servizio di assistenza pur non dichiarando una reperibilità notturna e festiva.	3	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva; non dichiara di effettuare audit semestrali, controllo scadenza e corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici.	2	La ditta non dichiara una rete di deposito logistica e la disponibilità ad effettuare audit semestrali.	3	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva.	3	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva.	2	La ditta dichiara la reperibilità solo festiva.	3
5b)		2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2
TOTALE				58		61		60		55		53		59

Antonio Polferri

Cap. Oser

Dario Kik

LOTTO 12

			ORTHOLAB		PERMEDICA		SMITH		WALDNER	
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 24	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato
1A)	gamma di misure	6	Buona varietà di taglie	5	Discreta varietà di taglie	4	Buona varietà di taglie	5	Ottima varietà di taglie	6
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema: verrà apprezzata l'ergonomia, cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze.	12	Adeguate tipo di finitura per stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. Si off set. Non rilevabile sistema di estrazione	10	Adeguate tipo di finitura per stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. Si off set. Non rilevabile sistema di estrazione	10	Adeguate tipo di finitura per stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. Si off set. Provista del sistema di estrazione	12	Adeguate tipo di finitura per stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. Si off set. Non rilevabile sistema di estrazione	10
1c)	versatilità:	6	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche mininvasive	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche mininvasive	4	Lo stelo retto non garantisce l'impianto con tecniche mininvasive	2	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche mininvasive	4
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 12								
2A)	confezionamento esterno:	6	Difficoltà apertura, necessarie forbici	5	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6
2b)	confezionamento interno:	6	Il confezionamento interno in doppia busta può provocare, all'atto dell'apertura, la caduta della protesi.	5	Il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	Il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	Il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6
3	STRUMENTARIO	MAX 18								
3a)	facilità	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7
3b)	versatilità	7	Non adeguato ad un accesso mininvasivo	4	Non adeguato ad un accesso mininvasivo	4	Non adeguato ad un accesso mininvasivo	4	Non adeguato ad un accesso mininvasivo	4
3c)	ergonomia del kit	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 10								
4a)	documentazione scientifica	6	Documentazione numerosa ma generica.	2	Documentazione insufficiente	0	Documentazione generica	1	Documentazione generica.	1
4b)	follow up	4	Follow up non rilevabile	0	Non valutabile	0	Follow up da registro	3	Follow up da registro	3
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 6								
5a)		4	La ditta soddisfa tutti i criteri richiesti.	4	La ditta non dichiara una rete di deposito logistica, la disponibilità ad effettuare audit semestrali e i controlli scadenze.	3	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. Non dichiara i recapiti telefonici.	3	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. Non dichiara di effettuare audit semestrali.	3
5b)		2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2
TOTALE				52		50		55		56

San Paolo

Offici

Cap. Dandis

Waldner

LOTTO 15

			3D SYSTEM		ADLER		LIMA		MICROPORT		PERMEDICA	
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 24	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato
1A)	gamma di misure	6	Discreta varietà di taglie	4	Ottima varietà di taglie	6	Ottima varietà di taglie	6	Ottima varietà di taglie	6	Ottima varietà di taglie	6
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema: verrà apprezzata l'ergonomicità, cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze.	12	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze.	10
1c)	versatilità:	6	Lo stelo corto modulare garantisce l'impianto anche con tecniche minivasive	6	Lo stelo corto modulare garantisce l'impianto anche con tecniche minivasive	6	Lo stelo corto modulare garantisce l'impianto anche con tecniche minivasive	6	Lo stelo corto modulare garantisce l'impianto anche con tecniche minivasive	6	Lo stelo corto modulare garantisce l'impianto anche con tecniche minivasive	6
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 12										
2A)	confezionamento esterno:	6	Difficoltà nell'apertura, necessario rompere la scatola	3	Difficoltà apertura, necessarie forbici	5	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6
2b)	confezionamento interno:	6	Il confezionamento interno in tripla busta può provocare la caduta della protesi	5	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6
3	STRUMENTARIO	MAX 18										
3a)	facilità	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7
3b)	versatilità	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia mininvasivo	7	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia mininvasivo	7	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia mininvasivo	7
3c)	ergonomicità del kit	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 10										
4a)	documentazione scientifica	6	Documentazione numerosa ma generica.	3	Documentazione numerosa ma generica.	3	Documentazione numerosa ma generica.	3	Documentazione numerosa ma generica.	3	Documentazione generica.	2
4b)	follow up	4	Follow up rilevabile da registro	3	Follow up rilevabile da registro	3	Follow up sufficiente.	2	Follow up buono rilevabile da registro	4	Non valutabile	0
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 6										
5a)		4	La ditta fornisce un buon servizio di assistenza. Dichiara di non effettuare audit semestrali.	3	La ditta fornisce un buon servizio di assistenza pur non dichiarando una reperibilità notturna e festiva.	3	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva; non dichiara di effettuare audit semestrali, corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici.	3	La ditta soddisfa tutti i criteri richiesti.	4	La ditta non dichiara una rete di deposito logistica, la disponibilità ad effettuare audit semestrali e i controlli scadenze.	3
5b)		2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesienza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesienza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesienza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesienza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesienza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	2
TOTALE				57		62		62		65		59

Am. Paolo Ferraro

Cap

Adler

Davide Nebel

1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 24	JD SYSTEM		ADLER		LIMA		MICROPORT		PERMEDICA		SAMO	
			Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato
1A)	gamma di misure	6	Discreta varietà di taglie	4	Ottima varietà di taglie	6	Ottima varietà di taglie	6	Ottima varietà di taglie	6	Ottima varietà di taglie	6	Buona varietà di taglie	5
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema: verrà apprezzata l'ergonomia, cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze.	12	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze.	10
1c)	versatilità:	6	Lo stelo corto modulare garantisce l'impianto anche con tecniche minivasive	6	Lo stelo corto modulare garantisce l'impianto anche con tecniche minivasive	6	Lo stelo corto modulare garantisce l'impianto anche con tecniche minivasive	6	Lo stelo corto modulare garantisce l'impianto anche con tecniche minivasive	6	Lo stelo corto modulare garantisce l'impianto anche con tecniche minivasive	6	Lo stelo corto modulare garantisce l'impianto anche con tecniche minivasive	6
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 12												
2A)	confezionamento esterno:	6	Difficoltà nell'apertura, necessario rompere la scatola	3	Difficoltà apertura, necessarie forbici	5	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6
2b)	confezionamento interno:	6	Il confezionamento interno in tripla busta può provocare la caduta della protesi	5	Il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	Il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	Il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	Il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	Il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6
3	STRUMENTARIO	MAX 18												
3a)	facilità	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7
3b)	versatilità	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia minivasivo	7	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia minivasivo	7	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia minivasivo	7	Strumentario con ottima versatilità all'accesso sia standard sia minivasivo	7
3c)	ergonomia del kit	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 10												
4a)	documentazione scientifica	6	Documentazione numerosa ma generica.	3	Documentazione numerosa ma generica.	3	Documentazione numerosa ma generica.	3	Documentazione numerosa ma generica.	3	Documentazione generica.	2	Documentazione generica.	2
4b)	follow up	4	Follow up rilevabile da registro	3	Follow up rilevabile da registro	3	Follow up sufficiente.	2	Follow up buono rilevabile da registro	4	Non valutabile	0	Non valutabile	0
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 6												
5a)		4	La ditta fornisce un buon servizio di assistenza. Dichiaro di non effettuare audit semestrali.	3	La ditta fornisce un buon servizio di assistenza pur non dichiarando una reperibilità notturna e festiva.	3	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva; non dichiara di effettuare audit semestrali, corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici.	3	La ditta soddisfa tutti i criteri richiesti.	4	La ditta non dichiara una rete di deposito logistica, la disponibilità ad effettuare audit semestrali e i controlli scadenze.	3	La ditta non dichiara una rete di deposito logistica.	3
5b)		2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2
TOTALE				57		62		62		65		59		58

Anna Rita Ferraro - Cap Office

Davide Nelli

			ADLER		B.BRAUN		EKACHTEC		KRYOS		LIMA	
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 24	Giudizio	Punteggio assegnato								
1A)	gamma di misure	6	Ottima varietà di taglie	6	Buona varietà di taglie	5	Discreta varietà di taglie	4	Discreta varietà di taglie	4	Ottima varietà di taglie	6
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema: verrà apprezzata l'ergonomicità, cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze.	12	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. No off set. Rilevabile sistema di estrazione	8	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. No off set. Rilevabile sistema di estrazione	8	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Sì off set. Rilevabile sistema di estrazione	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. No off set. Rilevabile sistema di estrazione	8	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. No off set. Rilevabile sistema di estrazione	8
1c)	versatilità:	6	Lo stelo garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	6	Lo stelo garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	6	Lo stelo garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	6	Lo stelo garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	6	Lo stelo garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	6
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 12										
2A)	confezionamento esterno:	6	Difficoltà apertura, necessarie forbici	5	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6
2b)	confezionamento interno:	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6
3	STRUMENTARIO	MAX 18										
3a)	facilità	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7
3b)	versatilità	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7
3C)	ergonomicità del kit	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 10										
4 a)	documentazione scientifica	6	Documentazione numerosa ma generica.	2	Documentazione sufficiente e pertinente.	4	Documentazione numerosa ma generica.	2	Documentazione sufficiente e pertinente.	4	Documentazione sufficiente e pertinente.	4
4 b)	follow up	4	Follow up rilevabile da registro	3	Follow up sufficiente	2	Follow up rilevabile da registro	3	Follow up rilevabile da registro	3	Follow up rilevabile da registro	3
5		MAX 6										
5a)	SERVIZIO DI ASSISTENZA	4	La ditta fornisce un buon servizio di assistenza pur non dichiarando una reperibilità notturna e festiva.	3	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva; non dichiara di effettuare audit semestrali, controllo scadenza e corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici.	2	La ditta non dichiara una rete di deposito logistica e la disponibilità ad effettuare audit semestrali.	3	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. Non dichiara la disponibilità ad effettuare corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici.	3	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva; non dichiara di effettuare audit semestrali, corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici.	3
5b)		2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2
TOTALE				59		59		60		60		62

Antonio Adler *San Paolo Ferraro* *Cop* *Adler* *UP*

LOTTO 18

1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 24	ADLER		B.BRAUN		EXACHTEC		KRYOS		LIMA		MICROPORT
			Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio								
1A)	gamma di misure	6	Ottima varietà di taglie	6	Buona varietà di taglie	5	Discreta varietà di taglie	4	Discreta varietà di taglie	4	Ottima varietà di taglie	6	Discreta varietà di taglie
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema: verrà apprezzata l'ergonomia, cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze.	12	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. No off set. Rilevabile sistema di estrazione	8	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. No off set. Rilevabile sistema di estrazione	8	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. Si off set. Rilevabile sistema di estrazione	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. No off set. Rilevabile sistema di estrazione	8	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. No off set. Rilevabile sistema di estrazione	8	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. Si off set. Non rilevabile sistema di estrazione
1c)	versatilità:	6	Lo stelo garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	6	Lo stelo garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	6	Lo stelo garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	6	Lo stelo garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	6	Lo stelo garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	6	Lo stelo garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 12											
2A)	confezionamento esterno:	6	Difficoltà apertura, necessarie forbici	5	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto
2b)	confezionamento interno:	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento
3	STRUMENTARIO	MAX 18											
3a)	facilità	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo
3b)	versatilità	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Ottimo per entrambi gli accessi
3c)	ergonomia del kit	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 10											
4a)	documentazione scientifica	6	Documentazione numerosa ma generica.	2	Documentazione sufficiente e pertinente.	4	Documentazione numerosa ma generica.	2	Documentazione sufficiente e pertinente.	4	Documentazione sufficiente e pertinente.	4	Documentazione numerosa ma generica.
4b)	follow up	4	Follow up rilevabile da registro	3	Follow up sufficiente	2	Follow up rilevabile da registro	3	Follow up rilevabile da registro	3	Follow up rilevabile da registro	3	Follow up rilevabile da registro
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 6											
5a)		4	La ditta fornisce un buon servizio di assistenza pur non dichiarando una reperibilità notturna e festiva.	3	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva; non dichiara di effettuare audit semestrali, controllo scadenza e corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici.	2	La ditta non dichiara una rete di deposito logistica e la disponibilità ad effettuare audit semestrali.	3	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. Non dichiara la disponibilità ad effettuare corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici.	3	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva; non dichiara di effettuare audit semestrali, corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici.	3	La ditta soddisfa tutti i criteri richiesti.
5b)		2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.
TOTALE				59		59		60		60		62	

Ann Paolo Ferraro *Capo* *Gianni* *Davide*

1		CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:		MAX 24	Punteggio assegnato	
1A)	gamma di misure	6		4		
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema: verrà apprezata l'ergonomia, cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze.	12	8	8		
1c)	versatilità:	6	6	6		
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 12				
2A)	confezionamento esterno:	6	6	6		
2B)	confezionamento interno:	6	6	6		
3	STRUMENTARIO	MAX 18				
3a)	facilità	7	7	7		
3b)	versatilità	7	7	7		
3C)	ergonomia del kit	4	4	4		
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 10				
4a)	documentazione scientifica	6	2	2		
4b)	follow up	4	3	3		
5		MAX 6				
5a)		4	4	4		
5b)		2	2	2		
TOTALE						
59						
58						
52						
60						

SMITH

PERMEDICA

ORTHOLAB

Car of ofen

Sanctiohke

MP

			KRYVOS		LEPINE		LIMA		MATHYS		MEDACTA		MICROPORT		ORTHOLAB		PERMEDICA	
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 24	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato
1A)	gamma di misure	6	Buona varietà di taglie	5	Sufficiente varietà di taglie	3	Discreta varietà di taglie	4	Discreta varietà di taglie	4	Discreta varietà di taglie	4	Buona varietà di taglie	5	Ottima varietà di taglie	6	Ottima varietà di taglie	
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema: verrà apprezzata l'ergonomicità, cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze.	12	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Si off set.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Si off set.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Si off set.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Si off set.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Si off set.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Si off set.	11	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Si off set.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Si off set.	
1c)	versatilità:	6	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	6	Lo stelo garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	6	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 12																
2A)	confezionamento esterno:	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Difficoltà apertura, necessarie forbici	5	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	
2b)	confezionamento interno:	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno in doppia busta può provocare, all'atto dell'apertura, la caduta della protesi.	5	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	
3	STRUMENTARIO	MAX 18																
3a)	facilità	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	
3b)	versatilità	7	Non adeguato ad un accesso mininvasivo	4	Non adeguato ad un accesso mininvasivo	4	Non adeguato ad un accesso mininvasivo	4	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Non adeguato ad un accesso mininvasivo	4	Ottimo per entrambi gli accessi	
3C)	ergonomicità del kit	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIRUCRATICA	MAX 10																
4a)	documentazione scientifica	6	Documentazione numerosa ma generica.	2	Documentazione generosa ed adeguata.	5	Documentazione numerosa ma generica.	2	Documentazione adeguata	4	Documentazione adeguata	4	Documentazione adeguata	4	Non valutabile	0	Documentazione insufficiente	
4b)	follow up	4	Follow up rilevabile da registro	3	Follow up rilevabile da registro	3	Follow up con rivista esplicitata	2	Follow up rilevabile da registro	3	Follow up rilevabile da registro	3	Follow up rilevabile da registro	3	Non valutabile	0	Non valutabile	
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 6																
5a)		4	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. Non dichiara la disponibilità ad effettuare corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici.	3	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. Non fornisce numerosità e qualifica del personale. Non dichiara di effettuare audit semestrali, controllo scadenza e nemmeno corsi di formazione.	1	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva; non dichiara di effettuare audit semestrali, corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici.	3	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. La ditta non dichiara una rete di deposito logistica e la disponibilità ad effettuare audit semestrali.	2	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. La ditta non dichiara una rete di deposito logistica e la disponibilità ad effettuare audit semestrali.	2	La ditta soddisfa tutti i criteri richiesti.	4	La ditta soddisfa tutti i criteri richiesti.	4	La ditta non dichiara una rete di deposito logistica, la disponibilità ad effettuare audit semestrali e i controlli scadenze.	
5b)		2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta non dichiara se è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	0	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	
TOTALE				56		53		54		59		61		65		51		

San Pas Fuen *Capo Ofen* *Dandisheh* *JP*

1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 24	SMITH		TERKA		WALDNER		
			Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato
1A)	gamma di misure	6	6	Buona varietà di taglie	5	Ottima varietà di taglie	6	Buona varietà di taglie	5
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema: verrà apprezzata l'ergonomicità, cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze.	12	10	Adeguato tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Sì off set.	10	Adeguato tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Sì off set.	10	Adeguato tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze. Sì off set.	10
1c)	versatilità:	6	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 12							
2A)	confezionamento esterno:	6	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6
2b)	confezionamento interno:	6	6	Il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	Il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	Il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6
3	STRUMENTARIO	MAX 18							
3a)	facilità	7	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7
3b)	versatilità	7	7	Non adeguato ad un accesso mininvasivo	4	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Non adeguato ad un accesso mininvasivo	4
3c)	ergonomicità del kit	4	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 10							
4a)	documentazione scientifica	6	0	Documentazione adeguata	4	Documentazione adeguata	4	Documentazione numerosa ma generica.	2
4b)	follow up	4	0	Follow up rilevabile da registro	3	Follow up rilevabile da registro	3	Non valutabile	0
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 6							
5a)		4	3	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. Non dichiara i recapiti telefonici.	3	La ditta non dichiara una rete di deposito logistica e non dichiara una reperibilità festiva.	3	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. Non dichiara di effettuare audit semestrali.	3
5b)		2	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesienza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesienza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesienza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2
TOTALE			55		58		62		53

Antonio M...

Anna Paola Ferraro

Esp. [Signature]

[Signature]

LOTTO 20

1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 24	ADLER		BIOMEDIKA		EXACHTEC		GRUPPO BIOPIANTI		INTRAUMA		JOHNSON	
			Giudizio	Punteggio assegnato										
1A)	gamma di misure	6	Buona varietà di taglie	5	Discreta varietà di taglie	4	Discreta varietà di taglie	4	Discreta varietà di taglie	4	Buona varietà di taglie	5	Buona varietà di taglie	5
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema: verrà apprezzata l'ergonomia, cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze.	12	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. Si off set.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. Si off set.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. Si off set.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. Si off set.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. Si off set.	8	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. Si off set.	10
1c)	versatilità:	6	Lo stelo non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 12												
2A)	confezionamento esterno:	6	Difficoltà apertura, necessarie forbici	5	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6
2b)	confezionamento interno:	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6
3	STRUMENTARIO	MAX 18												
3a)	facilità	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7
3b)	versatilità	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Non adeguato ad un accesso minivasivo	4	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7
3C)	ergonomia del kit	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 10												
4a)	documentazione scientifica	6	Documentazione numerosa ma generica.	2	Documentazione limitata ma pertinente	4	Documentazione numerosa ma generica.	2	Documentazione generica	1	Documentazione insufficiente	0	Documentazione generosa	3
4b)	follow up	4	Follow up presente ma incompleto	2	Follow up presente ma incompleto	2	Follow up rilevabile da registro	3	Follow up non rilevabile	0	Follow up non rilevabile	0	Follow up rilevabile da registro	3
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 6												
5a)		4	La ditta fornisce un buon servizio di assistenza pur non dichiarando una reperibilità notturna e festiva.	3	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. Non fornisce numerosità e qualifica del personale. Non dichiara di effettuare audit semestrali, controllo scadenza	2	La ditta non dichiara una rete di deposito logistica e la disponibilità ad effettuare audit semestrali.	3	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva.	3	La ditta non dichiara una rete di deposito logistica e la disponibilità ad effettuare audit semestrali.	3	La ditta dichiara la reperibilità solo festiva.	3
5b)		2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	2
TOTALE				57		58		58		51		52		60

Am. P. Ferraro

Cap. Ofen

Dandis Miller

LOTTO 20

			J-TECH		KRYOS		LEPINE		LIMA		MATHYS		MEDACTA	
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 24	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato
1A)	gamma di misure	6	Discreta varietà di taglie	4	Sufficiente varietà di taglie	3	Sufficiente varietà di taglie	3	Sufficiente varietà di taglie	3	Discreta varietà di taglie	4	Discreta varietà di taglie	4
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema: verrà apprezzata l'ergonomia, cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze.	12	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. Si off set.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. Si off set.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze.	8	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze.	8	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. Si off set.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze.	8
1c)	versatilità:	6	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo retto non garantisce l'impianto con tecniche minivasive	2	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 12												
2A)	confezionamento esterno:	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6
2b)	confezionamento interno:	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6
3	STRUMENTARIO	MAX 18												
3a)	facilità	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7
3b)	versatilità	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Non adeguato ad un accesso minivasivo	4	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7
3C)	ergonomia del kit	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 10												
4a)	documentazione scientifica	6	Documentazione adeguata	4	Documentazione numerosa ma generica.	2	Documentazione generosa ed adeguata.	5	Documentazione numerosa ma generica.	2	Documentazione adeguata	4	Documentazione adeguata	4
4b)	follow up	4	Follow up rilevabile da registro	3	Follow up presente ma incompleto	2	Follow up rilevabile da registro	3	Follow up con rivista esplicitata	2	Follow up rilevabile da registro	3	Follow up rilevabile da registro	3
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 6												
5a)	La ditta non ha una reperibilità mobile.	4	La ditta non ha una reperibilità mobile.	3	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. Non dichiara la disponibilità ad effettuare corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici.	3	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. Non fornisce numerosità e qualifica del personale. Non dichiara di effettuare audit semestrali, controllo scadenza e nemmeno corsi di formazione.	1	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva; non dichiara di effettuare audit semestrali, corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici.	3	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. La ditta non dichiara una rete di deposito logistica e la disponibilità ad effettuare audit semestrali.	2	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. La ditta non dichiara una rete di deposito logistica e la disponibilità ad effettuare audit semestrali.	2
5b)	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta non dichiara se è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	0	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	2
TOTALE				60		51		54		54		59		57

Simone Padellaro

Coop Oser

Dandiofeller

LOTTO 20

1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 24	MICROPORT		PERMEDICA		SMITH		TEKKA		WALDNER	
			Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato						
1A)	gamma di misure	6	Discreta varietà di taglie	4	Ottima varietà di taglie	6	Discreta varietà di taglie	4	Buona varietà di taglie	5	Sufficiente varietà di taglie	3
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema: verrà apprezzata l'ergonomia, cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze.	12	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. Sì off set.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. Sì off set.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. Sì off set.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. Sì off set.	10	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze.	8
1c)	versatilità:	6	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo retto non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 12										
2A)	confezionamento esterno:	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6
2b)	confezionamento interno:	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6
3	STRUMENTARIO	MAX 18										
3a)	facilità	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7
3b)	versatilità	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7	Ottimo per entrambi gli accessi	7
3C)	ergonomia del kit	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4	Ottima praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo	4
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 10										
4a)	documentazione scientifica	6	Documentazione adeguata	4	Documentazione insufficiente	0	Documentazione adeguata	4	Documentazione adeguata	4	Documentazione numerosa ma generica.	2
4b)	follow up	4	Follow up rilevabile da registro	3	Non valutabile	0	Follow up rilevabile da registro	3	Follow up rilevabile da registro	3	Non valutabile	0
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 6										
5a)		4	La ditta soddisfa tutti i criteri richiesti.	4	La ditta non dichiara una rete di deposito logistica, la disponibilità ad effettuare audit semestrali e i controlli scadenze.	3	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. Non dichiara i recapiti telefonici.	3	La ditta non dichiara una rete di deposito logistica e non dichiara una reperibilità festiva.	3	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. Non dichiara di effettuare audit semestrali.	3
5b)		2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso, per un numero massimo di tre volte.	2
TOTALE				61		55		60		61		52

San Paolo Firenze

OP

Coop Ofiri

Antonio Bello

LOTTO 24

			J-TECH		MICROPORT		WALDNER	
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 24	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato
1A)	gamma di misure	6	Buona varietà di taglie	5	Discreta varietà di taglie	4	Buona varietà di taglie	5
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema: verrà apprezzata l'ergonomia, cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze.	12	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. Si off set. Non rilevabile sistema di estrazione	8	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. Si off set. Non rilevabile sistema di estrazione	8	Adeguate tipo di finitura e rivestimento per cotile e stelo. Valida varietà di accoppiamenti del cotile. Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze. Si off set. Rilevabile sistema di estrazione	10
1c)	versatilità:	6	Lo stelo non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4	Lo stelo non garantisce in modo ottimale l'impianto con tecniche minivasive	4
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 12						
2A)	confezionamento esterno:	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6	Confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	6
2b)	confezionamento interno:	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	6
3	STRUMENTARIO	MAX 18						
3a)	facilità	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7	Facile e semplice utilizzo	7
3b)	versatilità	7	Non adeguato ad un accesso mininvasivo	4	Non adeguato ad un accesso mininvasivo	4	Non adeguato ad un accesso mininvasivo	4
3C)	ergonomia del kit	4	Strumento pratico, sicuro e intuitivo nel suo utilizzo	4	Strumento pratico, sicuro e intuitivo nel suo utilizzo	4	Strumento pratico, sicuro e intuitivo nel suo utilizzo	4
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 10						
4a)	documentazione scientifica	6	Documentazione buona e pertinente	6	Documentazione generosa non sempre pertinente	2	Documentazione buona e pertinente	6
4b)	follow up	4	Follow up rilevabile da registri	4	Follow up rilevabile da registro	3	Follow up rilevabile da registri	4
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 6						
5a)		4	La ditta non ha una reperibilità mobile.	3	La ditta soddisfa tutti i criteri richiesti.	4	La ditta non dichiara una reperibilità notturna e festiva. Non dichiara di effettuare audit semestrali.	3
5b)		2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	2	La ditta è disponibile a consentire la restituzione della protesenza chiedere alcun compenso , per un numero massimo di tre volte.	2
TOTALE				59		54		61

San Polite...

Offerta Coop. ...