



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

pag. 1/4

Allegato 7 al Disciplinare di Gara



REGIONE DEL VENETO
Area Sanità e Sociale

Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR – C.R.A.V.

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA SUDDIVISA IN LOTTI,
MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DI PROTESI DI GINOCCHIO IN FABBISOGNO ALLE
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO**

CRITERI DI VALUTAZIONE

**Criteri di valutazione per i lotti dal n. 1 al n. 37**Caratteristiche per punteggio di qualità:

1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 21 di cui:	
1A)	gamma di misure.	5	Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema	9	Verrà apprezzata l'ergonomicità dell'impianto cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze (mobilizzazione, usura, altro)
1c)	modularità e varietà di accoppiamenti	7	Verrà apprezzato il maggior numero di accoppiamenti possibili e la loro adattabilità alle caratteristiche anatomiche del paziente.
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 10 di cui	
2A)	confezionamento esterno	5	Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto
2b)	confezionamento interno	5	Verranno apprezzate maggiormente i prodotti che garantiranno il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni.
3	STRUMENTARIO	MAX 14 di cui	
3a)	facilità e versatilità	10	Versatilità e praticità dello strumentario: sarà apprezzato maggiormente lo strumentario che garantisce, in maniera ottimale, la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso
3b)	ergonomicità del kit	4	Verrà apprezzato maggiormente il Kit che garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 12 di cui	
4 a)	documentazione scientifica	3	Ricerca scientifica: verranno apprezzate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto (es: dimostrazione di efficacia degli elementi finiti, risultati di efficacia a breve termine, studi istologici etc.)
4 b)	follow up	9	Follow up clinico e indice di sopravvivenza dell'impianto. Nell'offerta tecnica dovranno essere esplicitati sia i dati da cui si ricavi l'indice di sopravvivenza dell'impianto, sia la rivista scientifica su cui sono stati pubblicati. Verrà attribuito un punteggio maggiore ai dati pubblicati su riviste indicizzate.



5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 13 di cui	
5a)		9	La ditta dovrà descrivere il servizio indicando i seguenti elementi: rete dei depositi e logistica, tempi di ripristino del deposito, recapiti telefonici ed e-mail del Servizio, reperibilità notturna e festiva, numerosità e qualifica del personale, disponibilità in sala, supporto tecnico e formativo sull'utilizzo dei dispositivi. Saranno inoltre maggiormente apprezzate le offerte che garantiranno audit semestrali, controllo scadenza e corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici delle protesi e dello strumentario.
5b)		4	Disponibilità a consentire la restituzione della protesi senza pretendere alcun compenso e/o indennizzo, nel caso in cui in corso della seduta operatoria si dovesse casualmente verificare l'apertura della confezione di materiale sterile e non, senza che la stessa venga poi impiantata, per un numero massimo di 3 volte.

Non saranno ammesse alla riparametrazione del punteggio qualitativo né alla fase di valutazione delle offerte economiche le offerte delle Ditte che avranno ottenuto un punteggio qualitativo inferiore a complessivi 42/70 punti.

**Criteri di valutazione per i lotti dal n. 38 al n. 43**Caratteristiche per punteggio di qualità:

1	CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI:	MAX 36	
1A)	assortimento	12	Verrà apprezzato il maggior assortimento disponibile
1b)	caratteristiche e affidabilità del prodotto	12	tempo di miscelazione e di polimerizzazione: verrà apprezzato il prodotto che si comporta in vivo come indicato in scheda tecnica
		12	resistenza alla compressione
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 11	
2A)	confezionamento esterno:	5	Verrà apprezzata maggiormente il prodotto che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto
2b)	confezionamento interno:	6	verranno apprezzate maggiormente le offerte che garantiranno il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni.
3	SISTEMA DI MISCELAZIONE	MAX 14	
3a)	facilità	7	facilità di utilizzo e semplificazione della tecnica di miscelazione sottovuoto
3b)	versatilità	7	gamma di terminali
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 9	
4 a)	documentazione scientifica	9	ricerca scientifica: verranno apprezzate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto (es: dimostrazione di efficacia degli elementi finiti, risultati di efficacia a breve termine, studi istologici etc.)

Non saranno ammesse alla riparametrazione del punteggio qualitativo né alla fase di valutazione delle offerte economiche le offerte delle Ditte che avranno ottenuto un punteggio qualitativo inferiore a complessivi 42/70 punti.