

**Procedura aperta telematica per la fornitura suddivisa in lotti, mediante accordo quadro, di sistemi per la misurazione della glicemia in ambito ospedaliero per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto**

**VERBALE**

**SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL 04/07/2019**

Il giorno 04/07/2019, alle ore 14.00, presso la sede della U.O.C. CRAV – Azienda Zero, Passaggio Gaudenzio n. 1, Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice in interstazione, in seduta conclusiva, per la stesura delle valutazioni tecniche e dei giudizi tecnici di idoneità inerenti la gara in oggetto.

La Commissione risulta così composta:

Presidente:

- Dott.ssa Daniela Bruttomesso – Dirigente Medico UOC Diabetologia – Azienda Ospedaliera di Padova

Componenti:

- Dott.ssa Maddalena Trombetta – Dirigente Medico UOC Diabetologia e Malattie del Metabolismo – Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona;
- Sig.ra Silvia Di Benedetto - Coordinatore Infermieristico – Centro Antidiabetico P.O. di Chioggia – Azienda ULSS 3 Serenissima

mentre le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte da personale in servizio presso la U.O.C. CRAV.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto quindi delle risultanze della seduta riservata di apertura delle Buste Amministrative, effettuata dal Seggio di Gara in data 26/10/2017, come da Verbale della stessa data pubblicato sul profilo del Committente, dal quale risulta che concorrono alla presente gara le seguenti Ditte:

- Lotto 1: A. MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l.; ABBOTT S.r.l.; BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL S.r.l.; MD HEALTHCARE S.r.l.; MED TRUST ITALIA S.r.l.; METER S.r.l.; ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.
- Lotto 2: BENEFIS S.r.l.; BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL S.r.l.; CHEMIL S.r.l.; CLINI-LAB S.r.l.; MED TRUST ITALIA S.r.l.; ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.


Il Presidente e i Componenti della Commissione di aggiudicazione dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e in relazione ai suddetti concorrenti partecipanti alla gara, che non ricorre alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, come da dichiarazioni già sottoscritte agli atti dell'U.O.C. CRAV.

A seguito della disamina della documentazione tecnica presentata dai vari concorrenti per i lotti 1 e 2 la Commissione ha proceduto a formulare e verifica i giudizi tecnici di idoneità dei prodotti offerti.

I prodotti offerti risultano essere i seguenti:

Lotto 1

Ditta	Prodotto
A. MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l.	Nova Pro Meter
ABBOTT S.r.l.	Free Style Neo Optium H
BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL S.r.l.	TD-4279*
MD HEALTHCARE S.r.l.	TaiDoc TD-4255D
MED TRUST ITALIA S.r.l.	Wellion Galileo
METER S.r.l.	FORA DIAMOND
ROCHE DIAGNOSTIC S.p.A.	Accu Check Instant S



Lotto 2

Ditta	Prodotto
BENEFIS S.r.l.	B-Flex III
BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL S.r.l.	Vitrex Sterilance Press II
CHEMIL S.r.l.	Lite 3
CLINI-LAB S.r.l.	VeriFine Safety Lancet
MED TRUST ITALIA S.r.l.	Wellion Safety Lancets
ROCHE DIAGNOSTIC S.p.A.	Accu-check Safe-T Pro Uno

Tutti i prodotti offerti sono comprensivi di tutti i materiali e dispositivi necessari al proprio funzionamento.

In particolare la Commissione da atto:

- per il lotto 1 i prodotti offerti dalla Ditta MD HEALTHCARE S.r.l. non soddisfano le caratteristiche minime indispensabili richieste dagli atti di gara in quanto dalla prova pratica si riscontra la possibilità di cancellare il dato;
- per il lotto 1 i prodotti offerti dalle Ditte A. MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l.; ABBOTT S.r.l.; BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL S.r.l.; MED TRUST ITALIA S.r.l.; METER S.r.l.; ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A. soddisfano le caratteristiche minime indispensabili richieste dagli atti di gara;
- per il lotto 2 i prodotti offerti dalle Ditte BENEFIS S.r.l.; BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL S.r.l.; CHEMIL S.r.l.; CLINI-LAB S.r.l.; MED TRUST ITALIA S.r.l.; ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A. soddisfano le caratteristiche minime indispensabili richieste dagli atti di gara.

Per quanto sopra esposto la Commissione esclude il concorrente MD HEALTHCARE S.r.l. dal prosieguo della procedura di gara.

Terminata la valutazione in merito alle caratteristiche indispensabili richieste dagli atti di gara la Commissione procede alla valutazione delle caratteristiche preferenziali indicate negli atti di gara, richieste ai fini dell'assegnazione dei punteggi tecnici.

La Commissione rileva che per motivi legati al modello di procedura sulla piattaforma telematica Sintel il punteggio tecnico massimo esprimibile in tale sede è di 40 punti.

La Commissione stabilisce pertanto di gestire la graduatoria tramite calcolo off-line, riportando la stessa in calce al presente verbale.

La Commissione Giudicatrice formula e verifica i giudizi tecnici in merito alle caratteristiche preferenziali, i quali sono riportati negli Allegati A e B al presente Verbale di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

La Commissione Giudicatrice da atto che per il lotto 1 i prodotti offerti dalle Ditte MED TRUST ITALIA S.r.l. e METER S.r.l. non superano la soglia di punteggio minimo richiesto e pertanto le stesse sono escluse dal prosieguo delle procedure di gara.

I punteggi tecnici riparametrati relativi ai lotti 1 e 2 sono di seguito riportati.






Lotto 1	Ditta	Punteggio Tecnico riparametrato
	A. MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l.	70,00
	ABBOTT S.r.l.	67,80
	BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL S.r.l.	61,95
	ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.	68,68
Lotto 2	Ditta	Punteggio Tecnico riparametrato
	BENEFIS S.r.l.	70
	BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL S.r.l.	60
	CHEMIL S.r.l.	68
	CLINI-LAB S.r.l.	62
	MED TRUST ITALIA S.r.l.	60
	ROCHE DIAGNOSTIC S.p.A.	58

Si procederà pertanto al caricamento in piattaforma di un punteggio tecnico per ogni concorrente ammesso alla fase di apertura delle offerte economiche, necessario per il funzionamento informatico e valido solamente a tale fine, pari a 1 ed al successivo download delle offerte economiche.

Il Presidente sospende la seduta alle ore 14.40

IL PRESIDENTE:

I COMPONENTI:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

