



Spett.le
 Azienda Zero
 Passaggio Gaudenzio 1
 35131 Padova
 Protocollo.azero@pecveneto.it

Roma, 05.11.2018

Oggetto: consultazione preliminare di mercato finalizzata alla raccolta di informazioni per la predisposizione della documentazione tecnica della gara regionale per la fornitura di reti chirurgiche in fabbisogno alle aziende sanitarie della Regione Veneto.

Con riferimento alla consultazione di mercato in oggetto si inviano le seguenti osservazioni:

Lotto	Descrizione	Osservazioni
19	Rete biologica di matrice acellulare di derma porcino non crosslinked	Si suggerisce di specificare l'indicazione d'uso richiesta per la rete (es. rete per <i>procedure di mastoplastica additiva e ricostruttiva, o per rinforzare lo stoma, oppure indicata</i> per applicazioni laparoscopiche)
19	Rete biologica di matrice acellulare di derma porcino non crosslinked. Misure: 10x15; 15x20; 20x30	Si suggerisce di suddividere il lotto per le misure richieste così da consentire la più ampia partecipazione possibile.
14	Rete in materiale totalmente assorbibile (non prima di 12 mesi)	Si suggerisce di specificare se possono partecipare sia reti sintetiche, che biologiche, che miste
15	Rete in materiale totalmente assorbibile (a lento riassorbimento inferiore 6 mesi)	Si suggerisce di specificare se possono partecipare sia reti sintetiche, che biologiche, che miste
15	Rete in materiale totalmente assorbibile (a lento riassorbimento inferiore 6 mesi)	Si chiede di verificare la correttezza della dicitura "a <i>lento</i> riassorbimento inferiore 6 mesi", in quanto, dalle informazioni in nostro possesso, un riassorbimento inferiore a 6 mesi è da definirsi come " <i>rapido</i> riassorbimento"

Allergan S.p.A.

Via Salvatore Quasimodo, 134/138
 00144 Roma

T. +39 06509561 (r.a.)
 www.allergan.com

C.F. 00431030584 - P.IVA 00890231004
 C.C.I.A.A. Roma n. 305262

Trib. Roma n. 1462/67
 Cap.Soc. Eur 500.000,00 i.v.

19	<p>Rete biologica di matrice acellulare di derma porcino non crosslinked. Misure: 10x15; 15x20; 20x30</p>	<p>Essendo l'offerta di matrici sul mercato molto variegata e dunque esistendo prodotti con prestazioni tecniche anche molto diverse, suggeriamo preventivamente di verificare sul mercato la quotazione corrente al cm2 più appropriata alle caratteristiche del prodotto.</p> <p>Gare di appalto con oggetto simile hanno riportato esperienze di basi d'asta talmente basse e tarate su matrici molto più semplici da un punto di vista tecnico, da impedire a prodotti nuovi e sofisticati di competere sul prezzo, vedendosi precluso nell'immediato l'accesso stesso alla competizione di gara.</p> <p>Si porta ad esempio l'esperienza della gara del 2014 indetta con Decreto 32 del 20/05/14 laddove su ben 3 lotti sono state presentate offerte superiori alla base asta, con la conseguenza che il lotto è stato inevitabilmente aggiudicato all'unica ditta in grado di offrire un prezzo così altamente competitivo.</p>
----	---	--

Allergan S.p.A.

Via Salvatore Quasimodo, 134/138
00144 Roma

T. +39 06509561 (r.a.)
www.allergan.com

C.F. 00431030584 - P.IVA 00890231004
C.C.I.A.A. Roma n. 305262

Trib. Roma n. 1462/67
Cap.Soc. Eur 500.000,00 i.v.