

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA DOMICILIARE PER PAZIENTI ADULTI  
PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO.**

**RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTO n. 73**

**Quesito n. 73**

Vogliate cortesemente spiegare cosa si intende per software collegato all'anagrafe Regionale specificando inoltre la modalità tecnica di interfacciamento, numero di interfacce, specifiche dei tracciati, frequenze di aggiornamento dei dati.

CAPITOLATO TECNICO PAG.19 (art 6) Si legge: La ditta aggiudicataria dovrà fornire un adeguato software per la gestione della cartella informatizzata del paziente dotato di controllo d’accesso, reso disponibile su pagina web, collegato all’anagrafe Regionale e che dovrà rendere accessibili i dati archiviati ai Centri Prescrittori.

Si fa presente che il collegamento all’anagrafe regionale è possibile solo avendo la disponibilità dei file sorgente

**Risposta al quesito n. 73**

L'Anagrafe Unica Regionale espone dei servizi Web; le modalità attualmente presenti per l'integrazione sono:

1. la proposta standard con AUR (QPv1 formato HL7 tramite porte di dominio, con possibilità di sottoscrizione puntuale e di conseguenza ricezione eventi HL7), che ha i seguenti punti a favore:

- ✓ è una soluzione consolidata;
- ✓ la nuova Anagrafe Regionale 2.0 non prevede un servizio di sottoscrizione puntuale, ma solo per specifici eventi (in corso di definizione entro l'anno);

- ✓ le specifiche dei servizi esposti da Anagrafe Regionale 2.0 non sono ancora ufficiali/definitive.

2. la soluzione nuova (già utilizzata per alcuni applicativi) utilizza la QP-REST (è la versione alfa del servizio di ricerca FHIR RVE-54 di Anagrafe Regionale 2.0 che prevede l'erogazione del servizio tramite asserzione SAML2.0). E' previsto anche il servizio RVE-100 per la sottoscrizione (ma non ancora disponibile), ed è la soluzione che diventerà definitiva e che sostituirà la precedente, probabilmente nell'arco dei prossimi due/tre anni.

Si allegano i documenti di specifiche relativi alle due soluzioni, tenendo conto che la versione relativa alla seconda potrà essere oggetto di modifiche.