

Spett.le

Regione del Veneto

Azienda Zero

protocollo.azero@pecveneto.it

Padova, 1 marzo 2018

OGGETTO: Osservazioni bozza capitolato di Ausili di Serie Elenco 2B Nomenclatore

Spett.le U.O.C. CRAV,

relativamente alla bozza di capitolato contenente le caratteristiche tecniche della fornitura, denominata "Bozza capitolato Nomenclatore - Ausili di Serie Elenco 2B Allegato 5" inviamo di seguito le nostre osservazioni:

1. Per poter essere ridotta in dimensioni la carrozzina deva avere ruote posteriori estraibili cosa non prevista nelle caratteristiche richieste ed inoltre 55 cm appaiono poco realistici come misura massima raggiungibile pur estraendo le ruote posteriori anche per una carrozzina da 40 cm di larghezza seduta, di sicuro non raggiungibile con carrozzine da 42 ed oltre cm di larghezza seduta
2. 55 cm appaiono poco realistici come misura massima raggiungibile pur estraendo le ruote posteriori anche per una carrozzina da 40 cm di larghezza seduta, di sicuro non raggiungibile con carrozzine da 42 ed oltre cm di larghezza seduta
3. Svariati aggiuntivi previsti non sono applicabili alla carrozzina uso interno esterno ma solo alle altre 2, sarebbe opportuno specificare onde evitare errori in prescrizione
4. L'uso di acciaio inox come unico materiale utilizzabile non è tecnicamente giustificata, soprattutto alla luce della non specifica di quale classe (AISI o UNI) debba essere l'acciaio quindi l'uso generico di acciaio inox non garantisce né robustezza né inossidabilità del prodotto e preclude l'uso di leghe leggere o altri materiale ad alte resistenza

A disposizione per ogni chiarimento, e ringraziando per l'attenzione dedicata, porgo i miei più cordiali saluti.

Massimo Pulin

Confapi Sanità Veneto

Il Presidente



Confapi Sanità Veneto

Unione delle piccole e medie imprese per la sanità privata e il benessere della persona

Presso **Confapi Padova**, Viale dell'Industria 23 – 35129 PADOVA C.F.: 92112920282

Tel. 049 8072273 – sanita@confapi.padova.it