

AZIENDA ZERO
Seconda Consultazione preliminare di mercato
AGHI E SIRINGHE

LOTTO 27 "DISPOSITIVI PER NUTRIZIONE ENTERALE CON CONNESSIONE ENFIT

Ditta CAIR ITALIA S.r.l.

• LOTTO 27 SUB A, B, C, D: in virtù di quanto richiesto nella bozza di capitolato chiediamo conferma che saranno ammesse solo siringhe di classe 2a, in quanto le uniche certificate per un utilizzo in pompa siringa. (consigliamo di specificarlo in capitolato) Si segnala inoltre che, nei requisiti previsti, chiedete che la "Ditta deve produrre documentazione.....".

Vi informiamo che esclusivamente i produttori delle pompe possono certificare la compatibilità con le siringhe in commercio, caricandole nel software della pompa o viceversa bloccandone l'uso. Per questo motivo la richiesta di compatibilità deve essere fatta esclusivamente al produttore/fornitore della pompa siringa enterale in uso.

• LOTTO 27 SUB E, F: **-[circa il]** fermo anti fuoriuscita del pistone (caratteristica a nostra attuale conoscenza non prevista su siringhe dedicate alla NE, secondo norme ISO da voi riportate). Chiediamo di eliminare tale caratteristica per garantire la massima partecipazione delle aziende alla gara.

• LOTTO 27 SUB K: Trattasi di accessorio a nostra attuale conoscenza di difficile reperimento sul mercato, in quanto la pratica della nutrizione enterale a caduta avviene attraverso altri sistemi e non con siringhe, per le quali necessita l'uso del dispositivo richiesto. Chiediamo venga tolto questo riferimento dal lotto e che venga, se necessario, richiesto a parte (qualora effettivamente sia reperibile sul mercato). Richiesta sempre volta a garantire la massima partecipazione delle aziende alla gara.

Osservazioni Fresenius Kabi Italia S.r.l.

Sublotto A-B-C

- "La ditta deve produrre documentazione relativa all'indice di regolazione da impostare nelle pompe di cui sia certificata la compatibilità".
Si rende noto che la compatibilità della siringa è contenuta nel manuale d'uso e specifico allegato della pompa per somministrazione enterale;
- "supporti pluriuso a ventosa".
Si chiede di modificare in "supporti pluriuso a ventosa o con fascetta elastica";
- "per tali supporti non verrà riconosciuto alcun prezzo ulteriore".
Si chiede di esplicitare il numero di supporti in rapporto al numero di siringhe.

Sublotto G

"sistema di raccordo distale (completo di eventuale adattatore...)". *Si chiede di creare un sublotto separato per eventuali adattatori, in quanto le prolunghie sono dotate di connettore EnFit come da ISO 80369-*

Sub N

Rubinetto a 3 vie con raccordi ENFit. *Si chiede di separare il sublotto N in un lotto indipendente in modo da garantire la più ampia partecipazione alla procedura e garantire la massima concorrenzialità*

Osservazioni Ditta FARMAC ZABBAN S.p.A.

Con riferimento alla consultazione in oggetto relativamente al Lotto n.27 "Dispositivi per nutrizione enterale con connessione enfit", *si chiede di dividere il lotto per una maggiore partecipazione .*

Osservazioni Ditta Vygon Italia S.p.A.

Con riferimento alla seconda consultazione preliminare di mercato, e precisamente a Lotto 27 si rileva quanto segue:

- Sub D (siringa 5 ml) si rileva che la pratica clinica in uso non prevede tale volume per la somministrazione della nutrizione enterale "in pompa".
Si richiede pertanto la possibilità di includere tale sublotto ai Sub. E, F, (Siringhe per nutrizione enterale piccoli volumi), in quanto affine a tali modalità d'uso;
- Per quanto attiene alla fornitura di supporti pluriuso per siringa (prevista la fornitura a valore 0), *si richiede di omettere la descrizione "a ventosa": esistono infatti supporti idonei a tale scopo dotati di diversa modalità di fissaggio;*
- Sub. G Per quanto attiene al sistema di raccordo distale in cui viene richiesto, incluso nella prolunga, idoneo adattatore (qualora non già integrato nel sistema): *si chiede di scorporare tale dispositivo (adattatore) identificando il medesimo in un sublotto specifico (H??).*

Tale richiesta deriva dal fatto che l'inclusione di un adattatore nel confezionamento della prolunga costituisce un onere aggiuntivo al valore della prolunga stessa, quando nella pratica quotidiana l'utilizzo di un adattatore si rende necessario in una ridottissima percentuale delle infusioni, e a tendere con il completo allineamento dei dispositivi "ENFIT", andrà rapidamente a scomparire.

Osservazioni Ditta INNOVAMEDICA S.p.A.

In riferimento alla consultazione di mercato per la fornitura di AGHI E SIRINGHE —LOTTO 27 "DISPOSITIVI PER NUTRIZIONE ENTERALE CON CONNESSIONE ENFIT".

Si chiede di suddividere in lotti distinti e non in sub lotti. Inoltre si chiede di specificare cosa si intende per supporti pluriuso a ventosa.