



PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI ECOGRAFI PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO.

CHIARIMENTI 3

In riferimento al Lotto 3 della gara in argomento, una ditta segnala una discordanza circa il numero di "Sonde convex (indicativi 1-5 MHz)" (n. 8 pezzi) indicate nei "QUANTITATIVI E VALORI A BASE D'ASTA" Allegato 1 al "Capitolato Tecnico", ed il numero delle stesse sonde riportato nel documento "Allegato C.3 - Modello Offerta SENZA PREZZI Ecografi" (n. 10 pezzi).

Risposta

Si conferma che è corretto il numero di "Sonde convex (indicativi 1-5 MHz)" indicato nei "QUANTITATIVI E VALORI A BASE D'ASTA" Allegato 1 al "Capitolato Tecnico", ovvero n. 8 pezzi: d'altra parte, lo stesso numero è altresì riportato nel documento "Allegato C.4 - Modello Offerta Economica Ecografi", che dovrà essere utilizzato dai concorrenti per formulare l'offerta economica.

Il dato indicato nel documento "Allegato C.3 - Modello Offerta SENZA PREZZI Ecografi", relativamente il numero di "Sonde convex (indicativi 1-5 MHz)" del Lotto 3, è da ritenersi dunque un mero refuso e non va pertanto considerato. Il dato numerico all'interno di tale documento è in ogni caso ininfluenza, essendo tale documento finalizzato alla sola acquisizione di alcune informazioni tecniche (Modello offerto, Codice prodotto e RDM) che identificano il prodotto offerto dal concorrente.

Padova, 23.10.2018

Il Direttore

U.O.C. CRAV

Dott.ssa Sandra Zuzzi