



**Medline International Italy srl Unipersonale**

Piazzale della Resistenza, 3  
50018 Scandicci (FI) Italia  
Tel.: +39 055 776.6511

Fax: +39 055 34.01.12 o +39 055 776.6719

[www.medline.com/it](http://www.medline.com/it)

Servizio clienti:

Tel.: +39 800.978.900

Fax: +39 800.978.901

Scandicci, 26/09/2018

Spett.le

**Azienda Zero**

Passaggio Gaudenzio 1  
35131 Padova

Inviata esclusivamente a mezzo PEC: [protocollo.azero@pecveneto.it](mailto:protocollo.azero@pecveneto.it)

**Ns. riferimento da CITARE SEMPRE nella corrispondenza: UG2018-0209**

**Oggetto: Osservazioni bozza capitolato guanti sanitari chirurgici**

La **Medline International Italy S.r.l. Unipersonale** (già *CareFusion Italy 208 S.r.l.*) con sede legale ed amministrativa in Piazzale della Resistenza, 3 – 50018 Scandicci (FI), codice fiscale nr. 12244190158 – partita IVA nr. 05526631006 - iscritta alla CCIAA di Firenze al n. 12244190158 dal 04/11/2008, con sistema di qualità conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015, certificato dall'organismo di certificazione TUV Italia per la commercializzazione di dispositivi medici e la fornitura "in service" di dispositivi medici monouso, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Medline Stellar Louxemburg SARL, nella persona del suo **Procuratore, Sig.ra Giulia Susanna**, nata a Firenze (FI) il 20/05/1986 e residente a Campi Bisenzio (FI), in Via Padule 10E Int. 1,

#### **SOTTOPONE**

Al Vs. Spettabile Ente le seguenti osservazioni:

- In riferimento al lotto 2 del capitolato tecnico tra le caratteristiche viene richiesto: "per lo strato interno sintetico dei guanti multistrato, lo strato più interno del guanto dovrà essere in materiale sintetico purissimo. A quale materiale si sta facendo riferimento e come identificarlo come materiale purissimo?
- In riferimento al lotto 3" Guanti chirurgici sterili sintetici colorati depolverati, da utilizzare come sotto-guanto": di quale materiale sintetico viene richiesto il sotto-guanto (Neoprene, Poliisoprene, Nitrile o altro) e in aggiunta per una maggior compressione, tale materiale deve essere lo stesso del lotto 4, affinché i due guanti possano essere indossati contemporaneamente?
- In riferimento al lotto n.4, di che materiale sintetico devono essere i guanti afferenti a questo lotto? Tali guanti dovranno essere della stessa materia prima dei guanti al lotto n.3?
- Per il Lotto n.4, si conferma la lunghezza di 270mm in riferimento alla taglia più piccola (ovvero 5.5)?

Distinti saluti

**Medline International Italy s.r.l. Unip**

Giulia Susanna  
Un Procuratore

