

Promed

Promed s.r.l.

Via E. Mattei, 20 - 31030 Dosson di Casier (TV)

Tel. (0422) 490140/1 - Fax (0422) 490142

E-mail info@promedsrl.it

Partita IVA 01542580269

Cod. Fisc. / Reg. Imprese TV 01542580269

R.E.A. TV 157026 - Cap. Soc. € 500.000,00



Spett.le
AZIENDA ZERO
U.O.C. CRAV
Passaggio Gaudenzio 1
35131 Padova

OGGETTO: Consultazione di mercato GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI GUANTI SANITARI CHIRURGICI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCCS IOV DELLA REGIONE VENETO

Il sottoscritto Lucio Sommovilla in qualità di Presidente C.d.A. della società Promed S.r.l. con sede in Via E. Mattei, 20 – 31030 Dosson di Casier (TV), Cod. Fisc. e Partita IVA 01542580269, presenta le seguenti osservazioni:

- **LOTTO N. 4:**

Il lotto si riferisce a guanti chirurgici “in materiale sintetico”, senza specificare se i guanti devono essere prodotti in policloroprene (comunemente noto come neoprene) o in poliisoprene. Dal momento che tra i due materiali esiste una notevole differenza di qualità e di costo di produzione, e conseguentemente di prezzo di mercato, si chiede di riconsiderare questa caratteristica, eventualmente provvedendo alla separazione delle due tipologie di guanti (policloroprene e poliisoprene) in due lotti separati.

- **ALLEGATO 5:**

Nell'allegato 5 vengono richiesti diversi valori di AQL, riferiti ai seguenti parametri:

- Fori inapparenti (UNI EN 455-1 e UNI EN EN 374-2)
- Dimensioni del guanto (UNI EN 455-2-4)
- Carico di rottura (UNI EN 455-2-4)
- Grumi di lattice o di polimero
- Difetti di piegatura
- Difetti del confezionamento primario

Per quanto di nostra conoscenza, nei capitolati delle gare regionali pubblicate negli ultimi anni la dichiarazione dei valori di AQL si riferisce normalmente a tre sole voci:

- Difetti critici
- Difetti maggiori
- Difetti minori

Si chiede di riconsiderare i parametri elencati nell'allegato 5, riducendoli e accorpandoli nelle tre voci sopra riportate. Ci risulta che tali parametri siano più che sufficienti per valutare la qualità di un guanto chirurgico ed ulteriori parametri non siano invece non rilevanti ai fini della valutazione.

Inoltre, si segnala che la quantità e la specificità dei parametri richiesti potrebbe limitare il numero di aziende partecipanti.

- **ARTICOLO 1 "BOZZA DI CAPITOLATO":**

Tra la documentazione richiesta nello stesso viene indicata una lista di dichiarazioni sulle modalità di esecuzione del Piano di campionamento. Si chiede di riconsiderare tale lista, limitandola alla dichiarazione di conformità alla normativa UNI ISO 2859-1. La conformità alla normativa garantisce infatti che il campionamento rispetta quanto previsto dalla normativa stessa, rendendo non rilevante la richiesta di ulteriori dettagli in merito al piano di campionamento.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, porgiamo cordiali saluti.

Dosson di Casier, 26 settembre 2018

PROMED SRL
Presidente C.d.A.
LUCIO SOMMAVILLA