



Spett.le
Azienda Zero
UOC Crav
Protocollo.azero@pecveneto.it

Roma, 15.02.2019

Oggetto: Osservazioni consultazione di mercato protesi mammarie ed espansori mammari e tissutali e mesh dedicate.

1. Con riferimento al Lotto 1 A "Protesi mammarie rotonde" segnaliamo che fra i criteri di valutazione viene inserito "*facilità orientamento protesi*" ma la protesi rotonda per sua stessa conformazione non richiede un orientamento. Chiediamo se trattasi di refuso e, in tal caso, di rivedere il criterio.

2. Con riferimento alla composizione del Lotto 1 (*protesi rotonde testurizzate – rotonde lisce- anatomiche – espansori*), ed in linea con le più recenti pronunce giurisprudenziali, chiediamo che esso venga suddiviso, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla procedura di gara, per tipologia prodotto o quanto meno per caratteristiche omogenee di superficie (lotto lisce / lotto testurizzate).

Sebbene un unico fornitore per tutte le tipologie di impianto sia auspicabile in termini di una maggiore facilità di gestione del contratto in fase di esecuzione, tuttavia una tale scelta espone a:

- un numero limitatissimo di players in grado di rispondere ad un lotto complesso (non solo per la varietà degli impianti, ma anche per un prevedibile ingente fabbisogno che ne consegue).
- Rischi più elevati derivanti da eventuali problematiche di fornitura in corso di contratto: più fornitori per diversi lotti garantirebbero un'adeguata copertura in caso di improvvise rotture di stock del fornitore titolato;
- Una limitata concorrenzialità che potrebbe inficiare quella ricerca di economicità e affidabilità cui tendono le procedure pubbliche;
- Non da ultimo, suddividere il lotto in ben 4 sublotti, comporta una parcellizzazione dei punteggi dei vari criteri con il rischio di andare a depotenziare il peso di criteri particolarmente rilevanti per far spazio alla loro numerosità.

Certi che vorrete considerare ed approfondire le richieste sovra esposte, ci rendiamo disponibili a fornire eventuale documentazione ed a partecipare al tavolo tecnico previsto per il giorno 21.02.2019.

Distinti saluti,

Allergan S.p.A.

Via Salvatore Quasimodo, 134/138
00144 Roma

T. +39 06509561 (r.a.)
www.allergan.com

C.F. 00431030584 - P.IVA 00890231004
C.C.I.A.A. Roma n. 305262

Trib. Roma n. 1462/67
Cap.Soc. Eur 500.000,00 i.v.



Allergan S.p.A.

Via Salvatore Quasimodo, 134/138
00144 Roma

T. +39 06509561 (r.a.)
www.allergan.com

C.F. 00431030584 - P.IVA 00890231004
C.C.I.A.A. Roma n. 305262

Trib. Roma n. 1462/67
Cap.Soc. Eur 500.000,00 i.v.