

U.O.C. CRAV

Procedura aperta telematica per la fornitura di Ausili di Serie Elenco 2B dell'Allegato 5 del Nuovo Nomenclatore Tariffario (DPCM 12 gennaio 2017) in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto – Prima Tranche

CHIARIMENTO N. 9

Si ritiene di fornire il chiarimento al seguente quesito pervenuto fuori termini.

QUESITO

- 4 SUB A: viene richiesto asse per il trasferimento in genere, costruito in materiale plastico, leggero, facile da pulire, portata superiore a 120 Kg. Chiediamo quindi le dimensioni dello stesso.
- 4 SUB C e SUB D: viene richiesto: telo ad alto scorrimento misura grande e misura piccola posizionati parzialmente o completamente sotto la persona per facilitare il trasferimento mediante un movimento di slittamento, limitano l'attrito tra le superfici impegnate, evitano la "frizione" tra il materasso e la persona e contengono lo sforzo fisico dell'operatore; in genere, utilizzano tessuti lavabili a 90° e con poca manutenzione. Ma non vengono specificate: - le dimensioni. Cosa si intende per misura piccola e misura grande? - deve essere un semplice telo ad alto scorrimento o tubolare?

RISPOSTA AL QUESITO

- *Si conferma la descrizione del capitolato.*
- *Vedasi la risposta al 3° punto del quesito n. 5. Sono richiesti telo ad alto scorrimento (misura piccola) e telo ad alto scorrimento (misura grande), nulla si prescrive in merito alla tolleranza. Si conferma la descrizione del capitolato.*