

Spettabile
AZIENDA ZERO
Passaggio Gaudenzio 1
35131 PADOVA

Dirigente U.O.C. CRAV
Dr.ssa Sandra Zuzzi
protocollo.azero@pecveneto.it

Oggetto: Consultazione priliminare di mercato - Gara Regionale per la fornitura di STENT CORONARICI in fabbisogno alle Aziende sanitarie della Regione del Veneto.

OSSERVAZIONI

Con la presente la scrivente BIOTRONIK Italia S.p.A., con sede legale ed operativa in Vimodrone (MI), via delle Industrie n. 11, (cap 20090) - Tel. 02/274394204-Fax 02/274394304 - C.F. e P.I. 09699320017 - Socio Unico BIOTRONIK International Vertriebs AG CH-6341 Baar (ZG) - in persona dell'Amministratore Delegato/Legale Rappresentante, Luca Torchi, nato a Genova il 13-07-1961 e residente a Varese in Via C. Bossi n. 6 - cod. fisc. TRCLCU61L13D969V - sottopone alla Vs. attenzione alcune osservazioni in ordine alla consultazione di mercato di cui all'oggetto.

A tal fine, allega alla presente l'elenco di dette OSSERVAZIONI e le relative schede tecniche, confidenti di una Vs. rivalutazione alla luce dei punti esposti e resta a disposizione laddove sia necessario fornire ulteriori chiarimenti a riguardo.

A tal proposito si riportano in dettaglio i nominativi dei rappresentanti della scrivente che presenzieranno alla riunione che si terrà presso la Sala Marmolada della U.O.C. CRAV il giorno 22/02/2018 alle ore 10.00:

Dr.ssa Barbara Zanella (Area Manager) cell. 345.1336063
Sig. Enrico Pini cell. 348.4945161

Si riportano, altresì, gli indirizzi mail per l'eventuale inoltro delle Vs. comunicazioni:

POSTA CERTIFICATA: tender@pec.biotronikitalia.it

POSTA ORDINARIA: Ufficio gare Biotronik
tender-it@biotronik.com

Con osservanza

BIOTRONIK ITALIA S.p.A.
Luca Torchi
Amministratore Delegato

REGIONE DEL VENETO – Consultazione del mercato

GARA PER LA FORNITURA DI STENT CORONARICI IN FABBRISOGNO DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO.

OSSERVAZIONI

La scrivente Azienda precisa di disporre nel proprio portfolio-prodotti di dispositivi che soddisfano le caratteristiche essenziali richieste

L'eventuale possibilità di offrirli è e/o sarà subordinata ai valori economici di base d'asta identificati per la fornitura in oggetto.

In relazione a quanto riportato nella bozza di capitolato, riteniamo opportuno considerare anche le seguenti caratteristiche:

Lotto 3: Stent coronarico in lega metallica a rilascio di farmaco con polimero biodegradabile

- Letteratura scientifica ad alto Impact Factor;
- Basso Crossing Profile (< 0.039" per diametro 3.0 mm).

Lotto 5: Scaffolding coronarico completamente riassorbibile a rilascio di farmaco

- Riassorbimento completo in 12 mesi;
- Rapida endotelizzazione;
- Basso Recoil;
- Bassa trombogenicità;
- Alta forza radiale.

BIOTRONIK Italia S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Luca Torchi