

N.	Operatore Economico	Documento di rfm (tra quelli pubblicati in bozza)	Articolo e Paragrafo di rfm	Pagg. di rfm	Oggetto dell'osservazione (ove applicabile, precisare Lotto e prodotto)	Osservazione	Proposta di modifica
1	EUROCLONE S.P.A.	CAPITOLATO TECNICO	-	2	INTRODUZIONE	REFUSO	Si segnala un refuso di stampa: sostituire "...mezzi di sintesi" con "...sutura trici meccaniche". I lotti relativi alle clips vanno dal lotto 12 e non dal lotto 11.
2	EUROCLONE S.P.A.	CAPITOLATO TECNICO	-	3	LOTTO 3	SUTURATRICI LINEARI RETTE SENZA LAMA PER TESSUTI VASCOLARI	Si chiede di stralciare la dicitura "tessuti vascolari" così da consentire il più ampio spirito competitivo tra le aziende, come peraltro già da Voi perseguito nel lotto 2 scrivendo la generica dicitura "per tessuti di vario spessore". A tal proposito, si evidenzia che lo spirito competitivo da Voi certamente auspicato è già evidente nello stesso lotto 3 dove non viene richiesta la suturatrice con lunghezza linea di sutura 45 mm, misura assente nei cataloghi di alcuni fabbricanti.
3	EUROCLONE S.P.A.	CAPITOLATO TECNICO	-	4	LOTTO 4	SUTURATRICI CIRCOLARI CURVE	Al fine di garantire il principio di favor participationis e permettere la più ampia partecipazione al confronto concorrenziale, siamo a chiedereVi di scomporre il lotto 4 in due lotti distinti e singolarmente aggiudicabili come peraltro già pubblicato in gare di altre Stazioni Appaltanti a rilevanza regionale (INTERCENTER, ARCA): LOTTO 4: Suturatrici circolari curve con lunghezza dello stelo da 25 a 30 cm LOTTO 4 BIS: Suturatrici circolari curve con lunghezza dello stelo da 18 a 23 cm
4	EUROCLONE S.P.A.	CAPITOLATO TECNICO	-	4	LOTTO 5	KIT PER EMORROIDOPESSI	Si richiede di stralciare la dicitura "codice colore", caratteristica irrilevante per una suturatrice per emorroidopessi.
5	EUROCLONE S.P.A.	CAPITOLATO TECNICO	-	9	LOTTO 20	CLIP SINGOLE IN POLIMERO NON RIASSORBIBILE	Al fine di garantire il principio di favor participationis e permettere la più ampia partecipazione al confronto concorrenziale, siamo a chiedereVi di eliminare la voce a) misura media, come peraltro già recepito e pubblicato in gare di altre Stazioni Appaltanti a rilevanza regionale (INTERCENTER lotto 44, Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche lotto 17).
6	EUROCLONE S.P.A.	CAPITOLATO TECNICO	-	8	LOTTO 16	APPLICATORI AUTOMATICI MONOUSO DI CLIPS	La nostra azienda ha fornito/fornisce tramite rivenditori regionali passati (Promed) e presenti (Surgiline srl) alcuni ospedali della Regione Veneto da molti anni con un prodotto analogo consistente in cartucce monouso di clip in titanio di misura medio/grande a marchio Microline da utilizzarsi con gli applicatori pluriuso dedicati, questi ultimi forniti in comodato d'uso gratuito. Si chiede, pertanto, di voler valutare un lotto 16 bis per applicatori ibridi di clips misura medio/grande, anche al fine di permettervi di risparmiare. Infatti, rispetto ai prezzi di mercato degli applicatori automatici monouso di clips medio/grande, i prezzi di riferimento della nostra alternativa ibrida sono mediamente inferiori.
7	Johnson & Johnson	Capitolato Tecnico	Lotto 3	3	Lotto 3	Per la partecipazione al lotto vengono richieste tre misure 30, 60 e 90mm. La Scrivente non ha a catalogo la misura da 90 mm.	Si chiede eliminare la misura da 90mm dal lotto 3 per permettere una più ampia partecipazione al lotto. Alternativamente si chiede di farne oggetto di un lotto a sè stante: per quanto di conoscenza della scrivente non sussistono motivazioni tecniche o cliniche che comportino la necessità di aggiudicazione al medesimo fornitore della totalità delle misure.

N.	Operatore Economico	Documento di rfm (tra quelli pubblicati in bozza)	Articolo e Paragrafo di rfm	Pagg. di rfm	Oggetto dell'osservazione (ove applicabile, precisare Lotto e prodotto)	Osservazione	Proposta di modifica
8	Johnson & Johnson	Capitolato Tecnico	Lotto 4	4	Lotto 4	Il termine minimo per la lunghezza dello stelo nel subplotto b) è 19 cm. Tale misura appare estremamente riduttiva ed è pari al limite massimo del corrispondente lotto della precedente porcedura: b) stelo < di 19 cm	Si chiede di descrivere i subplotti con intervallo aperto similmente alla precedente procedura : a) stelo >23 cm b) stelo< 19 cm per permettere una più ampia partecipazione al lotto.
9	INTEGRA LIFESCIENCE S ITALY SRL	Bozza Capitolato Tecnico	Lotto 22	9	LOTTO 22	si chiede di specificare se le clip richieste sono anche per aneurismi cerebrali	
10	B.Braun Milano S.p.a.	Capitolato Tecnico			LOTTO 1 - Ri	Sono richieste suturatrici con punti di misura regolare e larga	Si richiede di prevedere per le due misure di punti due lotti separati, anche in considerazione del fatto che la misura "regolare" è di scarso utilizzo
11	B.Braun Milano S.p.a.	Capitolato Tecnico				Suggeriamo di prevedere un ulteriore lotto relativo a delle clip in titanio a doppio binario zigriate con/senza dentino di chiusura distale, con applicatori per chirurgia open/laparoscopica in comodato d'uso.	
12	BARD S.r.l.	Capitolato Tecnico	Lotto 13	pag. 7	LOTTO 13	La descrizione del lotto: " <i>applicatori automatici monouso di sistemi assorbibili contenenti almeno 12 elementi con forma a doppia punta</i> ", identifica un unico operatore economico, precludendoci la possibilità di rispondere con un prodotto innovativo di nuova commercializzazione (vedere materiale allegato in cartella numero 13)	Proponiamo di modificare la descrizione in: "forma a singola o doppia punta"
13	Surgiline Srl	Capitolato Tecnico	Lotto 17, rif. A, B, C, D	8	LOTTO 17	manca l'indicazione di quanti applicatori in comodato d'uso gratuito dovranno essere forniti	Indicare il numero di applicatori da fornire in comodato d'uso gratuito
14	Surgiline Srl	Capitolato Tecnico	Lotto 18	8	LOTTO 18	manca l'indicazione di quanti applicatori in comodato d'uso gratuito dovranno essere forniti	Indicare il numero di applicatori da fornire in comodato d'uso gratuito
15	Surgiline Srl	Capitolato Tecnico	Lotto 17, rif. A, B, C, D	8	LOTTO 17	Manca nell'elenco delle misura la XS	Chiediamo, per completezza di gamma, che venga inserita anche la misura XS
16	Surgiline Srl	Capitolato Tecnico	Lotto 20, 1° paragrafo - clip singole in polimero - supporto delle clip	9	LOTTO 20	In un'ottica di razionalizzazione dei consumi e quindi di riduzione dei costi, segnaliamo che i supporti delle clip dovrebbero essere da 6 e/o di numero inferiore	Chiediamo che nella griglia di valutazione, alla voce confezionamento, venga considerata anche la gamma di supporti disponibili
17	Surgiline Srl	Capitolato Tecnico	Lotto 20, rif. A, B, C, D -clip singole in polimero - applicatori	9	LOTTO 20	manca l'indicazione di quanti applicatori in comodato d'uso gratuito dovranno essere forniti	Indicare il numero di applicatori laparoscopici e open da fornire in comodato d'uso gratuito
18	Surgiline Srl	Capitolato Tecnico	Lotto 20, rif. A, B, C, D -clip singole in polimero - applicatori	9	LOTTO 20		Chiediamo che nella griglia di valutazione sia considerata anche la completezza e varietà di gamma di applicatori che un'azienda è in grado di offrire

N.	Operatore Economico	Documento di rfm (tra quelli pubblicati in bozza)	Articolo e Paragrafo di rfm	Pagg. di rfm	Oggetto dell'osservazione (ove applicabile, precisare Lotto e prodotto)	Osservazione	Proposta di modifica
19	W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L.	BOZZA CAPITLATO SPECIALE	Capitolato tecnico		Richiesta inserimento lotto	<p>A seguito dell'analisi della documentazione tecnica, la presente per sottolineare un aspetto e chiedere una revisione della documentazione stessa: Nella descrizione dei lotti della PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE, CLIPS E SISTEMI DI FISSAGGIO PER CHIRURGIA APERTA E LAPAROSCOPICA PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO si evince l'assenza di lotti dedicati a dispositivi sintetici di rinforzo per linea di sutura utilizzabili con diverse suture.</p> <p>In prima istanza si intende porgere alla Vs. attenzione che il dispositivo sintetico di rinforzo è particolarmente apprezzato dai chirurghi toracici, generali e bariatrici in quanto in grado di ridurre il sanguinamento ed i leakage.</p> <p>Si evidenzia che tale dispositivo è infatti già stato incluso in lotti dedicati in gare regionali di suture e chirurgia generale:</p> <p>Si elencano ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistemi per laparoscopia e suture meccaniche, Ente appaltante INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI, Bando rettificato determina n° 433 del 10.12.2018. Lotto nr 63 dell'Allegato nr.11; • ID.15PRE017. PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER VIDEOLAPAROSCOPIA PER UN PERIODO DI 36 MESI, procedura aggiudicata con Determinazione Dirigenziale EGAS n. 506 del 30/05/2017; • Centrale di Committenza So.Re.Sa. S.p.A.: procedura ristretta per la conclusione di accordo quadro per la fornitura di suture meccaniche, clips e sistemi di fissaggio per chirurgia aperta e laparoscopica occorrenti alle aa.ss.ll./aa.oo./aa.oo.uu./ircss della regione campania; • Centrale di Committenza A.L.I.S.A. Liguria: Procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale di Miscelanea Chirurgica – Nuova Edizione" occorrente alle AA.SS.LL. della REGIONE LIGURIA, I.R.C.C.S San Martino, Istituto Gaslini, Ospedale Galliera e AUSL Valle d'Aosta. <p>Stante quanto sopra riportato e, considerando che il materiale viene già acquistato da più aziende sanitarie della Regione Veneto e in ottemperanza alla normativa nazionale vigente in materia di appalti al fine di garantire il principio di economicità e risparmio di risorse che codesto Spettabile Ente si propone, si chiede di voler rettificare la bozza del Capitolato Tecnico e prevedere un lotto destinato ai rinforzi sintetici riassorbibili per varie suture.</p>	Inserimento lotto
20	CONMED ITALIA S.r.l.	Bozza Capitolato Tecnico	PAG. 8 LOTTO 16	8	LOTTO 16	RICHIESTA SUDDIVISIONE LOTTO	Chiediamo di dividere la fornitura in più lotti per diametro e misure della clip, poiché le aziende che dispongono delle misure maggiormente utilizzate sarebbero penalizzate non avendo a catalogo le misure più marginali.
21	CONMED ITALIA S.r.l.	Bozza Capitolato Tecnico	PAG. 8 LOTTO 19	8	LOTTO 19	RICHIESTA SUDDIVISIONE LOTTO	Chiediamo di dividere la fornitura in più lotti per diametro e misure della clip, poiché le aziende che dispongono delle misure maggiormente utilizzate sarebbero penalizzate non avendo a catalogo le misure più marginali.
22	Corios soc.coop.	Capitolato tecnico	Lotto 20	Ultima pagina (pagine non numerate). Lotto 20 richieste clip nelle misure: M, ML, L e XL.	LOTTO 20	Le misure M, L ed XL coprono e assicurano la legatura di vasi da 3 a 16 mm , questo range copre tutte le possibili applicazioni. Inoltre, avere 3 misure, invece che 4, migliora la gestione dei prodotti da un punto di vista economico e da un punto di vista di gestione in sala operatoria.	Richiedere unicamente le seguenti misure : ML, L e XL.

N.	Operatore Economico	Documento di rfm (tra quelli pubblicati in bozza)	Articolo e Paragrafo di rfm	Pagg. di rfm	Oggetto dell'osservazione (ove applicabile, precisare Lotto e prodotto)	Osservazione	Proposta di modifica
23	MEDTRONIC Italia	BOZZA Capitolato tecnico. Procedura aperta per la fornitura di suturatrici meccaniche, clips e sistemi di fissaggio per chirurgia aperta e laparoscopica per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Veneto		non è identificabile e dal documento	LOTTO 2	Richiesta di creare due lotti separati. La tecnologia a tripla fila di punti è esclusiva e identifica un'azienda che ne trarrebbe un vantaggio competitivo.	1) Lotto dove si specifica la richiesta di un device a doppia fila sfalsata di punti 2) Lotto dove si specifica la richiesta di un device a tripla fila sfalsata di punti
24	MEDTRONIC Italia	BOZZA Capitolato tecnico. Procedura aperta per la fornitura di suturatrici meccaniche, clips e sistemi di fissaggio per chirurgia aperta e laparoscopica per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Veneto		non è identificabile e dal documento	LOTTO 4	Richiesta di modifica dei parametri tecnici sulla lunghezza dello stelo (rif. a). Per permettere una più ampia partecipazione	nel rif a) del Lotto 4: modificare il "range" di misure ampliandolo: stelo da 22 a 35cm
25	MEDTRONIC Italia	BOZZA Capitolato tecnico. Procedura aperta per la fornitura di suturatrici meccaniche, clips e sistemi di fissaggio per chirurgia aperta e laparoscopica per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Veneto		non è identificabile e dal documento	LOTTO 4	Richiesta di dividere il Lotto 4 in due Lotti distinti. Esistono suturatrici circolari dotate di testina basculante e non basculante, caratteristica tecnica che differenzia le suturatrici e quindi si tratta di device non paragonabili	Lotto 4) Suturatrice circolare curva a testina basculante... nuovo Lotto 4BIS) Suturatrice circolare curva a testina non basculante..
26	MEDTRONIC Italia	BOZZA Capitolato tecnico. Procedura aperta per la fornitura di suturatrici meccaniche, clips e sistemi di fissaggio per chirurgia aperta e laparoscopica per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Veneto		non è identificabile e dal documento	LOTTO 5	Richiesta di eliminare il rif.b) che risulta troppo specifico e impedirebbe alla nostra Azienda di partecipare	Mantenere solo la descrizione del rif a) del Lotto 5. Eliminando la descrizione rif. b)

N.	Operatore Economico	Documento di rfm (tra quelli pubblicati in bozza)	Articolo e Paragrafo di rfm	Pagg. di rfm	Oggetto dell'osservazione (ove applicabile, precisare Lotto e prodotto)	Osservazione	Proposta di modifica
27	MEDTRONIC Italia	BOZZA Capitolato tecnico. Procedura aperta per la fornitura di suturatrici meccaniche, clips e sistemi di fissaggio per chirurgia aperta e laparoscopica per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Veneto		non è identificabil e dal documento	LOTTO 5	La descrizione testina fissa ci impedisce la partecipazione al Lotto	Eliminare la descrizione "testina fissa", oppure aggiungere: ".testina fissa o staccabile..".
28	MEDTRONIC Italia	BOZZA Capitolato tecnico. Procedura aperta per la fornitura di suturatrici meccaniche, clips e sistemi di fissaggio per chirurgia aperta e laparoscopica per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Veneto		non è identificabil e dal documento	LOTTO 11	Indicare una quantità minima di 36pz (Gusci Monouso) per fornire il Manipolo riutilizzabile con tutti i componenti	Verrà fornito in comodato d'uso gratuito il manipolo riutilizzabile, con tutti i dispositivi correlati, all'interno di un KIT comprensivo di 36 pz (Gusci Monouso). La richiesta del manipolo riutilizzabile verrà concordata a seconda delle necessità tecniche del richiedente
29	MEDTRONIC Italia	BOZZA Capitolato tecnico. Procedura aperta per la fornitura di suturatrici meccaniche, clips e sistemi di fissaggio per chirurgia aperta e laparoscopica per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Veneto		non è identificabil e dal documento	LOTTO 12	Per dare una chiara valutazione del valore economico del device, si richiede la specifica del prezzo per singola Tack. (possibile utilizzo di più device per singolo intervento)	Indicare il prezzo riferito per singola Tack, non prezzo per singolo strumento, nella valutazione economica.
30	MEDTRONIC Italia	BOZZA Capitolato tecnico. Procedura aperta per la fornitura di suturatrici meccaniche, clips e sistemi di fissaggio per chirurgia aperta e laparoscopica per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Veneto		non è identificabil e dal documento	LOTTO 14	Richiesta di specificare tecnicamente il materiale che compone la Tack (acciaio, titanio ecc), caratteristica importante dal punto di vista qualitativo	Inserire nei criteri di valutazione qualitativa il materiale che compone la Tack (acciaio, titanio ecc) per una valutazione tecnico clinica

N.	Operatore Economico	Documento di rfm (tra quelli pubblicati in bozza)	Articolo e Paragrafo di rfm	Pagg. di rfm	Oggetto dell'osservazione (ove applicabile, precisare Lotto e prodotto)	Osservazione	Proposta di modifica
31	MEDTRONIC Italia	BOZZA Capitolato tecnico. Procedura aperta per la fornitura di suturatrici meccaniche, clips e sistemi di fissaggio per chirurgia aperta e laparoscopica per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Veneto		non è identificabile e dal documento	LOTTO 14	Per dare una chiara valutazione del valore economico del device, si richiede la specifica del prezzo per singola Tack. (possibile utilizzo di più device per singolo intervento)	Indicare il prezzo riferito per singola Tack, non prezzo per singolo strumento, nella valutazione economica.
32	MEDTRONIC Italia	BOZZA Capitolato tecnico. Procedura aperta per la fornitura di suturatrici meccaniche, clips e sistemi di fissaggio per chirurgia aperta e laparoscopica per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Veneto		non è identificabile e dal documento	LOTTO 15	Richiesta di eliminare la dicitura "codice colore" per consentire l'ampia partecipazione al lotto	Richiesta di eliminare la dicitura "codice colore" per consentire l'ampia partecipazione al lotto
33	INNOVAMED ICA	BOZZA CAPITOLATO TECNICO	LOTTO 4	PAG.4	LOTTO 4	Si chiede l'inserimento nel lotto, o la formulazione di un lotto autonomo dedicato, per la tipologia delle suturatrici circolari compatte a stelo retto monouso per chirurgia transanale, misure varie. Questo strumento è dedicato alle resezioni rettali basse e ultrabasse. Si chiede l'inserimento della caratteristica: leva di sicurezza.	Si chiede l'inserimento nel lotto, o la formulazione di un lotto autonomo dedicato, per la tipologia delle suturatrici circolari compatte a stelo retto monouso per chirurgia transanale, misure varie. Questo strumento è dedicato alle resezioni rettali basse e ultrabasse. Si chiede l'inserimento della caratteristica: leva di sicurezza.
34	INNOVAMED ICA	BOZZA CAPITOLATO TECNICO	LOTTO 5	PAG.4	LOTTO 5	Poiché trattasi di prodotti differenti per tecniche chirurgiche differenti, si chiede la separazione dei sub-lotti a) e b) e la conseguente riformulazione di due lotti autonomi e distinti. Sub a): si chiede di ridurre la tolleranza del diametro 33 mm (+/- 1 mm anziché 2 mm), poiché è in questo range che si trova il calibro appropriato per eseguire efficacemente la c.d. tecnica di Longo. Sub b) si chiede di:	Poiché trattasi di prodotti differenti per tecniche chirurgiche differenti, si chiede la separazione dei sub-lotti a) e b) e la conseguente riformulazione di due lotti autonomi e distinti. Sub a): si chiede di ridurre la tolleranza del diametro 33 mm (+/- 1 mm anziché 2 mm), poiché è in questo range che si trova il calibro appropriato per eseguire efficacemente la c.d. tecnica di Longo. Sub b) si chiede di:
35	INNOVAMED ICA	BOZZA CAPITOLATO TECNICO		Nuovo Lotto da inserire tra il 4 ed il 5	Nuovo Lotto da inserire tra il 4 ed il 5	Nuovo Lotto da inserire tra il 4 ed il 5. Si chiede la creazione di un lotto autonomo e distinto per un Dispositivo monouso universale di protezione per suturatrice circolare durante l'introduzione per via transanale. Confezione singola sterile. Varie misure.	Nuovo Lotto da inserire tra il 4 ed il 5. Si chiede la creazione di un lotto autonomo e distinto per un Dispositivo monouso universale di protezione per suturatrice circolare durante l'introduzione per via transanale. Confezione singola sterile. Varie misure.
36	MV Medical Solutions srl	Bozza Capitolato Tecnico	Lotto 4	Pagina 4	LOTTO 4	Possibilità di rispondere ad uno solo dei due sottolotti	Dividere il Lotto 4 (attualmente suddiviso in sottolotto a e b) in 2 lotti distinti per caratteristiche di lunghezza dello stelo della suturatrice.
37	MV Medical Solutions srl	Bozza Capitolato Tecnico	Lotto 5	Pagina 4	LOTTO 5	Possibilità di rispondere ad uno solo dei due sottolotti	Dividere il Lotto 5 (attualmente suddiviso in sottolotto a e b) in 2 lotti distinti per caratteristiche di diametro della suturatrice.

N.	Operatore Economico	Documento di rfm (tra quelli pubblicati in bozza)	Articolo e Paragrafo di rfm	Pagg. di rfm	Oggetto dell'osservazione (ove applicabile, precisare Lotto e prodotto)	Osservazione	Proposta di modifica
38	TELEFLEX MEDICAL SRL	Bozza Capitolato Tecnico	//	Pag 9 bozza capitolato tecnico	LOTTO 20	Non tutte le clips in polimero non riassorbibile presenti in commercio appartengono alla stessa classe di rischio. Si ricorda che in base alla direttiva Europea 2007/47/EC (in tema di dispositivi medici impiantabili a lungo termine) solo i device di classe III possono essere utilizzati anche su vasi del sistema circolatorio centrale.	Si chiede di valorizzare la classe di rischio limitando la partecipazione alle clips di classe III. In alternativa si chiede di valorizzare la "Possibilità di utilizzo su tutti i vasi e distretti anatomici" nella tabella di attribuzione del punteggio qualità.
39	TELEFLEX MEDICAL SRL	Bozza Capitolato Tecnico	//	Pag 9 bozza capitolato tecnico	LOTTO 20	Al fine di garantire una corretta pulizia del canale interno e una conseguente efficace sterilizzazione, tutti gli strumenti cavi dovrebbero essere smontabili in almeno 3 parti	Si suggerisce di richiedere che gli applicatori laparoscopici siano smontabili in almeno tre parti o quantomeno di valorizzare tale caratteristica nella tabella di attribuzione del punteggio qualità
40	TELEFLEX MEDICAL SRL	Bozza Capitolato Tecnico	//	Pag 9 bozza capitolato tecnico	LOTTO 20	Compatibilità con braccio per applicazione di clip del Robot Da Vinci: Per garantire l'utilizzo della clip con il Robot Da Vinci, presente nella vostra Regione in diversi centri di chirurgia robotica, è necessario che la clip sia compatibile con il braccio robotico.	Si chiede di considerare l'utilizzo nei centri di chirurgia robotica limitando la partecipazione alle clips compatibili con tale applicazione. In alternativa si chiede di valorizzare tale compatibilità nella tabella di attribuzione del punteggio qualità.
41	TELEFLEX MEDICAL SRL	Bozza Capitolato Tecnico	//	Pag 9 bozza capitolato tecnico	LOTTO 20	La letteratura scientifica riveste un ruolo particolarmente importante nell'attestare sicurezza e affidabilità di un device per la legatura dei vasi	Si suggerisce di attribuire alla letteratura scientifica un peso consistente in termini di punteggio qualità
42	TELEFLEX MEDICAL SRL	Bozza Capitolato Tecnico	//	Pag 9 bozza capitolato tecnico	LOTTO 20	Ci risulta che alcune Aziende non siano in grado di fornire applicatori laparoscopici per tutte le misure di clip, limitando di fatto le possibilità di utilizzo in alcuni casi alla sola chirurgia aperta	Si suggerisce di specificare che gli applicatori laparoscopici devono essere disponibili per tutte e 4 le misure di clip richieste
43	TELEFLEX MEDICAL SRL	Bozza Capitolato Tecnico	//	Pag 9 bozza capitolato tecnico	LOTTO 20	Al fine di consentire alle Aziende partecipanti di formulare un'offerta competitiva è necessario avere una stima del numero di applicatori da fornire in comodato d'uso gratuito	Si chiede di fornire una stima del numero di applicatori necessari
44	TELEFLEX MEDICAL SRL	Bozza Capitolato Tecnico	//	Pag 8 bozza capitolato tecnico	LOTTO 17	Al fine di consentire alle Aziende partecipanti di formulare un'offerta competitiva è necessario avere una stima del numero di applicatori da fornire in comodato d'uso gratuito	Si chiede di fornire una stima del numero di applicatori necessari
45	TELEFLEX MEDICAL SRL	Bozza Capitolato Tecnico	//	Pag 8 bozza capitolato tecnico	LOTTO 18	Al fine di consentire alle Aziende partecipanti di formulare un'offerta competitiva è necessario avere una stima del numero di applicatori da fornire in comodato d'uso gratuito	Si chiede di fornire una stima del numero di applicatori necessari
46	MEDICAL INSTRUMENTS				LOTTO 17		SPECIFICARE UN NUMERO DI APPLICATORI DA CONSEGNARE IN COMODATO D'USO. SI SEGNALE CHE A CATALOGO ESISTE ANCHE LA MISURA MEDIO-PICCOLA
47	MEDICAL INSTRUMENTS				LOTTO 18		SI CHIEDE DI SPECIFICARE LE MISURE NECESSARIE E IL NUMERO DI APPLICATORI DA CONSEGNARE IN COMODATO D'USO
48	LOGISAN SPA	CAPITOLATO TECNICO			x tutti i lotti di suturatrici	In merito alle suturatrici si prega di specificare all'interno del capitolato tecnico, il prezzo a base d'asta della suturatrice completa di caricatore	