

Appalto specifico, suddiviso in lotti, per la fornitura in somministrazione mediante accordo quadro, di reagenti per la ricerca quantitativa degli antigeni e degli anticorpi anti SarsCov2.

VERBALE DEL 25.03.2021

Il giorno 25.03.2021 alle ore 12.30 presso la sede dell'U.O.C. CRAV, Passaggio Gaudenzio 1 - Padova, si è riunito in seduta riservata il Seggio di Gara, nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 139 del 10.03.2021, per l'espletamento delle attività relative all'apertura delle buste amministrative per l'Appalto Specifico in oggetto.

Il Seggio di Gara risulta così composto:

- Dott.ssa Sandra Zuzzi, Direttore della U.O.C. CRAV, in qualità di Presidente;
- Dott. Marco Sterzi, funzionario in servizio presso l'U.O.C. CRAV, in qualità di testimone;
- Dott.ssa Lucia Biasin, funzionario in servizio presso l'U.O.C. CRAV, in qualità di testimone.

Le funzioni di Segretario Verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Lucia Biasin.

È altresì presente in modalità telematica da remoto, in qualità di soggetto esperto in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del Disciplinare di gara, il Dott. Mario Rassu, Direttore U.O.C. Microbiologia dell'Azienda ULSS 8 Berica.

Il Seggio di Gara prende atto degli esiti della precedente seduta del 23.03.2021, relativa all'apertura e verifica di regolarità della documentazione amministrativa, di cui al Verbale agli atti della U.O.C. CRAV.

Il Seggio di Gara preliminarmente illustra ai Medici partecipanti i criteri e le modalità di aggiudicazione previste per la procedura in oggetto, e le relative modalità di gestione del successivo rapporto contrattuale, come disposto dall'art. 14 del Disciplinare di Gara.

Il Dott. Mario Rassu ha reso apposita dichiarazione ai sensi del DPR 447/2000, agli atti della U.O.C. CRAV, attestante l'insussistenza di cause di astensione, incompatibilità o conflitto di interessi fra loro stessi e i partecipanti alla procedura in questione, in conformità a quanto previsto dall'art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalla restante normativa vigente.

Il Seggio di Gara procede quindi, con l'ausilio dei succitati professionisti, alla verifica di idoneità delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti, secondo quanto disposto dall'art. 16 del Disciplinare di Gara.

Le tipologie di dispositivi e le relative quantità offerte dagli operatori economici, suddivise per lotto, vengono riportate nella tabelle "Riepilogo Prodotti e Quantità Lotto 1" e "Riepilogo Prodotti e Quantità Lotto 2", rispettivamente Allegato 1 e Allegato 2 al presente Verbale, quale parte integrante e sostanziale del medesimo.

Le specifiche tecniche di ciascun prodotto offerto dai concorrenti suddivise per lotto, in relazione alle caratteristiche minime previste nel Capitolato Tecnico di gara, vengono riportate nella tabella "Riepilogo Valutazioni Prodotti", Allegato 3 al presente Verbale, quale parte integrante e sostanziale del medesimo.

A seguito delle operazioni di valutazione si constata pertanto l'idoneità tecnica di tutte le offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti.

Per quanto attiene l'offerta tecnica presentata per il lotto 1 dal concorrente Tecnolife Srl il Seggio di Gara precisa che è stato rilevato che l'operatore economico ha dichiarato che per i prodotti offerti è in corso l'iter per la marcatura CE/IVD dei medesimi.

Il Seggio di Gara, pertanto, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 16 e 18 del Disciplinare di Gara, ammette il concorrente al prosieguo delle operazioni di gara, ferme restando le ulteriori disposizioni riportate nei citati articoli del Disciplinare medesimo.

Il Presidente sospende la seduta alle ore 14.00 e la riaggiorna in data e orario da destinarsi per lo svolgimento delle successive operazioni di gara.


Dott.ssa Sandra Zuzzi



Dott. Marco Sterzi



Dott.ssa Lucia Biasin



	Nome commerciale	Produttore	REF produttore	Codice catalogo fornitore (se diverso da REF produttore)	CND	RDM	Confezionamento dei prodotti offerti (numero di prodotti/test per confezione)	(A) Numero annuale confezioni offerte
Abbott	Architect SARS-CoV-2 IgG II Reagent	Gruppo Abbott	06S60-22	6S6022	W0105040619	2045080/R	100 test	6045
	Alinity SARS -Cov-2 IgG II Reagente	Gruppo Abbott	06S61-22	6S6122	W0105040619	2045086/R	200 test	3023
	Architect SARS COV-2 IgG II Calibratore	Gruppo Abbott	06S60-02	6S6002	W0105080904	2045068/R	6x2 ml	22
	Architect SARS COV-2 IgG II Controllo	Gruppo Abbott	06S60-12	6S6012	W0105080804	2045073/R	3x4 ml	66
	Alinity SARS-Cov-2 IgG II Calibratore	Gruppo Abbott	06S61-02	6S6102	W0105080904	2045085/R	6x2mL	22
	Alinity SARS-Cov-2 IgG II Controllo	Gruppo Abbott	06S61-12	6S6112	W0105080804	2045099/R	3x4mL	66
	Architect IA Pre-Trigger Solution	Gruppo Abbott	06E23-68	6E2368	W0201020185	n/a	4x975 mL	11
	Architect IA Probe	Gruppo Abbott	08C94-47	8C9447	n/a	n/a	1 pz.	11
	Architect IA Probe Conditioning Solution	Gruppo Abbott	01L56-40	1L5640	W0201020185	n/a	4x25 mL	11
	Architect IA Reaction Vessels	Gruppo Abbott	07C15-03	7C1503	W0201020185	n/a	4.000 pz.	11
	Architect IA Replacement Caps	Gruppo Abbott	04D19-01	4D1901	W0201020185	n/a	1 pz.	11
	Architect IA Sample Cups	Gruppo Abbott	07C14-01	7C1401	W0201020185	n/a	1.000 pz.	11
	Architect IA Septums	Gruppo Abbott	04D18-03	4D1803	W0201020185	n/a	200 pz.	11
	Architect IA Trigger Solution	Gruppo Abbott	06C55-63	6C5563	W0201020185	n/a	4x975 mL	11
	Architect IA Wash Buffer 4x975mL	Gruppo Abbott	06C54-58	6C5458	W0201020185	n/a	4x975 mL	11
	Architect IA Wash Buffer 1x10L	Gruppo Abbott	06C54-88	6C5488	W0201020185	n/a	10 L	11
	Architect IA Wash Probe	Gruppo Abbott	08C94-36	8C9436	n/a	n/a	2 pz.	11
	Architect IA Tubo sensore temperatura	Gruppo Abbott	08C94-90	8C9490	n/a	n/a	1 pz.	11
	Architect IA Sensore livello trigger	Gruppo Abbott	08C94-66	8C9466	n/a	n/a	1 pz.	11
	Architect IA Sensore livello pre-trigger	Gruppo Abbott	08C94-67	8C9467	n/a	n/a	1 pz.	11
	Architect IA Sensore livello buffer i 2000sr	Gruppo Abbott	08C94-65	8C9465	n/a	n/a	1 pz.	11
	Architect IA Sensore livello buffer i 1000sr	Gruppo Abbott	06L01-01	6L0101	n/a	n/a	1 pz.	11
	Architect IA Filtro tampone	Gruppo Abbott	08C94-29	8C9429	n/a	n/a	1 pz.	11
	Alinity i Concentrated Wash Buffer	Gruppo Abbott	06P13-68	6P1368	W0201020185	n/a	2 x 2 Lt	11
	Alinity i Pre-Trigger Solution	Gruppo Abbott	06P12-70	6P1270	n/a	n/a	4 x 975 mL	11
	Alinity i Probe Conditioning Solution	Gruppo Abbott	01R58-40	1R5840	W0201020185	n/a	2 x 48 test	11
	Alinity i Reaction Vessels	Gruppo Abbott	06P14-01	6P1401	W0201020185	n/a	4000 pz.	11
	Alinity i Replacement Caps	Gruppo Abbott	04R47-01	4R4701	W0201020185	n/a	100 pz.	11
	Alinity i Sample Cups	Gruppo Abbott	01R38-01	1R3801	W0201030185	n/a	1000 pz.	11
	Alinity i Trigger Solution	Gruppo Abbott	06P11-70	6P1170	n/a	n/a	4 x 975 mL	11
	Alinity i aghi braccio aspirazione	Gruppo Abbott	03R96-01	3R9601	n/a	n/a	2 (2 per conf.)	11
	Alinity i Probe Tubing, Wash Zone	Gruppo Abbott	04S60-02	4S6002	n/a	n/a	6 (3 per sacchetto)	11
	Alinity i Probe Tubing, Waste Aspirate	Gruppo Abbott	04S61-01	4S6101	n/a	n/a	1 pz.	11
	Alinity i Baffle, Wash Cup	Gruppo Abbott	04S62-02	4S6202	n/a	n/a	3 (3 per conf.)	11
	Alinity i Level Sensor, Bulk Solution	Gruppo Abbott	04S68-04	4S6804	n/a	n/a	1 pz.	11
	Alinity i Level Sensor, Diluted Wash Buffer	Gruppo Abbott	04S69-02	4S6902	n/a	n/a	1 pz.	11
	Alinity Reagent Cool An.	Gruppo Abbott	04T73-01	4T7301	n/a	n/a	1 pz.	11
Alifax	Nome commerciale	Produttore	REF produttore	Codice catalogo fornitore (se diverso da REF produttore)	CND	RDM	Confezionamento dei prodotti offerti (numero di prodotti/test per confezione)	(A) Numero annuale confezioni offerte
	ACE2-RBD Neutralization test D	DIA.PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES Srl	ACE2-RBDNEUTR.CE	ARO ACE2-RBDNEUTR.CE	W0105040619	2022924/R	1x 12x8 POZZ.(96 TEST)	13187
Beckman Coulter	Nome commerciale	Produttore	REF produttore	Codice catalogo fornitore (se diverso da REF produttore)	CND	RDM	Confezionamento dei prodotti offerti (numero di prodotti/test per confezione)	(A) Numero annuale confezioni offerte
	SARS-COV-2 IGG II Access®	Beckman Coulter	C69057	C69057	W0105040619	N.A.	200 test	6000
	DXI VESSEL RINGED	Beckman Coulter	386167	386167	W0201020185	N.A.	10 x 1000 pz.	480
	ACCESS REACTION VESSELS - Cuvette di reazione	Beckman Coulter	81901	81901	W0201020185	N.A.	16 x 98 pz.	1531
	ACCESS WASTE BAGS - Sacchetti di raccolta cuvette usate	Beckman Coulter	81904	81904	W0201020185	N.A.	20 pz.	400
	ACCESS/DXI SUBSTRATE - Substrato	Beckman Coulter	81906	81906	W01029003	1920087	4 x 130 ml	858
	ACCESS WASH BUFFER II	Beckman Coulter	A16792	A16792	W01021499	1928550	4 x 1950 ml	2667
	DXI WASH BUFFER II	Beckman Coulter	A16793	A16793	W01021499	1928548	1 x 10 lt	4000
	DXI Solid waste bags	Beckman Coulter	C62616	C62616	W0201020185	N.A.	100 pz.	24
	DXI CONTAINER SOLID WASTE	Beckman Coulter	115401	115401	W0201020185	N.A.	1 pz.	1
	BOTTLE LIQUID WASTE DXI 800	Beckman Coulter	129071	129071	W0201020185	N.A.	1 pz.	1
	ASPIRATE PROBE DXI	Beckman Coulter	386191	386191	W0201020185	N.A.	1 pz.	1
	Access® ASPIRATE PROBE CLEANING KIT	Beckman Coulter	80769	80769	W0201020185	N.A.	10 pz.	3
	Access® SAMPLE DILUENT A (per Access2 Diluente per campioni)	Beckman Coulter	81908	81908	W01021499	1920088	1 x 4 ml	1
	CARTA PER STAMPANTE FORMATO A4	N.D.	822330169	822330169	W0201030180	N.A.	2500 fogli	10
	DUCK BILL VALVES DXI800	Beckman Coulter	A32775	A32775	W0201020185	N.A.	10 pz.	5
	SAMPLE DILUENT A (per DXI)	Beckman Coulter	A79783	A79783	W01021499	1928553	2 x 32.9 ml	2
	WASH BUFFER DILUENT	Beckman Coulter	A79784	A79784	W0201020185	1928555	2 X 32.9 ml	2
Diasorin	TONER STAMPANTE LEXMARK MS321DN	Lexmark	C38848	C38848	N.A.	N.A.	1 pz.	2
	SARS-COV-2 IGG II CAL Access®	Beckman Coulter	C69058	C69058	W0105080904	N.A.	2 x 2 ml	5
	SARS-COV-2 IGG II QC Access®	Beckman Coulter	C69059	C69059	W0105080904	N.A.	3 x 4 ml (2 Livelli)	5
	Nome commerciale	Produttore	REF produttore	Codice catalogo fornitore (se diverso da REF produttore)	CND	RDM	Confezionamento dei prodotti offerti (numero di prodotti/test per confezione)	(A) Numero annuale confezioni offerte
	LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG	Dia Sorin Inc.	311510	311510	W0105040619	2052343	110	10910
	LIAISON Ctrl SARS-CoV-2 TrimericS IgG	Dia Sorin Inc.	311511	311511	W0105080804	2052355	2X2x0,9 ml	200

ms
NB

Euroimmun	Nome commerciale		Produttore	REF produttore	Codice catalogo fornitore (se diverso da REF produttore)	CND	RDM	Configonamento dei prodotti offerti (numero di prodotti/test per confezione)		(A) Numero annuale confezioni offerte
	Anti-SARS-CoV-2 QuantiVac ELISA IgG		EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG	EI 2606-9601-10 G	EI 2606-9601-10 G	W0105040619	2083464/R	96		13637
Medical Systems	Nome commerciale		Produttore	REF produttore	Codice catalogo fornitore (se diverso da REF produttore)	CND	RDM	Configonamento dei prodotti offerti (numero di prodotti/test per confezione)		(A) Numero annuale confezioni offerte
	MAGLUMI SARS-COV-2 S-RBD IgG		SNIBE/CHINA	130219017M	130219017M	W0105040619	2034142	100		
	MAGLUMI Starter Kit 1+2		SNIBE/CHINA	130299004M	130299004M	W01029003		3pairs/3300tests	secondo necessità	
	MAGLUMI Wash/System Liquid		SNIBE/CHINA	130299005M	130299005M	W01029003		2000 tests	secondo necessità	
	MAGLUMI Reaction Modules		SNIBE/CHINA	630003	630003	W0503010203		2304Tests	secondo necessità	
	MAGLUMI Light Check		SNIBE/CHINA	130299006M	130299006M	W01029003		5 x 2ml	secondo necessità	
	MAGLUMI Cleaning Solution		SNIBE/CHINA	130299007M	130299007M	W01029003		500 mL	secondo necessità	
	MAGLUMI Waste Bag per MAGLUMI		SNIBE/CHINA	21060726	21060726	W01029003		10 pezzi	secondo necessità	
	Nome commerciale		Produttore	REF produttore	Codice catalogo fornitore (se diverso da REF produttore)	CND	RDM	Configonamento dei prodotti offerti (numero di prodotti/test per confezione)		(A) Numero annuale confezioni offerte
	Anti SARS-CoV-2 IgG		Ortho-Clinical Diagnostics	6199955	W0105040699	2069498/R	100 test	12000		
Ortho Clinical Diagnostics	Calibratore anti SARS-CoV-2 IgG		Ortho-Clinical Diagnostics	6199956	W0105080904	2069499/R	2x1 ml	7		
	Controllo anti SARS-CoV-2 IgG		Ortho-Clinical Diagnostics	6199921	W0105080804	1957144/R	3x2x1 ml	25		
	Reagente di segnale		Ortho-Clinical Diagnostics	1072693	W0201010185	1435178/R	400 test	3000		
	Reagente di lavaggio		Ortho-Clinical Diagnostics	8389793	W0201010185	1435230/R	2x5 litri	360		
	Versa Tips		Ortho-Clinical Diagnostics	6801715	W0503020202	1894821/R	1000 pz	3600		
	Sample Microcup		Ortho-Clinical Diagnostics	1213115	W0503010203	1895431/R	4000 pz	1		
	Nome commerciale		Produttore	REF produttore	Codice catalogo fornitore (se diverso da REF produttore)	CND	RDM	Configonamento dei prodotti offerti (numero di prodotti/test per confezione)		(A) Numero annuale confezioni offerte
	iFLASH-2019-nCoV NAB		Shenzhen YHLO BIOTECH	C86109	W0105040619	in fase di registrazione	100	12000		
	iFLASH Wash Buffer(10X)		Shenzhen YHLO BIOTECH	CC345	W0105040619	in fase di registrazione	2x2x1 ml	100		
	iFLASH-Pre Trigger Solution		Shenzhen YHLO BIOTECH	C89949	W01019001	in fase di registrazione	220mLx4 bottles	100		
Pantec	iFLASH Trigger Solution		Shenzhen YHLO BIOTECH	C89948	W01019001	in fase di registrazione	220mLx4 bottles	100		
	iFLASH Reaction Vessels		Shenzhen YHLO BIOTECH	C6100	W01019001	in fase di registrazione	2000 cuvettes / box	600		
	Nome commerciale		Produttore	REF produttore	Codice catalogo fornitore (se diverso da REF produttore)	CND	RDM	Configonamento dei prodotti offerti (numero di prodotti/test per confezione)		(A) Numero annuale confezioni offerte
	iFLASH-2019-nCoV NAB		Shenzhen YHLO BIOTECH	C86109	W0105040619	in fase di registrazione	100	12000		
	iFLASH-2019-nCoV Nab Control		Shenzhen YHLO BIOTECH	CC345	W0105040619	in fase di registrazione	2x2x1 ml	100		
	iFLASH Wash Buffer(10X)		Shenzhen YHLO BIOTECH	C80001	W01019001	in fase di registrazione	1Lx4 bottles	100		
Roche Diagnostics	UNIVERSAL DILUENT 2X36ML ELECYSYS,COBAS E		Roche Diagnostics	03183971122	03183971122	W01029003	n.n.	72 ml	secondo necessità	
	ASSAY TTP/CUP ELECYSYS MODULARE170		Roche Diagnostics	12102137001	12102137001	W0201020185	n.n.	1 set	secondo necessità	
	PC/CC-CUPS		Roche Diagnostics	03023141001	03023141001	NA	n.n.	12 Pz	secondo necessità	
	PROCELL M 2X2 L ELECYSYS,COBAS E		Roche Diagnostics	04880340190	04880340190	W01029003	n.n.	4000 ml	secondo necessità	
	CALSET VIALS ELECYSYS,COBAS E		Roche Diagnostics	11776576322	11776576322	W0201020185	n.n.	112 Pz	secondo necessità	
	CLEANCELL M 2X2 L ELECYSYS,COBAS E		Roche Diagnostics	04880293190	04880293190	W01029003	n.n.	4000 ml	secondo necessità	

3 m

Tecnologie	Nome commerciale	Produttore	REF produttore	Codice catalogo fornitore (se diverso da REF produttore)	CND	RDM	Confezionamento dei prodotti offerti (numero di prodotti/test per confezione)	(A) Numero annuale confezioni offerte	96 test	12500
Technogenetics	SARS COV 2 RDB IGG 9288R	Eurospital S.p.A.	9288R	9288R	In fase di registrazione	In fase di registrazione				
	Nome commerciale	Produttore	REF produttore	Codice catalogo fornitore (se diverso da REF produttore)	CND	RDM	Confezionamento dei prodotti offerti (numero di prodotti/test per confezione)	(A) Numero annuale confezioni offerte		
	IDS Top Cap Set	IDS	IS-CAP300	TG-CAP300	n.n.	n.n.	300 pz	8		
	Cuvettes	IDS	IS-CC100	ISCC1000	W05039099	1376589	960 pz	904		
	D-Sorb	IDS	IS-DS200	ISDS2000	W0103010499	n.n.	2 L	548		
	System	IDS	IS-CS100	ISCS1000	W0103010499	1383212	5000 pz	1136		
	Wash	IDS	IS-CW100	ISCW1000	W0103010499	1376588	10000 pz	336		
	Trigger	IDS	IS-T1000	ISCT1000	W0103010499	1376586	250 pz	760		
	CCS	IDS	IS-6010	IS601000	W0103010499	1376585	100 pz	24		
	TGS COVID-19 Control Set	TechnoGenetics	CVCLCSGM	CVCLCSGM	W0105080804	1959441	2x3x1 ml	12		
	TGS COVID-19 Igg	TechnoGenetics	CVCL100G	CVCL100G	W0105040619	1959439	100 test	8028		
	Nome commerciale	Produttore	REF produttore	Codice catalogo fornitore (se diverso da REF produttore)	CND	RDM	Confezionamento dei prodotti offerti (numero di prodotti/test per confezione)	(A) Numero annuale confezioni offerte		
Siemens Healthcare	Soluzione di lavaggio ago	Siemens Healthcare Diagnostics Inc.	10309060	3395373	W01029003	n.n.	2x25 ml	310		
	Probe Wash 3 Reagent	Siemens Healthcare Diagnostics Inc.	10334314	3333963	W01029003	n.n.	2x50 ml	9		
	CENTAUR sCOVG Controlli	Siemens Healthcare Diagnostics Inc.	11207378	11207378	W0105080803	2038741	2x2x2 ml	310		
	CENTAUR sCOVG	Siemens Healthcare Diagnostics Inc.	11207376	11207376	W0105040619	2038731	100 test	12000		
	Nome commerciale	Produttore	REF produttore	Codice catalogo fornitore (se diverso da REF produttore)	CND	RDM	Confezionamento dei prodotti offerti (numero di prodotti/test per confezione)	(A) Numero annuale confezioni offerte		

7
M

Artomed	Nome commerciale	Produttore	REF produttore	Codice catalogo fornitore (se diverso da REF produttore)	CND	RDM	Confezionamento dei prodotti offerti (numero di prodotti/test per confezione)	(A) Numero annuale confezioni offerte
	SARS-CoV-2 Antigen Quantitative Assay Kit (ELISA)	Biohit Healthcare (Hefei) Co., Ltd.	YIG-AN-0010	YIG-AN-0010	W0105099099	n.n.	96	12500
Diasorin	Nome commerciale	Produttore	REF produttore	Codice catalogo fornitore (se diverso da REF produttore)	CND	RDM	Confezionamento dei prodotti offerti (numero di prodotti/test per confezione)	(A) Numero annuale confezioni offerte
	LIAISON SARS CoV-2 Ag	Diasorin SpA	311490	311490	W0105040619	2014784	100	12000
	LIAISON Control SARS CoV-2 Ag	Diasorin SpA	311491	311491	W0105080804	2014786	40	200
	LIAISON SARS CoV-2 Sample Inac. Buffer	Diasorin SpA	311492	311492	W0105900201	2014787	100	12000
	Dry Swab COPAN	Copan	311495	311495	n.n.	n.n.	1	1200000
Euroimmun	Nome commerciale	Produttore	REF produttore	Codice catalogo fornitore (se diverso da REF produttore)	CND	RDM	Confezionamento dei prodotti offerti (numero di prodotti/test per confezione)	(A) Numero annuale confezioni offerte
	SARS-CoV-2 Antigene	EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG	EQ 2606-9601	EQ 2606-9601	W0105040619	2083492/R	96	12904
Fujirebio	Nome commerciale	Produttore	REF produttore	Codice catalogo fornitore (se diverso da REF produttore)	CND	RDM	Confezionamento dei prodotti offerti (numero di prodotti/test per confezione)	(A) Numero annuale confezioni offerte
	Lumipulse G SARS-CoV-2 Ag Immunoreaction cartridges	FUJIREBIO	260340	260340	W0105040619	n.n.	42	28638
	Lumipulse G SARS-CoV-2 Ag Calibrators set	FUJIREBIO	231869	231869	W0105040619	n.n.	4 x 4 concentrazioni calibratori liofilici - 1 x 10 mL	14
	Lumipulse G SARS-CoV-2 Ag Control	FUJIREBIO	231876	231876	W0105040619	n.n.	12 fiale, 6 per livello 1 e 6 per livello 2	56
	Lumipulse SARS-CoV-2 Ag SES set (per G600II)	FUJIREBIO	231883	231883	W0105040619	n.n.	20	36000
	Lumipulse SAMPLE EXTRACTION SOLUTION (per G600II)	FUJIREBIO	260524	260524	W0105040619	n.n.	4x40 ml	2000
	Lumipulse SARS-CoV-2 Ag SES set (per G1200)	FUJIREBIO	231883	231883	W0105040619	n.n.	20	24000
	Nasofaringeal Swab	Biocomma	ESTR-SW01E	ESTR-SW01E	V9013	n.n.	50	1200000
	Lumipulse SAMPLE EXTRACTION SOLUTION (per G1200)	FUJIREBIO	260524	260524	W0105040619	n.n.	4x40 ml	2000
	Dilution Cartridges	FUJIREBIO	230466	230466	W0580	150966R	42	291
	Wash Solution	FUJIREBIO	231173	231173	W0580	1509874R	1x1000 ml	2565
	Substrate Solution G600II	FUJIREBIO	231166	231166	W0580	1509864R	6x50 ml	505
	Substrate Solution G1200	FUJIREBIO	231197	231197	W0580	1509863	6x100ml	166
	Specimen Diluent 1 G 600II	FUJIREBIO	231180	231180	W0580	1509669R	4x80 ml	45
	Specimen Diluent 1 G1200	FUJIREBIO	231203	231203	W0580	1509665	4x300 ml	4
	Hitachi sample cup	FUJIREBIO	80351	80351	n.n.	n.n.	1x250 cups	14
	Soda Lime	FUJIREBIO	234440	234440	W0580	1622975R	6x2 tubes	14
	Sampling tips G600II	FUJIREBIO	302392	302392	n.n.	n.n.	12x96 tips	1520
	Substrate cap seal G1200	FUJIREBIO	306581	306581	n.n.	n.n.	1x2pz	6
	Substrate cap seal G600	FUJIREBIO	302941	302941	n.n.	n.n.	1x2pz	5
	Disposable Containers/Bags G600II	FUJIREBIO	306932	306932	n.n.	n.n.	1x20pz	5
	Disposable Containers/Bags G1200	FUJIREBIO	306697	306697	n.n.	n.n.	1x20pz	2
Medical Systems	Nome commerciale	Produttore	REF produttore	Codice catalogo fornitore (se diverso da REF produttore)	CND	RDM	Confezionamento dei prodotti offerti (numero di prodotti/test per confezione)	(A) Numero annuale confezioni offerte
	MAGLUMI SARS-COV-2 S-Ag	SNIBE/CHINA	130219026M	130219026M	W0105040619	n.n.	100	12000
	MAGLUMI Starter Kit 1+2	SNIBE/CHINA	130299004M	130299004M	W01029003	n.n.	3pairs/3300tests	secondo necessità
	MAGLUMI Wash/System Liquid	SNIBE/CHINA	130299005M	130299005M	W01029003	n.n.	2000	secondo necessità
	MAGLUMI Reaction Modules	SNIBE/CHINA	630003	630003	W0503010203	n.n.	2304	secondo necessità
	MAGLUMI Light Check	SNIBE/CHINA	130299006M	130299006M	W01029003	n.n.	5 x 2ml	secondo necessità
	MAGLUMI Cleaning Solution	SNIBE/CHINA	130299007M	130299007M	W01029003	n.n.	500 mL	secondo necessità
	MAGLUMI Waste Bag per MAGLUMI	SNIBE/CHINA	21060726	21060726	W01029003	n.n.	10	secondo necessità
Ortho Clinical Diagnostics	Nome commerciale	Produttore	REF produttore	Codice catalogo fornitore (se diverso da REF produttore)	CND	RDM	Confezionamento dei prodotti offerti (numero di prodotti/test per confezione)	(A) Numero annuale confezioni offerte
	VITROS® Immunodiagnostic Products SARS CoV 2 Antigen Reagent Pack	Ortho-Clinical Diagnostics	6199941	6199941	W0105040699	2015900/R	100	12000
	VITROS® Immunodiagnostic Products SARS CoV 2 Antigen Calibrator	Ortho-Clinical Diagnostics	6199942	6199942	W0105080904	2015904/R	2x1 ml	7
	VITROS® Immunodiagnostic Products SARS CoV 2 Antigen Controls	Ortho-Clinical Diagnostics	6199943	6199943	W0105080804	2015905/R	3x2x1 ml	25
	VITROS® Immunodiagnostic Products SARS CoV 2 Antigen Extraction Buffer	Ortho-Clinical Diagnostics	6199944	6199944	W0105900201	2015906/R	4x28 ml	1200
	Reagente di segnale	Ortho-Clinical Diagnostics	1072693	1072693	W0201010185	1435178/R	400	3000
	Reagente di lavaggio Ortho-Clinical Diagnostics, Pencoed -	Ortho-Clinical Diagnostics	8389793	8389793	W0201010185	1435230/R	2x5 litri	360
	Versa Tips	Ortho-Clinical Diagnostics	6801715	6801715	W0503020202	1894821/R	1000	3600
Pantec	Nome commerciale	Produttore	REF produttore	Codice catalogo fornitore (se diverso da REF produttore)	CND	RDM	Confezionamento dei prodotti offerti (numero di prodotti/test per confezione)	(A) Numero annuale confezioni offerte
	Sample Microcup	Ortho-Clinical Diagnostics	1213115	1213115	W0503010203	1895431/R	4000	1
	Nome commerciale	Produttore	REF produttore	Codice catalogo fornitore (se diverso da REF produttore)	CND	RDM	Confezionamento dei prodotti offerti (numero di prodotti/test per confezione)	(A) Numero annuale confezioni offerte
	iFLASH 2019-Cov Antigen	Shenzen YHLO BIOTECH	C86096	C86096	W0105040619	n.n.	100	12000
	iFLASH 2019-Cov Antigen Control	Shenzen YHLO BIOTECH	CC341	CC341	W0105040619	n.n.	2x2x1 ml	100
	iFLASH Cleaning Solution(materiale di consumo per strumento)	Shenzen YHLO BIOTECH	C80003	C80003	W01019001	n.n.	2x45 ml	100
	iFLASH Wash Buffer(10X)	Shenzen YHLO BIOTECH	C80001	C80001	W01019001	n.n.	1Lx4 bottles	100
	iFLASH-Pre Trigger Solution	Shenzen YHLO BIOTECH	C89949	C89949	W01019001	n.n.	220mLx4 bottles	100
	iFLASH Trigger Solution	Shenzen YHLO BIOTECH	C89948	C89948	W01019001	n.n.	220mLx4 bottles	100
	iFLASH Reaction Vessels	Shenzen YHLO BIOTECH	C6100	C6100	W01019001	n.n.	2000 cuvettes/box	600

2/24/20

Riepilogo Valutazioni Prodotti

Allegato 3

	Operatore economico	Metodica	Marcatura CE/IVD
Lotto 1	ABBOTT Srl	Chemiluminescenza	Presente
	ALIFAX Srl	Immunoenzimatica	Presente
	BECKMAN COULTER Spa	Chemiluminescenza	Presente
	DIASORIN Srl	Chemiluminescenza	Presente
	EUROIMMUN Srl	Immunoenzimatica	Presente
	MEDICAL SYSTEMS Spa	Chemiluminescenza	Presente
	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS Srl	Chemiluminescenza	Presente
	PANTEC Srl	Immunoenzimatica	Presente
	ROCHE DIAGNOSTICS Spa	Chemiluminescenza	Presente
	SIEMENS HEALTHCARE Srl	Chemiluminescenza	Presente
	TECHNOGENETICS Srl	Immunoenzimatica	Presente
	TECNOLIFE Srl	Immunoenzimatica	In fase di registrazione

	Operatore economico	Metodica	Marcatura CE/IVD	Sensibilità	Specificità
Lotto 2	ARTROMED Srl	Immunoenzimatica	Presente	95,00%	100,00%
	DIASORIN Spa	Chemiluminescenza	Presente	98,60%	99,50%
	EUROIMMUN Srl	Immunoenzimatica	Presente	93,60%	100,00%
	FUJIREBIO Spa	Chemiluminescenza	Presente	91,70%	97,30%
	MEDICAL SYSTEMS Spa	Chemiluminescenza	Presente	97,70%	99,60%
	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS Srl	Chemiluminescenza	Presente	97,80%	99,20%
	PANTEC Srl	Chemiluminescenza	Presente	97,10%	99,50%
	ROCHE DIAGNOSTICS Spa	Chemiluminescenza	Presente	94,50%	99,90%
	SIEMENS HEALTHCARE Srl	Chemiluminescenza	Presente	92,06%	99,73%
	THERMOFISHER DIAGNOSTICS Spa	Immunoenzimatica	Presente	100,00%	99,70%