Lotto	OGGETTO	Operatore Economico	GIUDIZIO	MOTIVAZIONE (nel solo caso di inidoneità)	ESITO
1	Terreni per Fivet/lcsi	Origio Italia S.r.l.	Non idoneo	Il prodotto offerto al sub lotto C non presenta le caratteristiche richieste: non dispone di un certificato CE che è in fase di valutazione. Non idoneo	Non ammesso
1	Terreni per Fivet/lcsi	Fujifilm Italia S.p.A.	Non idoneo	Il confezionamento è da 2X 20 sul sub C mentre manca l'offerta per la confezione grande. Nelle schede tecniche dei prodotti sub. D e E è presente il simbolo di presenza di ftalati. Non idoneo	Non ammesso
2	Terreni di preparazione liquido seminale	Origio Italia S.r.l.	Idoneo		Ammesso
2	Terreni di preparazione liquido seminale	Fujifilm Italia S.p.A.	Non idoneo	il sub B non presenta concentrazione come da capitolato (100%) ma 90%. Non idoneo.	Non ammesso
2	Terreni di preparazione liquido seminale	M.B.T. S.r.l.	Idoneo		Ammesso
3	Micropipette	A.T.S. S.r.l. a socio unico	Non idoneo	Solo diametro 120. Non idoneo	Non ammesso
3	Micropipette	Origio Italia S.r.l.	Idoneo		Ammesso
3	Micropipette	Cook Italia S.r.l.	Idoneo		Ammesso
3	Micropipette	Fujifilm Italia S.p.A.	Non idoneo	Il Sub lotto A presenta solo n. 1 diametro interno (Diametro Est.: 90UM Diametro Int.: 20UM) invece di almeno 2. Non idoneo.	Non ammesso
3	Micropipette	M.B.T. S.r.l.	Non idoneo	Sub A Presentano solo n. 1 diametro interno (90-35) invece che almeno 2. Non idoneo.	Non ammesso
4	Micropipette per decoronizzazione e manipolazione ovociti ed embrioni	Cook Italia S.r.l.	Idoneo		Ammesso
4	Micropipette per decoronizzazione e manipolazione ovociti ed embrioni	M.B.T. S.r.l.	Idoneo		Ammesso
6	Materiale crio liquido seminale	Medigas Italia S.r.l.	Idoneo		Ammesso
8	Materiale crio ovociti ed embrioni - Supporto per la vitrificazione di ovociti e embrioni	Origio Italia S.r.l.	Idoneo		Ammesso
8	Materiale crio ovociti ed embrioni - Supporto per la vitrificazione di ovociti e embrioni	Biopsybell S.r.l.	Non idoneo	Il prodotto SUPERVITRI, dopo immersione in azoto liquido, presenta rilevanti anomalie di struttura, come documentato dalle fotografie conservate agli atti. Non idoneo.	Non ammesso
8	Materiale crio ovociti ed embrioni - Supporto per la vitrificazione di ovociti e embrioni	M.B.T. S.r.l.	Idoneo		Ammesso
8	Materiale crio ovociti ed embrioni - Supporto per la vitrificazione di ovociti e embrioni	Medigas Italia S.r.l.	Non idoneo	Non facile da maneggiare (essendo a sistema chiuso necessita di altri strumenti non abitualmente in uso nei laboratori PMA). Confezionamento multiplo. Non idoneo.	Non ammesso
9	Materiale crio ovociti ed embrioni - Supporto per la vitrificazione di ovociti e embrioni	Origio Italia S.r.l.	Non idoneo	Confezionamento singolo. Non idoneo	Non ammesso
9	Materiale crio ovociti ed embrioni - Supporto per la vitrificazione di ovociti e embrioni	Biopsybell S.r.l.	Non idoneo	Confezionamento singolo. Non idoneo	Non ammesso
9	Materiale crio ovociti ed embrioni - Supporto per la vitrificazione di ovociti e embrioni	Fujifilm Italia S.p.A.	Idoneo		Ammesso
9	Materiale crio ovociti ed embrioni - Supporto per la vitrificazione di ovociti e embrioni	M.B.T. S.r.l.	Non idoneo	Confezionamento singolo. Non idoneo	Non ammesso

9	Materiale crio ovociti ed embrioni - Supporto per la vitrificazione di ovociti e embrioni	Medigas Italia S.r.l.	Non idoneo	Non facile da maneggiare (essendo a sistema chiuso necessita di altri strumenti non abitualmente in uso nei laboratori PMA). Non ha un confezionamento multiplo (blister da 4 confezionati singolarmente). Non idoneo	Non ammesso
9	Materiale crio ovociti ed embrioni - Supporto per la vitrificazione di ovociti e embrioni	N.T.S. S.r.l.	Idoneo		Ammesso
10	Materiale crio ovociti ed embrioni – Piastre per vitrificazione conf. Singolo	M.B.T. S.r.l.	Idoneo		Ammesso
11	Materiale crio ovociti ed embrioni - Piastre per vitrificazione conf. Plurimo	M.B.T. S.r.l.	Idoneo		Ammesso
11	Materiale crio ovociti ed embrioni - Piastre per vitrificazione conf. Plurimo	N.T.S. S.r.l.	Idoneo		Ammesso
12	Terreni crio (congelamento e scongelamento) di ovociti e embrioni	Origio Italia S.r.l.	Idoneo		Ammesso
12	Terreni crio (congelamento e scongelamento) di ovociti e embrioni	Fujifilm Italia S.p.A.	Non idoneo	Documentazione al punto H: "ftalati potrebbero essere stati utilizzati". La presenza di ftalati si evince dal simbolo riportato nell'etichetta del prodotto. Non Idoneo	Non ammesso
12	Terreni crio (congelamento e scongelamento) di ovociti e embrioni	M.B.T. S.r.l.	Idoneo		Ammesso
13	Terreni congelamento del liquido seminale	Fujifilm Italia S.p.A.	Idoneo		Ammesso
14	Plasticheria – piastre 4 wells	A.T.S. S.r.l. a socio unico	Non idoneo	Prodotto offerto da 5 pozzetti mentre il capitolato tecnico specifica che deve essere da 4. Non idoneo.	Non ammesso
14	Plasticheria – piastre 4 wells	Biosigma S.p.A.	Idoneo		Ammesso
14	Plasticheria – piastre 4 wells	M.B.T. S.r.l.	Idoneo		Ammesso
18	Pipette pasteur in vetro	N.T.S. S.r.l.	Non idoneo	Non in possesso di test HSSA o HSMA. Non idoneo	Non ammesso
20	Plasticheria (piastre) 60 x 15 mm	Biosigma S.p.A.	Idoneo		Ammesso
21	Plasticheria (piastre) 35 x 10 mm	Biosigma S.p.A.	Idoneo		Ammesso
21	Plasticheria (piastre) 35 x 10 mm	A.T.S. S.r.l. a socio unico	Non idoneo	Misure da 40 mm e non 35 mm. Non idoneo.	Non ammesso
22	Plasticheria - Piastra per ICSI	Biosigma S.p.A.	Idoneo		Ammesso
24	Plasticheria - Piastra 12 Wells	A.T.S. S.r.l. a socio unico	Idoneo		Ammesso
25	Plasticheria - Piastra 7 Wells	N.T.S. S.r.l.	Non idoneo	Offre un piastra da 12 wells mentre è richiesta una piastra da 7. Non idoneo.	Non ammesso
26	Plasticheria- Piastra 8+3 Wells	N.T.S. S.r.l.	Non idoneo	Offre un piastra da 12 wells mentre è richiesta da 8+3. Non idoneo.	Non ammesso
27	Plasticheria (provette)	A.T.S. S.r.l. a socio unico	Non idoneo	Nel Ref B e C il confezionamento non è individuale ma a pacchetti da 10. Non idoneo.	Non ammesso

29	Aghi per prelievo ovocitario	A.T.S. S.r.l. a socio unico	Non idoneo	Manca la triplice affilatura della punta e il marker di riferimento sul cono dell'impugnatura. Manca il certificato USP classe VI. Non idoneo.	Non ammesso
29	Aghi per prelievo ovocitario	Biopsybell S.r.l.	Non idoneo	Manca il certificato USP classe VI. Non idoneo.	Non ammesso
29	Aghi per prelievo ovocitario	Cook Italia S.r.l.	Idoneo		Ammesso
30	Cateteri per trasferimento embrioni completi di cateteri guida e mandrini	Cook Italia S.r.l.	Idoneo		Ammesso
31	Cateteri per inseminazione intrauterina	Cook Italia S.r.l.	Idoneo		Ammesso
32	Disinfettante per procreazione medicalmente assistita	Almac Medicale di Pollini Francesca & C. S.a.s.	Non idoneo	Il formato 5000 ml. è con profumo; non presenta i certificati MEA, LAL, HSSA. Non idoneo.	Non ammesso