



PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO, IN ESTREMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. n. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MANUTENZIONE DI N. 13 CONGELATORI PER LO STOCCAGGIO DEL PLASMA PER I DIPARTIMENTI INTERAZIENDALI DI MEDICINA TRASFUSIONALE (DIMT) DELLA REGIONE DEL VENETO

**VERBALE SEDUTA RISERVATA PER LA VERIFICA DI IDONEITA' TECNICA DELLE OFFERTE
22 luglio 2020**

Il giorno 22 del mese di luglio dell'anno 2020, alle ore 10.00 presso la sede della UOC CRAV di Azienda Zero, Passaggio Gaudenzio 1 - Padova, la Dott.ssa Sandra Zuzzi, Dirigente responsabile della UOC CRAV di Azienda Zero, in qualità di RUP della Procedura, alla presenza dei seguenti testimoni:

- Sig.ra Silvia Meneghetti, dipendente di Azienda Zero in servizio presso l'UOC CRAV, in qualità di testimone;
- Dott. Marco Sterzi, dipendente di Azienda Zero in servizio presso l'UOC CRAV, in qualità di testimone.

E' presente, altresì, l'Ing. Anna Gelisio, Dirigente responsabile dell'UOS Ingegneria Clinica di Azienda Zero, soggetto incaricato a coadiuvare il RUP nella valutazione dell'idoneità tecnica delle offerte pervenute, come disposto dall'art. 11 della Lettera di Invito.

Il RUP, prendendo atto che il download dalla piattaforma Sintel della documentazione tecnica presentata dai concorrenti è già stata effettuato in precedenza dal personale UOC CRAV, in ottemperanza a quanto previsto dal succitato articolo 11, procede quindi all'esame dei documenti presenti nella Busta Tecnica.

All'esito dell'esame delle offerte, viene rilevato quanto di seguito riportato:

- l'offerta tecnica presentata dall'operatore economico Angelantoni Life Science S.r.l. è risultata idonea in quanto le apparecchiature proposte risultano conformi alle caratteristiche tecniche minime stabilite dal Capitolato Tecnico;
- l'offerta tecnica presentata dall'operatore economico Bisaglia S.r.l. è risultata tecnicamente inadatta in ragione del mancato possesso delle seguenti caratteristiche tecniche minime:
 - il modello offerto per i DIMT afferenti alle Aziende sanitarie di Vicenza e Padova (Superartic 700) ha una capacità di 544 litri (lorda 620) che è inferiore alla capacità minima richiesta (800 e 700 litri);
 - il modello offerto per il DIMT afferente all'Azienda sanitaria di Verona (Superpolo 480) non è un Dispositivo Medico, la sua destinazione d'uso è la conservazione di prodotti farmaceutici non di plasma, inoltre ha anch'esso una capacità inferiore alla capacità minima richiesta (485 litri contro 550).

Alla luce di quanto rilevato, il RUP dispone:

- l'ammissione dell'operatore economico Angelantoni Life Science S.r.l. al prosieguo della procedura;
- l'esclusione dell'operatore economico Bisaglia S.r.l. dal prosieguo della procedura, disponendo, altresì, che si proceda a darne comunicazione allo stesso, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016.

Alle ore 12.00 si dichiara chiusa la seduta.

Letto firmato e sottoscritto

Il RUP

Dott.ssa Sandra Zuzzi *Sandra Zuzzi*

Ing. Anna Gelisio *Anna Gelisio*

I Testimoni

Sig.ra Silvia Meneghetti *Silvia Meneghetti*

Dott. Marco Sterzi *Marco Sterzi*