

Procedura aperta telematica per la fornitura di “DISPOSITIVI MEDICI E STRUMENTI ENDOSCOPICI MONOUSO PER UROLOGIA ENDOSCOPICA INTERVENTISTICA E SPECIALISTICA IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO E A.P.S.S. TRENTO”
1[^] Edizione

**VERBALE TREDICESIMA SEDUTA RISERVATA DEL 28.11.2023
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 28 del mese di novembre dell'anno 2023, alle ore 14:30 presso la sede della U.O.C. CRAV di Azienda Zero, Corso del Popolo 4, Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 531 del 11/08/2022 e composta da:

- Dott. Filippo Migliorini, Direttore del Dipartimento ad Attività Integrata di Andrologia dell'AOUI Verona, in qualità di Presidente, via GoogleMeet;
- Dott.ssa Lidiana Crestani, Infermiere Coordinatore Gruppo Operatorio, Presidio Ospedaliero di Bassano del Grappa (VI), AULSS 7 Pedemontana, in qualità di componente, in collegamento da remoto via GoogleMeet;
- Dott.ssa Ilaria Toffanello, Dirigente Farmacista in servizio presso UOC Farmacia Ospedaliera di Chioggia (VE), AULSS 3 Serenissima, in qualità di componente;

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da personale in servizio presso la U.O.C. CRAV nelle persone del Dott. Enrico Salvalaggio e del Dott. Stefano Peripoli.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, in presenza o mediante il collegamento informatico (GoogleMeet), dichiara aperta la seduta e richiama quanto avvenuto nelle sedute precedenti.

Evidenziato preliminarmente il verbale del RUP del 27/11/2023, concernente il preavviso di ricorso giurisdizionale in riferimento alla Deliberazione di aggiudicazione n. 714 del 20.11.2023 trasmessa da parte della ditta Promed Srl, con specifico riguardo ai lotti di gara n. 23 e 28, la Commissione procede alla sua attenta lettura al fine di stabilire la fondatezza di quanto segnalato ed eventualmente intraprendere le conseguenti adeguate iniziative in risposta a quanto esposto nella suddetta nota.

La Commissione stabilisce di addivenire alle seguenti azioni correttive conseguenti:

- effettua riparametrazione dei punteggi in ossequio a quanto stabilito dall'art. 16.1 del Disciplinare di Gara. Le risultanze così ottenute vengono esposte negli allegati A e B al presente verbale, costituendone parte integrante e che vanno, per questa via, ad annullare e sostituire i precedenti allegati di pari riferimento nel verbale della Commissione di Gara del 29/09/2023, assunto con successivo verbale del RUP del 03/10/2023 e richiamati nella Delibera citata in epigrafe;
- relativamente al lotto di gara n. 28 constatata che il prodotto offerto dalla ditta Promed Srl cod. RLC-(XX)-(XXX) risulta effettivamente radiopaco e non solamente in punta come precedentemente stabilito, e conseguentemente decide di rettificare il giudizio formulato al riguardo, passando dunque da “sufficiente” a “ottimo” in corrispondenza del relativo parametro qualitativo, modificandone il relativo punteggio nonché, per questa via, il punteggio complessivo ottenuto dalla ditta in parola, come da evidenza nel sopraccitato allegato A, nella parte di specifico riferimento;
- per quanto attiene al rilievo riferito al lotto di gara n. 28, con particolare riferimento ai coefficienti attribuiti alla ditta Carlo Bianchi Srl che non risulterebbero coerenti con il giudizio espresso nella relativa sezione, riferisce che per errore materiale gli stessi risultavano disallineati nel file Excel in quanto puntavano ad una cella di riferimento fuori dall'area di


stampa. Si confermano pertanto sia il giudizio precedentemente espresso sia il relativo punteggio complessivo che ad ogni modo non risultava risentire della disimmetria con i coefficienti riportati in corrispondenza di ogni singolo Commissario di Gara. In analogia a quanto qui esposto, mantenendo dunque una coerenza di metodo, viene estesa la verifica su tutti i lotti di gara, le cui risultanze sono esposte nel suddetto Allegato A.

Ciò stante il Presidente trasmette quanto qui riportato al RUP di Gara per gli adempimenti di competenza.

La Commissione termina i lavori in data odierna, alle ore 15:30; il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE: Dott. Filippo Migliorini



I COMPONENTI: Dott.ssa Lidiana Crestani



Dott.ssa Ilaria Toffanello



Per la UOC CRAV:

Dott. Enrico Salvalaggio



Dott. Stefano Peripoli



ASSEGNAZIONE IN ACCORDO QUADRO AL 50%

Lotto 3: GUIDE URETERALI CON PUNTA IDROFILICA

Caratteristiche richieste:

- monouso;
- sterili;
- prive di lattice;
- diametro: almeno 0,031" e 0,038";
- con punta dritta e punta curva;
- estremità distale flessibile lunga almeno 3 cm;
- lunghezza fino a 150 cm;
- radiopaque.

N. PAR.	PARAMETRO	PUNTEGGIO MAX	CRITERIO MOTIVAZIONALE
1	Scorrevolezza	20	Verrà accordata preferenza alle guide che presentano la miglior capacità di scorrere.
2	Attraumaticità	15	Verrà accordata preferenza alla punta che presenti l'estremità meno traumatica.
3	Resistenza alla deformazione	15	Verrà accordata preferenza alle guide che presentano la migliore capacità di resistere alle sollecitazioni laterali.
4	Confezionamento	10	Verrà accordata preferenza al confezionamento primario che presenti la migliore facilità di apertura, la presenza di etichette con codice a barre, mobili e adesive.
5	Ampiezza gamma	10	Verrà accordata preferenza all'offerta che presenti la più ampia scelta di misure.

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Buono	0,8
Discreto	0,6
Sufficiente	0,4
Scasso	0,2
Non adeguato	0

Lotto 3 non è necessaria riparametrazione intermedia poiché almeno un "massimo" dei voti è stato attribuito in ogni voce, il calcolo è corretto.

Si osserva che il prodotto proposto risulta essere completamente idrofilico e non solamente in punta, come richiesto dal Capitolato Tecnico. Detta sovrabbondante peculiarità tecnica rende il dispositivo offerto non idoneo all'impiego rispetto agli criteri che ricorrenzialmente vengono solti con i prodotti con la sola punta idrofilica. La sua totale idrofilia infatti aumenta la facilità di fuoriuscita dall'uretere durante il suo impiego.

Arthya S.r.l.		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Essendo il prodotto completamente idrofilico e non solo in punta come richiesto, detta sovrabbondante caratteristica può costituire elemento di criticità nell'impiego del dispositivo offerto come indicato in epigrafe.	0
Ottimo	Essendo il prodotto completamente idrofilico e non solo in punta come richiesto, detta sovrabbondante caratteristica può costituire elemento di criticità nell'impiego del dispositivo offerto come indicato in epigrafe.	0
Ottimo	Essendo il prodotto completamente idrofilico e non solo in punta come richiesto, detta sovrabbondante caratteristica può costituire elemento di criticità nell'impiego del dispositivo offerto come indicato in epigrafe.	0
Ottimo	Essendo il prodotto completamente idrofilico e non solo in punta come richiesto, detta sovrabbondante caratteristica può costituire elemento di criticità nell'impiego del dispositivo offerto come indicato in epigrafe.	0
Ottimo	Essendo il prodotto completamente idrofilico e non solo in punta come richiesto, detta sovrabbondante caratteristica può costituire elemento di criticità nell'impiego del dispositivo offerto come indicato in epigrafe.	0
Ottimo	Essendo il prodotto completamente idrofilico e non solo in punta come richiesto, detta sovrabbondante caratteristica può costituire elemento di criticità nell'impiego del dispositivo offerto come indicato in epigrafe.	0
PUNTEGGIO TOTALE:		0
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		

Dott.	Dott.	Dott.	Media
-	-	-	0
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,80	0,80	0,80	0,8
-	-	-	0

COOK ITALIA S.r.l.		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Non si rilevano problematiche connesse alla scorrevolezza.	20
Ottimo	Non si segnalano problematiche di traumaticità connesse al normale utilizzo del dispositivo.	15
Ottimo	Non si rilevano problematiche connesse alla resistenza alle sollecitazioni laterali ed alla deformazione del dispositivo.	15
Buono	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un sistema di invito all'apertura. E' presente il codice a barre che è rimovibile. Dispone dell'etichetta rimovibile adesiva. L'etichettatura non è in italiano come previsto dai documenti di gara.	8
Ottimo	Ottima la gamma offerta che risulta in grado di soddisfare le principali esigenze interventistiche	10
PUNTEGGIO TOTALE:		68
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,80	0,80	0,80	0,8
1,00	1,00	1,00	1

BARD Srl		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Non si rilevano problematiche connesse alla scorrevolezza.	20
Ottimo	Non si segnalano problematiche di traumaticità connesse al normale utilizzo del dispositivo.	15
Ottimo	Non si rilevano problematiche connesse alla resistenza alle sollecitazioni laterali ed alla deformazione del dispositivo.	15
Discreto	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un sistema di invito all'apertura. E' presente il codice a barre che tuttavia non è rimovibile. Dispone dell'etichetta triplice rimovibile adesiva. L'etichettatura è in italiano come previsto dai documenti di gara.	6
Ottimo	Ottima la gamma offerta che risulta in grado di soddisfare le principali esigenze interventistiche	10
PUNTEGGIO TOTALE:		66
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,60	0,60	0,60	0,6
1,00	1,00	1,00	1

Lotto 3 non è necessaria riparametrazione intermedia poiché almeno un "massimo" dei voti è stato attribuito in ogni voce, il calcolo è corretto.

PROMED		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Non si rilevano problematiche connesse alla scorrevolezza.	20
Ottimo	Non si segnalano problematiche di traumaticità connesse al normale utilizzo del dispositivo.	15
Ottimo	Non si rilevano problematiche connesse alla resistenza alle sollecitazioni laterali ed alla deformazione del dispositivo.	15
Ottimo	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un invito all'apertura. E' presente il codice a barre che è rimovibile. Dispone dell'etichetta triplice rimovibile adesiva. L'etichettatura è in italiano come previsto dai documenti di gara.	10
Ottimo	Ottima la gamma offerta che risulta in grado di soddisfare le principali esigenze interventistiche	10
PUNTEGGIO TOTALE:		70
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1

Si osserva che il prodotto proposto risulta essere completamente idrofilico e non solamente in punta, come richiesto dal Capitolato Tecnico. Detta sovrabbondante peculiarità tecnica rende il dispositivo offerto non idoneo all'impiego rispetto agli criteri che ricorrenzialmente vengono solti con i prodotti con la sola punta idrofilica. La sua totale idrofilia infatti aumenta la facilità di fuoriuscita dall'uretere durante il suo impiego.

OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Essendo il prodotto completamente idrofilico e non solo in punta come richiesto, detta sovrabbondante caratteristica può costituire elemento di criticità nell'impiego del dispositivo offerto come indicato in epigrafe.	0
Ottimo	Essendo il prodotto completamente idrofilico e non solo in punta come richiesto, detta sovrabbondante caratteristica può costituire elemento di criticità nell'impiego del dispositivo offerto come indicato in epigrafe.	0
Ottimo	Essendo il prodotto completamente idrofilico e non solo in punta come richiesto, detta sovrabbondante caratteristica può costituire elemento di criticità nell'impiego del dispositivo offerto come indicato in epigrafe.	0
Ottimo	Essendo il prodotto completamente idrofilico e non solo in punta come richiesto, detta sovrabbondante caratteristica può costituire elemento di criticità nell'impiego del dispositivo offerto come indicato in epigrafe.	0
Ottimo	Essendo il prodotto completamente idrofilico e non solo in punta come richiesto, detta sovrabbondante caratteristica può costituire elemento di criticità nell'impiego del dispositivo offerto come indicato in epigrafe.	0
PUNTEGGIO TOTALE:		0
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		

Dott.	Dott.	Dott.	Media
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0

ASSEGNAZIONE IN ACCESSI QUANTITATIVI AL SUI

LISTA 4: GUIDE URETRALI DIFUSIVE IN NYLON

- Caratteristiche richieste:**
- monomero;
 - elastic;
 - priva di lattice;
 - diametro almeno 6,85*;
 - con corpo standard e a righe;
 - con punta dritta e punta curva;
 - elasticità distale flessibile lungo almeno 3 cm;
 - lunghezza fino a 150 cm;
 - radiopaque.

N. PAR.	PARAMETRO	PUNTEGGIO MAX	CRITERIO MOTIVAZIONALE
1	scorrevolezza	20	Verrà accordata preferenza alla guida che presentino la miglior capacità di scorrere.
2	traumaticità	15	Verrà accordata preferenza alla punta che presenti l'elasticità meno traumatica.
3	resistenza alla deformazione	15	Verrà accordata preferenza alle guide che presentino la migliore capacità di resistere alle sollecitazioni laterali.
4	confezionamento	10	Verrà accordata preferenza al confezionamento primario che presenti la migliore facilità di apertura, la presenza di etichetta con codice a barre, modelli e abbinati.
5	ampiezza gamma	10	Verrà accordata preferenza all'offerta che presenti la più ampia scelta di modelli.

Art.104 S.1		
Qualità	Motivazione	Punti
Ottimo	Non si rilevano problematiche connesse alla scorrevolezza che risulta dunque perfetta.	20
Ottimo	Non si segnalano problematiche di traumaticità connesse al normale utilizzo del dispositivo che risulta dunque perfetto.	15
Ottimo	Non si rilevano problematiche connesse alla resistenza alle sollecitazioni laterali ed alla deformazione del dispositivo che risulta dunque perfetto.	15
Sufficiente	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un modo di apertura. E' presente il codice a barre che tuttavia non è rimovibile. Non dispone dell'etichetta rimovibile abbinata. L'etichettatura non è in italiano come previsto dai documenti di gara.	4
Ottimo	Ottima la gamma offerta che risulta in grado di soddisfare le principali esigenze interventistiche.	10

PUNTEGGIO TOTALE: 64				
EVENTUALE RIPARAMETRIZZAZIONE:				
Descr.	Descr.	Descr.	Descr.	Media
1,00	1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1,00	1
0,40	0,40	0,40	0,4	0,4
1,00	1,00	1,00	1	1

Coefficiente	Coefficiente
Ottimo	1
Buono	0,5
Sufficiente	0,3
Non adeguato	0

A seguito di riparametrizzazione nessuna variazione nella graduatoria.

TELELEX MEDICAL S.R.L.		
Qualità	Motivazione	Punti
Ottimo	Non si rilevano problematiche connesse alla scorrevolezza che risulta dunque perfetta.	20
Ottimo	Non si segnalano problematiche di traumaticità connesse al normale utilizzo del dispositivo che risulta dunque perfetto.	15
Ottimo	Non si rilevano problematiche connesse alla resistenza alle sollecitazioni laterali ed alla deformazione del dispositivo che risulta dunque perfetto.	15
Sufficiente	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un modo di apertura. E' presente il codice a barre che tuttavia non è rimovibile. Non dispone dell'etichetta rimovibile abbinata. L'etichettatura è in italiano come previsto dai documenti di gara.	4
Ottimo	Ottima la gamma offerta che risulta in grado di soddisfare le principali esigenze interventistiche.	10

PUNTEGGIO TOTALE: 64				
EVENTUALE RIPARAMETRIZZAZIONE:				
Descr.	Descr.	Descr.	Descr.	Media
1,00	1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1,00	1
0,40	0,40	0,40	0,4	0,4
1,00	1,00	1,00	1	1

A seguito di riparametrizzazione nessuna variazione nella graduatoria.

BAIPO SIF		
Qualità	Motivazione	Punti
Ottimo	Non si rilevano problematiche connesse alla scorrevolezza che risulta dunque perfetta.	20
Ottimo	Non si segnalano problematiche di traumaticità connesse al normale utilizzo del dispositivo che risulta dunque perfetto.	15
Ottimo	Non si rilevano problematiche connesse alla resistenza alle sollecitazioni laterali ed alla deformazione del dispositivo che risulta dunque perfetto.	15
Discreto	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un modo di apertura. E' presente il codice a barre che tuttavia non è rimovibile. Non dispone dell'etichetta rimovibile abbinata. L'etichettatura è in italiano come previsto dai documenti di gara.	6
Ottimo	Ottima la gamma offerta che risulta in grado di soddisfare le principali esigenze interventistiche.	10

PUNTEGGIO TOTALE: 66				
EVENTUALE RIPARAMETRIZZAZIONE:				
Descr.	Descr.	Descr.	Descr.	Media
1,00	1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1,00	1
0,60	0,60	0,60	0,6	0,6
1,00	1,00	1,00	1	1

A seguito di riparametrizzazione nessuna variazione nella graduatoria.

PICKMED		
Qualità	Motivazione	Punti
Ottimo	Non si rilevano problematiche connesse alla scorrevolezza che risulta dunque perfetta.	20
Ottimo	Non si segnalano problematiche di traumaticità connesse al normale utilizzo del dispositivo che risulta dunque perfetto.	15
Ottimo	Non si rilevano problematiche connesse alla resistenza alle sollecitazioni laterali ed alla deformazione del dispositivo che risulta dunque perfetto.	15
Buono	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un modo di apertura. E' presente il codice a barre che tuttavia non è rimovibile. Non dispone dell'etichetta rimovibile abbinata. L'etichettatura è in italiano come previsto dai documenti di gara.	6
Ottimo	Ottima la gamma offerta che risulta in grado di soddisfare le principali esigenze interventistiche.	10

PUNTEGGIO TOTALE: 66				
EVENTUALE RIPARAMETRIZZAZIONE:				
Descr.	Descr.	Descr.	Descr.	Media
1,00	1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1,00	1
0,60	0,60	0,60	0,6	0,6
1,00	1,00	1,00	1	1

A seguito di riparametrizzazione nessuna variazione nella graduatoria.

LUME REPORT SRL		
Qualità	Motivazione	Punti
Sufficiente	L'apertura in commercio che però non viene in modo efficace se il dispositivo non porta a contatto con liquido lubrificante per facilitare lo scorrimento.	8
Buono	La guida proposta risulta essere una buona alternativa, soprattutto la punta leggermente flessibile ed in silicone.	12
Ottimo	Non si rilevano problematiche connesse alla resistenza alle sollecitazioni laterali ed alla deformazione del dispositivo che risulta dunque perfetto.	15
Non adeguato	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un modo di apertura. Non è presente il codice abbinato rimovibile abbinato. Non dispone dell'etichetta rimovibile abbinata. L'etichettatura non è in italiano come previsto dai documenti di gara. Non risulta inoltre in italiano il materiale sempre presente prodotto in gamma extra LC.	0
Sufficiente	Non è offerta una gamma, nella configurazione richiesta.	4

PUNTEGGIO TOTALE: 39				
EVENTUALE RIPARAMETRIZZAZIONE:				
Descr.	Descr.	Descr.	Descr.	Media
0,40	0,40	0,40	0,4	0,4
1,00	1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1,00	1
0,00	0,00	0,00	0	0
0,40	0,40	0,40	0,4	0,4

A seguito di riparametrizzazione nessuna variazione nella graduatoria.



PUNTEGGIO TOTALE: 0				
EVENTUALE RIPARAMETRIZZAZIONE:				
Descr.	Descr.	Descr.	Descr.	Media
-	-	-	-	0
-	-	-	-	0
-	-	-	-	0
-	-	-	-	0
-	-	-	-	0

A seguito di riparametrizzazione nessuna variazione nella graduatoria.

COOK ITALIA S.R.L.		
Qualità	Motivazione	Punti
Ottimo	Non si rilevano problematiche connesse alla scorrevolezza che risulta dunque perfetta.	20
Ottimo	Non si segnalano problematiche di traumaticità connesse al normale utilizzo del dispositivo che risulta dunque perfetto.	15
Ottimo	Non si rilevano problematiche connesse alla resistenza alle sollecitazioni laterali ed alla deformazione del dispositivo che risulta dunque perfetto.	15
Discreto	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un modo di apertura. E' presente il codice a barre che è rimovibile. Dispone dell'etichetta rimovibile abbinata. L'etichettatura non è in italiano come previsto dai documenti di gara.	6
Ottimo	Ottima la gamma offerta che risulta in grado di soddisfare le principali esigenze interventistiche.	10

PUNTEGGIO TOTALE: 66				
EVENTUALE RIPARAMETRIZZAZIONE:				
Descr.	Descr.	Descr.	Descr.	Media
1,00	1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1,00	1
0,60	0,60	0,60	0,6	0,6
1,00	1,00	1,00	1,00	1

A seguito di riparametrizzazione nessuna variazione nella graduatoria.

PROVA DI VERIFICA DI CONOSCENZA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DEI PROCESSI

La prova di verifica di conoscenza della struttura organizzativa e dei processi è articolata in 10 quesiti, di cui 5 a risposta multipla e 5 a risposta aperta. La prova è valida per un periodo di 60 giorni dalla data di rilascio.

Table with 4 columns: ID, Descrizione, Risposta, and Risultato. It lists 10 questions related to organizational structure and processes.

Table with 4 columns: ID, Descrizione, Risposta, and Risultato. It lists 10 questions related to organizational structure and processes.

Table with 4 columns: ID, Descrizione, Risposta, and Risultato. It lists 10 questions related to organizational structure and processes.

Table with 4 columns: ID, Descrizione, Risposta, and Risultato. It lists 10 questions related to organizational structure and processes.

Table with 4 columns: ID, Descrizione, Risposta, and Risultato. It lists 10 questions related to organizational structure and processes.

Table with 4 columns: ID, Descrizione, Risposta, and Risultato. It lists 10 questions related to organizational structure and processes.

Table with 4 columns: ID, Descrizione, Risposta, and Risultato. It lists 10 questions related to organizational structure and processes.

Table with 4 columns: ID, Descrizione, Risposta, and Risultato. It lists 10 questions related to organizational structure and processes.

Table with 4 columns: ID, Descrizione, Risposta, and Risultato. It lists 10 questions related to organizational structure and processes.

Table with 4 columns: ID, Descrizione, Risposta, and Risultato. It lists 10 questions related to organizational structure and processes.

Table with 4 columns: ID, Descrizione, Risposta, and Risultato. It lists 10 questions related to organizational structure and processes.

Table with 4 columns: ID, Descrizione, Risposta, and Risultato. It lists 10 questions related to organizational structure and processes.

Table with 4 columns: ID, Descrizione, Risposta, and Risultato. It lists 10 questions related to organizational structure and processes.

Summary table for the first set of questions, showing counts for 'Corretto' and 'Sbagliato'.

Summary table for the second set of questions, showing counts for 'Corretto' and 'Sbagliato'.

Summary table for the third set of questions, showing counts for 'Corretto' and 'Sbagliato'.

Summary table for the fourth set of questions, showing counts for 'Corretto' and 'Sbagliato'.

Summary table for the fifth set of questions, showing counts for 'Corretto' and 'Sbagliato'.

Summary table for the sixth set of questions, showing counts for 'Corretto' and 'Sbagliato'.

Summary table for the seventh set of questions, showing counts for 'Corretto' and 'Sbagliato'.

Summary table for the eighth set of questions, showing counts for 'Corretto' and 'Sbagliato'.

Summary table for the ninth set of questions, showing counts for 'Corretto' and 'Sbagliato'.

Summary table for the tenth set of questions, showing counts for 'Corretto' and 'Sbagliato'.

Summary table for the eleventh set of questions, showing counts for 'Corretto' and 'Sbagliato'.

Summary table for the twelfth set of questions, showing counts for 'Corretto' and 'Sbagliato'.

Summary table for the thirteenth set of questions, showing counts for 'Corretto' and 'Sbagliato'.

Il punteggio ottenuto è di 10/10.

ASSEGNAZIONE IN CONVENZIONE

Lotto 9: CATETERI A PALLONCINO PER DILATAZIONE URETERALE

Caratteristiche richieste:

- monouso;
- sterili;
- privi di lattice;
- con lume per filo guida e lume per il gonfiaggio;
- utilizzabili su guida;
- lunghezza non inferiore a 65 cm;
- palloncino con lunghezza completa tra 4 cm e 10 cm;
- in almeno tre diametri del palloncino gonfiato;
- con marker radiopachi;
- il catetere deve essere corredato dal dispositivo di gonfiaggio a vite, con manometro, nella stessa confezione o in confezione separata.

N. PAR.	PARAMETRO	PUNTEGGIO MAX	CRITERIO MOTIVAZIONALE
1	Gonfiaggio/gonfiaggio del pallone	20	Verrà accordata preferenza al prodotto che presenti la miglior capacità di raggiungere e mantenere la forma omogenea (capacità di risolvere l'effetto clessidra)
2	Radiopacità	20	Verrà accordata preferenza al prodotto che presenti markers radiopachi meglio visibili
3	Praticità d'uso	10	Verrà accordata preferenza al prodotto che presenti la miglior facilità di connessione della siringa con dispositivo a vite
4	Atraumaticità	10	Verrà accordata preferenza al prodotto che presenti minore attrito
5	Confezionamento	10	preferenza al confezionamento primario che presenti la migliore facilità di apertura, la presenza di etichette con codice a barre, mobili e adesive.

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Buono	0,8
Discreto	0,6
Sufficiente	0,4
Scarsa	0,2
Non adeguato	0

Lotto 9 non è necessaria riparametrazione intermedia poiché almeno un "massimo" dei voti è stato attribuito in ogni voce, il calcolo è corretto.

Coloplast Spa		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla capacità del dispositivo di raggiungere e mantenere la forma omogenea del palloncino nelle operazioni gonfiaggio e sgonfiaggio	20
Ottimo	I marker radiopachi risultano essere perfettamente visibili	20
Ottimo	Il dispositivo non presenta problemi alcuno in relazione alla miglior facilità di connessione della siringa con dispositivo a vite si apprezza il Sistema luer lock di ottima tenuta	10
Ottimo	Ottima scorrevolezza. Il catetere anche sotto stress non manifesta inginocchiamento.	10
Sufficiente	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un invito all'apertura. Non è presente il codice a barre sul confezionamento esterno. Non è presente nessuna etichetta removibile. Presente solo QR code. L'etichettatura è in italiano come previsto dai documenti di gara.	4
PUNTEGGIO TOTALE:		64
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		70

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,40	0,40	0,40	0,4

PROMED		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla capacità del dispositivo di raggiungere e mantenere la forma omogenea del palloncino nelle operazioni gonfiaggio e sgonfiaggio	20
Ottimo	I marker radiopachi risultano essere perfettamente visibili	20
Ottimo	Il dispositivo non presenta problemi alcuno in relazione alla miglior facilità di connessione della siringa con dispositivo a vite si apprezza il Sistema luer lock di ottima tenuta	10
Sufficiente	Ottima scorrevolezza. Il catetere sotto stress manifesta inginocchiamento con importante effetto memoria	4
Ottimo	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un invito all'apertura. E' presente il codice a barre su etichetta removibile. Sono presenti tre etichette removibile. Presente due QR code. L'etichettatura è in italiano come previsto dai documenti di gara.	10
PUNTEGGIO TOTALE:		64
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		70

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,40	0,40	0,40	0,4
1,00	1,00	1,00	1

ASSEGNAZIONE IN ACCORDO QUADRO AL 50%

Letto 10. CATETERE A PALLONCINO PER DILATAZIONE URETERALE UTILIZZABILE CON URETEROSCOPIO

Caratteristiche richieste:

- monouso;
- sterili;
- lunghezza non inferiore a 65 cm;
- palloncino di lunghezza compresa tra 2 cm e 4 cm;
- il catetere deve essere corredato dal dispositivo di gonfiaggio a vite, con manometro, nella stessa confezione o in confezione separata.

N. PAR.	PARAMETRO	PUNTEGGIO MAX	CRITERIO MOTIVAZIONALE
1	Gonfiaggio/gonfiaggio del pallone	20	Verrà accordata preferenza al prodotto che presenti la miglior capacità di raggiungere e mantenere la forma omogenea (capacità di risolvere l'effetto clessidra)
2	Radiopacità	20	Verrà accordata preferenza al prodotto che presenti markers radiopachi meglio visibili
3	Praticità d'uso	10	Verrà accordata preferenza al prodotto che presenti la miglior facilità di connessione della siringa con dispositivo a vite
4	Atraumaticità	10	Verrà accordata preferenza al prodotto che presenti minore attrito
5	Confezionamento	10	Verrà accordata preferenza al confezionamento primario che presenti la migliore facilità di apertura, la presenza di etichette con codice a barre,

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Buono	0,8
Discreto	0,6
Sufficiente	0,4
Scarno	0,2
Non adeguato	0

Non è necessaria riparametrazione intermedia poiché vi è un solo concorrente ammesso alla valutazione

Carlo Bianchi srl		
Giudizio	Motivazione	Punti
Buono	Il sistema di gonfiaggio permette di ottenere omogenea distensione del palloncino non perfettamente omogenea	16
Ottimo	i marker radiopachi risultano essere perfettamente visibili	20
Sufficiente	Il montaggio del sistema è apparso poco pratico e indaginoso	4
Ottimo	Non si segnalano problematiche di traumaticità connesse al normale utilizzo del dispositivo.	10
Discreto	Il sistema si compone di due confezionamenti diversi, uno per il manometro e uno per il palloncino. Entrambi sono di facile apertura. Sono presente gli inviti all'apertura. E' presente triplice etichetta staccabile provvista di codice a barre. L'etichettatura non è in italiano come previsto dai documenti di gara.	6
PUNTEGGIO TOTALE:		56
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		0

Dott.	Dott.	Dott.	Media
0,80	0,80	0,80	0,8
1,00	1,00	1,00	1
0,40	0,40	0,40	0,4
1,00	1,00	1,00	1
0,60	0,60	0,60	0,6

piemmemed srl - unipersonale		
Giudizio	Motivazione	Punti
	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile	0
	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile	0
	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile	0
	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile	0
	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile	0
PUNTEGGIO TOTALE:		0
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		0

Dott.	Dott.	Dott.	Media
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0

Non è necessaria riparametrazione intermedia poiché vi è un solo concorrente ammesso alla valutazione

ASSEGNAZIONE IN ACCORDO QUADRO AL 50%

Lotto 11: CATETERI A PALLONCINO PER NEFROSTOMIA PERCUTANEA

Caratteristiche richieste:

- monouso;
 - sterili;
 - privi di lattice;
 - a due vie;
 - utilizzabili con guida 0.035" o 0.038";
 - diametro non superiore a 7 Fr;
 - dotati di guaina/camicia venale di diametro 18 e 30 Fr e lunghezza di almeno 15 cm;
 - resistenza del palloncino non inferiore a 16 atm di pressione;
 - lunghezza del palloncino non inferiore a 12 cm;
 - diametro del palloncino gonfiato maggiore di 7 mm;
 - con marker radiopaco.
- Il catetere deve essere corredato dal dispositivo di gonfiaggio con manometro nella stessa confezione o in confezione separata.

N. PAR.	PARAMETRO	PUNTEGGIO MAX	CRITERIO MOTIVAZIONALE
1	Gonfiaggio/sgonfiaggio del pallone	20	Verrà accordata preferenza al prodotto che presenti la miglior capacità di raggiungere e mantenere la forma omogenea (capacità di risolvere l'effetto clessidra)
2	Radiopacità	20	Verrà accordata preferenza al prodotto che presenti marker radiopachi meglio visibili
3	Praticità d'uso	10	Verrà accordata preferenza al prodotto che presenti la miglior facilità di connessione della siringa con dispositivo a vite
4	Atraumaticità	10	Verrà accordata preferenza al prodotto che presenti minore attrito
5	Confezionamento	10	Verrà accordata preferenza al confezionamento primario che presenti la migliore facilità di apertura, la presenza di etichette con codice a barre, movibili e adesive.

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Buono	0,8
Discreto	0,6
Sufficiente	0,4
Suavo	0,2
Non adeguato	0

COOK ITALIA S.R.L.		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla capacità del dispositivo di raggiungere e mantenere la forma omogenea del palloncino nelle operazioni gonfiaggio e sgonfiaggio	20
Ottimo	I marker radiopachi risultano essere perfettamente visibili	20
Ottimo	Il dispositivo non presenta problemi alcuno in relazione alla miglior facilità di connessione della siringa con dispositivo a vite	10
Ottimo	Non si segnalano criticità in merito alla atraumaticità in quanto proposto che risulta ottimo sotto questo aspetto.	10
Buono	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un invito all'apertura. E' presente il codice a barre che è rimovibile, presente sulle tre etichette staccabili. L'etichettatura non è in italiano come previsto dai documenti di gara.	4
PUNTEGGIO TOTALE:		64
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		70

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,80	0,80	0,80	0,8

BARO Srl		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla capacità del dispositivo di raggiungere e mantenere la forma omogenea del palloncino nelle operazioni gonfiaggio e sgonfiaggio	20
Ottimo	I marker radiopachi risultano essere perfettamente visibili	20
Ottimo	Il dispositivo non presenta problemi alcuno in relazione alla miglior facilità di connessione della siringa con dispositivo a vite	10
Ottimo	Non si segnalano criticità in merito alla atraumaticità in quanto proposto che risulta ottimo sotto questo aspetto.	10
Buono	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un invito all'apertura. E' presente il codice a barre che non è rimovibile. Sono presenti tre etichette staccabili. L'etichettatura è in italiano come previsto dai documenti di gara.	4
PUNTEGGIO TOTALE:		64
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		70

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,80	0,80	0,80	0,8

PROMED		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla capacità del dispositivo di raggiungere e mantenere la forma omogenea del palloncino nelle operazioni gonfiaggio e sgonfiaggio	20
Ottimo	I marker radiopachi risultano essere perfettamente visibili	20
Ottimo	Il dispositivo non presenta problemi alcuno in relazione alla miglior facilità di connessione della siringa con dispositivo a vite	10
Ottimo	Non si segnalano criticità in merito alla atraumaticità in quanto proposto che risulta ottimo sotto questo aspetto.	10
Buono	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un invito all'apertura. E' presente il codice a barre che è rimovibile. Sono presenti tre etichette staccabili, di cui una con codice a barre. L'etichettatura è in italiano come previsto dai documenti di gara.	4
PUNTEGGIO TOTALE:		64
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		70

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,80	0,80	0,80	0,8

OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla capacità del dispositivo di raggiungere e mantenere la forma omogenea del palloncino nelle operazioni gonfiaggio e sgonfiaggio	20
Ottimo	I marker radiopachi risultano essere perfettamente visibili	20
Ottimo	Il dispositivo non presenta problemi alcuno in relazione alla miglior facilità di connessione della siringa con dispositivo a vite	10
Ottimo	Non si segnalano criticità in merito alla atraumaticità in quanto proposto che risulta ottimo sotto questo aspetto.	10
Buono	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un invito all'apertura. E' presente il codice a barre che non è rimovibile. Sono presenti tre etichette staccabili. L'etichettatura non è in italiano come previsto dai documenti di gara.	4
PUNTEGGIO TOTALE:		64
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		70

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,80	0,80	0,80	0,8

TAU MEDICA S.R.L.		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla capacità del dispositivo di raggiungere e mantenere la forma omogenea del palloncino nelle operazioni gonfiaggio e sgonfiaggio	20
Ottimo	I marker radiopachi risultano essere perfettamente visibili	20
Non adeguato	Si segnala che il sistema di protezione della cuffia risulta ostico alla rimozione mentre la connessione con la siringa appare adeguato.	0
Non adeguato	La guaina in dotazione risulta presentare un diametro troppo grande rispetto al palloncino creando uno spazio interposto con il rischio potenziale di danno al parenchima renale.	0
Sufficiente	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un invito all'apertura. Non è presente il codice a barre. Sono presenti due etichette staccabili. L'etichettatura è in italiano come previsto dai documenti di gara. Il sistema di gonfiaggio e il palloncino risultano in due confezioni separate con codici diversi da ordinare separatamente.	4
PUNTEGGIO TOTALE:		44
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		45

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
-	-	-	0
-	-	-	0
0,40	0,40	0,40	0,4

ASSEGNAZIONI IN CONVENZIONE

Lotta 12- CATERIE UNITERALI A DUE VIE

- Caratteristiche richieste:
- monobuso;
- stabile;
- prati di taglio;
- a due vie e due lumi;
- validabili con guida line a 0.038";
- diametro 10 Ft;
- lunghezza non inferiore a 50 cm;

N. PAR.	PARAMETRO	PUNTEGGIO MAX	CRITERIO MOTIVAZIONALE
1	Scorrevolezza	30	Verrà accordata preferenza al prodotto che presenti minore attrito e miglior scorrevolezza
2	Radopacità	10	Verrà accordata preferenza al prodotto che presenti marker radiopachi ben visibili
3	Atraumaticità	20	Verrà accordata preferenza al prodotto che determini minor rischio traumatico
4	Confezionamento	10	Verrà accordata preferenza al confezionamento primario che presenti la migliore facilità di apertura, la presenza di etichette con codice a barre, mobile e adesive.

Classifica	Coefficiente
Ottimo	1
Buono	0,8
Discreto	0,6
Sufficiente	0,4
Scopo	0,2
Non adeguato	0

COOK ITALIA S.R.L.		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla scorrevolezza del catetere	30
Ottimo	I marker radiopachi risultano essere perfettamente visibili.	10
Ottimo	Non si segnalano problematiche di traumaticità connesse al normale utilizzo del dispositivo.	20
Discreto	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un modo di apertura. E' presente il codice a barre che è rinnovabile, presente su un'etichetta staccabile. L'etichettatura non è in italiano come previsto dai documenti di gara.	6
PUNTEGGIO TOTALE		66
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		20
PUNTEGGIO TOTALE		79

Descr.	Descr.	Descr.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,60	0,60	0,60	0,6

PRONED		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla scorrevolezza del catetere	30
Ottimo	I marker radiopachi risultano essere perfettamente visibili.	10
Ottimo	Non si segnalano problematiche di traumaticità connesse al normale utilizzo del dispositivo.	20
Discreto	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un modo di apertura. E' presente il codice a barre che non è rinnovabile. Non sono presenti etichette staccabili. L'etichettatura è in italiano come previsto dai documenti di gara.	6
PUNTEGGIO TOTALE		66
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		20
PUNTEGGIO TOTALE		79

Descr.	Descr.	Descr.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,60	0,60	0,60	0,6

Il prodotto presenta come richiesto due lumi di ingresso ma non vi sono indicazioni visibili e ben evidenti che li differenziano. Questo può indurre errori procedurali di grossa portata. Per tali considerazioni il prodotto viene considerato non idoneo all'utilizzo chirurgico in sicurezza. Quanto qui segnalato si configura come una critica di tipo clinico anzitutto e non di tipo tecnico.

E.F.M.S.R.L.		
Giudizio	Motivazione	Punti
Non adeguato		0
Non adeguato		0
Non adeguato		0
Buono	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un modo di apertura. Non è presente il codice a barre, sono presenti quattro etichette staccabili. L'etichettatura è in italiano come previsto dai documenti di gara.	6
PUNTEGGIO TOTALE		6
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		0
PUNTEGGIO TOTALE		6

Descr.	Descr.	Descr.	Media
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0
0,80	0,80	0,80	0,8

OLYMPIUS ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla scorrevolezza del catetere	30
Ottimo	I marker radiopachi risultano essere perfettamente visibili	10
Ottimo	Non si segnalano problematiche di traumaticità connesse al normale utilizzo del dispositivo.	20
Discreto	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un modo di apertura. E' presente il codice a barre che non è rinnovabile. Sono presenti tre etichette staccabili. L'etichettatura non è in italiano come previsto dai documenti di gara.	6
PUNTEGGIO TOTALE		66
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		20
PUNTEGGIO TOTALE		79

Descr.	Descr.	Descr.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,60	0,60	0,60	0,6

Dalla lettura delle FTU presentate si indica l'utilizzo deve avvenire solo per via percutanea mentre l'applicazione richiesta, derivante dalle caratteristiche tecniche definite, è per via endo-uretrale. Pertanto il prodotto proposto risulta non conforme a quanto richiesto.

Carla Bianchi srl		
Giudizio	Motivazione	Punti
		0
		0
		0
		0
PUNTEGGIO TOTALE		0
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		0
PUNTEGGIO TOTALE		0

Descr.	Descr.	Descr.	Media
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0

Con nota del 02/03/2023 la ditta informa della mancata consegna della campionatura e della sua pendente a data ancora non conosciuta. Tenuto conto del tempo intercorso dalla iniziale richiesta (16-01-2023) la Commissione procede alla valutazione di quanto proposto sulla base degli elementi disponibili.

Piemmed srl - unipersonale		
Giudizio	Motivazione	Punti
	si esprime di campione dimostrativo la Commissione e dichiara l'incapace di esprimere una valutazione motivatamente e detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene riportata a non valutabile	0
	si esprime di campione dimostrativo la Commissione e dichiara l'incapace di esprimere una valutazione motivatamente e detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene riportata a non valutabile	0
	si esprime di campione dimostrativo la Commissione e dichiara l'incapace di esprimere una valutazione motivatamente e detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene riportata a non valutabile	0
	si esprime di campione dimostrativo la Commissione e dichiara l'incapace di esprimere una valutazione motivatamente e detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene riportata a non valutabile	0
PUNTEGGIO TOTALE		0
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		0
PUNTEGGIO TOTALE		0

Descr.	Descr.	Descr.	Media
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0

ASSEGNAZIONE IN ACCORDO QUADRO AL 50%

Lotto 14: SET PER DILATAZIONE RENALE TIPO AMPLIATZ

- Caratteristiche richieste:
- monouso;
 - sterile;
 - privo di lattice;
 - catetere o sonda di lunghezza non inferiore a 70 cm con diametro 8 Fr;
 - dilatatori radiopachi di vari diametri compresi tra 8 Fr e 30 Fr;
 - almeno quattro guaine/camicie radiopache di lunghezza non inferiore a 16 cm con diametro interno da 24

N. PAR.	PARAMETRO	PUNTEGGIO MAX	CRITERIO MOTIVAZIONALE
1	Praticità d'uso	15	Verrà accordata preferenza ai dispositivi che presentano la miglior capacità di scorrere.
2	Atraumaticità	20	Verrà accordata preferenza al prodotto che determini minor rischio traumatico
3	Scorrevolezza	20	Verrà accordata preferenza al dispositivo che presenti una maggior facilità di progressione attraverso i piani tissutali
4	Radiopacità	10	Verrà accordata preferenza al dispositivo che presenti una maggior radiopacità e/o markers meglio visibili
5	Confezionamento	5	Verrà accordata preferenza al confezionamento primario che presenti la migliore facilità di apertura, la presenza di etichette con codice a barre, mobili e adesive.

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Buono	0,8
Discreto	0,6
Sufficiente	0,4
Scarsa	0,2
Non adeguato	0

COOK ITALIA S.R.L.			
Giudizio	Motivazione	Punti	
Ottimo	Non si segnalano problematiche relativamente alla praticità d'uso che risulta ottima sotto il profilo della scorrevolezza.	15	
Ottimo	Non si segnalano problematiche relativamente all'atraumaticità	20	
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla scorrevolezza del dispositivo	20	
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla radiopacità avendo marker chiaramente visibili	10	
Buono	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un invito all'apertura. E' presente il codice a barre che è rimovibile, presente sulle tre etichette staccabili. L'etichettatura non è in italiano	4	5
PUNTEGGIO TOTALE:		69	70
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		20	

Dett.	Dett.	Dett.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,80	0,80	0,80	0,8

PROMED			
Giudizio	Motivazione	Punti	
Ottimo	Non si segnalano problematiche relativamente alla praticità d'uso che risulta ottima sotto il profilo della scorrevolezza.	15	
Ottimo	Non si segnalano problematiche relativamente all'atraumaticità	20	
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla scorrevolezza del dispositivo	20	
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla radiopacità avendo marker chiaramente visibili	10	
Sufficiente	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un invito all'apertura. E' presente il codice a barre non rimovibile. Non è presente nessuna etichetta rimovibile. L'etichettatura è in italiano.	4	2,5
PUNTEGGIO TOTALE:		62	67,5
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		62,82	

Dett.	Dett.	Dett.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,40	0,40	0,40	0,4

E.F.M.SRL			
Giudizio	Motivazione	Punti	
Ottimo	Non si segnalano problematiche relativamente alla praticità d'uso che risulta ottima sotto il profilo della scorrevolezza.	15	
Ottimo	Non si segnalano problematiche relativamente all'atraumaticità	20	
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla scorrevolezza del dispositivo	20	
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla radiopacità avendo marker chiaramente visibili	10	
Sufficiente	Il confezionamento permette un'apertura non troppo agevole a causa del ridotto invito. Sono presenti tre etichette rimovibili che contengono solo il codice a barre. L'etichettatura non è in italiano	4	2,5
PUNTEGGIO TOTALE:		62	67,5
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		62,82	

Dett.	Dett.	Dett.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,40	0,40	0,40	0,4

TAU MEDICA S.R.L.			
Giudizio	Motivazione	Punti	
Ottimo	Non si segnalano problematiche relativamente alla praticità d'uso che risulta ottima sotto il profilo della scorrevolezza.	15	
Buono	Il prodotto risulta leggermente traumatico in punta	16	
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla scorrevolezza del dispositivo	20	
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla radiopacità avendo marker chiaramente visibili	10	
Sufficiente	Il confezionamento non permette una facile apertura in quanto non si apre in maniera omogenea. E' presente un invito all'apertura. Non è presente nessun codice a barre. Sono presenti due etichette rimovibili con QR Code. L'etichettatura è in italiano	4	2,5
PUNTEGGIO TOTALE:		63	63,5
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		63,91	

Dett.	Dett.	Dett.	Media
1,00	1,00	1,00	1
0,80	0,80	0,80	0,8
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,40	0,40	0,40	0,4

Con nota del 02/03/2023 la ditta informa della mancata consegna della campionatura e della sua pendenza a data ancora non conosciuta. Tenuto conto del tempo intercorso dalla iniziale richiesta (16.01.2023) la Commissione procede alla valutazione di quanto proposto sulla base degli elementi disponibili.

piemmed srl - unipersonale			
Giudizio	Motivazione	Punti	
Non adeguato	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile	0	
Non adeguato	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile	0	
Non adeguato	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile	0	
Non adeguato	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile	0	
Non adeguato	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile	0	
PUNTEGGIO TOTALE:		0	
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:			

Dett.	Dett.	Dett.	Media
-	-	-	-
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0

ASSEGNAZIONE IN ACCORDO QUADRO AL SOG

Tabella 15: GUARNIE/CANNE AMPLIATE PER ACCESSO RENAIZ

Caratteristiche richieste:
- materiale:
- colore:
- prove di fatica:
- in gli elementi fino a 50 Pn.
- in confezione singola.

Table with 4 columns: N. PAR., PARAMETRO, PUNTEGGIO MAX, CRITERIO MOTIVAZIONALE. Rows include Abrasivita', Scopritivita', Resistenza, Praticita', Radopacita', Confezionamento.

Table with 2 columns: Caratteristica, Coefficiente. Rows include Durezza, Resistenza, Elasticita', Suffocamento, Spinta, Non adagiano.

Table with 4 columns: Qualita', Criterio, Note, Punti. Rows include Sufficiente, Discreta, Ottimo, Ottimo, Ottimo, Buono.

Table with 4 columns: Distri., Distri., Distri., Media. Includes PUNTEGGIO TOTALE: 44 and EVENTUALI RIPARAMETRIZZAZIONI.

Table with 4 columns: Qualita', Criterio, Note, Punti. Rows include Ottimo, Ottimo, Ottimo, Ottimo, Ottimo, Sufficiente.

Table with 4 columns: Distri., Distri., Distri., Media. Includes PUNTEGGIO TOTALE: 46 and EVENTUALI RIPARAMETRIZZAZIONI.

Table with 4 columns: Qualita', Criterio, Note, Punti. Rows include Ottimo, Ottimo, Ottimo, Ottimo, Ottimo, Scarso.

Table with 4 columns: Distri., Distri., Distri., Media. Includes PUNTEGGIO TOTALE: 46 and EVENTUALI RIPARAMETRIZZAZIONI.

Con nota del 28/02/2023 la ditta informa della mancata consegna della campionatura e della sua presenza a base ancora non conosciuta. Terminato il tempo massimo dalla ricezione richiesta (05.02.2023) la Commissione procede alla valutazione di quanto proposto sulla base degli elementi disponibili.

Table with 4 columns: Qualita', Criterio, Note, Punti. Rows include Non adeguato, Non adeguato, Non adeguato, Non adeguato, Non adeguato, Non adeguato.

Table with 4 columns: Distri., Distri., Distri., Media. Includes PUNTEGGIO TOTALE: 0 and EVENTUALI RIPARAMETRIZZAZIONI.

Si segnala che le PU allegate ai documenti di gara non corrispondono: il fatto in oggetto e' pertanto non ipotizzabile procedendo alla valutazione di quanto proposto. Gli ditta viene a priori esonerata dal disciplinare di gara al punto 34.2 - CONTENUTO DELLA BUSTA 2 - OFFERTA TECNICA 1.1. La stessa commissione delle discriminazioni formula pareri, che non consente lo scalfio di elementi tecnici dei beni proposti - per tale motivo non e' possibile da parte degli stessi delle specifiche tecniche indispensabili richieste per l'accesso alla procedura, risultando inadempienze della Commissione giudicatrice, competenza l'esclusione della gara.

Table with 4 columns: Qualita', Criterio, Note, Punti. Rows include Non adeguato, Non adeguato, Non adeguato, Non adeguato, Non adeguato, Non adeguato.

Table with 4 columns: Distri., Distri., Distri., Media. Includes PUNTEGGIO TOTALE: 0 and EVENTUALI RIPARAMETRIZZAZIONI.

Con nota del 02/03/2023 la ditta informa della mancata consegna della campionatura e della sua presenza a base ancora non conosciuta. Terminato il tempo massimo dalla ricezione richiesta (05.02.2023) la Commissione procede alla valutazione di quanto proposto sulla base degli elementi disponibili.

Table with 4 columns: Qualita', Criterio, Note, Punti. Rows include Non adeguato, Non adeguato, Non adeguato, Non adeguato, Non adeguato, Non adeguato.

Table with 4 columns: Distri., Distri., Distri., Media. Includes PUNTEGGIO TOTALE: 0 and EVENTUALI RIPARAMETRIZZAZIONI.

ASSEGNAZIONE IN ACCORDO QUADRO AL 50%

Lotto 16: DILATATORI FASCIALI

Caratteristiche richieste:

- monouso;
- sterile;
- prive di lattice;
- in vari diametri compresi tra 8 Fr e 22 Fr;
- lunghezza non superiore a 35 cm;
- compatibile con guide 0.035" e/o 0.038";
- radiopacità;
- in confezione singola per ogni dilatatore.

N. PAR.	PARAMETRO	PUNTEGGIO MAX	CRITERIO MOTIVAZIONALE
1	Atraumaticità	20	Verrà accordata preferenza al prodotto che determini minor rischio traumatico
2	Scorrevolezza	15	Verrà accordata preferenza ai dispositivi che presentano la miglior capacità di scorrere
3	Resistenza	20	Verrà accordata preferenza ai dispositivi che presentano la miglior capacità di resistere alle sollecitazioni laterali
4	Ampiezza di gamma	10	Verrà accordata preferenza all'offerta che presenti la più ampia scelta di misure.
5	Confezionamento	5	Verrà accordata preferenza al confezionamento primario che presenti la migliore facilità di apertura, la presenza di etichette con codice a barre, mobili e adesive.

Giudizio	Efficienze
Ottimo	1
Buono	0,8
Discreto	0,6
Sufficiente	0,4
Scarso	0,2
Non adeguato	0

COOK ITALIA S.R.L.		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse all'automaticità	20
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla scorrevolezza del dispositivo	15
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla resistenza intesa come capacità di resistere alle sollecitazioni laterali del dispositivo	20
Ottimo	La gamma proposta (13 modelli) viene ritenuta ottima per ampiezza	10
Buono	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un invito all'apertura. E' presente il codice a barre che è rimovibile, un'etichetta con codice a barre, L'etichettatura non è in italiano	4

PUNTEGGIO TOTALE: **64** **70**
 EVENTUALE RIPARAMETRIZIONE: **20**

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,80	0,80	0,80	0,8

Si segnala che non sono presenti nella documentazione tecnica le IFU e dunque non è possibile valutare le corrette indicazioni di utilizzo dei prodotti presentati. Ciò sta determinando quanto indicato nel Disciplinare di gara al punto 14.2 - CONTENUTO DELLA BUSTA 2 - OFFERTA TECNICA [...] la carenza sostanziale della documentazione tecnica presentata, che non consente la verifica di idoneità tecnica dei beni proposti - per tale inadempienza il giudizio da parte degli stessi delle specifiche tecniche indispensabili richieste per l'accesso alla procedura, rilevata motivatamente dalla Commissione giudicatrice, comporterà l'esclusione dalla gara. **A completamento si segnala che la ricerca sul sito ministeriale NIS non ha permesso di recuperare le IFU del dispositivo proposto.**

Medival Srl		
Giudizio	Motivazione	Punti
Non adeguato		0
Ottimo	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un invito all'apertura. E' presente il codice a barre che è non rimovibile, privo di etichette staccabili. L'etichettatura non è in italiano come previsto dai documenti di gara.	5

PUNTEGGIO TOTALE: **5**
 EVENTUALE RIPARAMETRIZIONE:

Dott.	Dott.	Dott.	Media
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0
1,00	1,00	1,00	1

E.F.M.SRL		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse all'automaticità	20
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla scorrevolezza del dispositivo	15
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla resistenza intesa come capacità di resistere alle sollecitazioni laterali del dispositivo	20
Scarso	Sufficiente la gamma di modelli proposta (6 modelli). Si evidenzia inoltre che la stampigliatura del freccaggio è difficilmente identificabile il che rende suscettibile di difficoltà/errori di identificazione del modello del dispositivo.	2
Sufficiente	Il confezionamento permette un'apertura agevole. E' presente un invito. Sono presenti tre etichette rimovibili che contengono sotto il codice a barre. L'etichettatura però non è in italiano	2

PUNTEGGIO TOTALE: **55** **59,5**
 EVENTUALE RIPARAMETRIZIONE: **5,5**

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,20	0,20	0,20	0,2
0,40	0,40	0,40	0,4

Carlo Bianchi srl		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse all'automaticità	20
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla scorrevolezza del dispositivo	15
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla resistenza intesa come capacità di resistere alle sollecitazioni laterali del dispositivo	20
Sufficiente	Ampla disponibilità di modelli (14 modelli). Si evidenzia come la stampigliatura del freccaggio è difficilmente identificabile il che rende suscettibile di difficoltà/errori di identificazione del modello del dispositivo	4
Buono	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un invito all'apertura. E' presente il codice a barre che non è rimovibile. Sono presenti tre etichette che sono rimovibili. L'etichettatura non è in italiano	4

PUNTEGGIO TOTALE: **64** **64**
 EVENTUALE RIPARAMETRIZIONE:

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1,00
1,00	1,00	1,00	1,00
1,00	1,00	1,00	1,00
0,40	0,40	0,40	0,40
0,80	0,80	0,80	0,80

Con nota del 02/03/2023 la ditta informa della mancata consegna della campionatura e della sua pendenza a data ancora non conosciuta. Tenuto conto del tempo intercorso dalla iniziale richiesta (16.01.2023) la Commissione procede alla valutazione di quanto proposto sulla base degli elementi disponibili.

piemmemad srl - unipersonale		
Giudizio	Motivazione	Punti
Non adeguato	in assenza di campioni dimostrativi la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricordata a non valutabile	0
Non adeguato	in assenza di campioni dimostrativi la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricordata a non valutabile	0
Non adeguato	in assenza di campioni dimostrativi la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricordata a non valutabile	0
Non adeguato	in assenza di campioni dimostrativi la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricordata a non valutabile	0
Non adeguato	in assenza di campioni dimostrativi la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricordata a non valutabile	0

PUNTEGGIO TOTALE: **0**
 EVENTUALE RIPARAMETRIZIONE:

Dott.	Dott.	Dott.	Media
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0

ASSEGNAZIONE IN ACCORDO QUADRO AL 50%

Lotto 18: DILATATORI TIPO AMPLATZ

Caratteristiche richieste:

- monouso;
- sterile;
- prive di lattice;
- in vari diametri compresi da 14 Fr e 30 Fr;
- lunghezza non superiore a 35 cm;
- radiopachi, con tacche graduate;
- compatibili con cateteri ureterali coassiali da 7-8 Fr;
- in confezione singola per ogni dilatatore.

N. PAR.	PARAMETRO	PUNTEGGIO MAX	CRITERIO MOTIVAZIONALE
1	Atraumaticità	15	Verrà accordata preferenza al prodotto che determini minor rischio traumatico
2	Scorrevolezza	10	Verrà accordata preferenza al prodotto che presenti una maggior facilità di progressione attraverso i piani tissutali
3	Resistenza	15	Verrà accordata preferenza al prodotto con la miglior capacità di non piegarsi e/o deformarsi
4	Praticità	10	Verrà accordata preferenza al prodotto che presenti inclinazione del taglio a becco di flauto in punta
5	Radiopacità	10	Verrà accordata preferenza al dispositivo che presenti una maggior radiopacità e/o markers meglio visibili
6	Confezionamento	10	Verrà accordata preferenza al confezionamento primario che presenti la migliore facilità di apertura, la presenza di etichette con codice a barre, movibili e adesive.

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Buono	0,8
Discreto	0,6
Sufficiente	0,4
Scarso	0,2
Non adeguato	0

PROMED		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse all'atraumaticità del dispositivo che risulta ottima.	15
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla scorrevolezza del dispositivo che risulta ottima.	10
Buono	Il prodotto presenta una leggera attitudine/propensione a piegarsi/deformarsi	12
Ottimo	Non si segnalano problematiche in merito alla praticità intesa come inclinazione del taglio a becco di flauto in punta che viene ritenuta ottima.	10
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla radiopacità di quanto proposto che risulta pertanto ottima.	10
Discreto	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un invito all'apertura. E' presente il codice a barre non rimovibile. Non sono presenti etichette staccabili. L'etichettatura è in italiano come previsto dai documenti di gara.	6
PUNTEGGIO TOTALE:		63
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		66,82
		64,5
		66,40

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,80	0,80	0,80	0,8
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,60	0,60	0,60	0,6

E.F.M.SRL		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse all'atraumaticità del dispositivo che risulta ottima.	15
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla scorrevolezza del dispositivo che risulta ottima.	10
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla resistenza intesa come capacità di resistere alle sollecitazioni laterali che risulta pertanto ottima.	15
Ottimo	Non si segnalano problematiche in merito alla praticità intesa come inclinazione del taglio a becco di flauto in punta che viene ritenuta ottima.	10
Buono	Si segnala che non sono presenti marker su tutto il corpo del dispositivo ma solo su un lato.	8
Buono	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un invito all'apertura. E' presente il codice a barre rimovibile e sono presenti tre etichette staccabili. L'etichettatura non è in italiano come previsto dai documenti di gara.	8
PUNTEGGIO TOTALE:		66
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		70
		68
		70

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,80	0,80	0,80	0,8
0,80	0,80	0,80	0,8

ASSEGNAZIONE IN ACCORDO QUADRO AL 50%

Lotto 20: GUAINA/CAMICIE PER ACCESSO URETERALE CON DOPPIO CANALE

Caratteristiche richieste:

- monouso;
- sterili;
- prive di lattice;
- idrofiliche;
- utilizzabili con endoscopi flessibili;
- con punta rastremata;
- con possibilità di inserimento di guida laterale;
- vari diametri;
- varie lunghezze.

N. PAR.	PARAMETRO	PUNTEGGIO MAX	CRITERIO MOTIVAZIONALE
1	Atraumaticità	20	Verrà accordata preferenza al prodotto che determini minor rischio traumatico
2	Scorrevolezza	20	Verrà accordata preferenza al prodotto che presenti una maggior facilità di progressione attraverso i piani tissutali
3	Radiopacità	20	Verrà accordata preferenza al dispositivo che presenti una maggior radiopacità e/o markers meglio visibili
4	Confezionamento	10	Verrà accordata preferenza al confezionamento primario che presenti la migliore facilità di apertura, la presenza di etichette con codice a barre, movibili e adesive.

70

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Buono	0,8
Discreto	0,6
Sufficiente	0,4
Scarso	0,2
Non adeguato	0

COLOPLAST SPA		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse all'atraumaticità del dispositivo che risulta ottima.	20
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla scorrevolezza del dispositivo che risulta ottima.	20
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla radiopacità di quanto proposto che risulta pertanto ottima.	20
Buono	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un invito all'apertura. Non è presente il codice a barre. Presente solo QR Code. Sono presenti tre etichette staccabili. L'etichettatura è in italiano .	8

10

PUNTEGGIO TOTALE: ~~68~~ 70
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE: ~~70~~

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,80	0,80	0,80	0,8

COOK ITALIA SRL		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse all'atraumaticità del dispositivo che risulta ottima.	20
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla scorrevolezza del dispositivo che risulta ottima.	20
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla radiopacità di quanto proposto che risulta pertanto ottima.	20
Buono	Il confezionamento permette una facile apertura. Sono presenti tre etichette staccabili con codice a barre. L'etichettatura non è in italiano .	8

10

PUNTEGGIO TOTALE: ~~68~~ 70
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE: ~~70~~

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,80	0,80	0,80	0,8

Viene presentato il dispositivo "Guaina per cistoscopia flessibile" che non risulta attinente al lotto in oggetto, bensì riferita al lotto 38. Pertanto il prodotto offerto non corrisponde a quanto richiesto.

XMED SRL		
Giudizio	Motivazione	Punti
Non adeguato		0

PUNTEGGIO TOTALE: 0
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:

Dott.	Dott.	Dott.	Media
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0

ASSEGNAZIONE IN CONVENZIONE

Lotto 21: ADATTATORI UNIVERSALI MONOLUME PER ENDOSCOPI

Caratteristiche richieste:

- monouso;
- sterili;
- monolume;
- privi di lattice;
- dotati di luer lock maschio per connessione all'endoscopio.

N. PAR.	PARAMETRO	PUNTEGGIO MAX	CRITERIO MOTIVAZIONALE
1	Praticità	25	Verrà accordata preferenza al prodotto che presenterà la maggior facilità di agganciarsi allo strumento e di introduzione degli accessori
2	Tenuta della valvola	40	Verrà accordata preferenza al prodotto che presenterà una maggior capacità di adattarsi ai vari accessori impedendo la fuoriuscita del liquido di irrigazione
3	Confezionamento	5	Verrà accordata preferenza al confezionamento primario che presenti la migliore facilità di apertura, la presenza di etichette con codice a barre, movibili e adesive.

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Buono	0,8
Discreto	0,6
Sufficiente	0,4
Scarso	0,2
Non adeguato	0

COLOPLAST SPA		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	La praticità intesa come facilità di agganciarsi allo strumento e di introduzione degli accessori viene valutata ottima.	25
Ottimo	La tenuta della valvola intesa come capacità di adattarsi ai vari accessori impedendo la fuoriuscita del liquido di irrigazione viene valutata ottima.	40
Scarso	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un invito all'apertura. Non è presente il codice a barre e neanche etichette rimovibili. L'etichettatura è in italiano.	↓
PUNTEGGIO TOTALE:		66
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		66,96

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,20	0,20	0,20	0,2

COOK ITALIA SRL		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	La praticità intesa come facilità di agganciarsi allo strumento e di introduzione degli accessori viene valutata ottima.	25
Ottimo	La tenuta della valvola intesa come capacità di adattarsi ai vari accessori impedendo la fuoriuscita del liquido di irrigazione viene valutata ottima.	40
Buono	Il confezionamento permette una facile apertura. E' Presente un invito all'apertura. E' presente il codice a barre che è rimovibile. L'etichettatura non è in italiano.	4
PUNTEGGIO TOTALE:		69
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		70

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,80	0,80	0,80	0,8

OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	La praticità intesa come facilità di agganciarsi allo strumento e di introduzione degli accessori viene valutata ottima.	25
Ottimo	La tenuta della valvola intesa come capacità di adattarsi ai vari accessori impedendo la fuoriuscita del liquido di irrigazione viene valutata ottima.	40
Scarso	Il confezionamento permette una facile apertura. E' Presente un invito all'apertura. E' presente il codice a barre che tuttavia non è rimovibile. L'etichettatura non è in italiano .	1
PUNTEGGIO TOTALE:		66
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		66,96

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,20	0,20	0,20	0,2

ASSEGNAZIONE IN CONVENZIONE

Lotto 22: ADATTATORI UNIVERSALI DUE VIE PER ENDOSCOPI

Caratteristiche richieste:

- monouso;
- sterili;
- due vie;
- privi di lattice;
- dotati di luer lock maschio per connessione all'endoscopio.

N. PAR.	PARAMETRO	PUNTEGGIO MAX	CRITERIO MOTIVAZIONALE
1	Praticità	25	Verrà accordata preferenza al prodotto che presenterà la maggior facilità di agganciarsi allo strumento e di introduzione degli accessori
2	Tenuta della valvola	40	Verrà accordata preferenza al prodotto che presenterà una maggior capacità di adattarsi ai vari accessori impedendo la fuoriuscita del liquido di irrigazione
3	Confezionamento	5	Verrà accordata preferenza al confezionamento primario che presenti la migliore facilità di apertura, la presenza di etichette con codice a barre, movibili e adesive.

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Buono	0,8
Discreto	0,6
Sufficiente	0,4
Scarso	0,2
Non adeguato	0

Riparametrazione non necessaria in quanto un concorrente raggiunge il punteggio massimo in tutti i parametri

PROMED		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	La praticità intesa come facilità di agganciarsi allo strumento e di introduzione degli accessori viene valutata ottima.	25
Ottimo	La tenuta della valvola intesa come capacità di adattarsi ai vari accessori impedendo la fuoriuscita del liquido di irrigazione viene valutata ottima.	40
Buono	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un invito all'apertura. E' presente il codice a barre che tuttavia non è rimovibile nel confezionamento primario. L'etichettatura non è in italiano. Non viene riportato la misura nel confezionamento primario.	4
PUNTEGGIO TOTALE: EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		69

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,80	0,80	0,80	0,8

COOK ITALIA SRL		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	La praticità intesa come facilità di agganciarsi allo strumento e di introduzione degli accessori viene valutata ottima.	25
Ottimo	La tenuta della valvola intesa come capacità di adattarsi ai vari accessori impedendo la fuoriuscita del liquido di irrigazione viene valutata ottima.	40
Ottimo	Il confezionamento permette una facile apertura. E' Presente un invito all'apertura. E' presente il codice a barre è rimovibile. L'etichettatura non è in italiano.	5
PUNTEGGIO TOTALE: EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		70

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1

OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	La praticità intesa come facilità di agganciarsi allo strumento e di introduzione degli accessori viene valutata ottima.	25
Ottimo	La tenuta della valvola intesa come capacità di adattarsi ai vari accessori impedendo la fuoriuscita del liquido di irrigazione viene valutata ottima.	40
Buono	Il confezionamento permette una facile apertura. E' Presente un invito all'apertura. E' presente il codice a barre che tuttavia non è rimovibile. L'etichettatura non è in italiano.	4
PUNTEGGIO TOTALE: EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		69

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,80	0,80	0,80	0,8

ASSEGNAZIONE IN CONVENZIONE

Letto 23: PINZA DA BIOPSIA MONOUSO

Caratteristiche richieste:

- monouso;
- sterile;
- pinza di latta;
- a cacciato;
- diametro compreso tra 3 Fr e 4 Fr;
- lunghezza inferiore a 120 cm.

N. PAR.	PARAMETRO	PUNTEGGIO MAX	CRITERIO MOTIVAZIONALE
1	Scorrevolezza	10	Verrà accordata preferenza al prodotto che presenterà la maggior facilità di agganciarlo allo strumento e di introduzione degli accessori
2	Controllo di presa	20	Verrà accordata preferenza alle pinze che garantiscano una migliore presa del campione biopsico
3	Qualità del morso	20	Verrà accordata preferenza alle pinze con la migliore capacità tranciante
4	Capacità di apertura e chiusura in posizione dello stelo	15	Verrà valutata la migliore capacità di apertura e chiusura in posizione di flessa dello stelo
5	Confezionamento	5	Verrà accordata preferenza al confezionamento primario che presenti la migliore facilità di apertura, la presenza di etichette con codice a barre, movibili e adesive

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Buono	0,8
Discreto	0,6
Sufficiente	0,4
Scarso	0,2
Non adeguato	0

COLMA SRL		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla scorrevolezza intesa come maggior facilità di agganciarlo allo strumento e di introduzione degli accessori del dispositivo che risulta ottima.	10
Discreto	Relativamente al controllo di presa si segnala che la pinza non rimane aperta senza dover esercitare una pressione costante sul manipolo dirazionale. La stessa, pertanto, viene valutata come discreta.	12
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla qualità del morso intesa come capacità tranciante che viene ritenuta ottima.	20
Buono	Buono. La parte distale dello stelo non risulta morbida e facilmente conformabile all'ureteroscopia in posizione angolata.	12
Non adeguato	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un invito all'apertura. E' presente il codice a barre che tuttavia non è rimovibile nel confezionamento primario. Sono presenti tre etichette con QR Code rimovibile. L'etichettatura non è in italiano. Le IFU non sono in italiano.	0

PUNTEGGIO TOTALE: **44** **54**
 EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE: **27,22** **37,96**

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
0,60	0,60	0,60	0,6
1,00	1,00	1,00	1
0,80	0,80	0,80	0,8
			0

COOK ITALIA SRL		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla scorrevolezza intesa come maggior facilità di agganciarlo allo strumento e di introduzione degli accessori del dispositivo che risulta ottima.	10
Discreto	Discreto. La pinza non rimane aperta senza dover esercitare pressione costante sul manipolo dirazionale.	12
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla qualità del morso intesa come capacità tranciante che viene ritenuta ottima.	20
Buono	Buono. La parte distale dello stelo non risulta morbida e facilmente conformabile all'ureteroscopia in posizione angolata.	12
Buono	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un invito all'apertura. E' presente il codice a barre su tre etichette rimovibili. L'etichettatura non è in italiano. Le IFU sono in italiano.	4

PUNTEGGIO TOTALE: **48** **59**
 EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE: **64,82** **62,34**

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
0,60	0,60	0,60	0,6
1,00	1,00	1,00	1
0,80	0,80	0,80	0,8
			0,9

OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla scorrevolezza intesa come maggior facilità di agganciarlo allo strumento e di introduzione degli accessori del dispositivo che risulta ottima.	10
Ottimo	Ottimo. La pinza rimane aperta senza dover esercitare pressione costante sul manipolo dirazionale.	20
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla qualità del morso intesa come capacità tranciante che viene ritenuta ottima.	20
Ottimo	Ottimo. La parte distale dello stelo risulta morbida e facilmente conformabile all'ureteroscopia in posizione angolata.	15
Scarso	Il confezionamento non permette una facile apertura. Risulta molto difficoltoso. E' presente un invito all'apertura. E' presente il codice a barre che tuttavia non è rimovibile nel confezionamento primario. Sono presenti tre etichette con ref e lotto rimovibili. L'etichettatura è in italiano. Le IFU nel campione presentato non sono in italiano.	4

PUNTEGGIO TOTALE: **64** **66,25**
 EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE: **20** **70**

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,60	0,60	0,60	0,6
			1,25

PRIMED SRL		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla scorrevolezza intesa come maggior facilità di agganciarlo allo strumento e di introduzione degli accessori del dispositivo che risulta ottima.	10
Ottimo	Ottimo. La pinza rimane aperta senza dover esercitare pressione costante sul manipolo dirazionale.	20
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla qualità del morso intesa come capacità tranciante che viene ritenuta ottima.	20
Discreto	La parte distale dello stelo non risulta morbida e facilmente conformabile all'ureteroscopia in posizione angolata.	9
Buono	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un invito all'apertura. E' presente il codice a barre non rimovibile. Sono presenti due etichette rimovibili. L'etichettatura è in italiano. Le IFU sono in italiano.	4

PUNTEGGIO TOTALE: **63** **64**
 EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE: **66,62** **67,62**

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,60	0,60	0,60	0,6
			0

Con nota del 28/02/2023 la ditta informa della mancata consegna della campionatura e della sua pendenza a data ancora non conosciuta. Tenuto conto del tempo intercorso dalla iniziale richiesta (18.01.2023) la Commissione procede alla valutazione di quanto proposto sulla base degli elementi disponibili.

E.F.M. SRL		
Giudizio	Motivazione	Punti
Non adeguato	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile	
Non adeguato	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile	
Non adeguato	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile	
Non adeguato	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile	
Non adeguato	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile	

PUNTEGGIO TOTALE: **0**
 EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:

Dott.	Dott.	Dott.	Media
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0
			0

ASSEGNAZIONE IN ACCORDO QUADRO AL 50%

Lotto 24: ESTRATTORE DI CALCOLI PER PERCUTANEA

Caratteristiche richieste:

- monouso;
- sterili;
- per uso percutaneo;
- in Nitinol;
- lunghezza non superiore a 40 cm;
- diametro dello stelo 10-12 Fr.

N. PAR.	PARAMETRO	PUNTEGGIO MAX	CRITERIO MOTIVAZIONALE
1	Capacità di recupero	20	Verrà accordata preferenza al prodotto che presenti la miglior capacità di intrappolare il calcolo/frammenti
2	Capacità di trattenere il calcolo/frammenti	15	Verrà accordata preferenza al prodotto che presenti la miglior capacità di mantenere il calcolo/frammento all'interno del cestello durante l'estrazione
3	Atraumaticità	10	Verrà accordata preferenza al prodotto che presenti minor traumaticità
4	Resistenza alla deformazione	10	Verrà accordata preferenza al prodotto che presenti la capacità di riprendere la forma originale dopo la presa
5	Praticità d'uso	10	Verrà accordata preferenza al prodotto che presenti una migliore ergonomia
6	Confezionamento	5	Verrà accordata preferenza al confezionamento primario che presenti la migliore facilità di apertura, la presenza di etichette con codice a barre, movibili e

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Buono	0,8
Discreto	0,6
Sufficiente	0,4
Scarso	0,2
Non adeguato	0

COOK ITALIA SRL		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	La capacità di recupero intesa come capacità di intrappolare il calcolo/frammenti non presenta nessuna problematica	20
Ottimo	La capacità di trattenere il calcolo/frammenti intesa come capacità di mantenere il calcolo/frammento all'interno del cestello durante l'estrazione non presenta nessuna problematica	15
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse all'atraumaticità del dispositivo.	10
Ottimo	La resistenza alla deformazione intesa come capacità di riprendere la forma originale dopo la presa non presenta nessuna problematica e pertanto viene ritenuta ottima	10
Ottimo	Il dispositivo presenta un'ergonomia tale da rendere lo stesso estremamente pratico.	10
Buono	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un invito all'apertura. E' presente il codice a barre su tre etichette rimovibili. L'etichettatura non è in italiano. Le IFU sono in italiano.	4

PUNTEGGIO TOTALE: **69** **70**
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE: **70**

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,80	0,80	0,80	0,8

E F M SRL		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	La capacità di recupero intesa come capacità di intrappolare il calcolo/frammenti non presenta nessuna problematica	20
Ottimo	La capacità di trattenere il calcolo/frammenti intesa come capacità di mantenere il calcolo/frammento all'interno del cestello durante l'estrazione non presenta nessuna problematica	15
Sufficiente	L'etsremità distale dello stelo si presenta traumatica come anche la punta del cestello	4
Ottimo	La resistenza alla deformazione intesa come capacità di riprendere la forma originale dopo la presa non presenta nessuna problematica e pertanto viene ritenuta ottima	10
Scarso	L'ergonomia statica si scontra con l'ergonomia operativa infatti il sistema di impugnatura tende a incepparsi a cestello aperto.	2
Scarso	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un invito all'apertura. Non è presente il codice a barre. Sono presenti 4 etichette solo con QR Code (no ref. e no lotto) rimovibili. L'etichettatura è in italiano. Le IFU sono in italiano.	4

PUNTEGGIO TOTALE: **62** **52,25**
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE: **62,75**

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,40	0,40	0,40	0,4
1,00	1,00	1,00	1
0,20	0,20	0,20	0,2
0,20	0,20	0,20	0,2

CARLO BIANCHI		
Giudizio	Motivazione	Punti
Buono	Si evidenzia una leggerissima difficoltà del calcolo ad essere agganciato in maniera agevole.	16
Ottimo	La capacità di trattenere il calcolo/frammenti intesa come capacità di mantenere il calcolo/frammento all'interno del cestello durante l'estrazione non presenta nessuna problematica	15
Sufficiente	L'etsremità distale dello stelo si presenta traumatica come anche la punta del cestello	4
Ottimo	La resistenza alla deformazione intesa come capacità di riprendere la forma originale dopo la presa non presenta nessuna problematica e pertanto viene ritenuta ottima	10
Scarso	L'ergonomia statica si scontra con l'ergonomia operativa infatti il sistema di impugnatura tende a incepparsi a cestello aperto.	2
Buono	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un invito all'apertura. Sono presenti tre etichette con codice a barre rimovibili. L'etichettatura non è in italiano. Le IFU sono in italiano.	4

PUNTEGGIO TOTALE: **64** **52**
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE: **64,74**

Dott.	Dott.	Dott.	Media
0,80	0,80	0,80	0,8
1,00	1,00	1,00	1
0,40	0,40	0,40	0,4
1,00	1,00	1,00	1
0,20	0,20	0,20	0,2
0,80	0,80	0,80	0,8

Con nota del 02/03/2023 la ditta informa della mancata consegna della campionatura e della sua pendenza a data ancora non conosciuta. Tenuto conto del tempo intercorso dalla iniziale richiesta (16.01.2023) la Commissione procede alla valutazione di quanto proposto sulla base degli elementi disponibili.

PIEMMEMED SRL		
Giudizio	Motivazione	Punti
Non adeguato	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile	0
Non adeguato	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile	0
Non adeguato	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile	0
Non adeguato	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile	0
Non adeguato	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile	0
Non adeguato	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile	0

PUNTEGGIO TOTALE: **0**
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:

Dott.	Dott.	Dott.	Media
-	-	-	-
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0

ASSEGNAZIONE IN CONVENZIONE

Lotto 25- CATETERI URETERALI OPEN TIP

Caratteristiche richieste:

- monouso;
- sterili;
- privi di lattice;
- aperti solo in punta;
- compatibile con guide 0,035 e/o 0.038";
- lunghezza superiore a 65 cm;
- con tacche centimetriche;
- radiopachi;
- la confezione deve contenere il raccordo di connessione per siringhe, non solidale con il catetere;
- vari calibri compresi tra 4.0 Fr. e 8.0 Fr.

Il prodotto non risulta conforme a quanto richiesto. E' stato presentato un campione dimostrativo a punta chiusa in luogo di un dispositivo a punta aperta come richiesto nel Capitolato Tecnico.

N. PAR.	PARAMETRO	PUNTEGGIO MAX	CRITERIO MOTIVAZIONALE
1	Scorrevolezza	20	Verrà accordata preferenza ai dispositivi che presentano la miglior capacità di scorrere nello strumento endoscopico e nell'uretere
2	Rastrematura della punta	20	Verrà accordata preferenza ai dispositivi che presentano rastremature più sfumate, progressive
3	Radiopacità	20	Verrà accordata preferenza al dispositivo che presenti una maggior radiopacità in punta
4	Confezionamento	10	Verrà accordata preferenza al confezionamento primario che presenti la migliore facilità di apertura, la presenza di etichette con codice a barre, movibili e adesive.

E.F.M. SRL		
Giudizio	Motivazione	Punti
Non adeguato		0
PUNTEGGIO TOTALE:		0
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Buono	0,8
Discreto	0,6
Sufficiente	0,4
Scarso	0,2
Non adeguato	0

Dott.	Dott.	Dott.	Media
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0

COOK ITALIA SRL		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla scorrevolezza	20
Buono	Relativamente alla rastrematura della punta si segnala che la stessa risulta essere meno conica e dunque più cilindrica.	16
Ottimo	Non si segnalano criticità connesse alla radiopacità	20
Buono	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un invito all'apertura. E' presente il codice a barre è rimovibile. L'etichettatura non è in italiano.	8
PUNTEGGIO TOTALE:		64
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		65,88

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
0,80	0,80	0,80	0,8
1,00	1,00	1,00	1
0,80	0,80	0,80	0,8

TAU MEDICAL SRL		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla scorrevolezza.	20
Ottimo	Il prodotto presenta più rastremature sfumate e progressive	20
Ottimo	Non si segnalano criticità in merito alla radiopacità	20
Buono	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un invito all'apertura. Non presente il codice a barre. Presenti due etichette rimovibili. L'etichettatura è in italiano.	8
PUNTEGGIO TOTALE:		68
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		70

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,80	0,80	0,80	0,8

ASSEGNAZIONE IN CONVENZIONE

Lotto 26: CATETERI URETERALI MANDORINATI

Caratteristiche richieste:

- monouso;
- sterile;
- privi di lattice;
- varie tipologie di punta;
- lunghezza superiore a 65 cm;
- con tacche centimetriche;
- radiopacchi;
- la confezione deve contenere il raccordo di connessione per siringhe, non soldale con il catetere;
- vari calibri compresi tra 4.0 Fr. e 8.0 Fr.

N. PAR.	PARAMETRO	PUNTEGGIO MAX	CRITERIO MOTIVAZIONALE
1	Scorrevolezza	20	Verrà accordata preferenza ai dispositivi che presentano la miglior capacità di scorrere nello strumento
2	Rastrematura della punta	20	Verrà accordata preferenza ai dispositivi che presentano rastremature più sfumate, progressive
3	Radiopacità	20	Verrà accordata preferenza ai dispositivi che presentino una maggior radiopacità in punta
4	Confezionamento	10	Verrà accordata preferenza al confezionamento primario che presenti la migliore facilità di apertura, la presenza di etichette con codice a barre, movibili e adesive.

Qualità	Coefficiente
Ottimo	1
Buono	0,8
Discreto	0,6
Sufficiente	0,4
Scarno	0,2
Non adeguato	0

Relativamente al requisito richiesto in Capitolato Tecnico "varie tipologie di punta" la ditta presenta solamente due tipologie di punta (Tremante e conico) non ritenute soddisfacenti a coprire la varietà di procedure interventistiche richieste a livello regionale. A tal proposito si segnala come grave l'assenza della punta Dufour. Per tali ragioni si ritiene che il dispositivo proposto non corrisponde a quanto richiesto. A complemento si segnala che la gamma dei frencchiaggi proposti non copre la misura da 7 a 8 e dunque risulta limitata con riferimento agli utilizzi routinari del dispositivo.

MEDIVAL SRL

Giudizio	Motivazione	Punti
Non adeguato		0

PUNTEGGIO TOTALE: 0
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:

Dett.	Dett.	Dett.	Media
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	-
-	-	-	-

COLMA SRL

Giudizio	Motivazione	Punti
Buono	Relativamente alla scorrevolezza si segnala che la stessa risulta leggermente difficoltosa quando il dispositivo viene posto in posizione angolata.	16
Ottimo	Non vengono segnalate problematiche in merito alla rastrematura della punta che viene valutata come ottima.	20
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla radiopacità di quanto proposto che risulta pertanto ottima.	20
Sufficiente	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un invito all'apertura. E' presente un codice a barre. Sono presenti due etichette rimovibili. L'etichettatura è parzialmente in italiano. Non presenti indicazioni di frencchiaggio sul catetere.	4

5

PUNTEGGIO TOTALE: 60
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE: 44,26

Dett.	Dett.	Dett.	Media
0,80	0,80	0,80	0,8
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,40	0,40	0,40	0,4

SEDA SPA

Giudizio	Motivazione	Punti
Sufficiente	Relativamente alla scorrevolezza si segnala che la stessa risulta moderatamente difficoltosa quando il dispositivo viene posto in situazione di torsione/stress di utilizzo	8
Ottimo	Non vengono segnalate problematiche in merito alla rastrematura della punta che viene valutata come ottima.	20
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla radiopacità di quanto proposto che risulta pertanto ottima.	20
Sufficiente	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un invito all'apertura. E' presente un codice a barre. Sono presenti quattro etichette rimovibili con codice a barre. L'etichettatura è parzialmente in italiano. Non presenti indicazioni di frencchiaggio sul cate.	4

5

PUNTEGGIO TOTALE: 52
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE: 33,22

Dett.	Dett.	Dett.	Media
0,40	0,40	0,40	0,4
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,40	0,40	0,40	0,4

COLOPLAST SPA

Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla scorrevolezza	20
Ottimo	Non vengono segnalate problematiche in merito alla rastrematura della punta che viene valutata come ottima.	20
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla radiopacità di quanto proposto che risulta pertanto ottima.	20
Buono	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un invito all'apertura. Non è presente il codice a barre ma tre etichette rimovibili. L'etichettatura è in italiano.	8

10

PUNTEGGIO TOTALE: 68
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE: 70

Dett.	Dett.	Dett.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,80	0,80	0,80	0,8

CARLO BIANCHI SRL

Giudizio	Motivazione	Punti
Non adeguato		0

PUNTEGGIO TOTALE: 0
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:

Dett.	Dett.	Dett.	Media
-	-	-	-
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0

Si segnala che il raccordo di connessione per siringhe risulta soldale con il catetere nel senso che si rompe a taglio solo con difficoltà e una volta rotto non è più possibile inserirlo correttamente in sede. Pertanto non viene rispettata una caratteristica minima richiesta dal Capitolato Tecnico e il prodotto risulta per questa via non conforme allo stesso.

ASSEGNAZIONE IN CONVENZIONE

Lotto 27: CATETERI URETERALI MONO "J" / PIG-TAIL / SINGLE LOOP
Caratteristiche richieste:
 - monouso;
 - sterili;
 - privi di lattice (esclusi i raccordi);
 - compatibile con guide 0,035" e/o 0,038";
 - lunghezza superiore a 65 cm;
 - con markers;
 - punta aperta e provvisti di fori solo nell'estremità distale;
 - radiopachi;
 - la confezione deve contenere il raccordo di connessione per siringhe;
 - vari calibri compresi tra 4.0 Fr. e 8.0 Fr.

N. PAR.	PARAMETRO	PUNTEGGIO MAX	CRITERIO MOTIVAZIONALE
1	Facilità di formazione del ricciolo	20	Verrà accordata preferenza ai prodotti con maggior facilità di arricciamento
2	Scorrevolezza	20	Verrà accordata preferenza dispositivi che presentano la miglior capacità di scorrere nello strumento endoscopico e nell'uretere
3	Radiopacità	20	Verrà accordata preferenza al dispositivo che presenti una maggior radiopacità
4	Confezionamento	10	Verrà accordata preferenza al confezionamento primario che presenti la migliore facilità di apertura, la presenza di etichette con codice a barre, movibili e adesive

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Buono	0,8
Discreto	0,6
Sufficiente	0,4
Scarso	0,2
Non adeguato	0

Non serve riparametrazione in quanto è presente una sola ditta idonea

Con comunicazione ID Sintel 174243316 del 18/09/2023 la ditta comunica il ritiro dell'offerta al presente lotto.

COOK ITALIA

Giudizio	Motivazione	Punti
	Offerta ritirata	0
PUNTEGGIO TOTALE:		0
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		

Dott.	Dott.	Dott.	Media
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	-
-	-	-	-

Il prodotto non risponde alle caratteristiche minime richieste in quanto non è latex free. Il raccordo in lattice infatti è integrato nel prodotto e dunque, per questa via, il prodotto stesso non può dirsi privo di lattice.

Coloplast

Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo		20
Ottimo		20
Ottimo		20
Non adeguato		0
PUNTEGGIO TOTALE:		70
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	-	0	0
-	-	-	0

COLMA

Giudizio	Motivazione	Punti
Sufficiente	Relativamente alla facilità di formazione del ricciolo si segnala che una volta ritratta la guida la formazione dello stesso è lievemente accennata e pertanto la stessa viene giudicata sufficiente	8
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla scorrevolezza intesa come miglior capacità di scorrere nello strumento endoscopico e nell'uretere che risulta ottima.	20
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla radiopacità di quanto proposto che risulta pertanto ottima.	20
Discreto	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un invito all'apertura. Sono presenti 2 etichette rimovibili sprovviste di codice a barre. E' presente un codice a barre non rimovibile. L'etichettatura è in italiano.	6
PUNTEGGIO TOTALE:		54
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		70

Dott.	Dott.	Dott.	Media
0,40	0,40	0,40	0,4
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,60	0,60	0,60	0,6

Con nota del 02/03/2023 la ditta informa della mancata consegna della campionatura e della sua pendenza a data ancora non conosciuta. Tenuto conto del tempo intercorso dalla iniziale richiesta (16.01.2023) la Commissione procede alla valutazione di quanto proposto sulla base degli elementi disponibili.

E.F.M

Giudizio	Motivazione	Punti
Non adeguato	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile	0
Non adeguato	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile	0
Non adeguato	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile	0
Non adeguato	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile	0
PUNTEGGIO TOTALE:		0
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		

Dott.	Dott.	Dott.	Media
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0

ASSEGNAZIONE IN CONVENZIONE

Lotta 29: NEFROSTOME TIPO MALECOT

- Caratteristiche richieste:
- monouso;
 - sterile;
 - privi di lattice;
 - compatibile con guida 0,55" ed/o 0,558";
 - punta aperta e provvista di mandrino;
 - con connettore laser lock;
 - radiopacità;
 - vari calibri compresi tra 8,0 Fr. e 24,0 Fr.

N. RILEV.	PARAMETRO	PUNTEGGIO MAX	CRITERIO MOTIVAZIONALE
1	Facilità di formazione del riccio o apertura delle alette	20	Verrà accordata preferenza ai prodotti che presentano maggior forza di arricciamento e di apertura delle alette
2	Scorrevolezza	20	Verrà accordata preferenza ai dispositivi che presentano la miglior capacità di scorrere nello strumento endoscopico e nell'uretere che risulta ottima.
3	Radiopacità	20	Verrà accordata preferenza al dispositivo che presenti una maggior radiopacità
4	Confezionamento	10	Verrà accordata preferenza al confezionamento primario che presenti la migliore facilità di apertura, la presenza di etichette con codice a barre, mobili e aderire

Qualità	Coefficiente
Ottimo	1
Buono	0,8
Sufficiente	0,4
Scarno	0,2
Non adeguato	0

Non serve parametrare in quanto in ogni parametro almeno un concorrente raggiunge il valore massimo

MEDIVAL SRL				
Qualità	Motivazione	Punti		
Ottimo	Non si riscontrano problematiche relativamente alla facilità di apertura delle alette che viene valutata ottima	20		
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla scorrevolezza messa come miglior capacità di scorrere nello strumento endoscopico e nell'uretere che risulta ottima.	20		
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla radiopacità di quanto proposto che risulta pertanto ottima.	20		
Non adeguato	Il confezionamento non permette una facile apertura e agevole in quanto tende a rompersi aumentando il rischio di inquinamento del device. Non sono presenti etichette rinnovabili. E' presente il di codice a barre non rinnovabile. L'etichettatura è in italiano. Tuttavia l'apertura non adeguata risulta fortemente limitativa di quanto proposto.	0		
PUNTEGGIO TOTALE		60		
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:				

Descr.	Descr.	Descr.	Descr.	Media
1,00	1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1,00	1
-	-	-	-	0

COLOPLAST SPA				
Qualità	Motivazione	Punti		
Ottimo	Non si riscontrano problematiche relativamente alla facilità di apertura delle alette che viene valutata ottima	20		
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla scorrevolezza messa come miglior capacità di scorrere nello strumento endoscopico e nell'uretere che risulta ottima.	20		
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla radiopacità di quanto proposto che risulta pertanto ottima.	20		
Discreta	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente l'imballo all'apertura. Non sono presenti etichette rinnovabili. E' privo di codice a barre. L'etichettatura è in italiano.	6		
PUNTEGGIO TOTALE		66		
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:				

Descr.	Descr.	Descr.	Descr.	Media
1,00	1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1,00	1
0,60	0,60	0,60	0,60	0,6

Con nota del 02/01/2023 la ditta informa della mancata consegna della campionatura e della sua pendenza a data ancora non conosciuta. Tendo conto del tempo intercorso dalla richiesta (16.01.2023) la Commissione procede alla valutazione di quanto proposto sulla base degli elementi disponibili.

E.F.M. SRL				
Qualità	Motivazione	Punti		
	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro valutato sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile.			
	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro valutato sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile.			
	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro valutato sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile.			
	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro valutato sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile.			
PUNTEGGIO TOTALE		0		
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:				

Descr.	Descr.	Descr.	Descr.	Media
-	-	-	-	0
-	-	-	-	0
-	-	-	-	0
-	-	-	-	0

La ditta ha comunicato il ritiro dell'offerta in data 02/02/2022 con comunicazione ID Sinal n.0 15483472.

HEINZA ITALIA				
Qualità	Motivazione	Punti		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
PUNTEGGIO TOTALE		0		
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:				

Descr.	Descr.	Descr.	Descr.	Media
-	-	-	-	0
-	-	-	-	0
-	-	-	-	0
-	-	-	-	0

COOK ITALIA SRL				
Qualità	Motivazione	Punti		
Ottimo	Non si riscontrano problematiche relativamente alla facilità di apertura delle alette che viene valutata ottima	20		
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla scorrevolezza messa come miglior capacità di scorrere nello strumento endoscopico e nell'uretere che risulta ottima.	20		
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla radiopacità di quanto proposto che risulta pertanto ottima.	20		
Ottimo	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un imballo all'apertura. Sono presenti 3 richiavi rinnovabili provviste di codice a barre. L'etichettatura non è in italiano. Ampia gamma di misure proposte.	10		
PUNTEGGIO TOTALE		70		
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:				

Descr.	Descr.	Descr.	Descr.	Media
1,00	1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1,00	1

Con nota del 02/01/2023 la ditta informa della mancata consegna della campionatura e della sua pendenza a data ancora non conosciuta. Tendo conto del tempo intercorso dalla richiesta (16.01.2023) la Commissione procede alla valutazione di quanto proposto sulla base degli elementi disponibili.

PIEMME SRL				
Qualità	Motivazione	Punti		
	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro valutato sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile.			
	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro valutato sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile.			
	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro valutato sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile.			
	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro valutato sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile.			
PUNTEGGIO TOTALE		0		
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:				

Descr.	Descr.	Descr.	Descr.	Media
-	-	-	-	0
-	-	-	-	0
-	-	-	-	0
-	-	-	-	0

ASSEGNAZIONE IN CONVENZIONE

Lotto 39: SISTEMA DI IRRIGAZIONE MANUALE PER URETEROSCOPIA

Caratteristiche richieste:

- Sistema di riempimento/irrigazione forzato, dotato di meccanismo di riempimento automatico in interventi di endourologia, con linea indipendente dotata di siringa o altro idoneo sistema manuale di irrigazione
- forzata con valvola antireflusso;
- Possibilità di connessione diretta allo strumento con luer-lock.

N. PAR.	PARAMETRO	PUNTEGGIO MAX	CRITERIO MOTIVAZIONALE
1	Praticità del sistema di ricarica	20	Verrà accordata preferenza ai prodotti che presentano la miglior praticità nel sistema di ricarica
2	Velocità del sistema di ricarica	20	Verrà accordata preferenza ai prodotti che presentano la miglior velocità nel sistema di ricarica
3	Ergonomicità	20	Verrà accordata preferenza ai prodotti che presentano la miglior maneggevolezza
4	Confezionamento	10	Verrà accordata preferenza al confezionamento primario che presenti la migliore facilità di apertura, la presenza di etichette con codice a barre, movibili e adesive

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Buono	0,8
Discreto	0,6
Sufficiente	0,4
Scarso	0,2
Non adeguato	0

COOK ITALIA SRL		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Non si riscontrano problematiche relativamente alla praticità del sistema di ricarica che viene valutata come ottima	20
Ottimo	Non si riscontrano problematiche relativamente alla velocità del sistema di ricarica che viene valutata come ottima	20
Ottimo	Non si riscontrano problematiche relativamente all'ergonomicità che viene valutata come ottima	20
Buono	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un invito all'apertura. E' presente 1 etichetta rimovibile provviste di codice a barre. L'etichettatura non è in italiano.	8
PUNTEGGIO TOTALE:		68
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		70

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1,00
0,80	0,80	0,80	0,80

Mancato superamento della soglia di sbarramento prevista dal Disciplinare di gara.

PROMED SRL		
Giudizio	Motivazione	Punti
Discreto	La praticità del sistema di ricarica viene valutata come adeguata nonostante la siringa proposta si presenti di ridotta capacità riempitiva	12
Sufficiente	La velocità di ricarica del sistema viene considerata come appena adeguata in quanto il sistema stesso dipendendo dalla pressione negativa presente all'interno della siringa ne determina una indagine nell'utilizzo. La camera di compressione del liquido ha inoltre un volume ridotto.	8
Sufficiente	L'ergonomicità del sistema viene valutata come appena adeguata poiché il sistema stesso si presenta costruttivamente meno pratico nell'utilizzo in quanto le biforcazioni delle due vie risultano molto ravvicinate tra loro	8
Discreto	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un invito all'apertura. E' presente il codice a barre, non removibile. Non sono presenti etichette rimovibili. L'etichettatura è in italiano.	6
PUNTEGGIO TOTALE:		34
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		

Dott.	Dott.	Dott.	Media
0,60	0,60	0,60	0,6
0,40	0,40	0,40	0,4
0,40	0,40	0,40	0,4
0,60	0,60	0,60	0,6

Il campione dimostrativo presentato risulta diverso e dunque non corrispondente rispetto ai codici presentati in sede di offerta tecnica. Pertanto la Commissione viene posta per questa via nell'impossibilità di esprimere un giudizio di valutazione in quanto l'offerta tecnica non risulta certa ed univoca.

OLYMPUS ITALIA SRL		
Giudizio	Motivazione	Punti
		0
		0
		0
		0
PUNTEGGIO TOTALE:		0
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		

Dott.	Dott.	Dott.	Media
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0

E.F.M. S.R.L.		
Giudizio	Motivazione	Punti
Buono	Il sistema di ricarica risulta abbastanza agevole e lo stesso appare leggermente indaginoso	16
Buono	Più che adeguato il sistema di ricarica, che presenta una velocità più che adeguata.	16
Discreto	L'ergonomia statica risulta adeguata, si evidenzia però, in fase di utilizzo, una ergonomia/maneggevolezza del sistema proposto non del tutto agevole.	12
Sufficiente	Il confezionamento non permette una facile apertura. E' presente un invito all'apertura ma non di facile individuazione. L'allargamento della confezione non risulta agevole. Non è presente nessun codice a barre. Sono presenti 4 etichette rimovibili ma con solo QR Code. L'etichettatura è in italiano.	4
PUNTEGGIO TOTALE:		48
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		49,41

Dott.	Dott.	Dott.	Media
0,80	0,80	0,80	0,8
0,80	0,80	0,80	0,8
0,60	0,60	0,60	0,6
0,40	0,40	0,40	0,4

ASSEGNAZIONE IN ACCORDO QUADRO AL 50%

Lotto 31: AGHI DA PUNTURA PERCUTANEA**Caratteristiche richieste:****Ago cannula per puntura percutanea costituito da 2 o 3 parti;**

- lunghezza \geq a 200 mm;
- calibro \geq a 17 G, compatibile con guida fino 0.038";
- stiletto/mandrino visibile agli ultrasuoni.

DESERTO

ASSEGNAZIONE IN ACCORDO QUADRO AL 50%
Letto 32: STENT URETERALE DOPPIO J IN SILICONE CON GUIDA
Caratteristiche richieste:
 Set in confezione sterile composto da:
 - stent ureterale a doppio J (aperto/aperto), radiopaco, in silicone con o senza rivestimento idrofilo, con o senza filo di rimozione esterno;
 - catilli vari da 6F a 8F, lunghezza varie, pluriforata con tasche di misurazione;
 - guida 0,035 idrofila, lunga circa 150 cm fornita anche separatamente;
 - introduttore con marker di riferimento radiopaco;
 - tempo di permanenza almeno 6 mesi.

Il prodotto proposto risulta essere costituito in polietilene (indicato in scheda tecnica) cioè in polietilene polimerizzato e dunque in materiale diverso dal silicone come richiesto nel Capitolato Tecnico. Il prodotto pertanto non risulta conforme a quanto richiesto.

A seguito di chiarimento la Ditta informa che "La presenza dell'anello radiopaco sullo springitore è indicata sull'etichetta del prodotto da apposito pittogramma" ma l'etichetta della campionatura proposta non dispone di detto pittogramma. Pertanto non è possibile per la Commissione identificare quale parte del sistema sia effettivamente radiopaco come indicato nella descrizione tecnica riportata nel Capitolato Tecnico. Pertanto il prodotto non risulta conforme a quanto richiesto.

Con nota del 02/03/2023 la ditta informa della mancata consegna della campionatura e della sua pendenza a data ancora non conosciuta. Tenuto conto del tempo intercorso dalla iniziale richiesta (16.01.2023) la Commissione procede alla valutazione di quanto proposto sulla base degli elementi disponibili.

N. PAR.	PARAMETRO	PUNTEGGIO MAX	CRITERIO MOTIVAZIONALE
1	Facilità di formazione del riccio	20	Verrà accordata preferenza ai prodotti con maggior forza di arricciamento
2	Scorrevolezza	20	Verrà accordata preferenza ai dispositivi che presentano la miglior capacità di scorrere nello strumento endoscopico e nell'uretere
3	Radiopacità	20	Verrà accordata preferenza al dispositivo che presenti una maggior radiopacità
4	Confezionamento	10	Verrà accordata preferenza al confezionamento primario che presenti la migliore facilità di apertura, la presenza di etichette con codice a barre, mobili e adesive

BARD SPA		
Giudizio	Motivazione	Punti
PUNTEGGIO TOTALE:		0
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		

COOK ITALIA SRL		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Non si riscontrano problematiche relativamente alla facilità di formazione del riccio che viene valutata ottima.	20
Ottimo	Prodotto idrofilo, non si segnalano problematiche connesse alla scorrevolezza intesa come miglior capacità di scorrere nello strumento endoscopico nell'uretere che risulta ottima.	20
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla radiopacità di quanto proposto che risulta pertanto ottima.	20
Buono	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente un invito all'apertura. Sono presenti 3 etichette rimovibile provviste di codice a barre rimovibili. L'etichettatura non è in italiano.	6
PUNTEGGIO TOTALE:		46
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		20

COLG-PLAST SPA		
Giudizio	Motivazione	Punti
PUNTEGGIO TOTALE:		0
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		

E.F.M. SRL		
Giudizio	Motivazione	Punti
	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile	
	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile	
	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile	
	In assenza di campione dimostrativo la Commissione si dichiara incapace di esprimere una valutazione relativamente a detto parametro qualitativo sulla base degli elementi a disposizione. Pertanto la valutazione dello stesso viene ricondotta a non valutabile	
PUNTEGGIO TOTALE:		0
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		

OLYMPUS ITALIA SRL		
Giudizio	Motivazione	Punti
Scarno	Relativamente alla formazione del riccio si segnala che la stessa risulta assolutamente non adeguata. Questo infatti non si forma adeguatamente rimanendo in parte aperto.	4
Discreto	Relativamente alla scorrevolezza si segnala che il prodotto non è idrofilo, questo incide sulla perdita di scorrevolezza.	12
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla radiopacità di quanto proposto che risulta pertanto ottima.	20
Buono	Il confezionamento permette una facile apertura. E' presente l'invito all'apertura. Sono presenti 3 etichette rimovibili. E' presente il codice a barre. L'etichettatura è in italiano.	6
PUNTEGGIO TOTALE:		44
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		46

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Buono	0,8
Discreto	0,6
Sufficiente	0,4
Scarno	0,2
Non adeguato	0

Detti.	Detti.	Detti.	Media
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0

Detti.	Detti.	Detti.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,80	0,80	0,80	0,8

Detti.	Detti.	Detti.	Media
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0

Detti.	Detti.	Detti.	Media
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0

Detti.	Detti.	Detti.	Media
0,20	0,20	0,20	0,2
0,60	0,60	0,60	0,6
1,00	1,00	1,00	1
0,80	0,80	0,80	0,8

Lista de Cursos de Pós-graduação em Saúde Pública

Objetivo: Atualizar e aprofundar os conhecimentos em Saúde Pública, com ênfase na prevenção e promoção da saúde, visando à melhoria da qualidade da assistência e da gestão em saúde.

Modalidade: Presencial

Turno: Noturno

Local: Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo

Tempo de duração: 240 horas

N.º	Disciplina	Carga Horária	Pré-requisito
1	Introdução à Saúde Pública	30	
2	Surveillance	30	
3	Alimentação	30	
4	Controle de Qualidade	30	

Curso de Pós-graduação em Saúde Pública

Objetivo: Atualizar e aprofundar os conhecimentos em Saúde Pública, com ênfase na prevenção e promoção da saúde, visando à melhoria da qualidade da assistência e da gestão em saúde.

Disciplina	Carga Horária	Pré-requisito
1	30	
2	30	
3	30	
4	30	

Curso de Pós-graduação em Saúde Pública

Objetivo: Atualizar e aprofundar os conhecimentos em Saúde Pública, com ênfase na prevenção e promoção da saúde, visando à melhoria da qualidade da assistência e da gestão em saúde.

Disciplina	Carga Horária	Pré-requisito
1	30	
2	30	
3	30	
4	30	

Curso de Pós-graduação em Saúde Pública

Objetivo: Atualizar e aprofundar os conhecimentos em Saúde Pública, com ênfase na prevenção e promoção da saúde, visando à melhoria da qualidade da assistência e da gestão em saúde.

Disciplina	Carga Horária	Pré-requisito
1	30	
2	30	
3	30	
4	30	

Curso de Pós-graduação em Saúde Pública

Objetivo: Atualizar e aprofundar os conhecimentos em Saúde Pública, com ênfase na prevenção e promoção da saúde, visando à melhoria da qualidade da assistência e da gestão em saúde.

Disciplina	Carga Horária	Pré-requisito
1	30	
2	30	
3	30	
4	30	

Curso de Pós-graduação em Saúde Pública

Objetivo: Atualizar e aprofundar os conhecimentos em Saúde Pública, com ênfase na prevenção e promoção da saúde, visando à melhoria da qualidade da assistência e da gestão em saúde.

Disciplina	Carga Horária	Pré-requisito
1	30	
2	30	
3	30	
4	30	

Curso de Pós-graduação em Saúde Pública

Objetivo: Atualizar e aprofundar os conhecimentos em Saúde Pública, com ênfase na prevenção e promoção da saúde, visando à melhoria da qualidade da assistência e da gestão em saúde.

Disciplina	Carga Horária	Pré-requisito
1	30	
2	30	
3	30	
4	30	

Curso de Pós-graduação em Saúde Pública

Objetivo: Atualizar e aprofundar os conhecimentos em Saúde Pública, com ênfase na prevenção e promoção da saúde, visando à melhoria da qualidade da assistência e da gestão em saúde.

Disciplina	Carga Horária	Pré-requisito
1	30	
2	30	
3	30	
4	30	

Curso de Pós-graduação em Saúde Pública

Objetivo: Atualizar e aprofundar os conhecimentos em Saúde Pública, com ênfase na prevenção e promoção da saúde, visando à melhoria da qualidade da assistência e da gestão em saúde.

Disciplina	Carga Horária	Pré-requisito
1	30	
2	30	
3	30	
4	30	

ASSEGNAZIONE IN CONVENZIONE

Lotto 35: STENT URETERALE DOPPIO J MAGNETICO

Caratteristiche richieste:

Set in confezione sterile composto da:

- stent ureterale a doppio J (aperto/aperto), radiopaco, con estremità "vescicale" metallica per la rimozione

con dispositivo magnetico;

- calibri varie, lunghezze varie, pluriforato con tacche di misurazione;

- guida 0.035 lunga circa 150 cm;

- introduttore;

- dispositivo di rimozione magnetico.

N. PAR.	PARAMETRO	PUNTEGGIO MAX	CRITERIO MOTIVAZIONALE
1	Facilità di formazione del ricciolo	15	Verrà accordata preferenza ai prodotti con maggior facilità di arricciamento
2	Scorrevolezza	20	Verrà accordata preferenza ai dispositivi che presentano la miglior capacità di scorrere nello strumento endoscopico e nell'uretere
3	Meccanismo di rimozione	10	Verrà accordata preferenza ai prodotti che presentano la minor traumaticità
4	Radiopacità	20	Verrà accordata preferenza al dispositivo che presenti una maggior radiopacità
5	Confezionamento	5	Verrà accordata preferenza al confezionamento primario che presenti la migliore facilità di apertura, la presenza di etichette con codice a barre, movibili e adesive

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Buono	0,8
Discreto	0,6
Sufficiente	0,4
Scarso	0,2
Non adeguato	0

Non serve riparametrazione in quanto in ogni parametro almeno un concorrente raggiunge il valore massimo

COLMA SRL		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Non si riscontrano problematiche relativamente alla facilità di formazione del ricciolo che viene valutata ottima.	15
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla scorrevolezza intesa come miglior capacità di scorrere nello strumento endoscopico e nell'uretere che risulta ottima.	20
Ottimo	Non si segnalano problematiche connesse alla radiopacità di quanto proposto che risulta pertanto ottima.	10
Ottimo	non si riscontrano problematiche relative alla perfetta visibilità dei marker radiopachi	20
Ottimo	Il confezionamento permette una facile apertura. Presente un invito alla apertura. E' presente altresì il codice a barre rimovibile. Presente la doppia etichetta, rimovibile. L'etichettatura è in italiano come previsto dai documenti di gara.	5
PUNTEGGIO TOTALE:		70
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1

ASSEGNAZIONE IN CONVENZIONE

Lotto 36: DISPOSITIVO PER LA RIMOZIONE DEGLI STENT URETERALI

Caratteristiche richieste:

- Dispositivo costituito da un cistoscopio flessibile monouso con videocamera digitale e pinza integrata, da collegare ad un monitor portatile digitale pluriuso.
- Monitor a corredo in noleggio.

N. PAR.	PARAMETRO	PUNTEGGIO MAX	CRITERIO MOTIVAZIONALE
1	Calibro	20	Verrà accordata preferenza al prodotto di minor calibro
2	Praticità	25	Verrà accordata preferenza ai dispositivi che presentano la miglior maneggevolezza e comodità d'uso
4	Sistema di visione	20	Verrà accordata preferenza ai prodotti che forniscono la miglior qualità di visione
5	Confezionamento	5	Verrà accordata preferenza al confezionamento primario che presenti la migliore facilità di apertura, la presenza di etichette con codice a barre, movibili e adesive

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Buono	0,8
Discreto	0,6
Sufficiente	0,4
Scarso	0,2
Non adeguato	0

Non serve riparametrazione in quanto in ogni parametro almeno un concorrente raggiunge il valore massimo

SIRIUS MEDICAL SRL		
Giudizio	Motivazione	Punti
Buono	il calibro proposto (18 Fr) risulta sostanzialmente funzionale alle esigenze operative e dunque viene giudicato più che adeguato	16
Buono	La praticità d'uso viene ritenuta più che adeguata anche se il sistema proposto essendo disgiunto può necessitare della presenza di due operatori nella fase operativa per l'inserimento e successivo utilizzo della pinza	20
Ottimo	Non si riscontrano difficoltà/problematiche connesse alla visione la quale appare estremamente chiara	20
Ottimo	Il confezionamento permette una facile apertura. Presente un invito alla apertura. E' presente il codice a barre rimovibile. Presente altresì la tripla etichetta, rimovibile. L'etichettatura è in italiano come previsto dai documenti di gara.	5
PUNTEGGIO TOTALE:		61
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		

Dott.	Dott.	Dott.	Media
0,80	0,80	0,80	0,8
0,80	0,80	0,80	0,8
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1

COLOPLAST SPA		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	il calibro proposto (16,5 Fr) risulta perfettamente funzionale alle esigenze operative	20
Ottimo	La praticità d'uso viene ritenuta perfetta poichè la pinza è integrata nel videocistoscopio e questo permette l'utilizzo del device da parte di un solo operatore.	25
Ottimo	Non si riscontrano difficoltà/problematiche connesse alla visione la quale appare estremamente chiara	20
Ottimo	Il confezionamento permette una facile apertura. Presente un invito alla apertura. E' presente il codice a barre non rimovibile. Presente altresì la tripla etichetta, rimovibile. L'etichettatura è in italiano come previsto dai documenti di gara.	5
PUNTEGGIO TOTALE:		70
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1

ASSEGNAZIONE IN ACCORDO QUADRO AL 50%

Letto 37: URETEROSCOPIO FLESSIBILE MONOUSO

Caratteristiche richieste:
 - dispositivo costituito da un ureteroscopio flessibile monouso con videocamera digitale, da collegare ad un monitor digitale pluriuso;
 - lo strumento deve avere una deflessione attiva in entrambe le direzioni di almeno 270 gradi;
 - Monitor a corredo in noleggio.

N. PAR.	PARAMETRO	PUNTEGGIO MAX	CRITERIO
1	Calibro	20	Verrà accordata preferenza ai dispositivi che presentano il minor calibro
2	Praticità	30	Verrà accordata preferenza ai dispositivi che presentano la miglior praticità d'uso
3	Sistema di visione	15	Verrà accordata preferenza ai prodotti che forniscono la miglior qualità visiva
4	Confezionamento	5	Verrà accordata preferenza al confezionamento primario che presenti la migliore facilità di apertura, la presenza di etichette con codice a barre, mobili e adesive

MOVIS SRL		
Giudizio	Motivazione	Punti
Buono	Viene presentato unicamente il calibro da 9 fr che viene comunque ritenuto più che adeguato	16
Ottimo	La praticità d'uso viene valutata come ottima poiché sussiste la possibilità di blocco a piacere della curvatura dell'estremità, nonché risulta ottima la capacità di deflessione dell'estremità. Ottima anche la presenza di scala graduata di profondità e la presenza in punta della fonte luminosa (doppio led)	30
Ottimo	Sistema di archiviazione con memoria interna e possibilità di esportazione e/o memorizzazione diretta su supporto esterno Zoom 3x. Possibilità di acquisizione di immagini o video con pulsante sul manipolo del dispositivo	15
Buono	Facilità di apertura, etichetta in italiano, presenza di 4 etichette removibili, con indicazione di code, ref, lotto e scadenza, oltre a presenza etichetta non removibile con qr code.	4
PUNTEGGIO TOTALE:		65
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		70

PHOMED SRL		
Giudizio	Motivazione	Punti
Buono	Presenza di un calibro 7.7 fr. in punta 9.5 fr.	16
Discreto	Assenza di sistema di blocco/sblocco nella formazione del ricciolo. Assenza scala graduata, presenza di luce con origine dal manipolo. Assenza in confezione dei raccordi.	18
Sufficiente	Assenza sistema di acquisizione immagini/video, possibilità di registrazione delle immagini con collegamento a PACS o altri sistemi. Non è presente lo zoom. Presenza di regolazione automatica del bianco. Assenza di possibilità di regolazione luce dal manipolo.	12
Ottimo	facilità di apertura del confezionamento. Etichette non in italiano, presenza di etichette staccabili, due con QR code, ref e lotto ed una UDI	5
PUNTEGGIO TOTALE:		51
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		54,92

NEOS MEDICA SRL		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Presenza di due calibri	20
Buono	Assenza di un sistema attivo di blocco/sblocco nella formazione del ricciolo. Passivamente però mantiene la posizione che gli viene conferita. In punta presenta doppia fonte luminosa proveniente da manipolo. Ottima capacità di deflessione dell'estremità.	24
Ottimo	Sistema di archiviazione con memoria interna e possibilità di esportazione e/o memorizzazione diretta su supporto esterno Zoom 4x. Possibilità di acquisizione di immagini o video con pulsante sul manipolo del dispositivo, configurabili da parte dell'operatore	15
Buono	facilità di apertura del confezionamento. Etichette non in italiano. Presenza di tre etichette staccabili, con codice barre, ref e lotto	4
PUNTEGGIO TOTALE:		63
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		67,85

Piemmemed		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Presenza di due calibri	20
Sufficiente	Il sistema durante l'utilizzo, con particolare riguardo al manipolo, la scala illuminazione da manipolo. Non è presente una scala graduata di profondità. Assenza sistema blocco/sblocco della curvatura acquisita.	12
Sufficiente	Assenza di sistema di archiviazione/registrazione. Assenza di sistema di cattura immagine sul manipolo, acquisizione immagine tramite portale e touch screen, Zoom 2x	6
Sufficiente	facilità di apertura, presenza di 4 etichette staccabili con codice UDI, etichetta non in italiano, assenza di indicazione del mandatorio europeo	2
PUNTEGGIO TOTALE:		40
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		40

Medical System		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Presenza di due calibri 9 e 7.5 Fr	20
Discreto	illuminazione da manipolo. Il manipolo presenta resistenza nella guida/formazione ricciolo. Non è presente una scala graduata di profondità. Assenza sistema blocco/sblocco della curvatura acquisita.	18
Buono	Presenza di monitor dedicato con possibilità di acquisizione immagini/registrazione e archiviazione. Presenza di sistema interfacciabile con apparecchiature di sala operatoria con funzione di archiviazione. Possibilità di acquisizione/registrazione anche da manipolo. Regolazione automatica del bianco e possibilità di regolazione della luminosità dal manipolo. No Zoom.	12
Discreto	sistema di facile apertura, etichetta non in italiano, manca mandatorio europeo in techetta. Present 5 etichette con codice a barre UDI rimovibili	3
PUNTEGGIO TOTALE:		53
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		57,08

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Buono	0,8
Discreto	0,6
Sufficiente	0,4
Scarno	0,2
Non adeguato	0

Dott.	Dott.	Dott.	Media
0,80	0,80	0,80	0,8
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,80	0,80	0,80	0,8

Dott.	Dott.	Dott.	Media
0,80	0,80	0,80	0,8
0,60	0,80	0,60	0,6
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
0,80	0,80	0,80	0,8
0,40	0,40	0,40	0,4
0,80	0,80	0,80	0,8

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
0,60	0,80	0,60	0,6
0,80	0,80	0,80	0,8
0,40	0,40	0,40	0,4

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
0,60	0,80	0,60	0,6
0,80	0,80	0,80	0,8
0,60	0,80	0,60	0,6

Non serve riparametrazione in quanto in ogni parametro almeno un concorrente raggiunge il valore massimo

ASSEGNAZIONE IN ACCORDO QUADRO AL 50%

Lotto 39: ENDOPROTESI URETERALI AUTOESPANDIBILI

Caratteristiche richieste:

- endoprotesi autoespandibili ureterali completamente ricoperte costituite da una maglia in monofilamento di Nitinol, autoconformante, completamente coperta in PTFE, provvista di sistema di rimozione;
- lunghezze comprese tra 6 e 20 cm;
- diametro compreso tra 7-8 e 10 mm;
- la confezione deve comprendere il sistema di posizionamento o di rilascio provvisto di marcatori radiopachi.

N. PAR.	PARAMETRO	PUNTEGGIO MAX	CRITERIO MOTIVAZIONALE
1	Praticità	25	Verrà accordata preferenza ai dispositivi che presentano la miglior facilità di posizionamento e rimozione
2	Flessibilità	10	Verrà accordata preferenza ai dispositivi che risultano maggiormente flessibili
	Periodo di permanenza	15	Verrà accordata preferenza ai dispositivi che presentino un maggior periodo di impianto
3	Varietà e lunghezza calibro	15	Verrà accordata preferenza ai prodotti che presentano la maggior varietà di calibro e lunghezza
4	Confezionamento	5	Verrà accordata preferenza al confezionamento primario che presenti la migliore facilità di apertura, la presenza di etichette con codice a barre, movibili e adesive confezione

70

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Buono	0,8
Discreto	0,6
Sufficiente	0,4
Scarso	0,2
Non adeguato	0

Non serve riparametrazione in quanto in ogni parametro almeno un concorrente raggiunge il valore massimo

Medical System Srl		
Giudizio	Motivazione	Punti
Ottimo	Molto pratico il sistema di posizionamento. Miglior facilità di rimozione grazie alla possibilità di sfilacciamento dello stent e questo rende più agevole la manovra di estrazione.	25
Ottimo	Non si riscontrano problematiche connesse alla flessibilità	10
Ottimo	Dispositivo approvato per la permanenza fino a 3 anni.	15
Buono	Le lunghezze vanno da un minimo di 6 cm ad un massimo di 20 cm. I diametri disponibili sono di 8 mm. e 10 mm. La gamma proposta viene giudicata più che adeguata alle esigenze interventistiche.	12
Buono	Il confezionamento permette una facile apertura. Presente un invito alla apertura. E' presente il codice a barre rimovibile. Presente altresì la tripla etichetta, rimovibile. Non presenta vassoio in plastica ma in cartone, meno pratico nella manovra di estrazione.	4
PUNTEGGIO TOTALE:		66
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		70

Dott.	Dott.	Dott.	Media
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1
0,80	0,80	0,80	0,8
0,80	0,80	0,80	0,8

VERSAN & DAFNE MD SRL		
Giudizio	Motivazione	Punti
Buono	Molto pratico il sistema di posizionamento. Lo stent, all'atto della rimozione, si estrae intero, questo rende meno agevole la manovra di estrazione.	20
Ottimo	Non si riscontrano problematiche connesse alla flessibilità	10
Discreto	Da letteratura della documentazione tecnica dai 15 ai 24 mesi	9
Ottimo	Le protesi offerte sono disponibili in diametri da 7, 8 e 10 mm e lunghezze da 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm. La gamma proposta viene giudicata ottima che adeguata alle esigenze interventistiche.	15
Ottimo	Il confezionamento permette una facile apertura. Presente un invito alla apertura. E' presente il codice a barre rimovibile. Presente altresì la tripla etichetta, rimovibile. Presenta vassoio in plastica che risulta agevole la manovra di estrazione del dispositivo.	5
PUNTEGGIO TOTALE:		59
EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE:		62,58

Dott.	Dott.	Dott.	Media
0,80	0,80	0,80	0,8
1,00	1,00	1,00	1
0,60	0,60	0,60	0,6
1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1

Lotto 2 - ASSEGNAZIONE IN CONVENZIONE

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	Punteggio Totale	Graduatoria
Coloplast Spa	68,96	42.770,00	30,00	98,96	1
PROMED	70,00	98.700,00	18,31	89,23	2

Lotto 3 - ASSEGNAZIONE IN ACCORDO QUADRO AL 50%

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
PROMED	70,00	277.860,00	26,56	96,56	1
BARD Srl	66,00	171.768,00	30,00	96,00	2
COOK ITALIA S.R.L.	68,00	338.484,00	24,01	92,01	3

Lotto 4 - ACCORDO QUADRO AL 50%

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
COOK ITALIA S.R.L.	67,50	239.756,00	30,00	97,50	1
PROMED	70,00	261.552,00	21,58	91,58	2
TELEFLEX MEDICAL S.R.L.	65,00	271.360,20	10,81	75,81	3

Lotto 5 - ACCORDO QUADRO AL 50%

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE	70,00	301.829,00	27,75	97,75	1
Coloplast Spa	68,75	332.847,00	27,16	95,91	2
TAU MEDICA S.R.L.	66,00	209.729,40	29,34	95,34	3
COLMA SRL	66,00	345.970,00	26,91	92,91	4
Medival S.r.l.	70,00	548.780,00	21,87	91,87	5
BARD Srl	66,00	476.007,00	23,97	89,97	6
COOK ITALIA S.R.L.	66,00	501.060,00	23,30	89,30	7
PROMED	66,00	596.500,00	20,19	86,19	8
E.F.M.SRL	51,50	167.974,40	30,00	81,50	9

Lotto 6 - ACCORDO QUADRO AL 50%

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
Carlo Bianchi srl	68,75	248.481,52	27,42	96,17	1
OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE	70,00	304.612,00	24,97	94,97	2
PROMED	70,00	337.120,00	23,24	93,24	3
Coloplast Spa	68,75	335.916,00	23,31	92,06	4
COOK ITALIA S.R.L.	70,00	356.384,00	22,06	92,06	5
E.F.M.SRL	55,50	175.543,20	30,00	85,50	6
COLMA SRL	50,00	431.032,00	14,76	64,76	7

Lotto 7 - ACCORDO QUADRO AL 50%

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE	70,00	69.552,00	30,00	100,00	1
COOK ITALIA S.R.L.	66,00	98.280,00	14,10	80,10	2

Lotto 8 - ACCORDO QUADRO AL 50%

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
MOVI S.P.A.	66,00	111.150,00	30,00	96,00	1
COOK ITALIA S.R.L.	70,00	147.250,00	24,97	94,97	2
COLMA SRL	70,00	151.050,00	24,98	94,98	3
Coloplast Spa	70,00	151.050,00	24,98	94,98	4
Medival S.r.l.	64,00	180.500,00	15,90	79,90	5
PROMED	70,00	189.905,00	3,99	73,99	6

Lotto 9 - CONVENZIONE 1° CLASSIFICATO

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
Coloplast Spa	70,00	64.728,00	30,00	100,00	1

Lotto 10 - ACCORDO QUADRO AL 50%

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
Carlo Bianchi srl	70,00	116.424,00	30,00	100,00	1

Lotto 11 - ACCORDO QUADRO AL 50%

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
BARD Srl	70,00	165.678,00	23,25	93,25	1
OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE	70,00	167.553,60	22,04	92,04	2
COOK ITALIA S.R.L.	70,00	176.098,00	11,33	81,33	3
PROMED	70,00	176.098,00	11,33	81,33	4
TAU MEDICA S.R.L.	45,00	150.350,18	30,00	75,00	5

Lotto 12 - CONVENZIONE 1° CLASSIFICATO

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE	70,00	76.212,00	30,00	100,00	1
COOK ITALIA S.R.L.	70,00	94.900,00	21,3	91,30	2
PROMED	70,00	102.200,00	12,44	82,44	3

Lotto 14 - ACCORDO QUADRO AL 50%

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
E.F.M.SRL	67,50	54.516,00	27,35	94,85	1
COOK ITALIA S.R.L.	70,00	64.680,00	24,36	94,36	2
TAU MEDICA S.R.L.	63,50	43.058,40	30,00	93,50	3
PROMED	67,50	84.700,00	11,04	78,54	4

Lotto 15 - ACCORDO QUADRO AL 50%

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
BARD Srl	65,88	17.404,00	30,00	95,88	1
COOK ITALIA S.R.L.	58,68	17.862,00	28,64	87,32	2
PROMED	70,00	20.152,00	16,73	86,73	3

Lotto 16 - ACCORDO QUADRO AL 50%

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
Carlo Bianchi srl	64,00	25.404,80	30,00	94,00	1
E.F.M.SRL	59,50	35.912,30	15,92	75,42	2
COOK ITALIA S.R.L.	70,00	37.360,00	0,00	70,00	3

Lotto 17 - ACCORDO QUADRO AL 50%

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
Carlo Bianchi srl	62,75	9.193,60	30,00	92,75	1
COOK ITALIA S.R.L.	70,00	13.520,00	0	70,00	2

Lotto 18 - ACCORDO QUADRO AL 50%

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
E.F.M.SRL	70,00	11.424,00	30,00	100,00	1
PROMED	66,40	14.784,00	14,61	92,96	2

Lotto 19 - ACCORDO QUADRO AL 50%

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
MOVI S.P.A.	67,88	149.730,00	30,00	97,88	1
BARD Srl	70,00	193.200,00	19,58	89,58	2
COOK ITALIA S.R.L.	70,00	195.500,00	18,53	88,53	3
PROMED	70,00	195.500,00	18,53	88,53	4
OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE	70,00	195.500,00	18,53	88,53	5
TAU MEDICA S.R.L.	70,00	200.100,00	15,90	85,90	6

Lotto 20 - ACCORDO QUADRO AL 50%

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
COOK ITALIA S.R.L.	70,00	81.257,00	30,00	100,00	1
Coloplast Spa	70,00	81.257,00	30,00	100,00	2

Lotto 21 - CONVENZIONE 1° CLASSIFICATO

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
COOK ITALIA S.R.L.	70,00	16.055,00	28,94	98,94	1
OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE	66,25	14.872,00	30,00	96,25	2
Coloplast Spa	66,25	18.590,00	26,30	92,55	3

Lotto 22 - CONVENZIONE 1° CLASSIFICATO

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
PROMED	69,00	17.280,00	30,00	99,00	1
OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE	69,00	41.040,00	24,96	93,96	2
COOK ITALIA S.R.L.	70,00	54.000,00	20,73	90,73	3

Lotto 23 - CONVENZIONE 1° CLASSIFICATO

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE	70,00	450.000,00	22,00	92,00	2
PROMED	67,62	375.000,00	24,85	92,47	1
COLMA SRL	57,06	178.500,00	30,00	87,06	3
COOK ITALIA S.R.L.	62,34	525.000,00	17,87	80,21	4

Lotto 24 - ACCORDO QUADRO AL 50%

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
COOK ITALIA S.R.L.	70,00	106.400,00	17,59	87,59	1
Carlo Bianchi srl	52,00	78.836,80	30,00	82,00	2
E.F.M.SRL	52,25	82.432,00	28,98	81,23	3

Lotto 25 - CONVENZIONE 1° CLASSIFICATO

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
TAU MEDICA S.R.L.	70,00	26.526,50	30,00	100,00	1
COOK ITALIA S.R.L.	66,00	35.678,50	6,98	72,98	2

Lotto 26 - CONVENZIONE 1° CLASSIFICATO

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
Coloplast Spa	70,00	47.390,00	30,00	100,00	1
COLMA SRL	61,00	60.253,00	28,61	89,61	2
SEDA S.P.A.	53,00	128.630,00	13,90	66,90	3

Lotto 27 - CONVENZIONE 1° CLASSIFICATO SOSPESO

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
COLMA SRL	70,00	184.785,60	30,00	100,00	1

Lotto 28 - ACCORDO QUADRO AL 50%

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
Coloplast Spa	70,00	110.100,00	28,86	98,86	1
HS HOSPITAL SERVICE S.P.A.	66,29	155.975,00	24,37	90,66	2
Carlo Bianchi srl	56,21	95.420,00	30,00	86,21	3
PROMED	61,52	201.850,00	15,93	77,45	4
TELEFLEX MEDICAL S.R.L.	64,60	216.163,00	5,27	69,87	5

Lotto 29 - CONVENZIONE 1° CLASSIFICATO

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
Coloplast Spa	66,00	20.040,00	30,00	96,00	1
Medival S.r.l.	60,00	23.380,00	28,14	88,14	2
COOK ITALIA S.R.L.	70,00	36.740,00	11,29	81,29	3

Lotto 30 - CONVENZIONE 1° CLASSIFICATO

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
COOK ITALIA S.R.L.	70,00	237.750,00	11,56	81,56	1
E.F.M.SRL	49,00	91.613,00	30,00	79,00	2

Lotto 32 - ACCORDO QUADRO AL 50%

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
COOK ITALIA S.R.L.	70,00	157.275,00	6,68	76,68	1
OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE	46,00	123.795,00	30,00	76,00	2

Lotto 33 - ACCORDO QUADRO AL 50%

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
COLMA SRL	70,00	278.880,00	30,00	100,00	1
COOK ITALIA S.R.L.	65,00	324.800,00	18,40	83,40	2

Lotto 34 - ACCORDO QUADRO AL 50%

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
COLMA SRL	68,00	161.028,00	30,00	98,00	1
COOK ITALIA S.R.L.	68,00	195.960,00	25,07	93,07	2
PROMED	70,00	230.040,00	15,47	85,47	3

Lotto 35 - CONVENZIONE 1° CLASSIFICATO

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
COLMA SRL	70,00	138.308,00	0,00	70,00	1

Lotto 36 - ACCORDO QUADRO AL 50%

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
Coloplast Spa	70,00	127.200,00	13,12	83,12	2

Lotto 37 - ACCORDO QUADRO AL 50%

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
NEOS MEDICA SRL	67,85	463.760,00	30,00	97,85	1
MOVI S.P.A.	70,00	997.800,00	23,27	93,27	2
MEDICAL SYSTEM S.R.L.	57,08	704.000,00	27,44	84,52	3
PROMED	54,92	971.384,00	23,72	78,64	4

Lotto 39 - ACCORDO QUADRO AL 50%

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
MEDICAL SYSTEM S.R.L.	70,00	349.600,00	30,00	100,00	1
VERSAN & DAFNE MD SRL	62,58	356.960,00	25,74	88,32	2

Totale aggiudicazione (sul 1° class.) per il biennio €	Proroga semestrale €	Differenza con B.A. per il biennio €	Aggiudicazione totale per art. 80 ex art. 35 €	Importo a base d'asta biennale €	Risparmio quadriennale sulla B.A. %
4.695.962,42	1.173.990,61	2.936.890,58	10.565.915,45	7.632.853,00	38,48

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	Importo complessivo biennale offerto (IVA esclusa)	Importo complessivo quadriennale offerto (IVA esclusa)	Aggiudicazione totale per art. 80 ex art. 35 €	Lotto di riferimento	Totale complessivo per ditta €
Coloplast Spa	42.770,00	85.540,00	96.232,50	2	412.228,00
Coloplast Spa	64.728,00	129.456,00	145.638,00	9	
Coloplast Spa	47.390,00	94.780,00	106.627,50	26	
Coloplast Spa	110.100,00	220.200,00	247.725,00	28	
Coloplast Spa	20.040,00	40.080,00	45.090,00	29	
Coloplast Spa	127.200,00	254.400,00	286.200,00	36	
PROMED	277.860,00	555.720,00	625.185,00	3	670.140,00
PROMED	17.280,00	34.560,00	38.880,00	22	
PROMED	375.000,00	750.000,00	843.750,00	23	
COOK ITALIA S.R.L.	239.756,00	479.512,00	539.451,00	4	838.493,00
COOK ITALIA S.R.L.	81.257,00	162.514,00	182.828,25	20	
COOK ITALIA S.R.L.	16.055,00	32.110,00	36.123,75	21	
COOK ITALIA S.R.L.	106.400,00	212.800,00	239.400,00	24	
COOK ITALIA S.R.L.	237.750,00	475.500,00	534.937,50	30	
COOK ITALIA S.R.L.	157.275,00	314.550,00	353.868,75	32	
OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE	301.829,00	603.658,00	679.115,25	5	447.593,00
OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE	69.552,00	139.104,00	156.492,00	7	
OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE	76.212,00	152.424,00	171.477,00	12	
Carlo Bianchi srl	248.481,52	496.963,04	559.083,42	6	399.503,92
Carlo Bianchi srl	116.424,00	232.848,00	261.954,00	10	
Carlo Bianchi srl	25.404,80	50.809,60	57.160,80	16	
Carlo Bianchi srl	9.193,60	18.387,20	20.685,60	17	
MOVI S.P.A.	111.150,00	222.300,00	250.087,50	8	260.880,00
MOVI S.P.A.	149.730,00	299.460,00	336.892,50	19	
BARD Srl	165.678,00	331.356,00	372.775,50	11	183.082,00
BARD Srl	17.404,00	34.808,00	39.159,00	15	
E.F.M.SRL	54.516,00	109.032,00	122.661,00	14	65.940,00
E.F.M.SRL	11.424,00	22.848,00	25.704,00	18	
TAU MEDICA S.R.L.	26.526,50	53.053,00	59.684,63	25	26.526,50
COLMA SRL	278.880,00	557.760,00	627.480,00	33	578.216,00
COLMA SRL	161.028,00	322.056,00	362.313,00	34	
COLMA SRL	138.308,00	276.616,00	311.193,00	35	
NEOS MEDICA SRL	463.760,00	927.520,00	1.043.460,00	37	463.760,00
MEDICAL SYSTEM S.R.L.	349.600,00	699.200,00	786.600,00	39	349.600,00
	4.695.962,42	9.391.924,84	10.565.915,45		4.695.962,42