

Procedura aperta per la fornitura in accordo quadro, suddivisa in lotti, di sistemi per la diagnostica HLA a favore delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto.

VERBALE DEL 19/10/2023

Il giorno 19/10/2023 alle ore 11:00 mediante collegamento da remoto tramite Google Meet si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 01/06/2023, per lo svolgimento delle operazioni indicate nel Disciplinare di Gara inerenti la procedura in oggetto.

La Commissione Giudicatrice risulta così composta:

- Presidente:** Dott.ssa Maria Antonietta Saracino – Dirigente Medico UOC Medicina Trasfusionale Azienda ULSS 3 Serenissima
- Componenti:** Dott.ssa Elena Nicolis – Dirigente Biologo UOC Medicina Trasfusionale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona
- Dott.ssa Elisabetta Durante – Dirigente Biologo UOC Medicina Trasfusionale Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
- Dott.ssa Monica Mantia - Dirigente Biologo UOC Medicina Trasfusionale Azienda ULSS 8 Berica
- Dott.ssa Roberta Favero – Dirigente Biologo UOC Medicina Trasfusionale Azienda Ospedale – Università Padova

Le funzioni di Segretario Verbalizzante sono svolte dal Dott. Marco Sterzi.

La Commissione Giudicatrice prende atto delle risultanze della seduta del Seggio di Gara del 15/05/2023, della successiva seduta del 19/05/2023 nonché delle proprie precedenti sedute del 26/06/2023, del 31/07/2023, del 29/08/2023, del 22/09/2023, del 02/10/2023 e del 03/10/2023 come da relativi Verbali custoditi in atti della U.O.C. CRAV.

I punteggi tecnici riparametrati e ed economici assegnati per il lotto 3 della presente procedura sono i seguenti:

Lotto	Operatore economico	Punteggio tecnico riparametrato	Punteggio economico assegnato	Punteggio complessivo assegnato
Lotto 3	Astra Formedic S.r.l.	60,24 punti	29,69 punti	89,93 punti
	Dia4it S.r.l.	66,96 punti	29,82 punti	96,78 punti
	Lagitre S.r.l.	70 punti	30 punti	100 punti
	Società Prodotti Antibiotici S.p.A.	66,08 punti	29,78 punti	95,86 punti

La Commissione Giudicatrice ha approvato, per il Lotto 3, la seguente graduatoria:

- 1) Lagitre S.r.l.
- 2) Dia4it S.r.l.
- 3) Società Prodotti Antibiotici S.p.A.
- 4) Astraformedic S.r.l.

Con nota n. 271/23 del 16/10/2023 la Ditta Dia4it S.r.l. ha richiesto alla Commissione Giudicatrice di rivedere il punteggio assegnato ai prodotti offerti per quanto attiene il criterio discrezionale “Caratteristiche della Metodica” in particolar modo per quanto attiene i passaggi della metodica e la necessità di compensazione del colore.

La Commissione Giudicatrice, all’esito dell’analisi delle osservazioni presentate dalla Ditta Dia4it S.r.l. esprime in via disgiunta le seguenti considerazioni:

Dott.ssa Maria Antonietta Saracino: “Verificato che i prodotti offerti non prevedono la compensazione del colore, per una valutazione di tipo qualitativo, si è dato preferenza ad una tecnologia più semplice senza l’utilizzo di sonde a fluorescenza, e che utilizzasse una strumentazione di nuova generazione. Il kit DIA4it prevede l’utilizzo di mix contenenti primer e sonde marcate con diversi coloranti fluorescenti. Pur avendo il vantaggio di rilevare la fluorescenza in tempo reale soprattutto utile ad un saggio di tipo quantitativo potrebbe risultare più complessa ai fini interpretativi (Q e Ct), e per tal motivo allo stato attuale risulta essere meno performante ai requisiti richiesti”.

Dott.ssa Monica Mantia: “Verificato che i prodotti offerti non prevedono la compensazione del colore si è provveduto a rivalutare il discreto numero di passaggi. È stata valutata come una buona caratteristica il fatto che, tramite il codice a barre, il flusso dei dati di lettura dal termociclatore al software interpretativo avviene automaticamente”.

Dott.ssa Elena Nicolis: “Verificato che i prodotti offerti non prevedono la compensazione del colore si ritiene che la metodica dal punto di vista dell’esecuzione e di interpretazione non incontra completamente i requisiti richiesti in quanto si è data preferenza ad una tecnologia più semplice senza l’utilizzo di sonde a fluorescenza”.

Dott.ssa Elisabetta Durante: “Verificato che i prodotti offerti non prevedono la compensazione del colore, nelle istruzioni per l’uso è previsto lo step di diluizione dei campioni di DNA prima di aggiungerli alla Mix da seminare successivamente in piastra, e non è previsto quindi un range di concentrazione accettabile per ciascuna tipologia di kit utilizzato che eviterebbe tale passaggio manuale”.

Dott.ssa Roberta Favero: “Verificato che i prodotti offerti non prevedono la compensazione del colore, il sistema offerto presenta buone caratteristiche in merito al numero dei passaggi e alla manualità richiesta per l’esecuzione del test ed una discreta complessità dal punto di vista interpretativo (la verifica dei risultati avviene tramite visualizzazione degli istogrammi della intensità di reazione di ogni singola sonda con modalità intuitiva, possono essere comunque visualizzate anche precisa indicazione quantitativa della lettura di fluorescenza della sonda specifica e del controllo interno)”.

- Sulla scorta di quanto sopra esposto i Commissari assegnano i seguenti coefficienti:

- Dott.ssa Maria Antonietta Saracino 0,4;
- Dott.ssa Elisabetta Durante 0,4;
- Dott.ssa Monica Mantia 0,5
- Dott.ssa Elena Nicolis 0,4;
- Dott.ssa Roberta Favero 0,6.

Come previsto all’art. 15.2 del Disciplinare di Gara la media dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario è pari a 0,46.

Il nuovo punteggio assegnato al concorrente Dia4it S.r.l. per il criterio in questione è pari a 6,9.

Il nuovo punteggio tecnico assegnato al concorrente Dia4it S.r.l. è pari a 58,94.

Il nuovo punteggio tecnico riparametrato per il concorrente Dia4it S.r.l. è quindi pari a 69,80.

La Commissione all’unanimità conferma i giudizi espressi sull’offerta tecnica presentata dal concorrente Dia4it S.r.l. in merito agli altri criteri di valutazione previsti per il lotto in questione.

La Commissione prende atto che il nuovo punteggio complessivo assegnato al concorrente Dia4it S.r.l. è pari a 99,62 punti.

I punteggi complessivi assegnati per il Lotto 3, tenuto conto della modifica sopra descritta, sono i seguenti:

Lotto	Operatore economico	Punteggio tecnico riparametrato	Punteggio economico assegnato	Punteggio complessivo assegnato
Lotto 3	Astra Formedic S.r.l.	60,24 punti	29,69 punti	89,93 punti
	Dia4it S.r.l.	69,80 punti	29,82 punti	99,62 punti
	Lagitre S.r.l.	70 punti	30 punti	100 punti
	Società Prodotti Antibiotici S.p.A.	66,08 punti	29,78 punti	95,86 punti

La Commissione Giudicatrice prende atto che la graduatoria di merito per il Lotto 3 non ha subito modifiche ed è pertanto la seguente:

- 1) Lagitre S.r.l.
- 2) Dia4it S.r.l.
- 3) Società Prodotti Antibiotici S.p.A.
- 4) Astraformedic S.r.l.

La Commissione Giudicatrice conclude i propri lavori e la seduta termina alle ore 12:15

Dott.ssa Maria Antonietta Saracino

Dott.ssa Elena Nicolis

Dott.ssa Elisabetta Durante

Dott.ssa Monica Mantia

Dott.ssa Roberta Favero

Dott. Marco Sterzi

Maria Antonietta Saracino
Elena Nicolis
Elisabetta Durante
Monica Mantia
Roberta Favero
M. Sterzi

