



Procedura aperta telematica per la fornitura, mediante accordo quadro, di Ausili di Serie Elenco 2B dell'Allegato 5 del Nuovo Nomenclatore Tariffario (DPCM 12 gennaio 2017) in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto – Quarta Tranche

CHIARIMENTI dal n. 16 al n. 25

QUESITO N. 16

Lotto 10

12.27.07.006 Passeggino riducibile: ausilio emendato come da art. 30 bis "Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza" incluso nella Manovra correttiva del Governo del 27 maggio 2017. L'ausilio in questione, infatti, è descritto da uno dei codici emendati dall'art. 30 bis "Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza" incluso nella Manovra correttiva del Governo del 27 maggio 2017, con il quale si identificano quegli ausili che, data la specificità e la destinazione d'uso per persone con patologie gravi e complesse, non possono essere forniti attraverso una pubblica procedura d'acquisto.

Si ritiene, per questo motivo, che la tipologia di ausilio in questione non possa essere fornito attraverso lo strumento della gara. Inoltre riteniamo ci sia un refuso sull'aggiuntivo "Basculamento del sistema di seduta" perché non è una caratteristica propria di un passeggino chiudibile ad ombrello ed è stato eliminato anche in altre gare regionali.

RISPOSTA N. 16

Si vedano le modifiche alla documentazione di gara – di prossima pubblicazione.

Si conferma che l'ausilio in questione può essere oggetto di gara, non essendo intervenute diverse disposizioni da parte della Commissione Nazionale per l'aggiornamento dei LEA.

QUESITO N. 17

Lotto 11

18.09.21.003/18.09.21.006 Seggiolone a configurazione fissa/Seggiolone a configurazione regolabile: ausilio emendato come da art. 30 bis "Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza" incluso nella Manovra correttiva del Governo del 27 maggio 2017. L'ausilio in questione, infatti, è descritto da uno dei codici emendati dall'art. 30 bis "Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza" incluso nella Manovra correttiva del Governo del 27 maggio 2017, con il quale si identificano quegli ausili che, data la specificità e la destinazione d'uso per persone con patologie gravi e complesse, non possono essere forniti attraverso una pubblica procedura d'acquisto. Si ritiene, per questo motivo, che la tipologia di ausilio in questione non possa essere



fornito attraverso lo strumento della pubblica procedura d'acquisto. Inoltre, tra le caratteristiche descritte per il Seggiolone a configurazione variabile, si cita il "poggiatesta regolabile nei tre piani dello spazio"; questa caratteristica, tuttavia, non è descritta tra quelle richieste nel testo corrispettivo del DPCM 12 gennaio 2017 alla voce "Seggiolone a configurazione variabile", ove invece si legge "h) appoggiatesta regolabile in altezza".

RISPOSTA N. 17

Si vedano le modifiche alla documentazione di gara – di prossima pubblicazione

Si conferma che l'ausilio in questione può essere oggetto di gara, non essendo intervenute diverse disposizioni da parte della Commissione Nazionale per l'aggiornamento dei LEA.

QUESITO N. 18

In alcuni lotti, nelle descrizioni così come riportato dal testo dei nuovi lea compare la scritta: "è fortemente suggerita la prescrizione dei braccioli di sostegno" (Esempio lotto 2B/2C/2D). Ovviamente il prodotto che ha questa dotazione costa di più di quello che non c'è l'ha.

La dotazione "fortemente suggerita" è un vincolo a cui ci dobbiamo attenere nella presentazione delle offerte oppure no?

RISPOSTA N. 18

Si vedano le modifiche alla documentazione di gara – di prossima pubblicazione

QUESITO N. 19

Lotto 10 e sublotto.

Relativamente al lotto 10 si ritiene che alcuni accessori, nello specifico, 10 B basculamento del sistema di seduta, non possano essere forniti a parte successivamente, ma debbano fare parte della configurazione di partenza del passeggino, in quanto o il passeggino li ha sempre o non possono essere montati in un secondo momento. Come si può comporre quindi l'offerta visto che il fabbisogno indicato di pezzi di basculamento (10B) è nettamente inferiore al numero di passeggini (10A) e quindi non sempre il basculamento è richiesto?

Si domanda se si possano offrire due modelli di passeggini, dove quando è necessario il basculamento si offre un modello con il basculamento integrato (quindi più costoso) e quando non è richiesto si offre un modello più economico dove gli altri accessori invece si possono montare.

RISPOSTA N. 19

Si vedano le modifiche alla documentazione di gara – di prossima pubblicazione

QUESITO N. 20

Lotto 11B seggiolone a configurazione regolabile

La descrizione nei nuovi Lea può dare adito a confusione nell'individuazione dell'articolo in quanto non sufficientemente dettagliata. Si chiede pertanto di precisare se anche questo seggiolone debba avere le caratteristiche delle misure pediatriche, per l'infanzia come l'11 A quindi (con la sola differenza che la configurazione non è fissa ma regolabile), o se ci si riferisca al seggiolone polifunzionale (iso 18.09), adatto per le persone adulte, del precedente nomenclatore tariffario.

RISPOSTA N. 20



Si vedano le modifiche alla documentazione di gara – di prossima pubblicazione. Per il Lotto 11 – sub B) non sono previste misure pediatriche.

QUESITO N. 21

LOTTO 2B Nel Capitolato Tecnico a pagina nr. 2 è indicato nel capoverso con titolo 09.12 Ausili per evacuazione "...sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc)", mentre a pagina nr. 4 al codice iso 09.12.12.003 "SGABELLO WC vengono riportate le seguenti caratteristiche "Lotto 2 B - 09.12.12.003 - Sgabello wc Ausilio per favorire le funzioni fisiologiche. (È fortemente suggerita la prescrizione combinata dei braccioli di sostegno (fissi, abbassabili o estraibili) per la sicurezza ed un maggior comfort della persona classe 18.18)"

Al fine di presentare il prodotto idoneo si chiede di comunicare se lo sgabello wc deve essere comprensivo di "sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc" e quindi il riferimento ai braccioli di sostegno è un mero refuso. Si prega di chiarire.

RISPOSTA N. 21

Si vedano le modifiche alla documentazione di gara – di prossima pubblicazione

QUESITO N. 22

A pagina 3 del Capitolato Tecnico, lotto 1D e 1E sono indicate le medesime caratteristiche tecniche per entrambi i sub lotti, si differenziano nel titolo e nel prezzo indicato a Base d'asta. Si chiede cortesemente di specificare le caratteristiche tecniche per ciascun riferimento (in particolare per la presenza o meno dell'inclinazione dell'appoggiagambe...) altrimenti il prodotto da offrire sarà il medesimo.

RISPOSTA N. 22

Si vedano le modifiche alla documentazione di gara – di prossima pubblicazione

QUESITO N. 23

A pagina 4 del Capitolato Tecnico, lotto 2D è richiesto: 'Lotto 2D - 09.12.15.006 - Rialzo rimovibile morbido per wc ad altezza regolabile Dispositivo regolabile in altezza fissabile in più posizioni; (è fortemente suggerita la prescrizione combinata dei braccioli di sostegno (fissi, abbassabili o estraibili) per la sicurezza ed un maggior comfort della persona classe 18.18)'

Si chiede conferma se per "morbido" si intende il rialzo con ciambella imbottita supplementare.

RISPOSTA N. 23

Il rialzo deve essere in materiale morbido, senza ciambelle aggiuntive

QUESITO N. 24

A pagina 8 del Capitolato Tecnico per il cod. iso "LOTTO 7 E - 12.06.09.003 -Deambulatore a sedile con quattro ruote piroettanti" nelle caratteristiche tecniche è riportata la seguente precisazione "Il sistema di riducibilità deve essere perfettamente funzionante e garantito per almeno un anno". Si



prega gentilmente di chiarire tecnicamente che cosa si intende per il sistema di riducibilità, a quale parte del deambulatore fate riferimento.

RISPOSTA N. 24

L'espressione "sistema di riducibilità", indica che il fatto che il telaio deve essere pieghevole

QUESITO N. 25

In relazione alle caratteristiche tecniche richieste per lotto 12, si chiede di specificare se la portata massima del letto si intende comprensiva o meno di materasso.

RISPOSTA N. 25

La portata massima del letto è comprensiva del materasso.

Il Direttore UOC CRAV

Dott.ssa Sandra Zuzzi