

REPUBBLICA ITALIANA

**Regione del Veneto**

AZIENDA ZERO

\*\*\*\*\*

**Procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura, tramite un accordo quadro biennale con tre operatori economici, di portatili per grafia a servizio dei "pre- triage" presso le strutture di pronto soccorso, per il rinnovo tecnologico e per il soddisfacimento delle necessità delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto nell'ambito della gestione dell'emergenza legata al propagarsi del virus COVID-19.**

## **VERBALE DI GARA**


SEDUTA RISERVATA DEL 04 MAGGIO 2022

ESAME OFFERTE TECNICHE

Il giorno **04 maggio 2022** alle **ore 15:30** presso la sede della U.O.C. Logistica, in Passaggio Gaudenzio, n. 1, a Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte tecniche - economiche presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto in oggetto, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 340 del 26/05/2021.

La Commissione, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 777 del 08/11/2021, risulta così composta:

Presidente: **Dott. Gabriele Meliadò**, UOC Fisica Sanitaria Azienda Ospedaliera Integrata Universitaria di Verona;



Componenti: **Dott. Giorgio De Conti**, Direttore UOC Radiologia Azienda Ospedale – Università di Padova;

**Ing. Alan Pettenà**, Ingegneria Clinica Azienda ULSS 4 Veneto Orientale;

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.


Ai fini della verbalizzazione, è presente il Dott. Massimo Zuin, dipendente in servizio presso l'U.O.C. Logistica.

Il Presidente e i Componenti della Commissione giudicatrice dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e in relazione ai suddetti concorrenti partecipanti alla gara, che non ricorre alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, come da dichiarazioni già sottoscritte e agli atti dell'U.O.C. Logistica.

La Commissione, preliminarmente, procede alla lettura della documentazione di gara, con particolare riferimento al Capitolato tecnico e ai suoi allegati e ai Criteri di aggiudicazione di cui all'art. 18 del Disciplinare di gara.

La Commissione prosegue l'esame delle offerte tecniche dei seguenti otto operatori economici:

- CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l. a Socio Unico di Genova;
- FUJIFILM Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio;
- TECHNOLOGIC S.r.l. di Torino;
- INTERMEDICAL S.r.l. di Grassobbio;
- SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.p.a. di Milano;
- Biesse Medica S.r.l. di Roma;
- Siemens Healthcare S.r.l. di Milano;
- Primax International S.r.l. di Torre de' Roveri.




Dall'esame delle offerte tecniche dei suddetti otto operatori economici, si prosegue nell'analisi complessiva dei singoli parametri della Tabella "Criteri di valutazione e punteggi". A tal proposito i Componenti della Commissione ribadiscono che rilevano e valutano concordemente su ogni singolo punto e per ogni singolo Operatore economico proseguendo il lavoro già iniziato nelle precedenti riunioni.

#### **Rif. 7 – Funzioni di acquisizione ed elaborazione delle immagini**

Primax International S.r.l.: buono: buona la dotazione di software per il miglioramento della qualità dell'immagine; BIESSE MEDICA S.r.l.: sufficiente: la dotazione di software è basilare; Carestream Health S.r.l.: sufficiente: buona la dotazione di software per il miglioramento della qualità dell'immagine, minore profondità dei pixel (12 bit); Fujifilm Italia S.p.A.: ottimo: ampia dotazione di software per la elaborazione e il miglioramento della qualità dell'immagine; INTERMEDICAL S.r.l.: scarso: la dotazione di software è basilare, il tempo di preview dell'immagine e il tempo di visualizzazione dell'immagine diagnostica sono elevati; Samsung Electronics Italia S.p.A.: buono: buona la dotazione di software per il miglioramento della qualità dell'immagine; Siemens Healthcare S.r.l.: sufficiente: la dotazione di software è basilare; TECHNOLOGIC S.r.l.: buono: buona la dotazione di software per il miglioramento della qualità dell'immagine.

#### **Rif. 8 – Funzioni di visualizzazione, archiviazione e trasmissione delle immagini**

Primax International S.r.l.: sufficiente: monitor di qualità accettabile, privo del secondo display sul complesso radiogeno; BIESSE MEDICA S.r.l.: sufficiente: monitor di qualità accettabile, dotato di secondo monitor sul complesso radiogeno con funzionalità ridotte che non permettono la preview dell'immagine; Carestream Health S.r.l.: buono: monitor di qualità adeguate, dotato di secondo monitor sul complesso radiogeno che permette la preview dell'immagine; Fujifilm Italia S.p.A.: buono: monitor di alta qualità, privo del secondo display sul complesso radiogeno; INTERMEDICAL S.r.l.: sufficiente: monitor di qualità accettabile, privo del secondo display sul complesso radiogeno; Samsung Electronics Italia S.p.A.: buono:



monitor di qualità adeguate, dotato di secondo monitor sul complesso radiogeno che permette la preview dell'immagine; Siemens Healthcare S.r.l.: scarso: monitor di piccole dimensioni, privo del secondo display sul complesso radiogeno; TECHNOLOGIC S.r.l.: buono: monitor di alta qualità, privo del secondo display sul complesso radiogeno.

### Rif. 9 – Ingombri e facilità di movimentazione

Primax International S.r.l.: sufficiente: peso eccessivo dell'apparecchiatura e sistema di rilevamento delle collisioni eccessivamente sensibile che rallenta la manovrabilità; BIESSE MEDICA S.r.l.: sufficiente: larghezza e peso elevati; Carestream Health S.r.l.: buono: peso elevato, dimensioni contenute e facilità di movimentazione; Fujifilm Italia S.p.A.: buono: peso elevato, dimensioni contenute e facilità di movimentazione; INTERMEDICAL S.r.l.: buono: peso elevato, dimensioni contenute e facilità di movimentazione; Samsung Electronics Italia S.p.A.: ottimo: basso peso, dimensioni contenute e facilità di movimentazione; Siemens Healthcare S.r.l.: buono: dimensione elevata in altezza durante lo spostamento, peso ridotto; TECHNOLOGIC S.r.l.: buono: peso elevato, dimensioni contenute e facilità di movimentazione.

Il Presidente, nell'impossibilità di concludere i lavori in data odierna, sospende la seduta e, d'intesa con i Componenti, aggiorna i lavori alle ore **15:00** del giorno **16.05.2022**.

La seduta ha termine alle ore **18:30**.

Il verbale consta di n. 4 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE Dott. Gabriele Meliadó \_\_\_\_\_

IL COMPONENTE Dott. Giorgio De Conti \_\_\_\_\_

IL COMPONENTE Ing. Alan Pettenà \_\_\_\_\_

Il Segretario verbalizzante Dott. Massimo Zuin \_\_\_\_\_