

OSSERVAZIONI CONSULTAZIONE DI MERCATO

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sublotto	Operatore Economico	Osservazione	Proposta di modifica
1	A	Protesi vascolare Dacron Knitted retta	Protesi pretrattate al collagene/gelatina con porosità < 10 ml/min/cm2. Lunghezze variabili con calibri da 6 mm a 24 mm.	ASAMEDICAL GROUP SRL UNIP.		Possibilità di separare il lotto in due lotti distinti
1	B	Protesi vascolare Dacron Knitted retta	Protesi pretrattate al collagene/gelatina con porosità < 10 ml/min/cm2. Lunghezze variabili con supporto radiale nei piccoli	ASAMEDICAL GROUP SRL UNIP.		Possibilità di separare il lotto in due lotti distinti
3	A	Protesi vascolare Dacron Woven multibranched (arco aortico)	Protesi pretrattate al collagene/gelatina con porosità < 0.5 ml/min/cm2. Lunghezze variabili con calibri da 20 mm a 34 mm. Confezione doppia sterile.	SEROM MEDICAL TECHNOLOGY	possibilità di rispondere con piu' prodotti visto l'ampio spettro di trattamenti	poiché la descrizione può essere riferita a più tipologie di prodotti , si chiede di poter dividere il lotto con le seguenti tipologie: 1) Protesi con una branca 2) protesi multibranche 3) protesi multibranche con collare 4) protesi triforcate per arco aortico 5) protesi triforcata per aortico con branca laterale 6) protesi multibranche 4br. per procedura Elephan Trunk
8	A	Patch biologici	Patch biologici in materiale eterologo, varie forme e almeno una dimensione ricompresa nei seguenti range: larghezza da mm 6 a mm 8; lunghezza da mm 80 a mm 100	Aptiva Medical	richiesta di aggiudicazione per singolo sublotto relativamente al lotto n. 8, l'aggiudicazione avvenga per singolo sublotto, indicando per ognuno la relativa base d'asta.	
8	B	Patch biologici	Patch biologici in materiale eterologo, varie forme e almeno tre dimensioni ricomprese nei seguenti range: larghezza da mm 10 a mm 40; lunghezza da mm 30 a mm 140	Aptiva Medical	richiesta di aggiudicazione per singolo sublotto relativamente al lotto n. 8, l'aggiudicazione avvenga per singolo sublotto, indicando per ognuno la relativa base d'asta.	si richiede ampliamento range: larghezza da mm 10 a mm 50; lunghezza da mm 30 a mm 160
8	C	Patch biologici	Patch biologici in materiale eterologo, varie forme e almeno due dimensioni ricomprese nei seguenti range: larghezza da mm 25 a mm 60; lunghezza da mm 80 a mm 150	Aptiva Medical	richiesta di aggiudicazione per singolo sublotto relativamente al lotto n. 8, l'aggiudicazione avvenga per singolo sublotto, indicando per ognuno la relativa base d'asta.	si richiede ampliamento range: larghezza da mm 25 a mm 70; lunghezza da mm 80 a mm 150
8	D	Patch biologici	Patch biologici in materiale eterologo, varie forme e almeno una dimensione ricompresa nei seguenti range: larghezza da mm 80 a mm 100; lunghezza da mm 140 a mm 160	Aptiva Medical	richiesta di aggiudicazione per singolo sublotto relativamente al lotto n. 8, l'aggiudicazione avvenga per singolo sublotto, indicando per ognuno la relativa base d'asta.	
8	A	Patch biologici	Patch biologici in materiale eterologo, varie forme e almeno una dimensione ricompresa nei seguenti range: larghezza da mm 6 a mm 8; lunghezza da mm 80 a mm 100	Humana Medical	Patch BioIntegral Patch biologici in pericardio porcino "No-React" , per l'utilizzo non necessitano di risciacquo prima dell'uso	
8	B	Patch biologici	Patch biologici in materiale eterologo, varie forme e almeno tre dimensioni ricomprese nei seguenti range: larghezza da mm 10 a mm 40; lunghezza da mm 30 a mm 140	Humana Medical	Patch BioIntegral Patch biologici in pericardio porcino "No-React" , per l'utilizzo non necessitano di risciacquo prima dell'uso	
8	C	Patch biologici	Patch biologici in materiale eterologo, varie forme e almeno due dimensioni ricomprese nei seguenti range: larghezza da mm 25 a mm 60; lunghezza da mm 80 a mm 150	Humana Medical	Patch BioIntegral Patch biologici in pericardio porcino "No-React" , per l'utilizzo non necessitano di risciacquo prima dell'uso	
8	D	Patch biologici	Patch biologici in materiale eterologo, varie forme e almeno una dimensione ricompresa nei seguenti range: larghezza da mm 80 a mm 100; lunghezza da mm	Humana Medical	Patch BioIntegral Patch biologici in pericardio porcino "No-React" , per l'utilizzo non necessitano di risciacquo prima dell'uso	

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sublotto	Operatore Economico	Osservazione	Proposta di modifica
8	E	Patch biologici	Patch biologici in materiale eterologo, varie forme e almeno una dimensione superiore a larghezza mm 100; lunghezza mm 160	Humana Medical	Patch BioIntegral Patch biologici in pericardio porcino "No-React" , per l'utilizzo non necessitano di risciacquo prima dell'uso	
8	A	Patch biologici	Patch biologici in materiale eterologo, varie forme e almeno una dimensione ricompresa nei seguenti range: larghezza da mm 6 a mm 8; lunghezza da mm 80 a mm 100	LeMaitre Vascular Srl	Al fine di consentire alla scrivente di offrire la tipologia di materiale biologico più idoneo , si chiede di precisare la tipologia di patch (es. pericardio Bovino) e se preformato in base alle misure elencate. Inoltre chiediamo se il lotto 8 con le varie voci A-B-C-D-E sia da considerarsi lotto unico.	poter offrire per singole voci anziché a lotto intero
8	B	Patch biologici	Patch biologici in materiale eterologo, varie forme e almeno tre dimensioni ricomprese nei seguenti range: larghezza da mm 10 a mm 40; lunghezza da mm 30 a mm 140	LeMaitre Vascular Srl	Al fine di consentire alla scrivente di offrire la tipologia di materiale biologico più idoneo , si chiede di precisare la tipologia di patch (es. pericardio Bovino) e se preformato in base alle misure elencate. Inoltre chiediamo se il lotto 8 con le varie voci A-B-C-D-E sia da considerarsi lotto unico.	poter offrire per singole voci anziché a lotto intero
8	C	Patch biologici	Patch biologici in materiale eterologo, varie forme e almeno due dimensioni ricomprese nei seguenti range: larghezza da mm 25 a mm 60; lunghezza da mm 80 a mm 150	LeMaitre Vascular Srl	Al fine di consentire alla scrivente di offrire la tipologia di materiale biologico più idoneo , si chiede di precisare la tipologia di patch (es. pericardio Bovino) e se preformato in base alle misure elencate. Inoltre chiediamo se il lotto 8 con le varie voci A-B-C-D-E sia da considerarsi lotto unico.	poter offrire per singole voci anziché a lotto intero
8	D	Patch biologici	Patch biologici in materiale eterologo, varie forme e almeno una dimensione ricompresa nei seguenti range: larghezza da mm 80 a mm 100; lunghezza da mm 140 a mm 160	LeMaitre Vascular Srl	Al fine di consentire alla scrivente di offrire la tipologia di materiale biologico più idoneo , si chiede di precisare la tipologia di patch (es. pericardio Bovino) e se preformato in base alle misure elencate. Inoltre chiediamo se il lotto 8 con le varie voci A-B-C-D-E sia da considerarsi lotto unico.	poter offrire per singole voci anziché a lotto intero
8	E	Patch biologici	Patch biologici in materiale eterologo, varie forme e almeno una dimensione superiore a larghezza mm 100; lunghezza mm 160	LeMaitre Vascular Srl	Al fine di consentire alla scrivente di offrire la tipologia di materiale biologico più idoneo , si chiede di precisare la tipologia di patch (es. pericardio Bovino) e se preformato in base alle misure elencate. Inoltre chiediamo se il lotto 8 con le varie voci A-B-C-D-E sia da considerarsi lotto unico.	poter offrire per singole voci anziché a lotto intero
10	A	Protesi vascolari in PTFE parete standard		W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L.	La descrizione del lotto -colonna C e del sublotto colonna D identifica una categoria di protesi che non viene piu utilizzata da nessuna Ulss della Regione Veneto. Sarebbe opportuno pertanto identificare una protesi che meglio si adatti alle reali esigenze cliniche	Al fine di rappresentare al meglio le esigenze cliniche si chiede di sostituire la descrizione della colonna C con tale descrizione:"Stretch, a parete standard senza rinforzo ad anelli" e la descrizione della colonna D con tale descrizione: "Diametro interno da 5 mm a 24 mm e lunghezza protesi da 10 cm a 80 cm"
11	A	Protesi vascolari in PTFE parete standard rinforzata con anelli		W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L.	La descrizione del lotto -colonna C e del sublotto colonna D identifica una categoria di protesi che non viene piu utilizzata da nessuna Ulss della Regione Veneto. Sarebbe opportuno pertanto identificare una protesi che meglio si adatti alle reali esigenze cliniche	Al fine di rappresentare al meglio le esigenze cliniche si chiede di sostituire la descrizione della colonna C con tale descrizione:"Stretch, a parete standard senza rinforzo ad anelli" e la descrizione della colonna D con tale descrizione: "Diametro interno da 5 mm a 24 mm e lunghezza protesi da 10 cm a 80 cm"

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sublotto	Operatore Economico	Osservazione	Proposta di modifica
13	A	Protesi vascolari in PTFE rinforzate		LeMaitre Vascular Srl	Al fine di garantire la massima partecipazione si chiede di precisare se l'estensibilità e la lunghezza del rinforzo sono caratteristiche uniche pena esclusione	considerare l'estensibilità della protesi e la lunghezza del rinforzo come caratteristiche non essenziali
13	B	Protesi vascolari in PTFE rinforzate		LeMaitre Vascular Srl	Al fine di garantire la massima partecipazione si chiede di precisare se l'estensibilità e la lunghezza del rinforzo sono caratteristiche uniche pena esclusione	considerare l'estensibilità della protesi e la lunghezza del rinforzo come caratteristiche non essenziali
16	A	Protesi biologiche	Protesi biologiche rette, integrate con rinforzo in dacron. Diametro da 5 a 8 mm. Lunghezza protesi 20 cm.	Humana Medical	Le Proteti BioIntegral non necessitano di alcun rinforzo, in quanto il pericardio bovino con cui sono composte viene trattato in glutealdeide per fissare e sterilizzare il pericardio, successivamente viene lavato con procedimento “No-React” (segretato). Tale procedimento ha una validazione per tutti i prodotti biologici della società BioIntegral Canadese. Inoltre le Proteti non hanno mai avuto cedimenti strutturali, sia per quel che riguarda il diametro delle proteti che la lunghezza, questo è dovuto dal fatto che dell’endolizzazione che avviene all’interno delle proteti, e ciò ne rinforza la struttura. Misure disponibili 6-7-8 Diametro con lunghezza fino a 68 cm Prezzi diversi a seconda della misura e lunghezza	
16	B	Protesi biologiche	Protesi biologiche - Proteti biologiche rette, integrate con rinforzo in dacron. Diametro da 5 a 8 mm. Lunghezza protesi 40 cm.	Humana Medical	Le Proteti BioIntegral non necessitano di alcun rinforzo, in quanto il pericardio bovino con cui sono composte viene trattato in glutealdeide per fissare e sterilizzare il pericardio, successivamente viene lavato con procedimento “No-React” (segretato). Tale procedimento ha una validazione per tutti i prodotti biologici della società BioIntegral Canadese. Inoltre le Proteti non hanno mai avuto cedimenti strutturali, sia per quel che riguarda il diametro delle proteti che la lunghezza, questo è dovuto dal fatto che dell’endolizzazione che avviene all’interno delle proteti, e ciò ne rinforza la struttura. Misure disponibili 6-7-8 Diametro con lunghezza fino a 68 cm Prezzi diversi a seconda della misura e lunghezza	
16	C	Protesi biologiche	Protesi biologiche - Proteti biologiche rette, integrate con rinforzo in dacron. Diametro da 5 a 8 mm. Lunghezza protesi 50 cm.	Humana Medical	Le Proteti BioIntegral non necessitano di alcun rinforzo, in quanto il pericardio bovino con cui sono composte viene trattato in glutealdeide per fissare e sterilizzare il pericardio, successivamente viene lavato con procedimento “No-React” (segretato). Tale procedimento ha una validazione per tutti i prodotti biologici della società BioIntegral Canadese. Inoltre le Proteti non hanno mai avuto cedimenti strutturali, sia per quel che riguarda il diametro delle proteti che la lunghezza, questo è dovuto dal fatto che dell’endolizzazione che avviene all’interno delle proteti, e ciò ne rinforza la struttura. Misure disponibili 6-7-8 Diametro con lunghezza fino a 68 cm Prezzi diversi a seconda della misura e lunghezza	

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sublotto	Operatore Economico	Osservazione	Proposta di modifica
16	D	Protesi biologiche	Protesi biologiche - Proteti biologiche rette, integrate con rinforzo in dacron. Diametro da 5 a 8 mm. Lunghezza protesi 65 cm.	Humana Medical	Le Proteti BioIntegral non necessitano di alcun rinforzo, in quanto il pericardio bovino con cui sono composte viene trattato in glutealdeide per fissare e sterilizzare il pericardio, successivamente viene lavato con procedimento “No-React” (segretato). Tale procedimento ha una validazione per tutti i prodotti biologici della società BioIntegral Canadese. Inoltre le Proteti non hanno mai avuto cedimenti strutturali, sia per quel che riguarda il diametro delle proteti che la lunghezza, questo è dovuto dal fatto che dell’endolizzazione che avviene all’interno delle proteti, e ciò ne rinforza la struttura. Misure disponibili 6-7-8 Diametro con lunghezza fino a 68 cm Prezzi diversi a seconda della misura e lunghezza	
17	A	Protesi biologiche	Protesi biologiche - Proteti biologiche rette con o senza apparato valvolare. Vari diametri o lunghezze.	Humana Medical	Cosa si intende nel lotto proposto ? Con tale descrizione non si individua quale tipologia di Proteti biologiche rette vi riferite. Noi abbiamo tre tipologie di di proteti divrse Bioconduit Condotto Valvolato Aortico, Biopulmonic Condotto valvolato Polmonare, Injectable Biopulmonic, Proteti Vascolari anche quelle di grandi dimensioni. I prodotti BioIntegral in funzione della tipologia e della dimensione/lunghezza hanno prezzi diversi.	
17	B	Protesi biologiche	Protesi biologiche - Proteti biologiche biforcate. Vari diametri o lunghezze.	Humana Medical	le ns. Proteti biologiche biforcate BioIntegral in funzione della lunghezza hanno prezzi diversi. Disponibili 16x8 18x9 20x10 varie lunghezze da 25 cm a 50 cm, trattamento No-React	
26	A	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'arco aortico/ della aorta toracica:	Copertura inferiore o uguale a 10 cm, diametri vari	Promed Srl	La maggior parte delle endoprotesi in commercio hanno colletti prossimali minimi di 15mm mentre distali minimi di 25mm	Modifica alla dicitura "colletti distali minimi 25mm"
26	B	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'arco aortico/ della aorta toracica:	Copertura compresa tra 10 cm e 20 cm, diametri vari	Promed Srl	La maggior parte delle endoprotesi in commercio hanno colletti prossimali minimi di 15mm mentre distali minimi di 25mm	Modifica alla dicitura "colletti distali minimi 25mm"
26	C	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'arco aortico/ della aorta toracica:	Copertura superiore a 20 cm, diametri vari	Promed Srl	La maggior parte delle endoprotesi in commercio hanno colletti prossimali minimi di 15mm mentre distali minimi di 25mm	Modifica alla dicitura "colletti distali minimi 25mm"
27	A	Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell’arco aortico, costituita da dacron e nitinolo, custom made, corpo principale con branch interni singoli, doppi e tripli per i trochi sovraortici. Tecnologia auto-allineante e disponibilità di branche per i tronchi sovraortici dedicate custom made.		MEDICAL INSTRUMENTS S.p.A.	NON ABBIAMO NESSUNA OSSERVAZIONE DA FARE SULLA DESCRIZIONE DEL LOTTO	
27	A	Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell’arco aortico, costituita da dacron e nitinolo, custom made, corpo principale con branch interni singoli, doppi e tripli per i trochi sovraortici. Tecnologia auto-allineante e disponibilità di branche per i tronchi sovraortici dedicate custom made.		Promed Srl	La dicitura "tecnologia auto allineante" prevede una tecnologia ad introduttore doppio precurvato per l'arco aortico?	Se possibile specificare con introduttore precurvato
30	A	Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell’arco aortico, costituita da dacron e nitinolo, custom made in differenti configurazioni: scallop, fenestrature, coniche e rette. Tecnologia auto- allineante con possibilità di stent coperto o scoperto prossimale.		MEDICAL INSTRUMENTS S.p.A.	NON ABBIAMO NESSUNA OSSERVAZIONE DA FARE SULLA DESCRIZIONE DEL LOTTO	

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sublotto	Operatore Economico	Osservazione	Proposta di modifica
30	A	Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico, costituita da dacron e nitinolo, custom made in differenti configurazioni: scallop, fenestrature, coniche e rette. Tecnologia auto- allineante con possibilità di stent coperto o scoperto prossimale.		Promed Srl	La dicitura "tecnologia auto allineante" prevede una tecnologia che riesca a fa orientare correttamente la protesi in arco aortico?	Si potrebbe specificare la tipologia di tecnologia auto-allineante? Come per esempio una precurvatura oppure un supporto protesico a barra a spirale per la conformabilità all'arco aortico?
40	A	Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco e dell'aorta toraco addominale, custom made, con corpo non supportato e con tecnologia ad anelli.		Promed Srl	Vista la particolarità dei distretti anatomici e le diverse endoprotesi sarebbe opportuno fare due lotti separati, (non sublotti perché non si avrebbe la possibilità di rispondere a tutti e due) uno per arco aortico ed uno per toraco add. Oppure mettere la dicitura "..e/o.." al posto che solo "..e.."	Modificare la dicitura " ...patologie dell'arco e/o dell'aorta toraco add..."
41	A	Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'aorta toraco addominale, custom made con possibilità di stent libero in corrispondenza dei vasi viscerali, possibilità di branch esterni e/o interni e fenestrazioni, con o senza free-flow.		MEDICAL INSTRUMENTS S.p.A.	NON ABBIAMO NESSUNA OSSERVAZIONE DA FARE SULLA DESCRIZIONE DEL LOTTO	
44	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in acciaio: - sistema di rilascio idrofilico	Corpo principale biforcato, lunghezze varie, diametri vari	Cook Italia S.r.l.	La descrizione del 44a differisce da quella del 44b,44c,44d, 44e. Si richiede la modifica del 44a e la sua sostituzione con quella degli altri sublotti	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in acciaio e/o nitinolo e lunghezza del controlato da 70 a 128 mm: - sistema di rilascio idrofilico
50	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in nitinolo Low –Profile - sistema di rilascio idrofilico; - sistema di introduzione del corpo da 14 a 16 F OD.	Corpo principale biforcato, diametri vari	Cordis - Cardinal Health Italy 509 srl	- Si suggerisce di valutare positivamente la presenza di adeguata letteratura scientifica (5 Years Follow-up) - Si suggerisce di valutare positivamente la presenza di registri spontanei (Real life Experience). - Si suggerisce di valutare positivamente la semplificazione sia della fase pre-procedurale (pianificazione) e procedurale, sia l'accuratezza del posizionamento distale e minor rischio di copertura delle arterie ipogastriche.	nessuna modifica
50	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in nitinolo Low –Profile - sistema di rilascio idrofilico; - sistema di introduzione della branca iliaca da 12 a 13 F OD.	Branca iliaca ipsilaterale, lunghezze varie, diametri vari	Cordis - Cardinal Health Italy 509 srl	Si veda quanto scritto nel lotto 50 sublotto A	nessuna modifica
50	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in nitinolo Low –Profile - sistema di rilascio idrofilico; - sistema di introduzione della branca iliaca da 12 a 13 F OD.	Branca iliaca controlaterale, lunghezze varie, diametri vari	Cordis - Cardinal Health Italy 509 srl	Si veda quanto scritto nel lotto 50 sublotto A	nessuna modifica

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sublotto	Operatore Economico	Osservazione	Proposta di modifica
50	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in nitinolo Low –Profile - sistema di rilascio idrofilico; - sistema di introduzione della branca iliaca da 12 a 13 F OD.	Estensione iliaca, lunghezze varie, diametri vari	Cordis - Cardinal Health Italy 509 srl	Si veda quanto scritto nel lotto 50 sublotto A	nessuna modifica
50	E	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura in nitinolo, low profile	Cuffia aortica, lunghezze varie, diametri vari	Cordis - Cardinal Health Italy 509 srl	Si veda quanto scritto nel lotto 50 sublotto A	nessuna modifica
51	A	Endoprotesi vascolare per il trattamentodi aneurismi aortici e/o aorto-iliaci con impianto quadrimodulare		JOTEC SRL	Specificare cosa va offero eattamente. Va proposto l'impianto completo composto da branch iliaco e componenti addominali?	Specificare cosa va offero eattamente. Va proposto l'impianto completo composto da branch iliaco e componenti addominali?
56	A	Endoprotesi vascolari autoespandibili eparinate per il trattamento di aneurismi periferici o viscerali Diametro da 5 a 13 mm.	Lunghezza da cm 2.5 cm a 5 cm circa (in relazione al diametro)	ACILIA HS SRL	PRODOTTO ESCLUSIVO DI UNA SOLA AZIENDA	
56	B	Endoprotesi vascolari autoespandibili eparinate per il trattamento di aneurismi periferici o viscerali Diametro da 5 a 13 mm.	Lunghezza da cm 7,5 a cm 10 circa (in relazione al diametro)	ACILIA HS SRL	PRODOTTO ESCLUSIVO DI UNA SOLA AZIENDA	
56	C	Endoprotesi vascolari autoespandibili eparinate per il trattamento di aneurismi periferici o viscerali Diametro da 5 a 13 mm.	Lunghezza da cm 15 cm circa (in relazione al diametro)	ACILIA HS SRL	PRODOTTO ESCLUSIVO DI UNA SOLA AZIENDA	
56	D	Endoprotesi vascolari autoespandibili eparinate per il trattamento di aneurismi periferici o viscerali Diametro da 5 a 13 mm.	Lunghezza da cm 25 cm circa (in relazione al diametro)	ACILIA HS SRL	PRODOTTO ESCLUSIVO DI UNA SOLA AZIENDA	
57	A	Endoprotesi vascolare espandibile su pallone in ePTFE eparinato per il trattamento della patologia ostruttiva e dilatativa di tutti i vasi periferici compresi i viscerali	Diametri da mm 5 a mm 16 Lunghezze da mm 15 a mm 19 circa (in relazione al diametro)	ACILIA HS SRL	PRODOTTO ESCLUSIVO DI UNA SOLA AZIENDA	
57	B	Endoprotesi vascolare espandibile su pallone in ePTFE eparinato per il trattamento della patologia ostruttiva e dilatativa di tutti i vasi periferici compresi i viscerali	Diametri da mm 5 a mm 16 Lunghezze da mm 29 a mm 39 circa (in relazione al diametro)	ACILIA HS SRL	PRODOTTO ESCLUSIVO DI UNA SOLA AZIENDA	
57	C	Endoprotesi vascolare espandibile su pallone in ePTFE eparinato per il trattamento della patologia ostruttiva e dilatativa di tutti i vasi periferici compresi i viscerali	Diametri da mm 5 a mm 16 Lunghezze da mm 59 a mm 79 circa (in relazione al diametro)	ACILIA HS SRL	PRODOTTO ESCLUSIVO DI UNA SOLA AZIENDA	
57	A	Endoprotesi vascolare espandibile su pallone in ePTFE eparinato per il trattamento della patologia ostruttiva e dilatativa di tutti i vasi periferici compresi i viscerali	Diametri da mm 5 a mm 16 Lunghezze da mm 15 a mm 19 circa (in relazione al diametro)	W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L.	Nella descrizione del sublotto-colonna D sono richiesti diametri da 5 mm a 16 mm senza specificare se tali diametri siano quelli della endoprotesi in condizione di rilascio al diametro nominale o comprendano anche la condizione di rilascio in sovra-espansione	Si chiede conferma che tale descrizione debba essere letta in tal modo: da 5 mm a 11 mm sia il range di diametri in condizioni di rilascio al diametro nominale e per alcune configurazioni da 12 mm a 16 sia il range di diametri in condizione di rilascio in sovra-espansione della endoprotesi.

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sublotto	Operatore Economico	Osservazione	Proposta di modifica
57	B	Endoprotesi vascolare espandibile su pallone in ePTFE eparinato per il trattamento della patologia ostruttiva e dilatativa di tutti i vasi periferici compresi i viscerali	Diametri da mm 5 a mm 16 Lunghezze da mm 29 a mm 39 circa (in relazione al diametro)	W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L.	Nella descrizione del sublotto-colonna D sono richiesti diametri da 5 mm a 16 mm senza specificare se tali diametri siano quelli della endoprotesi in condizione di rilascio al diametro nominale o comprendano anche la condizione di rilascio in sovra-espansione	Si chiede conferma che tale descrizione debba essere letta in tal modo: da 5 mm a 11 mm sia il range di diametri in condizioni di rilascio al diametro nominale e per alcune configurazioni da 12 mm a 16 sia il range di diametri in condizione di rilascio in sovra-espansione della endoprotesi.
57	C	Endoprotesi vascolare espandibile su pallone in ePTFE eparinato per il trattamento della patologia ostruttiva e dilatativa di tutti i vasi periferici compresi i viscerali	Diametri da mm 5 a mm 16 Lunghezze da mm 59 a mm 79 circa (in relazione al diametro)	W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L.	Nella descrizione del sublotto-colonna D sono richiesti diametri da 5 mm a 16 mm senza specificare se tali diametri siano quelli della endoprotesi in condizione di rilascio al diametro nominale o comprendano anche la condizione di rilascio in sovra-espansione	Si chiede conferma che tale descrizione debba essere letta in tal modo: da 5 mm a 11 mm sia il range di diametri in condizioni di rilascio al diametro nominale e per alcune configurazioni da 12 mm a 16 sia il range di diametri in condizione di rilascio in sovra-espansione della endoprotesi.
58	A	Endoprotesi vascolari autoespandibili non eparinate per il trattamento di patologia ostruttiva dei vasi periferici o viscerali Diametro da 6 a 13,5 mm. Lunghezza da 40-120 mm.		ACILIA HS SRL	PRODOTTO ESCLUSIVO DI UNA SOLA AZIENDA	
58	A	Endoprotesi vascolari autoespandibili non eparinate per il trattamento di patologia ostruttiva dei vasi periferici o viscerali Diametro da 6 a 13,5 mm. Lunghezza da 40-120 mm.		CID S.p.A.	LOTTO DEDICATO AGLI STENT METALLICI AUTOESPANDIBILE E/O ESPANDIBILI SU PALLONE PER PAZIENTI ALLERGICI AL NICHEL O ALTRI ELEMENTI CHIMICI	Al fine di ampliare la platea dei concorrenti, riteniamo che si possa includere la possibilità di modificare e aggiungere il lotto per gli STENT METALLICI AUTOESPANTIBILI E/O ESPANTIBILI SU PALLONE
59	A	Endoprotesi vascolari non eparinate espandibili su pallone Diametro da 5-12 mm. Lunghezza varie		BARD	IN ALTRO LOTTO DESTINATO ALLA STESSA TIPOLOGIA DI PRODOTTO E' STATO SPECIFICATO, COME MATERIALE DI COMPOSIZIONE DELLA STRUTTURA DELL'ENDOPROTESI, IL CROMO COBALTO. PER IL PRESENTE LOTTO SI CHIEDE DI SPECIFICARE SE IL MATERIALE SIA L' ACCIAIO INOSSIDABILE 316L E IL RIVESTIMENTO sia IL ePTFE	
59	A	Endoprotesi vascolari non eparinate espandibili su pallone Diametro da 5-12 mm. Lunghezza varie		Health Defence S.r.l.	I diametri 5 mm e 12 mm non sono presenti a catalogo di tutte le aziende	Richiedere ampia gamma di diametri e lunghezze attribuendo un punteggio qualità maggiore in base al n. di diametri e lunghezze disponibili
59	A	Endoprotesi vascolari non eparinate espandibili su pallone Diametro da 5-12 mm. Lunghezza varie		CID S.p.A.	LOTTO DEDICATO AGLI STENT METALLICI AUTOESPANDIBILE E/O ESPANDIBILI SU PALLONE PER PAZIENTI ALLERGICI AL NICHEL O ALTRI ELEMENTI CHIMICI	Al fine di ampliare la platea dei concorrenti, riteniamo che si possa includere la possibilità di modificare e aggiungere il lotto per gli STENT METALLICI AUTOESPANTIBILI E/O ESPANTIBILI SU PALLONE

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sublotto	Operatore Economico	Osservazione	Proposta di modifica
60	A	Stent in cromo-cobalto espandibili su pallone rivestiti in PTFE	diametri da 12 a 24 mm	ACILIA HS SRL	PRODOTTO ESCLUSIVO DI UNA SOLA AZIENDA	
60	A	Stent in cromo-cobalto espandibili su pallone rivestiti in PTFE		BIO VASCULAR GROUP S.r.l.	il prodotto richiesto alla Voce A è inserito nello stesso lotto insieme al prodotto della voce B. Secondo ns conoscenza tali prodotti hanno quotazione di mercato differente.	Chiediamo che la gara possa prevedere per le 2 voci (A e B) prezzi unitari distinti oppure che siano stabiliti due lotti distinti per i due prodotti richiesti
60	B	Stent in cromo-cobalto espandibili su pallone rivestiti in PTFE		BIO VASCULAR GROUP S.r.l.	il prodotto richiesto alla Voce A è inserito nello stesso lotto insieme al prodotto della voce B. Secondo ns conoscenza tali prodotti hanno quotazione di mercato differente.	Chiediamo che la gara possa prevedere per le 2 voci (A e B) prezzi unitari distinti oppure che siano stabiliti due lotti distinti per i due prodotti richiesti
60	B	Stent in cromo-cobalto espandibili su pallone rivestiti in PTFE		Health Defence S.r.l.	Il diametro 5 mm non è presente a catalogo di tutte le aziende. Bassi profili sostituire con 6-8Fr ovvero si richiede che ci sia tolleranza verso altri bassi profili.	Richiedere ampia gamma di diametri e lunghezze attribuendo un punteggio qualità maggiore in base al n. di diametri e lunghezze disponibili
60	A	Stent in cromo-cobalto espandibili su pallone rivestiti in PTFE		JOTEC SRL	Si suggerisce di dedicare un lotto specifico per prodotto avente questa descrizione, anziché un lotto suddiviso in sub lotti A e B che comporterebbe l'esclusione se non si possono soddisfare le richieste del lotto unico (A+B).	Si suggerisce di dedicare un lotto specifico per prodotto avente questa descrizione, anziché un lotto suddiviso in sub lotti A e B che comporterebbe l'esclusione se non si possono soddisfare le richieste del lotto unico (A+B).
60	B	Stent in cromo-cobalto espandibili su pallone rivestiti in PTFE		JOTEC SRL	Si suggerisce di dedicare un lotto specifico per prodotto avente questa descrizione, anziché un lotto suddiviso in sub lotti A e B che comporterebbe l'esclusione se non si possono soddisfare le richieste del lotto unico (A+B).	Si suggerisce di dedicare un lotto specifico per prodotto avente questa descrizione, anziché un lotto suddiviso in sub lotti A e B che comporterebbe l'esclusione se non si possono soddisfare le richieste del lotto unico (A+B).
61	A	Endoprotesi vascolare rivestita in PTFE al carbonio, autoespandibile, in configurazione retta e conica.	Diametri e lunghezze varie	ACILIA HS SRL	PRODOTTO ESCLUSIVO DI UNA SOLA AZIENDA	
63	A	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: sistema di introduzione valvolati per endoprotesi lunghezze variabili da 33 cm a 45 cm e diametri variabili da 10 a 26 Fr		Cook Italia S.r.l.	Si richiede di dividere il Lotto 63 non in Sub lotti A e B ma in due lotti diversi	
63	B	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: sistema di introduzione valvolati per endoprotesi lunghezza minima 65 cm e diametri variabili da 10 a 26 Fr.		Cook Italia S.r.l.	Si richiede di dividere il Lotto 63 non in Sub lotti A e B ma in due lotti diversi	
63	A	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: sistema di introduzione valvolati per endoprotesi lunghezze variabili da 33 cm a 45 cm e diametri variabili da 10 a 26 Fr		Medtronic	L'azienda Medtronic ha nel suo portafoglio prodotti introduttori Valvolati (nome commerciale Sentrant) lunghezza da 28cm o 64 cm e diametri da 12 a 26 Fr	Per garantire la più ampia partecipazione al lotto si chiede la possibilità di modificare il lotto inserendo lunghezze variabili da 28cm
63	B	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: sistema di introduzione valvolati per endoprotesi lunghezza minima 65 cm e diametri variabili da 10 a 26 Fr.		Medtronic	L'azienda Medtronic ha nel suo portafoglio prodotti introduttori Valvolati (nome commerciale Sentrant) lunghezza 64 cm e diametri da 12 a 26 Fr	Per garantire la più ampia partecipazione al lotto si chiede la possibilità di modificare il lotto inserendo lunghezza minima oltre i 60cm

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sublotto	Operatore Economico	Osservazione	Proposta di modifica
64	A	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: sistema di introduzione armati e non armati per endoprotesi, dilatatore con punta distale rastremata e ad alta flessibilità, valvola antireflusso con via laterale di lavaggio e marker distale radiopaco.	diametri variabili da 5 a 12 Fr, lunghezza da 45 a 110 cm.	Cook Italia S.r.l.	Si richiede di dividere il Lotto 64 non in Sub lotti A e B ma in due lotti diversi.	
64	B	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: sistema di introduzione armati e non armati per endoprotesi, dilatatore con punta distale rastremata e ad alta flessibilità, valvola antireflusso con via laterale di lavaggio e marker distale radiopaco.	Diametri da 20 a 24 Fr e lunghezze da 25 a 40 cm.	Cook Italia S.r.l.	Si richiede di dividere il Lotto 64 non in Sub lotti A e B ma in due lotti diversi.	
69	A	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: pallone in PTFE trilobato per dilatazione aortica con mantenimento del flusso aortico. Misure varie		ACILIA HS SRL	PRODOTTO ESCLUSIVO DI UNA SOLA AZIENDA	
71	A	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: spirali da embolizzazione a rilascio controllato ad alto riempimento per embolizzazione endovascolare del sistema arterioso e venoso con diametro da 0.020 pollici compatibili con cateteri ad alto flusso da 0.025 a 0.027 pollici varie misure e lunghezze e gradi di morbidezza.		AB MEDICAL	RICHIESTA DI AGGIUNTA LOTTO poiché sarebbero disponibili spirali da embolizzazione a distacco controllato termico con piattaforme minori, compatibili con microcateteri con profilo inferiore potenzialmente utili in situazione di scarsa navigabilità	LOTTO AGGIUNTIVO: Spirali embolizzanti a distacco termico in lega di Platino e Tungsteno con dispositivo di distacco monopaziente. Disponibili in configurazione elicoidale e 3D con piattaforma da 0.010" e 0.018".Tutta la gamma è compatibile con microcateteri con diametro interno minimo di 0.0165" fino a 0.022". Lunghezze da 2 a 65 cm e diametri da 2 a 24 mm.
72	A	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: spirali da embolizzazione a rilascio controllato in lega di platino con conformabilità 3D, dotate di microfilamenti in fibra di PGLA, con sistema di distacco manuale.	varie misure con diametri da 2 a 20 mm e lunghezze da 4 a 50 cm con microcateteri da 0.0165 a 0.021 inch.	AB MEDICAL	RICHIESTA DI AGGIUNTA LOTTO poiché sarebbero disponibili spirali da embolizzazione con un più ampio range di misure e un sistema di distacco termico sicuro ed efficiente	LOTTO AGGIUNTIVO: Spirali embolizzanti a distacco termico in lega di Platino e Tungsteno con dispositivo di distacco monopaziente. Disponibili in configurazione elicoidale e 3D con piattaforma da 0.010" e 0.018".Tutta la gamma è compatibile con microcateteri con diametro interno minimo di 0.0165" fino a 0.022". Lunghezze da 2 a 65 cm e diametri da 2 a 24 mm.
73	A	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: plug da embolizzazione di vasi ad alto flusso, a rilascio controllato in nitinolo. Varie misure.		Abbott Medical Italia Srl	si allega scheda tecnica Plug I-II-IV	
74	A	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: plug da embolizzazione di vasi ad alto flusso, a rilascio controllato, riposizionabile e ricatturabile, in nitinolo parzialmente rivestito in PTFE con markers prossimali e distali.	Diametri da 3 a 9 mm.	KARDIA SRL		Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: plug da embolizzazione di vasi ad alto flusso, a rilascio controllato, riposizionabile, in nitinolo parzialmente rivestito in PTFE con markers prossimali e distali.
75	A	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: liquido embolizzante non adesivo composto da etilene e vinil-alco (EVOH) disciolto in dimetilsolfossido (DMSO) e da polvere di tantalio micronizzata con concentrazioni da 12 a 34 cp.		TECNOSTIM	La concentrazione 12 è esclusiva di una sola azienda sul mercato	Richiedere ampia gamma di concentrazione attribuendo eventualmente un punteggio qualità maggiore in base al n. di concentrazioini disponibili

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sublotto	Operatore Economico	Osservazione	Proposta di modifica
76	A	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: liquido embolizzante non adesivo composto da polimero disciolto in solvente a rilascio controllato radiopaco con indicazione di uso al trattamento di endoleak.		TECNOSTIM	L'indicazione di uso al trattamento di endoleak esclude la maggioranza delle aziende oggi presenti sul mercato	Inserire l'indicazione di uso al trattamento di endoleak come preferibile e non pena esclusione
77	A	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: dispositivo di chiusura percutanea a fili e aghi di fori d’accesso arteriosi non compressivo.	Fori con diamtro da 8,5 a 24 Fr	Abbott Medical Italia Srl	si allega scheda tecnica Prostar	
77	B	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: dispositivo di chiusura percutanea a fili e aghi di fori d’accesso arteriosi non compressivo.	Fori con diamtero da 5 a 21 Fr	Abbott Medical Italia Srl	si allega scehda tecnica Perclose (proglide e Prostyle)	
Comune a tutti i lotti				COOK	Al fine di rappresentare al meglio le esigenze cliniche si invita codesta Spettabile Azienda ad indicare, nella formulazione delle offerte economiche, una percentuale di sconto per acquisti di prodotti presenti nel listino prezzi degli Operatori Economici aggiudicatari e non oggetto di offerta diretta in fase di partecipazione. Tale percentuale non entrerà nel computo dell'assegnazione del punteggio economico.	