

**Procedura aperta telematica per la fornitura di Aghi e Siringhe in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, O.R.A.S. di Motta di Livenza e di APSS Trento.**

**2^ edizione**

**ULTERIORI RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO**

**Quesito 46**

**In riferimento al Capitolato Tecnico, LOTTO N. 9 "AGHI FISTOLA PER DIALISI CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA", pag. 8**

**Omissis "Lunghezza del tubo: almeno due misure nel range da 15cm a 30cm"**

Si chiede di confermare se sia necessario offrire due misure oppure di confermare se sia sufficiente presentare una misura al posto di un'altra all'interno del range.

***Risposta al quesito:***

*In merito al quesito posto si fa presente che per il lotto in esame, sono richieste, a pena di esclusione, almeno le due misure estreme.*

*Per maggior chiarezza, si informa che con provvedimento di prossima pubblicazione, verrà rettificato il Capitolato Tecnico, all'art. 1 "Specifiche tecniche minime comuni a tutti i lotti", come segue:*

*al posto di "a) quando nel prosieguo si riporta la dicitura "misure da... a...", si intende che sono richieste, a pena d'esclusione, almeno le due misure estreme, ove non altrimenti specificato",*

*leggasi "a) quando nel prosieguo si riporta la dicitura "misure da... a..." per i lotti n. 1, 3, 7 e 9, si intende che sono richieste, a pena di esclusione, almeno le due misure estreme; per tutti gli altri lotti, invece, si intende che è richiesta una misura, purché questa rientri nell'intervallo di misure richieste"*

***Con il medesimo provvedimento, verrà disposta la proroga dei termini di presentazione dell'offerta, che saranno debitamente comunicati attraverso i canali ufficiali di gara.***

**Quesito 47**

**In riferimento al Capitolato Tecnico, LOTTO N. 9 "aghi fistola per dialisi con dispositivo di sicurezza", pag. 8.**

**Omissis "Lunghezza del tubo: almeno due misure nel range da 15cm a 30cm"**

Si chiede di specificare se avendo a disposizione due tipologie di sistemi di protezione, è possibile offrire una tipologia per la misura del tubo da 15 cm e un'altra tipologia per la misura del tubo da 30 cm.

***Risposta al quesito:***

*Si confermano gli atti di gara.*

#### **Quesito 48**

In riferimento al Capitolato Tecnico, **LOTTO N. 10 "aghi-fistola per tecnica "ad ago singolo, pag. 8**

**Omissis "Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in idoneo materiale plastico e dotato di idoneo sistema di sicurezza"**

Si chiede di confermare che **il sistema di protezione** indicato nella descrizione degli AGHI-FISTOLA PER TECNICA "AD AGO SINGOLO" del lotto n. 10 si tratti di un refuso in quanto, per nostra conoscenza, non vi è attualmente alcun dispositivo presente sul mercato con tali caratteristiche.

#### **Risposta al quesito:**

*Si conferma che si tratta di un refuso. Con provvedimento di prossima pubblicazione, verrà rettificato il Capitolato Tecnico, eliminando dalla descrizione del lotto tale caratteristica*

#### **Quesito 49**

In riferimento al Capitolato Tecnico, **LOTTO N. 11 "aghi fistola per tecnica di venipuntura ad occhiello", pag. 8**

Si chiede di confermare, a pena di esclusione, la presenza del sistema di protezione per la tipologia di aghi descritti nel lotto n. 11.

#### **Risposta al quesito:**

*Si reinvia alla descrizione del capitolato tecnico per il lotto in esame.*

#### **Quesito 50**

In riferimento all'Allegato C.3 "MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA", LOTTO N. 10

All'interno del sopra citato allegato viene indicato, per gli AGHI-FISTOLA PER TECNICA "AD AGO SINGOLO", un prezzo unitario pari a € 0,39. A tal proposito si chiede di modificare il prezzo a base d'asta in quanto quello indicato non è in linea con il prezzo di mercato per il tipo di dispositivo richiesto.

#### **Risposta al quesito:**

*Si conferma la base d'asta già prevista*

#### **Quesito 51**

Con la presente sono a chiedere se all'interno della file .rar devono essere inseriti i documenti richiesti in formato pdf e apporre la firma digitale al file .rar stesso, oppure se anche all'interno del file .rar i documenti devono essere in pdf e firmati digitalmente.

#### **Risposta al quesito:**

*L'estensione ".rar" è riferita ad una cartella, dentro la quale vanno inseriti i documenti prescritti, sottoscritti come richiesto dal Disciplinare di gara.*

**Quesito 52**

si chiede conferma che i Cig già pagati saranno ritenuti valdi

*Risposta al quesito:*

*si conferma*