

OSSERVAZIONI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO PRESSORIO E PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

Numero	Operatore Economico	Articolo e Paragrafo	Pagg.	Oggetto dell'osservazione	Osservazione	Proposta di modifica
1	3M	PARAGRAFO LOTTO 8	6	LOTTO 8	sensore sterile	eliminare la dicitura sterile in quanto utilizzato sulla cute del paziente in posizione non sterile.
2	3M	PARAGRAFO LOTTO 8	6	LOTTO 8	copertura argentea riflettente	eliminare la dicitura in quanto ripetizione della successiva richiesta "presenza di isolamento da fonti di calore esterne". Inoltre tale richiesta individua dei precisi prodotti riducendo la forbice delle aziende possibilmente partecipanti
3	3M	PARAGRAFO LOTTO 8	6	LOTTO 8	sensore cutaneo per la misurazione della t° centrale	si richiede di prendere in considerazione la possibilità di creare un subplotto/lotto per "SENSORE CUTANEO MISURAZIONE T° CENTRALE CON tecnologia ZHF ("Zero Heat Flux") senza fattore di correzione (algoritmo). Dotato di circuito flessibile situato nel sensore che regola attivamente la propria temperatura per creare una zona di isolamento in cui la cessione di calore all'ambiente esterno viene eliminata
4	ATESMEDICA.COM SRL			LOTTI 7-8-9	Si chiede di valutare la possibilità di scorporare il costo dei cavi di collegamento al monitor da quello dei dispositivi. Sul mercato sono infatti disponibili diversi cavi di collegamento riutilizzabili destinati al monitor in uso (es Ge, Draeger, Philips..). La suddivisione dei costi permette di non incrementare i prezzi dei dispositivi (sonde) e consentirebbe ad ogni Ulss di scegliere liberamente i cavi dedicati ai monitor in uso presso il PO di riferimento	
5	ATESMEDICA.COM SRL			LOTTI 7-8-9	Il capitolato prevede una lunghezza minima del cavo delle sonde di 90cm. Poiché Le stesse sonde sono già collegate ad un cavo riutilizzabile lungo almeno 2 metri, si chiede di valutare una lunghezza minima del cavo della sonda intorno ai 50 cm circa, più che adeguata per la destinazione d'uso	
6	ATESMEDICA.COM SRL				Considerata l'imminente scadenza dello stato di emergenza Covid, si chiede la possibilità di un incontro con il gruppo di lavoro per chiarimenti specifici riguardo a dettagli tecnici riservati	
7	B BRAUN MILANO S.p.A.	art 2 lotto 1 par 7	3	1	due prolunghe, una prossimale di almeno 150 cm e l'altra distale di almeno 30 cm	due prolunghe, una prossimale di almeno 150 ± 30 cm e l'altra distale di almeno 30 ± 15 cm
8	B BRAUN MILANO S.p.A.	art 2 lotto 2 par 8	4	2	presenza di due punti di prelievo ematico, uno prossimale con prolunga di almeno 150 cm e uno distale con prolunga di almeno 30 cm	presenza di uno o più punti di prelievo ematico, quello distale posizionato a 30 ± 15 cm dal catetere arterioso
9	B BRAUN MILANO S.p.A.	art 2 lotto 3 par 5	4	3	due prolunghe, una prossimale di almeno 150 cm e l'altra distale di almeno 30 cm	due prolunghe sulla linea arteriosa, una prossimale di almeno 150 ± 30 cm e l'altra distale di almeno 30 ± 15 cm; una prolunga sulla via venosa lunga di almeno 150 ± 30 cm terminante con rubinetto a tre vie
10	B BRAUN MILANO S.p.A.	art 2 lotto 4 par 5	5	4	set collegamento trasduttore paziente per alta pressione con rubinetti a tre vie e due prolunghe, una prossimale di 150 cm e l'altra da 30 cm	Sulla via arteriosa set collegamento trasduttore paziente con rubinetti a tre vie e due prolunghe di almeno 150 ± 30 cm e l'altra distale di almeno 30 ± 15 cm; una prolunga sulla via venosa lunga almeno 150 ± 30 cm terminante con rubinetto a tre vie; una prolunga sulla via PA lunga di almeno 150 ± 30 cm terminante con rubinetto a tre vie

OSSERVAZIONI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Numero	Operatore Economico	DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO PRESSORIO E PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA Articolo e Paragrafo	Pagg.	Oggetto dell'osservazione	Osservazione	Proposta di modifica
11	CODAN s.r.l.	Art. 2	3	lotto 1	lunghezza prolunga prossimale	da 150 a 120 cm
12	CODAN s.r.l.	Art. 2	3	lotto 1	lunghezza prolunga distale	da 30 a 15 cm
13	CODAN s.r.l.	Art. 2	3	lotto 1	tappi di chiusura	eliminare la presenza del tappo
14	CODAN s.r.l.	Art. 2	3	lotto 1	sistema di identificazione	non prevederlo all'interno del kit ma fornito in sconto merce
15	CODAN s.r.l.	Art.2	3	lotto 1	materiale prolunghe	Si richiede che le prolunghe siano esenti da DEHP
16	CODAN s.r.l.	Art.2	4	lotto 2	lunghezza prolunga prossimale	da 150 a 120 cm
17	CODAN s.r.l.	Art.2	4	lotto 2	lunghezza prolunga distale	da 30 a 15 cm
18	CODAN s.r.l.	Art.2	4	lotto 2	tappi di chiusura	eliminare la presenza del tappo
19	CODAN s.r.l.	Art.2	4	lotto 2	materiale prolunghe	Si richiede che le prolunghe siano esenti da DEHP
20	CODAN s.r.l.	Art.2	4	lotto 3	lunghezza prolunga prossimale	da 150 a 120 cm
21	CODAN s.r.l.	Art.2	4	lotto 3	lunghezza prolunga distale	da 30 a 15 cm
22	CODAN s.r.l.	Art.2	4	lotto 3	tappi di chiusura	eliminare la presenza del tappo
23	CODAN s.r.l.	Art.2	4	lotto 3	materiale prolunghe	Si richiede che le prolunghe siano esenti da DEHP
24	CODAN s.r.l.	Art.2	5	lotto 4	lunghezza prolunga prossimale	da 150 a 120 cm
25	CODAN s.r.l.	Art.2	5	lotto 4	lunghezza prolunga distale	da 30 a 15 cm
26	CODAN s.r.l.	Art.2	5	lotto 4	tappi di chiusura	eliminare la presenza del tappo
27	CODAN s.r.l.	Art.2	5	lotto 4	materiale prolunghe	Si richiede che le prolunghe siano esenti da DEHP
28	CODAN s.r.l.	Art.2	5	lotto 5	materiale prolunghe	Si richiede che le prolunghe siano esenti da DEHP
29	CODAN s.r.l.	Art.2	5	lotto 5	tappi di chiusura	eliminare la presenza del tappo
30	CODAN s.r.l.	Art.2	5	lotto 5	calibro interno prolunga	da 1,2 mm a 0,9 mm
31	CODAN s.r.l.	Art.2	5	lotto 6	materiale prolunghe	Si richiede che le prolunghe siano esenti da DEHP
32	CODAN s.r.l.	Art.2	6	lotto 6	tappi di chiusura	eliminare la presenza del tappo
33	CODAN s.r.l.	Art.2	6	lotto 6	calibro interno prolunga	da 1,2 mm a 0,9 mm
34	Edwards Lifesciences Italia S.r.l.	Capitolato tecnico - caratteristiche tecniche	3	lotto 1	fornire ulteriori specifiche relativamente alla caratteristica tecnica “il kit deve includere un sistema di identificazione per distinguere il distretto vascolare collegato”	chiediamo se la linea manometrica deve avere un colore definito oppure se il sistema deve prevedere indicatori di vario colore secondo il distretto vascolare che si vuole monitorare.
35	Edwards Lifesciences Italia S.r.l.	Capitolato tecnico - caratteristiche tecniche	4	lotto 2	la caratteristica tecnica “il kit deve includere un sistema di identificazione per distinguere il distretto vascolare collegato” è applicabile solo sul distretto arterioso e non su altri distretti vascolari	Trattandosi di un trasduttore singolo con sistema chiuso chiediamo che la voce “il kit deve includere un sistema di identificazione per distinguere il distretto vascolare collegato” venga eliminata perchè questa tipologia di trasduttore è utilizzata solo sul distretto arterioso e non su altri distretti vascolari.
36	Edwards Lifesciences Italia S.r.l.	Capitolato tecnico - caratteristiche tecniche	5	lotto 4	specifica tecnica “una prossimale di 150 cm e l'altra da 30 cm”	Trattandosi di un sistema a 3 trasduttori con una richiesta di mercato molto limitata e quindi con una produzione limitata, chiediamo che le misure delle prolunghe alla voce “una prossimale di 150 cm e l'altra da 30 cm” possano essere anche inferiori 120+30

OSSERVAZIONI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Numero	Operatore Economico	DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO PRESSORIO E PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA	Articolo e Paragrafo	Pagg.	Oggetto dell'osservazione	Osservazione	Proposta di modifica
37	Edwards Lifesciences Italia S.r.l.	Capitolato tecnico - caratteristiche tecniche		6		“presenza di due punti di prelievo ematico, uno distale e uno prossimale” - “calibro interno di tutta la linea manometrica di circa 1,2 mm”	Trattandosi di un sistema pediatrico neonatale chiuso chiediamo che la voce “presenza di due punti di prelievo ematico, uno distale e uno prossimale” sia modificata ad un solo punto di prelievo ematico. Un sistema pediatrico neonatale non può avere un secondo punto di prelievo distale perchè questo comporterebbe una aspirazione di sangue eccessiva. Chiediamo inoltre che la voce “calibro interno di tutta la linea manometrica di circa 1,2 mm” sia modificata in “calibro interno della linea di aspirazione di circa 1,2 mm”. Il calibre ridotto è necessario nella linea di aspirazione per ridurre il volume di sangue aspirato ma non serve per tutta la linea manometrica.
38	Edwards Lifesciences Italia S.r.l.	Capitolato tecnico - caratteristiche tecniche		7		Fornitura gratuita cavi di connessione	Al fine di evitare effetti distorsivi del mercato e in linea con le condizioni di fornitura praticate in passato e attualmente in essere, chiediamo che la prima fornitura di cavi debba essere gratuita per qualsiasi aggiudicatario e quantificata in termini numerici. Diversamente, chiediamo che, i cavi successivamente richiesti a completamento di nuove installazioni di monitors o altro, dovranno essere a pagamento perchè non quantificabili in fase di offerta.
39	Edwards Lifesciences Italia S.r.l.	Capitolato tecnico - caratteristiche tecniche				cannuline di prelievo	Relativamente ai lotti 2 e 6 chiediamo l’aggiunta di un lotto dedicato alle cannuline di prelievo, necessarie al funzionamento e che vengono già acquistate regolarmente dai vari presidi ospedalieri.
40	ICUMEDICAL	Capitolato Tecnico - Lotto 9			Richiesta: "confezione singola con doppio involucro"	La richiesta tecnica in oggetto limita la partecipazione a piu' operatori economici	confezione (primaria) singola.
41	Smiths-Medical	Capitolato Tecnico - Lotto 9			Richiesta: "confezione singola con doppio involucro"	La richiesta tecnica in oggetto limita la partecipazione a piu' operatori economici	confezione (primaria) singola.
42	Promed Srl	Art. 2 - Caratteristiche tecniche minime		3	Lotto 1 - Dispositivi di monitoraggio pressorio cruento ad un trasduttore	Viene richiesto un set collegamento trasduttore con rubinetti a tre vie e due prolunghe, una prossimale di almeno 150 cm e l'altra distale di almeno 30 cm. Si ricorda che maggiore è la lunghezza della linea (somma della lunghezza della prolunga prossimale e della prolunga distale), minore è la precisione del campionamento dei dati rilevati	Si chiede di modificare la dicitura di "almeno 150 cm" sostituendola con "almeno 120 cm" o di prevedere una tolleranza di almeno 20%

OSSERVAZIONI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Numero	Operatore Economico	DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO PRESSORIO E PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA Articolo e Paragrafo	Pagg.	Oggetto dell'osservazione	Osservazione	Proposta di modifica
43	Promed Srl	Art. 2 - Caratteristiche tecniche minime	3 e 4	Lotto 2 - Dispositivi di monitoraggio pressorio cruento ad un trasduttore con sistema a circuito chiuso per l'aspirazione del sangue	E' richiesto che il kit includa un sistema di identificazione per distinguere il distretto vascolare collegato. Si precisa che solitamente il doppio punto di prelievo è sulla linea arteriosa (rossa), quindi il sistema di identificazione del distretto con etichette non sarebbe necessario	Si chiede di eliminare tale requisito tra le caratteristiche tecniche minime
44	Promed Srl	Art. 2 - Caratteristiche tecniche minime	4	Lotto 3 - Dispositivi di monitoraggio pressorio cruento a due trasduttori	Viene richiesto un set collegamento trasduttore con rubinetti a tre vie e due prolunghe, una prossimale di almeno 150 cm e l'altra distale di almeno 30 cm. Si ricorda che maggiore è la lunghezza della linea (somma della lunghezza della proluga prossimale e della prolunga distale), minore è la precisione del campionamento dei dati rilevati	Si chiede di modificare la dicitura in "almeno 120 cm" per la prolunga prossimale e in "almeno 25 cm" per la prolunga distale o di prevedere una tolleranza di almeno 20%
45	Promed Srl	Art. 2 - Caratteristiche tecniche minime	4 e 5	Lotto 4 - Dispositivi di monitoraggio pressorio cruento a tre trasduttori	Viene richiesto un set collegamento trasduttore con rubinetti a tre vie e due prolunghe, una prossimale di almeno 150 cm e l'altra distale di almeno 30 cm. Si ricorda che maggiore è la lunghezza della linea (somma della lunghezza della proluga prossimale e della prolunga distale), minore è la precisione del campionamento dei dati rilevati	Si chiede di modificare la dicitura in "almeno 120 cm" per la prolunga prossimale e in "almeno 25 cm" per la prolunga distale o di prevedere una tolleranza di almeno 20%
46	Promed Srl	Art. 2 - Caratteristiche tecniche minime	5 e 6	Lotto 6: Dispositivi di monitoraggio pressorio cruento ad un trasduttore pediatrico con sistema a circuito chiuso	La caratteristica "presenza di due punti di prelievo ematico, uno distale e uno prossimale" risulta, in ambito pediatrico, un requisito non necessario. Infatti, la presenza di un solo punto di prelievo limita/evita il rischio di anemia iatrogena ed assicura, in maniera ottimale, che il campione prelevato sia puro.	Si chiede di sostituire "presenza di due punti di prelievo ematico" in "presenza di un punto di prelievo ematico"
47	Promed Srl	Art. 2 - Caratteristiche tecniche minime	5 e 6	Lotto 6: Dispositivi di monitoraggio pressorio cruento ad un trasduttore pediatrico con sistema a circuito chiuso	Al fine di ottenere un campione di sangue puro in corrispondenza del setto ed evitare il rischio di anemia iatrogena nei pazienti pediatrici, si chiede di inserire tra le caratteristiche tecniche minime la "presenza di una siringa a volume predeterminato". Tale siringa, assieme alla prolunga di collegamento al paziente, fungono da "reservoir" durante le procedure di campionamento ematico, assicurando così che in corrispondenza del setto il prelievo sia puro.	Si chiede di inserire tra le caratteristiche tecniche minime la "presenza di una siringa a volume predeterminato"

OSSERVAZIONI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Numero	Operatore Economico	DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO PRESSORIO E PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA Articolo e Paragrafo	Pagg.	Oggetto dell'osservazione	Osservazione	Proposta di modifica
48	Promed Srl	Art. 2 - Caratteristiche tecniche minime	5 e 6	Lotto 6: Dispositivi di monitoraggio pressorio cruento ad un trasduttore pediatrico con sistema a circuito chiuso	Viene richiesto un set collegamento trasduttore con rubinetti a tre vie e due prolunghie, una prossimale di 120 cm e l'altra di 30 cm. Si ricorda che maggiore è la lunghezza della linea (somma della lunghezza della prolunga prossimale e della prolunga distale), minore è la precisione del campionamento dei dati rilevati	Si chiede di modificare la dicitura in "almeno 120 cm" per la prolunga prossimale e in "almeno 10 cm" per la prolunga distale
49	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL A SOCIO UNICO	Art. 2 - Caratteristiche tecniche minime	6	LOTTO 7	Sono disponibili Sonde di Temperatura Esofrgee/Rettali YSI400 - Sonda di Lunghezza 49 cm, cavo di collegato alla sonda di 28 cm, Cavo interfaccia tra sonda di temperatura e monitor da 300 o 500 cm.	
50	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL A SOCIO UNICO	Art. 2 - Caratteristiche tecniche minime	6	LOTTO 8	Sono disponibili Sonde di Temperatura cutanea con Cavo collegato alla sonda di 28 cm, Cavo interfaccia tra sonda di temperatura e monitor da 300 o 500 cm. Si chiede di chiarire se il requisito "lunghezza minima del cavo: 90 cm" si intenda la lunghezza minima del cavo interfaccia tra sonda e monitor.	