



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0016577

DATA: 05/07/2024

OGGETTO: APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI ECOGRAFI E SERVIZI ACCESSORI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE DEL VENETO, ALL'I.R.C.S.S. IOV e ALL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO - seconda tranche chiarimenti di gara

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Sandra Zuzzi

CLASSIFICAZIONI:

- [08-13]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0016577_2024_Lettera_firmata.pdf:	Zuzzi Sandra	6D5AAD51B54A3EE29E7456EA45055FE0 92C39B0344A9CD536AF62CFC2ED1D52C
PG0016577_2024_Allegato1.pdf:	Zuzzi Sandra	95D2045FDCB4005EA11D5878C319BD09 A8DAB4511130779BEC5316F854C51F2E



Spett.li Operatori Economici

OGGETTO: APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI ECOGRAFI E SERVIZI ACCESSORI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE DEL VENETO, ALL'I.R.C.S.S. IOV e ALL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO - seconda tranche chiarimenti di gara

Con riferimento alla procedura in oggetto si trasmette in allegato la seconda tranche dei chiarimenti di gara.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Sandra Zuzzi
(Direttore UOC CRAV)

APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI ECOGRAFI E SERVIZI ACCESSORI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE DEL VENETO, ALL'I.R.C.S.S. IOV e ALL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO - Riscontro richieste di chiarimento - 2ª tranche

N°	OGGETTO RICHIESTA DI CHIARIMENTO	RISPOSTA
16	<p>Richiesta: Allegato 11 Offerta Economica, si chiede di chiarire le modalità di compilazione dei campi:</p> <p>Domanda: Colonna (B) PREZZO OFFERTO PER N. 1 ECOGRAFO si chiede conferma che deve essere indicato Prezzo Offerto dell'Ecografo</p> <p>Colonna (C) PREZZO OFFERTO PER N. 1 COMPONENTE OPZIONALE si chiede conferma deve essere indicato il Prezzo Offerto dei componenti</p> <p>Colonna (D) % SCONTO SUI PREZZI OFFERTI (B) e (C) si chiede conferma che deve essere indicata la percentuale di sconto che è stata applicata per calcolare il Prezzo Offerto</p> <p>Colonna (E) PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO per apparecchiature e componenti opzionali nelle quantità richieste, con applicazione della % di sconto garantita (D) si chiede conferma che deve essere indicata la somma Colonna B+C</p> <p>Colonna (F) VALORE % attribuito al servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk rispetto al prezzo complessivo offerto (E) (garantito per ciascun anno di servizio fino ad un massimo di 8 anni) si chiede conferma che deve essere indicata la percentuale annua del servizio di assistenza tecnica applicata</p> <p>Colonna (G) PREZZO OFFERTO PER MANUTENZIONE FULL RISK PER TOTALE ATTREZZATURE PER 8 ANNI (con applicazione del valore % garantito (F) si chiede conferma che deve essere indicata valore dato dalla Colonna E * Colonna F * 8 anni</p>	<p>Si conferma quanto richiesto per tutti i punti riportati; per quanto riguarda l'ultimo punto relativo alla colonna G, si riporta un esempio: se il prezzo offerto nella colonna E è pari a 100.000 € e il valore % della colonna F è pari all'8%, il prezzo da indicare nella colonna G sarà pari 64.000€ ovvero $100.000 * (8/100) * 8$ anni.</p>
17	<p>Vista la complessità dell'offerta da presentare, siamo cortesemente a richiedere una proroga di almeno 3 settimane del termine del 08/07/2024 oggi previsto per la consegna dell'offerta.</p>	<p>Il termine di scadenza delle offerte è stato prorogato al 31.07.2024</p>
18	<p>In riferimento alla stipula di un Accordo Quadro con più operatori economici, senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi dell'art. 59 commi 1 e 4 lett. A) del Codice, siamo a chiederVi se la percentuale massima garantita al 1° aggiudicatario possa essere del 50% e non del 100% come riportato, lasciando così il rimanente 50% a tutti coloro che avranno superato la soglia di sbarramento, quale più equa divisione.</p>	<p>Non si conferma quanto richiesto e si confermano gli atti di gara.</p>
19	<p>Con riferimento al DISCIPLINARE DI GARA 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE.TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA: Nel merito di quanto a: Criterio di valutazione / sub-criterio / 3. Servizi. Estensione della durata di garanzia. La Scrivente sottopone alla Vostra attenzione e al Vostro insindacabile giudizio che, in riferimento al criterio in oggetto, un parametro economico rientra nella valutazione tecnica. Se ne richiede, cortesemente, conferma.</p>	<p>Si confermano gli atti di gara e non si conferma quanto rilevato.</p>
20	<p>Con riferimento al PROGETTO DI GARA 10. TIPO DI PROCEDURA E STRUMENTO CONTRATTUALE: In merito agli eventuali ordini a seguito della stipula contrattuale, nel rispetto della percentuale minima garantita al 1° classificato, è corretta l'interpretazione che lo stesso può ricevere gli ordinativi anche per il restante 50% del Lotto aggiudicato?</p>	<p>Si confermano gli atti di gara e si conferma quanto richiesto.</p>
21	<p>Con riferimento all'FORMULAZIONE DELL'OFFERTA: In considerazione della complessità della formulazione dell'offerta tecnica e nello specifico l'inserimento dell'intera documentazione in lingua italiana, che richiede alla scrivente l'ottenimento di traduzioni giurate di alcuni documenti del produttore, GE Medical Systems, si richiede, cortesemente, una proroga della scadenza dei termini di gara.</p>	<p>Il termine di scadenza delle offerte verrà prorogato fino al 31.07.2024</p>
22	<p>Si chiede di confermare che, per ottenere il punteggio Qualità stabilito in lex specialis, non sia necessario, per le prestazioni che il concorrente dovesse offrire in subappalto o in subfornitura, procedere anche con un contratto di avvalimento premiale ex art. 104, comma 12, del nuovo codice appalti. Infatti, già con il subappalto o con la subfornitura il concorrente stipula dei contratti con cui il soggetto terzo mette a sua disposizione, dietro corrispettivo, tutta l'organizzazione necessaria per l'esecuzione della prestazione, organizzazione che, quindi, entra da subito a far parte dell'offerta dell'impresa partecipante, senza necessità di stipulare anche un avvalimento premiale, il quale sarebbe del tutto sovrabbondante.</p>	<p>Si confermano gli atti di gara</p>
23	<p>In riferimento al disciplinare di gara art. 14.5.1. Campionatura obbligatoria a pena di esclusione?, si chiede di confermare che la stessa non vada presentata entro il termine di scadenza dell'offerta ma successivamente su richiesta della Commissione Giudicatrice.</p>	<p>Si confermano gli atti di gara, in particolare l'art. 14.5 del Disciplinare.</p>
24	<p>In riferimento al disciplinare di gara e nello specifico ai Requisiti Di Idoneità Professionale a) Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara e ai requisiti di ordine generale (cause di esclusione) si chiede di specificare, visto che per la presente procedura non è richiesta la presentazione del DGUE, su quale documento l'operatore economico debba dichiarare il possesso dei requisiti.</p>	<p>Si rimanda al contenuto dell'Allegato 5 Dichiarazione Integrativa del DGUE</p>
25	<p>In relazione alla documentazione amministrativa, in particolare alla compilazione del DGUE, si chiede cortesemente di voler confermare che lo stesso sia da completare sulla piattaforma - sezione compila DGUE. In tal caso si chiede cortesemente l'integrazione della documentazione di gara con il DGUE Request, per poter procedere con la compilazione dello stesso.</p>	<p>Non si conferma e si precisa che non è necessaria la compilazione del DGUE, essendo già stato prodotto in sede di domanda di ammissione allo SDA relativo agli elettromedicali. E' necessaria la sola dichiarazione integrativa del DGUE come specificato all'interno de Disciplinare di gara.</p>
26	<p>Relativamente alla procedura di cui trattati, con la presente trasmettiamo in allegato le ns richieste di chiarimento e contestuale richiesta di proroga del termine per la formulazione delle offerte</p>	<p>Il termine di scadenza delle offerte è stato prorogato al 31.07.2024</p>
27	<p>Disciplinare di gara Art. 6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale In relazione alla compresenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale, con la presente siamo a chiedere conferma che, in alternativa ai contratti stipulati, sia con enti pubblici che privati, possano essere prodotti copia degli ordini di fornitura, in special modo per le forniture effettuate tramite adesione ad accordi quadro/convenzioni, per le quali non sono presenti singoli contratti sottoscritti.</p>	<p>Si conferma tale possibilità.</p>
28	<p>Capitolato Tecnico Art. 6 Garanzia – Assistenza tecnica – Contratto di manutenzione full risk Si chiede di confermare che l'estensione di garanzia offerta (max 4 anni successivi ai primi 12 mesi) sia ricompresa negli 8 anni di contratto full risk post garanzia. Esempio: 12 mesi di garanzia 4 anni estensione garanzia 4 anni di contratto full risk post garanzia</p>	<p>Si conferma quanto richiesto</p>
29	<p>Allegato 2 Disciplinare di Gara Art. 15. OFFERTA TECNICA – BUSTA 2: Punto 3) Relazione tecnica descrittiva della fornitura proposta, (composta da max 20 facciate, in formato A4 fronte/retro, font Arial, dimensioni 11 e interlinea singola, esclusi i relativi allegati).... Omissis.... Si chiede la possibilità di produrre il documento di cui al punto 3) sopraccitato in 20 fogli anziché 20 facciate. Nel conteggio totale delle facciate è inclusa la copertina del documento e le immagini inserite?</p>	<p>Si confermano gli atti di gara</p>
30	<p>Allegato 2 Disciplinare di Gara Art. 15. OFFERTA TECNICA – BUSTA 2: Punto 8) Dichiarazione contenente un elenco delle strutture, pubbliche o private accreditate, in cui siano installate le apparecchiature oggetto della presente gara L'elenco dell'installato è da considerarsi per modello similare ed è possibile inserire le forniture maggiori o più significative ?</p>	<p>Si confermano gli atti di gara</p>

31	Allegato 2 Disciplinare di Gara Art. 15. OFFERTA TECNICA – BUSTA 2: Il coefficiente IVA per le apparecchiature è da indicare in offerta? In caso affermativo quale coefficiente deve essere indicato per i prodotti?	Si confermano gli atti di gara, precisando che "Nessuno dei documenti inseriti nelle Buste 1 (Amministrativa) e 2 (tecnica) deve contenere riferimenti economici pena l'esclusione dalla procedura di gara." come recita il Disciplinare di gara.
32	Allegato 2 Disciplinare di gara Art. 17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA: I suddetti punteggi per la valutazione della qualità saranno arrotondati a n. 2 cifre decimali, dopo la virgola. Si chiede conferma che i decimali da 0 a 4 saranno arrotondati per difetto e da 5 a 9 saranno arrotondati per eccesso	Si conferma quanto richiesto
33	A fronte dell'importanza della procedura e della complessità della documentazione tecnica da produrre per singolo lotto, al fine di elaborare un'offerta il più pienamente rispondente alle necessità di codesto Spettabile Ente, siamo a chiedere una proroga del termine ultimo per la presentazione della stessa di almeno 3 settimane.	Il termine di scadenza delle offerte è stato prorogato al 31.07.2024
34	In considerazione della complessità della procedura, siamo a richiederVi una proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte di almeno 15 giorni.	Il termine di scadenza delle offerte è stato prorogato al 31.07.2024
35	Disciplinare di gara – Art. 16 – Offerta Economica Busta 3 – pag. 34 Si chiede di confermare che l'allegato economico sia il Modello Allegato 11 – "Modello di offerta analitica" e che l'indicazione "Allegato 8" sia da considerarsi un refuso.	Si conferma che trattasi di un refuso e che l'allegato economico sia il Modello Allegato 11 – "Modello di offerta analitica"
36	Disciplinare di gara – Art. 16 – Offerta Economica Busta 3 – pag. 34 Per la compilazione della busta economica sulla Piattaforma Sintel, chiedete di indicare a Sistema quanto segue: b) nell'apposito campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico", indicare un importo pari a €0,00 (zero); c) nell'apposito campo "di cui costi del personale", indicare un importo pari a €0,00 (zero); d) nell'apposito campo "di cui costi per rischi interferenziali" indicare un importo pari a €0,00 (zero). Atteso che le stesse 3 voci sono presenti nell' Allegato 11 – "Modello di offerta analitica" e considerato che sono costi da indicare obbligatoriamente in gara ai sensi dell'art. 108, comma 9, del codice degli Appalti, si chiede conferma che gli effettivi costi sostenuti siano da indicare in tale Allegato 11, seppur generando così un'incongruenza tra quanto indicato in piattaforma Sintel e quanto nei documenti analitici di gara. Si precisa inoltre che tali costi sono richiesti anche nell'Allegato 13 – "Modello giustificazioni offerta economica".	Si confermano gli atti di gara.
37	In piattaforma è presente il campo compila DGUE, ma non mi fa andare avanti già al primo step. Ho chiamato il call center e mi hanno comunicato che siete Voi, come stazione appaltante, che dovete darci il doc. denominato "request" da caricare al primo passaggio per poter proseguire. Attendiamo info in merito.	Trattandosi di appalto specifico e avendo già presentato il DGUE in sede di ammissione allo SDA originario, non è necessario allegare alcun DGUE. Pertanto si chiede di proseguire senza il caricamento del suddetto documento.
38	Comprova requisiti di capacità tecnica e professionale si chiede se a comprova del requisito di capacità tecnica e professionale possa essere prodotta una dichiarazione DPR 445 del collegio sindacale riportante il nr. di fattura, il cliente, la descrizione del prodotto, l'importo e la data.	Si confermano gli atti di gara e si rimanda al chiarimento n. 3 già pubblicato.
39	Nella doc. amm.va non chiedete il DGUE, ma solo la dichiarazione integrativa, infatti come da chiarimento già inviato, nella doc. di gara non è presente il doc. "request" necessario ai fini della compilazione dello stesso (comunicazione datami dal call center della piattaforma). Nel caso in cui la Società incorra in un subappalto, l'operatore economico, in tal caso, deve inserire un proprio DGUE o basta dichiararlo nella dichiarazione integrativa? In caso di subappalto occorre dichiarazione della non sussistenza delle cause di esclusione da parte del subappaltatore? Nel caso volesse il DGUE, ci sarebbero allora da compilare le parti inerenti le forniture effettuate negli ultimi 5 anni (pari almeno al 5% del lotto più alto)? In caso di risposta affermativa, a tal punto, dei riferimenti economici (forniture di ecografi con importo) nel DGUE andrebbero messi, nonostante nel disciplinare di gara sia evidenziato che in tale busta non debba esserci alcun riferimento economico.	All'interno della documentazione amministrativa è richiesto solamente di indicare se si intende ricorrere al subappalto e per quali prestazioni. La documentazione necessaria per autorizzare il subappalto sarà richiesta solamente in sede in tale sede.
40	Relativamente al pagamento del contributo ANAC, si segnala che i CIG non vengono riconosciuti dal portale e pertanto non risulta possibile procedere con il pagamento	Come da indicazioni ricevute da ANAC, per ogni problema relativo al pagamento del contributo si invita a contattare direttamente il supporto di ANAC, in quanto, dalle verifiche effettuate, la procedura e i relativi CIG risultano correttamente pubblicati.
41	chiediamo conferma che non si debba riformulare DGUE anche in caso di variazioni, esempio: se x tale gara si necessita di subappalto, basta segnalarlo nella dichiarazione integrativa? In caso di subappalto, oltre a dichiararlo nella dichiarazione integrativa al DGUE, che documenti a corredo vi servono? E' necessario già in questa fase dichiarare la società subappaltatrice?	Si confermano gli atti di gara, precisando che in sede di offerta è necessario e sufficiente segnalare quanto previsto nella dichiarazione integrativa al DGUE.
42	Buongiorno, con la presente siamo a chiedere conferma che contestualmente alla proroga della scadenza della gara verranno prorogati altresì i termini per inoltrare eventuali richieste di chiarimento.	Si conferma quanto richiesto

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Sandra Zuzzi