

N.	Documento di rfm (tra quelli pubblicati in bozza)	Articolo e Paragrafo di rfm	Oggetto sintetico dell'osservazione (ove applicabile, precisare Lotto e prodotto)	Osservazione	Proposta di modifica
1	Capitolato Tecnico	Art. 4 Alcoli	Lotti 3 e 4: Alcool etilico assoluto denaturato incolore Prodotti equivalenti	Si invita a considerare oltre che alla sostanza pura anche una miscela di etanolo ed isopropanolo con la medesima funzione (disidratazione campioni istologici) della sostanza pura	
2	Capitolato Tecnico	Art. 5 Formaldeide	Lotto 7 sub c) Formaldeide Cf. Lt. 1 Capienza dei contenitori	Si invita ad includere flaconi con confezionamento diverso da Lt. 1 per non limitare la concorrenza	Si ammettono flaconi / taniche con capienza da min. 1 litro a max. 10 litri
3	Capitolato Tecnico	Art. 9 Vetrini Portaoggetto Superfrost	Lotto 15: Vetrini Portaoggetto Superfrost Indicazione modello di stampigliatrice	Si chiede di indicare il modello di stampigliatrice con la quale i vetrini debbano essere utilizzati	
4	Capitolato Tecnico	Art. 8 Contenitori Preriempi Formalina	Lotti 10-11-12-13: Contenitori Preriempi Formalina Caratteristica minima "provvisto di ghiera/anello di sicurezza con blocco di fine corsa"	Si chiede di togliere la specifica "provvisto di ghiera/anello di sicurezza con blocco di fine corsa" dalle caratteristiche minime e di valutare la sicurezza del dispositivo considerando le caratteristiche costruttive del prodotto proposto, al fine di non limitare la concorrenza	Riformulare la caratteristica minima nel modo seguente: <i>"sistema di chiusura a perfetta tenuta stagna che garantisca la piena sicurezza e la piena funzionalità del dispositivo"</i>
5	Capitolato Tecnico	Art. 10 Lame per microtomo	Lotti 17 e 18: Lame monouso per microtomo Diversificazione modelli lame per tipologia di campione	Si invita codesta stazione appaltante a considerare la possibilità di diversificazione dei modelli di dispositivo (lame per microtomo) per tipologia di campione quale criterio/parametro per la valutazione della qualità. Si specifica che all'interno di ciascuno dei due lotti menzionati ricadono molteplici tipologie di campioni, differenti sia per loro natura che per tipologia di condizioni preanalitiche ad essi associate (processazione, inclusione etc.). Per questo motivo in una procedura che coinvolga un insieme di laboratori differenti di istologia è a nostro giudizio adeguato considerare una ampia diversificazione alle medesime condizioni di fornitura che renda possibile l'individuazione di uno specifico modello in funzione di una altrettanto specifica esigenza di sezionamento. Si invita a valutare questa possibilità anche e soprattutto nella compilazione di una eventuale offerta economica e nella verifica funzionale di una campionatura del prodotto.	
6	Capitolato Tecnico Tabella Criteri Qualitativi	Art. 10 Lame per criostato	Lotto 19: Lame per criostato Conservazione delle lame all'interno del criostato	Si invita a considerare quale requisito minimo o migliorativo la possibilità di conservazione delle lame per criostato all'interno del criostato stesso (ovvero a bassa temperatura) senza perdita della qualità di sezionamento	
7	Capitolato Tecnico	Art. 9 Vetrini Ultraplus	Lotto 14: Vetrini Ultraplus Dispositivi equivalenti	Si invita ad ammettere dispositivi equivalenti ex art. 68 del Codice Appalti	Inserire in Capitolato Tecnico la dicitura: <i>"o equivalente"</i> . L'equivalenza ex art. 68 del Codice Appalti è ammessa nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal Capitolato Tecnico.
8	Capitolato Tecnico	Art. 9 Vetrini Superfrost	Lotto 15: Vetrini Superfrost Colore bande vetrini	Si invita ad indicare la suddivisione della quantità indicata in riferimento ai colori delle bande dei vetrini	

9	Piano dei Fabbisogni e Basi d'Asta	Art. 4 Alcoli Lotti 1 - 2	Lotto 1 - 2: Alcol Etilico assoluto 99° e Alcool Etilico 95-96°	Si segnala incogruità base d'asta	
10	Piano dei Fabbisogni e Basi d'Asta	Art. 4 Alcoli	Lotto 5: Alcol Isopropilico	Si segnala incogruità base d'asta	
11	Piano dei Fabbisogni e Basi d'Asta	Art. 4 Alcoli	Lotto 6: Alcol Metilico	Si segnala incogruità base d'asta	
12	Piano dei Fabbisogni e Basi d'Asta	Art. 6 Xilene/Xilolo	Lotto 8: Xilolo Contenitori in vetro	Si chiede se sono ammessi contenitori in vetro	Si confermano le caratteristiche del Capitolato Tecnico: i contenitori devono essere in idoneo materiale plastico al fine di meglio tutelare le esigenze di sicurezza, movimentazione e smaltimento delle UU.OO. Anatomia e Istologia Patologica
13	Piano dei Fabbisogni e Basi d'Asta	Art. 7 Paraffina	Lotto 9: Paraffina	Si segnala incogruità base d'asta	
14	Capitolato Tecnico	Art. 8 Contenitori Prerimpiti Formalina	Lotti 10-11-12-13: Contenitori Prerimpiti Formalina Capienza dei contenitori	Si chiede di specificare in fase successiva se saranno ammessi anche <u>contenitori con ml. simili</u> a quelli richiesti a garanzia della stessa performance	inserire in Capitolato Tecnico la seguente dicitura: "eventuali offerte con caratteristiche tecniche minime parzialmente difformi da quelle sopraindicate saranno oggetto di valutazione di equivalenza da parte della Commissione giudicatrice purché sia esplicitato che si tratta di offerta equivalente"
15	Capitolato Tecnico Piano dei Fabbisogni e Basi d'Asta	ART. 9 Vetrini Ultraplus	Lotto 14: Vetrini Ultraplus Dispositivi equivalenti	Si chiede di specificare meglio la descrizione Ultra plus e/o il tipo di vetrino richiesto e si segnala l'incogruità base d'asta	Inserire in Capitolato Tecnico "o equivalente". L'equivalenza ex art. 68 del Codice Appalti è ammessa nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal Capitolato Tecnico.
16	Capitolato Tecnico Piano dei Fabbisogni e Basi d'Asta	ART. 9 Vetrini Ultraplus	Lotto 15: Vetrini Superfrost Angolo 45°	Si chiede di specificare se sono ammessi anche vetrini con angolo a 45° e si segnala l'incogruità base d'asta	Inserire in Capitolato Tecnico la dicitura: "in alternativa angolo smussato 45°"
17	Piano dei Fabbisogni e Basi d'Asta	Art. 8 Contenitori Prerimpiti Formalina	Lotto 13: Contenitori Prerimpiti Formalina ml. 200-300	Si segnala incogruità base d'asta	
18	Capitolato Tecnico	Art. 8 Contenitori Prerimpiti Formalina	Lotti 10-11: Contenitori Prerimpiti Formalina Soluzione tampone/soluzione fisiologica	"Provvisto di soluzione tampone <u>e/o</u> soluzione fisiologica nella parte di inserimento del campione (per i soli lotti 10 - 11)": Si chiede di specificare <u>quale delle due</u> caratteristiche tecniche è da considerare valida	Modificare dicitura in Capitolato Tecnico come di seguito descritto: "Provvisto di soluzione tampone o soluzione fisiologica nella parte di inserimento del campione (per il solo lotto 10)"
19	Capitolato Tecnico	Art. 8	Lotti 10-11: Contenitori Prerimpiti Formalina Soluzione tampone/soluzione fisiologica	"Provvisto di soluzione tampone e/o soluzione fisiologica nella parte di inserimento del campione (per i soli lotti 10 - 11)": Vale solo per il lotto 10 o anche per il lotto 11?	Modificare dicitura in Capitolato Tecnico come di seguito descritto: "Provvisto di soluzione tampone o soluzione fisiologica nella parte di inserimento del campione (per il solo lotto 10)"

20	Piano dei Fabbisogni e Basi d'Asta	Lotti 10-13	Lotti 10 e 13: Contenitori Preriempi Formalina	Si segnala incogruità base d'asta	
21	Capitolato Tecnico	Art. 8 Contenitori Preriempi Formalina	Art. 8 Contenitori Preriempi Formalina Trasporto e stoccaggio in posizione non verticale	"Possibilità di trasporto e stoccaggio anche in posizione non verticale": si ritiene che sia una caratteristica non compatibile con la natura dei dispositivi in gara, che devono essere trasportati verticalmente salvo imprevisti	
22	Capitolato Tecnico	Art. 10 Lame per microtomo e per criostato	Lotti 17 e 18: Lame microtomo Angolatura lame	Si richiede modifica della caratteristica "angolo tagliente 35°" presente tra i requisiti minimi a pena esclusione, garantendo in questo modo la partecipazione di tutte le aziende"	Togliere dal Capitolato Tecnico la caratteristica "angolo tagliente 35°"
23	Capitolato Tecnico	Art. 10 Lame per microtomo e per criostato	Lotto 19: Lame per criostato Angolatura lame	Si richiede modifica della caratteristica "angolo tagliente 35°" presente tra i requisiti minimi a pena esclusione, garantendo in questo modo la partecipazione di tutte le aziende"	Togliere dal Capitolato Tecnico la caratteristica "angolo tagliente 35°"
24	Capitolato Tecnico	Art. 10 Lame per microtomo e per criostato	Lotto 19: Lame per criostato Materiale lame	Si richiede l'eliminazione della caratteristica "lega in acciaio-carbonio" tra le caratteristiche minime a pena esclusione, in quanto caratteristica specifica di un unico produttore, e limiterebbe la concorrenza	Riformulare la caratteristica minima nel modo seguente: "lama in acciaio inox oppure in lega acciaio-carbonio"
25	Capitolato Tecnico	Art. 10 Lame per microtomo e per criostato	Lotto 19: Lame per criostato Rivestimento in teflon	Si richiede l'eliminazione della caratteristica "assenza di rivestimento in teflon" tra le caratteristiche a pena esclusione, in quanto caratteristica specifica di un unico produttore che non permetterebbe la partecipazione di altre aziende.	Togliere dal Capitolato Tecnico la caratteristica "assenza di rivestimento in teflon"
26	Capitolato Tecnico	Art. 3 Specifiche tecniche indispensabili relative a confezionamenti ed etichettature	Art. 3 Specifiche tecniche indispensabili relative a confezionamenti ed etichettature	"Tutte le diciture sui vari involucri devono essere riportate in lingua italiana e con colori indelebili. Sulla confezione devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire un utilizzo corretto e sicuro del dispositivo nonché la sua corretta conservazione" Si richiede eliminazione di tale caratteristica minima dal Capitolato Tecnico in quanto, per motivi di organizzazione logistica, i dispositivi di Codesta Ditta vengono consegnati direttamente da magazzino estero con diciture in lingua diversa dall'italiano	
27	Capitolato Tecnico	Art. 8 Contenitori Preriempi Formalina	Lotti 11-12: Contenitori Preriempi Formalina Indicazione CND	Si chiede conferma che l'indicazione della CND sia semplicemente esplicativo e che verranno accettati CND diversi	Sono ammessi dispositivi con CND diversi purché conformi alle caratteristiche minime indicate nel Capitolato Tecnico e con marchio "CE IVD"
28	Capitolato Tecnico	Art. 8 Contenitori Preriempi Formalina	Lotti 10-11-12-13: Contenitori Preriempi Formalina Caratteristica: ghiera/anello di sicurezza	Si chiede l'eliminazione della caratteristica minima "Presenza di tappo a vite, provvisto di ghiera/anello di sicurezza, con blocco di fine corsa" in quanto la ghiera/anello di sicurezza identifica uno specifico prodotto di un operatore economico e limita la concorrenza	Riformulare la caratteristica minima nel modo seguente: "sistema di chiusura a perfetta tenuta stagna che garantisca la piena sicurezza e la piena funzionalità del dispositivo"
29	Capitolato Tecnico	Art. 8 Contenitori Preriempi Formalina	Lotti 10-11: Contenitori Preriempi Formalina Caratteristica: "soluzione tampone e/o soluzione isotonica"	"Provvisto di soluzione tampone e/o soluzione fisiologica nella parte di inserimento del campione (per i soli lotti 10 - 11)": Vale solo per il lotto 10 o anche per il lotto 11?	Modificare dicitura in Capitolato Tecnico come di seguito descritto: "Provvisto di soluzione tampone o soluzione fisiologica nella parte di inserimento del campione (per il solo lotto 10)"

30	Tabella Criteri Qualitativi	Art. 8 Contenitori Priempiti Formalina	Lotti 10-11: Contenitori Priempiti Formalina Caratteristica: "soluzione tampone e/o soluzione isotonica"	Si chiede di eliminare dal parametro n. 3 la dicitura "con soluzione tampone e/o soluzione isotonica"	Suddividere i criteri qualitativi per il lotto n. 10 e per il lotto n. 11. Il parametro n. 3 del Lotto 10 verrà riformulato come segue: "Possibilità di inserire e staccare le biopsie / ago-biopsie senza impedimenti all'interno del contenitore con soluzione tampone o soluzione isotonica"
31	Capitolato Tecnico	Art. 8 Contenitori Priempiti Formalina	Lotto 12: Contenitore monouso priempito con formalina tamponata, ml. 60-90 Capienza volume totale del contenitore	Si chiede che venga inserito un più ampio range 100/150 ml per il volume totale del contenitore al fine di non limitare la concorrenza	Prevedere un range più ampio di capienza del volume del contenitore
32	Capitolato Tecnico	Art. 8 Contenitori Priempiti Formalina	Lotto 11: Contenitore monouso priempito con formalina tamponata, ml. 20-30 Capienza volume totale del contenitore	Si chiede che venga inserito un più ampio range 40/60 ml per il volume totale del contenitore al fine di non limitare la concorrenza	Prevedere un range più ampio di capienza del volume del contenitore
33	Piano dei Fabbisogni e Basi d'Asta		Lotti 15-16: Vetrini Superfrost e Vetrini Coprioggetto	Si segnala incogruià base d'asta	
34	Capitolato Tecnico	Art. 7 Paraffina	Lotto 9: Paraffina 56-58° Punto di fusione della paraffina	Si chiede che venga inserito un punto di fusione con range più ampio ovvero 54-58° al fine di non limitare la concorrenza	Ampliare Punto fusione prevedendo un range 54-58°
35	Capitolato Tecnico	Art. 8 Contenitori Priempiti Formalina	Lotti 10-11: Contenitori Priempiti Formalina Range volume formalina	Si chiede di poter aumentare il range della formalina da 20-30 ml a 20-40 ml per i contenitori piccoli vol. 50/60 ml	Prevedere un range più ampio di quantità della formalina
36	Capitolato Tecnico	Art. 10 Lame per autopsia	Lotto 21: Lame per autopsia con manici pluriuso Caratteristica "pluriuso"	Si chiede di escludere la caratteristica "pluriuso" per consentire la presentazione anche di dispositivi monouso (lama+impugnatura monouso)	
37	Capitolato Tecnico	Art. 10 Lame per riduzione/dissezione	Lotto 20: Lame per riduzione/dissezione Aggancio lame in sicurezza	Si chiede di eliminare dai requisiti minimi la caratteristica "Provviste di rivestimento di protezione e di sistemi di aggancio e sgancio in sicurezza per prevenire il rischio di ferite da taglio" perché fa riferimento ad un prodotto esclusivo di un operatore economico determinato e quindi limita la concorrenza	Riformulare caratteristica minima nel modo seguito: "sistema di aggancio e sgancio della lama in piena sicurezza"
38	Capitolato Tecnico	Art. 9 Vetrini	Lotti 14-15: Vetrini Ultraplus 25x75 e Superfrost 26x76 Concentrazione ossido di ferro	Si chiede di eliminare dai requisiti minimi la caratteristica "concentrazione di ossido di ferro inferiore allo 0,03%" per non limitare la concorrenza	Eliminare dai requisiti minimi la caratteristica "concentrazione di ossido di ferro inferiore allo 0,03%".
39	Piano dei Fabbisogni e Basi d'Asta	Art. 4 Alcoli	Lotti 1-2-3	Si segnala incogruià base d'asta	
40	Piano dei Fabbisogni e Basi d'Asta	Art. 9 Vetrini	Lotto 16: Vetrini Coprioggetto	Si segnala incogruià base d'asta	