

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI AUSILI DI SERIE ELENCO 2B DELL'ALLEGATO 5 DEL NUOVO NOMENCLATORE TARIFFARIO (DPCM 12 GENNAIO 2017) PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO - 3^ TRANCHE - PARTE PRIMA.

**SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE DI IDONEITA' TECNICA
24 MAGGIO 2022**

Il giorno 24 del mese di maggio dell'anno 2022, alle ore 9.00 presso la sede della U.O.C. CRAV di Azienda Zero, Passaggio Gaudenzio 1 - Padova, si è riunita la Commissione di idoneità tecnica, nominata con nota del RUP del 10.5.2022.

La Dott.ssa Francesca Pinese, collaboratore in servizio presso l'UOC CRAV di Azienda Zero, è presente in qualità di testimone e segretario verbalizzante.

Sono presenti, quali soggetti incaricati della verifica di idoneità delle offerte ammesse alla gara d'appalto in argomento, ai sensi dell'art.16 del Disciplinare di gara:

- Dr.ssa Elisa Toniolo, Logopedista dell'Azienda ULSS n.3 Serenissima;
- Dr. Andrea Beccastrini, Dirigente medico dell'U.O.C. Oculistica dell'Azienda ULSS n.2 Marca Trevigiana;
- Dr. Michele Guidi, Dirigente Psicologo dell'U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia dell'Azienda ULSS n.2 Marca Trevigiana.


I Componenti della Commissione hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e in relazione ai concorrenti partecipanti alla gara, che non ricorre alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, come da dichiarazioni già sottoscritte agli atti dell'U.O.C. CRAV.

In data 16.5.2022 si è proceduto al download dalla piattaforma Sintel delle buste tecniche presentate, per ciascun lotto, dai concorrenti ammessi alla gara in questione.

La Commissione preliminarmente procede all'esame della documentazione tecnica presentata e alla verifica di idoneità dei prodotti offerti, dando atto che i lotti n.1 e n.5 sono andati deserti.

I commissari, nell'impossibilità di concludere i lavori in data odierna, alle ore 12.10 sospendono la seduta e aggiornano i lavori al giorno 14.6.2022, ore 9:00.

Dott. Andrea Beccastrini



Dott. Michele Guidi



Dott.ssa Elisa Toniolo



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dr.ssa Francesca Pinese



PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI AUSILI DI SERIE ELENCO 2B DELL'ALLEGATO 5 DEL NUOVO NOMENCLATORE TARIFFARIO (DPCM 12 GENNAIO 2017) PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO – 3^ TRANCHE – PARTE PRIMA.

**SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE DI IDONEITA' TECNICA
14 GIUGNO 2022**

Il giorno 14 del mese di giugno dell'anno 2022, alle ore 9.00 presso la sede della U.O.C. CRAV di Azienda Zero, Passaggio Gaudenzio 1 - Padova, si è riunita la Commissione di idoneità tecnica, nominata con nota del RUP del 10.5.2022.

La Dott.ssa Francesca Pinese, collaboratore in servizio presso l'UOC CRAV di Azienda Zero, è presente in qualità di testimone e segretario verbalizzante.

Sono presenti, quali soggetti incaricati della verifica di idoneità delle offerte ammesse alla gara d'appalto in argomento, ai sensi dell'art.16 del Disciplinare di gara:

- Dr.ssa Elisa Toniolo, Logopedista dell'U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Azienda ULSS n.3 Serenissima;
- Dr. Andrea Beccastrini, Dirigente medico dell'U.O.C. Oculistica dell'Azienda ULSS n.2 Marca Trevigiana;
- Dr. Michele Guidi, Dirigente Psicologo dell'U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia dell'Azienda ULSS n.2 Marca Trevigiana.

La Commissione prosegue con l'esame della documentazione presentata e alla verifica di idoneità dei prodotti offerti.

La Commissione rileva quanto segue:

- lotto n.6: il prodotto della ditta SAPIO LIFE s.r.l. presenta una scheda tecnica per il sub) B che non specifica se i simboli/immagini appartengano a linguaggi codificati per la comunicazione alternativa e aumentativa. Non specifica inoltre se tali simboli possano essere memorizzati su supporto informatico per essere utilizzati con un software per la comunicazione interpersonale.
- lotto n.12: il prodotto della ditta SAPIO LIFE s.r.l. non risulta essere munito di apposita maschera ad esso applicabile e dotata di fori in corrispondenza dei tasti al fine di permetterne l'uso autonomo da parte di persone con difficoltà di manipolazione e limiti nel controllo dei movimenti.
- lotto n.14:
 - 1) il prodotto della ditta ITEX DI MARCO GREGNANIN relativo al sub A) presenta dimensione superiore ai 10 cm di diametro sia per il sensore di dimensione media (cm 12) sia per quello di dimensione grande (cm 13,4).
 - 2) il prodotto della ditta DIDACARE s.r.l. relativo al sub A) non è disponibile nelle tre diverse misure in progressione (piccola, media e grande) e presenta dimensione superiore ai 10 cm di diametro nella misura più grande fornita (cm 12).
 - 3) il prodotto della ditta LEONARDO AUSILIONLINE s.r.l. relativo al sub A) presenta dimensione superiore ai 10 cm di diametro nella misura più grande fornita (cm 12,5) e nella misura più piccola la forza di scatto non è superiore a 80 gr (40 gr).
 - 4) il prodotto della ditta SAPIO LIFE s.r.l. relativo al sub A) non è disponibile nelle tre diverse misure in progressione (piccola, media e grande) e presenta forza di scatto inferiore a 80 gr (40 gr per la misura più piccola e 71 gr per la misura più grande fornita).
 - 5) il prodotto della ditta TIFLOSYSTEM s.r.l. relativo al sub A) presenta dimensione superiore ai 10 cm di diametro per il sensore di dimensione grande (cm 12,7) e presenta forza di scatto inferiore a 80 gr per la misura media (71 gr).

La seduta termina alle ore 14.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Andrea Beccastrini

Andrea Beccastrini

Dott. Michele Guidi

Michele Guidi

Dott.ssa Elisa Toniolo

Elisa Toniolo

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dr.ssa Francesca Pinese

Francesca Pinese